

ATTESTATION D'ACCREDITATION

ACCREDITATION CERTIFICATE

N° 2-1446 rév. 21

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que : The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :

LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS

N° SIREN: 313320244

Satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO/IEC 17025 : 2017** Fulfils the requirements of the standard

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en : and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :

DIMENSIONNEL

DIMENSIONAL

réalisées par / performed by :

LNE - Site de Nîmes 190, rue Georges Besse 30000 NIMES

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe and precisely described in the attached technical appendix

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/IEC 17025 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management adapté (cf. communiqué conjoint ISO-ILAC-IAF en vigueur disponible sur le site internet du Cofrac www.cofrac.fr)

Accreditation in accordance with the recognised international standard NF EN ISO/IEC 17025 demonstrates the technical competence of the laboratory for a defined scope and the proper operation in this laboratory of an appropriate management system (see current Joint ISO-ILAC-IAF Communiqué available on Cofrac web site www.cofrac.fr).

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.

Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.

Date de prise d'effet / granting date : 14/05/2025 Date de fin de validité / expiry date : 28/02/2027

Pour le Directeur Général et par délégation On behalf of the General Director

Le Responsable du Pôle Electricité – Rayonnements -Technologies de l'Information, Pole manager - Electricity-Radiation-Information Technologies,

Jérémie FREIBURGER

Pi, l'Adjointe au Directeur de Section

Florence SIMONUTTI

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.

This certificate is only valid if associated with the technical appendix.

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).

The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr).

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 2-1446 Rév 20. This certificate cancels and replaces the certificate N° 2-1446 Rév 20.

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac. The Cofrac's liability applies only to the french text.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél.: +33 (0)1 44 68 82 20 - Fax: 33 (0)1 44 68 82 21 Siret: 397 879 487 00031 www.cofrac.fr



ANNEXE TECHNIQUE à l'attestation N° 2-1446 rév. 21

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

LNE - Site de Nîmes 190, rue Georges Besse 30000 NIMES

Dans son unité technique :

- LNE Nîmes - Pôle Métrologie Mécanique (2-1446)

Elle porte sur : voir pages suivantes

		DIMEN	NSIONNEL / Etalons ou c	alibres à bouts			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
Cale étalon à bouts plans parallèles en acier	Longueur au centre Variation de longueur	$0.07 \mu \text{m} + 0.7 \times 10^{-6} \times L$ $0.07 \mu \text{m}$	0,1 mm ≤ <i>L</i> ≤ 100 mm	Comparaison mécanique	NF EN ISO 3650 (03/1999) Procédure n° EE_P_001937	Comparateur de cales Machines automatiques Cales à bouts plans parallèles en acier	
	Longueur au centre 0,6 μm + 2,5 × 10 ⁻⁶ × L		100 mm ≤ <i>L</i> ≤ 250 mm	Comparaison mécanique	NF EN ISO 3650 (03/1999) Procédure n° EE_P_002029	Banc de mesure unidirectionnel Cales à bouts plans parallèles en acier	En
	Longueur au centre	0,5 μm + 2,5 × 10 ⁻⁶ × <i>L</i>	100 mm ≤ <i>L</i> ≤ 2000 mm	Comparaison interférométrique	NF EN ISO 3650 (03/1999) Procédure n° EE_P_002029	Banc de mesure unidirectionnel équipé d'un interféromètre laser Cale étalon de 1 mm	laboratoire
Longueur au centro Cale étalon à Variation de longue bouts plans		0,07 μm + 0,7 × 10 ⁻⁶ × <i>L</i> 0,07 μm		Comparaison	NF EN ISO 3650 (03/1999)	Comparateur de cales Cales à bouts plans parallèles en carbure de tungstène	
parallèles en carbure de tungstène	Longueur au centre Variation de longueur	0,08 μm + 0,7 × 10 ⁻⁶ × <i>L</i> 0,08 μm	0,5 mm ≤ <i>L</i> ≤ 100 mm	mécanique	Procédure n° EE_P_001937	Comparateur de cales Machines automatiques Cales à bouts plans parallèles en carbure de tungstène	

DIMENSIONNEL / Etalons ou calibres à bouts Caractéristique mesurée Principe de la Référence de la **Principaux moyens** Lieu de Objet Incertitude élargie Etendue de mesure ou recherchée méthode méthode utilisés réalisation Cale étalon à **NF EN ISO 3650** Comparateur de cales Longueur au centre $0.07 \, \mu \text{m} + 0.7 \times 10^{-6} \times L$ Comparaison En bouts plans (03/1999)Cales à bouts plans $0.5 \text{ mm} \le L \le 100 \text{ mm}$ parallèles en 0,07 µm Procédure Variation de longueur mécanique laboratoire parallèles en céramique n° EE_P_001937 céramique

		DIMENSIONN	EL / Etalons ou calibre	es matérialisant un di	amètre		
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
Tampon cylindrique lisse	Diamètre local	$0.8 \mu \text{m} + 2.2 \times 10^{-6} \times D$	1 mm ≤ <i>D</i> ≤ 150 mm	Comparaison mécanique	NF E11-011 (08/2020) Procédure n° EE_P_001966	Banc de mesure unidirectionnel Tampons cylindriques lisses	
	Diamètre local	0,35 μm + 2,2 × 10 ⁻⁶ × <i>D</i>	5 mm ≤ <i>D</i> ≤ 20 mm	Comparaison interférométrique avec palpeur oscillant	NF E11-011 (08/2020) Procédure	Banc de mesure unidirectionnel équipé d'un interféromètre laser	
Bague cylindrique lisse en acier		σ,ου μπτ 2,2 χ το χ Σ	20 mm ≤ <i>D</i> ≤ 200 mm	Comparaison interférométrique avec palpeurs coudés	n° EE_P_001981	Bagues cylindriques lisses	
	Diamètre local	1 μm + 2 × 10 ⁻⁶ × <i>D</i>	200 mm ≤ <i>D</i> ≤ 350 mm	Comparaison interférométrique avec palpeurs coudés	NF E11-011 (08/2020) Procédure n° EE_P_001981	Banc de mesure unidirectionnel équipé d'un interféromètre laser Bagues cylindriques lisses	En laboratoire
Piges cylindriques lisses en acier	Diamètre repéré	$0.8 \mu \text{m} + 2.2 \times 10^{-6} \times D$	1 mm ≤ <i>D</i> ≤ 25 mm	Comparaison mécanique	NF E 11-017 (12/1996) Procédure N° EE_P_001966	Banc de mesure unidirectionnel Tampons cylindriques lisses	
Sphère de métrologie en acier, carbure, céramique et rubis	Diamètre local Diamètre global	0,65 µm	1 mm ≤ <i>D</i> ≤ 50 mm	Comparaison mécanique	NF E 11-107 (12/2002) Procédure n° EE_P_002275	Banc de mesure unidirectionnel	

<u>Portée FIXE</u>: Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Instruments de mesure de longueurs Caractéristique mesurée Principe de la Référence de la Principaux moyens Lieu de Objet Incertitude élargie Etendue de mesure ou recherchée méthode méthode utilisés réalisation En Indicateur de position de Comparaison Procédure machine à mesurer Erreur de iustesse $0.2 \text{ um} + 2.5 \times 10^{-6} \times L^*$ $L \le 4000 \text{ mm}$ Interféromètre laser laboratoire n° EE P 001988 interférométrique $q = 0.1 \mu m$ et sur site*3 Erreur d'indication pour Banc de mesure 0.30 mm * Tachéomètre Comparaison Procédure mesures différentielles spécifique de 27 m $2 \text{ m} \leq L \leq 27 \text{ m}$ n° EE P 001816 interférométrique q = 0.1 et 1 mm0,45 mm * Erreur d'indication Interféromètre laser Banc de mesure Comparaison Procédure Laser tracker Erreur d'indication pour spécifique de 27 m $5 \mu m + 2.5 \times 10^{-6} \times L^*$ 2 m < L < 27 mn° EE P 001816 mesures différentielles $q = 1 \mu m$ interférométrique Interféromètre laser En laboratoire Banc de mesure Distancemètre Comparaison Procédure $0.5 \text{ mm} + 2 \times 10^{-6} \times L^*$ spécifique de 27 m Erreur d'indication $0 \le L \le 25 \text{ m}$ interférométrique n° EE P 001827 q = 0.1 et 1 mmInterféromètre laser Butée micrométrique Banc de mesure Comparaison Procédure de banc de comparateur Erreur d'indication $0.5 \, \mu \text{m} + 0.7 \times 10^{-6} \times L^*$ L < 50 mmunidirectionnel n° EE P 002042 interférométrique interféromètre laser $q = 1 \mu m$

 $[\]it q$: pas de quantification

^{*} L'incertitude mentionnée est la meilleure incertitude pour laquelle le laboratoire est accrédité. Cette incertitude peut être dégradée en fonction des caractéristiques de l'instrument étalonné (résolution, répétabilité...). Il appartient au laboratoire de tenir à jour un bilan des incertitudes associées aux étalonnages réalisés.

^{**} Etalonnages pouvant être réalisés sur site avec dégradation des incertitudes suivant l'appareil à étalonner et selon les conditions d'environnement.

	D	IMENSIONNEL / Instrum	ents manuels à cot	tes variables			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
Pied à coulisse q = 10 et 20 μm	Becs principaux à mesurage d'extérieur : - Erreur d'indication de contact sur surface limitée, E Becs de mesure d'intérieur (au bout des becs principaux) : - Erreur de décalage d'échelle, S Becs à couteaux de mesures d'intérieur : - Erreur d'alignement des becs, K Becs à couteaux de mesures d'extérieur : - Erreur d'alignement des becs, B	8 μm + q + 4 × 10 ⁻⁶ × <i>L</i>	<i>L</i> ≤ 1500 mm	Comparaison mécanique	NF E11-091 (08/2023) Procédure n° EE_P_001826	Cales à bouts plans parallèles en acier Bagues cylindriques lisses	En laboratoire
Jauge de profondeur à coulisseau q = 10 et 20 µm		8 μ m + q + 2,5 × 10 ⁻⁶ × L	<i>L</i> ≤ 600 mm	Comparaison mécanique	NF E11-096 (10/2013) Norme annulée Procédure n° EE_P_001921	Cales à bouts plans parallèles en acier Marbre de métrologie	
Jauge de profondeur à vis micrométrique $q = 1$ et 10 μ m	Erreur d'indication Erreur d'indication avec rallonges	4 μm + 10 × 10 ⁻⁶ × <i>L</i>	<i>L</i> ≤ 300 mm	Comparaison mécanique	NF E11-097 (02/1998) Procédure n° EE_P_001923	Cales à bouts plans parallèles en acier Marbre de métrologie	

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
Butée micrométrique q = 1 et 10 μm	Erreur d'indication	5 μm + 10 × 10 ⁻⁶ × <i>L</i>	<i>L</i> ≤ 100 mm	Comparaison mécanique ou interférométrique	Procédure n° EE_P_002042	Banc de mesure unidirectionnel Interféromètre laser	En
Micromètre d'intérieur à 2 touches q = 1 μm et 10 μm	Erreur d'indication Erreur de fidélité Longueur des rallonges	5 μm + 10 × 10 ⁻⁶ × <i>L</i>	25 mm ≤ <i>L</i> ≤ 4000 mm	Comparaison interférométrique	NF E11-098-2 (04/2019) Procédure n° EE_P_001935	Banc de mesure unidirectionnel Interféromètre laser	1 laboratoire

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
Micromètre d'extérieur à vis « standard » q = 1 et 2 μm	Erreur de contact pleine touche Erreur de contact partiel d'une surface Erreur de fidélité	1 μ m + q + 10 × 10 ⁻⁶ × L 1 μ m + q + 10 × 10 ⁻⁶ × L	<i>L</i> ≤ 300 mm	Comparaison	NF E11-095 (10/2013)	Cales à bouts	
Micromètre d'extérieur à vis « standard » q = 5 et 10 μm	Erreur de contact pleine touche Erreur de contact partiel d'une surface Erreur de fidélité	4 µm + 11 × 10 ⁻⁶ × <i>L</i> 4 µm + 11 × 10 ⁻⁶ × <i>L</i> -	<i>L</i> ≤ 2000 mm	mécanique	Norme annulée Procédure n° EE_P_001922	plans parallèles en acier	
Micromètre d'extérieur à vis à touches fixes fines $q = 1$ et 2 μ m	Erreur de contact pleine touche Erreur de fidélité	1 μm + q + 10 × 10 ⁻⁶ × L -	<i>L</i> ≤ 100 mm	Comparaison	NF E11-090 (12/1993)	Cales à bouts	En
Micromètre d'extérieur à vis à touches fixes fines $q = 5$ et 10 μ m	Erreur de contact pleine touche Erreur de fidélité	4 μm + 10 × 10 ⁻⁶ × <i>L</i>	<i>L</i> ≤ 300 mm	mécanique	Procédure n° EE_P_001922	plans parallèles en acier	laboratoire
Micromètre d'extérieur à vis à rallonges interchangeables $q=1 \ \mu m$	Erreur de contact pleine touche Erreur de contact partiel d'une surface Erreur de fidélité	1 μ m + q + 10 × 10 ⁻⁶ × L 1 μ m + q + 10 × 10 ⁻⁶ × L	<i>L</i> ≤ 300 mm	Comparaison	NF E11-090 (12/1993)	Cales à bouts	
Micromètre d'extérieur à vis à rallonges interchangeables $q = 10 \ \mu \text{m}$	Erreur de contact pleine touche Erreur de contact partiel d'une surface Erreur de fidélité	4 µm + 11 × 10 ⁻⁶ × <i>L</i> 4 µm + 11 × 10 ⁻⁶ × <i>L</i> -	<i>L</i> ≤ 2000 mm	mécanique	Procédure n° EE_P_001922	plans parallèles en acier	

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
Micromètre à becs pour mesurages intérieurs q = 5 et 10 μm	Erreur d'indication contact pleine touche	4 μm + 10 × 10 ⁻⁶ × <i>D</i>	5 mm ≤ <i>D</i> ≤ 200 mm	Comparaison mécanique	NF E11-090 (12/1993) Procédure n° EE_P_001934	Bagues cylindriques lisses	En
Micromètre d'intérieur à 3 touches dit « alésomètre » $q=1, 2, 5$ et 10 μm	Erreur d'indication	$3 \mu \text{m} + q + 10 \times 10^{-6} \times D$	3,5 mm ≤ <i>D</i> ≤ 225 mm	Comparaison mécanique	NF E11-099 (11/2021) Procédure n° EE_P_001829	Bagues cylindriques lisses	laboratoire

q: pas de quantification

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
Comparateur mécanique à cadran à tige rentrante radiale $q = 1 \mu m$	Erreur de mesure totale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	3 μm 3 μm -	<i>L</i> ≤ 30 mm			Banc	
Comparateur mécanique à cadran à tige rentrante radiale $q = 10 \ \mu m$	Erreur de mesure totale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	4 μm 4 μm -	<i>L</i> ≤ 30 mm	Comparaison	NF E 11-057 (04/2016)	d'étalonnage de comparateurs	
Comparateur mécanique à cadran à tige rentrante radiale $q = 1 \mu m$	Erreur de mesure totale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	2 μm 2 μm -	mécanique L ≤ 150 mm		ue Procédure n° EE_P_001924	Banc de mesure	_
Comparateur mécanique à cadran à tige rentrante radiale $q = 10 \ \mu m$	Erreur de mesure totale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	4 μm 4 μm -	<i>L</i> ≥ 130 mm			unidirectionnel	En laboratoire
Comparateur à levier mécanique q = 2 µm	Erreur d'indication totale Erreur d'indication locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	ication locale hystérésis de fidélité 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm Comparais		Comparaison	NF E11-053 (10/2013)	Banc d'étalonnage de	
Comparateur à levier mécanique q = 10 µm	Erreur d'indication totale Erreur d'indication locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	4 μm 4 μm 4 μm -		mécanique	Procédure n° EE_P_001925	comparateurs	

q: pas de quantification

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
Comparateur à affichage numérique à tige rentrante radiale $q=1~\mu \mathrm{m}$	Erreur d'indication totale Erreur de fidélité	3 μm -	<i>L</i> < 30 mm			Banc d'étalonnage de	
Comparateur à affichage numérique à tige rentrante radiale $q = 10 \ \mu m$	Erreur d'indication totale Erreur de fidélité	10 μm -	<i>L</i> ≥ 30 IIIIII	Comparaison	NF E11-056 (04/2016)	comparateurs	En
Comparateur à affichage numérique à tige rentrante radiale $q = 1 \mu m$	Erreur d'indication totale Erreur de fidélité	2 μm -	<i>l</i> < 150 mm	mécanique	Procédure n° EE_P_001926	Banc de mesure	laboratoire
Comparateur à affichage numérique à tige rentrante radiale $q = 10 \ \mu m$	Erreur d'indication totale Erreur de fidélité	9,5 µm -	L ≥ 190 IIIII			unidirectionnel	

q: pas de quantification

<u>Portée FIXE</u>: Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Etalons à traits

Caractéristique mesurée Etendue de Principe de la Référence de la Principaux moyens Lieu de Objet Incertitude élargie ou recherchée méthode méthode utilisés réalisation mesure Banc de mesure Barre à mires $7 \, \mu \text{m} + 3 \times 10^{-6} \times L$ unidirectionnel équipé Cibles planes Distance entre cibles ou Comparaison Procédure $L \leq 3 \text{ m}$ d'un interféromètre laser interférométrique n° EE P 002030 graduations Barre à mires et d'une visée optique ou $10 \, \mu \text{m} + 3 \times 10^{-6} \times L$ Cibles inclinées à 45° d'une caméra Comparaison Procédure Erreur d'indication $17 \mu m + 1 \times 10^{-6} \times L$ L < 3 mBarre de mise à l'échelle n° EE_P_002020 interférométrique Comparaison Procédure Erreur d'indication $21 \mu m + 2.5 \times 10^{-6} \times L$ Fil géodésique $L < 25 \, \text{m}$ interférométrique n° EE P 002019

 $L \leq 10 \text{ m}$

 $L \leq 10 \text{ m}$

 $L \le 200 \text{ m}$

 $L \leq 450 \text{ mm}$

 $50 \, \mu \text{m} + 5 \times 10^{-6} \times L$

 $55 \, \mu m + 5 \times 10^{-6} \times L$

75 µm

 $0.1 \text{ mm} + 10 \times 10^{-6} \times L$

 $1.5 \, \text{um} + 1.5 \times 10^{-6} \times L$

Erreur d'indication

Erreur d'indication

Erreur sur le talon

Erreur d'indication

Erreur d'indication

Règle gravée ou graduée

Réglet

Circomètre

Mètre ruban

Ruban et fils gravés

Décamètre

Double décamètre

Règle à traits

En

laboratoire

Interféromètre laser

Banc de mesure de 27 m

Machine à mesurer

optique

Procédure

n° EE P 001985

Procédure

n° EE P 001986

Procédure

n° EE P 001987

Procédure

n° EE P 002040

Comparaison

interférométrique

Comparaison

interférométrique

Comparaison

interférométrique

Mesure directe

^{*} L'incertitude mentionnée est la meilleure incertitude pour laquelle le laboratoire est accrédité (barres en invar). Cette incertitude peut être dégradée en fonction des caractéristiques de l'instrument étalonné. Pour des instruments en matériau différent, le laboratoire devra réévaluer les incertitudes. Il appartient au laboratoire de tenir à jour un bilan des incertitudes associées aux étalonnages réalisés.

	DIMENSIONNEL / Etalons de planéité										
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation				
Marbre de métrologie	Écart de planéité	2,5 μm + 1 × 10 ⁻⁶ × <i>L</i>	$0.25 \text{ m}^2 \le S \le 16 \text{ m}^2$	Comparaison mécanique Méthode par quadrillage	NF E10-102 (02/1988) Procédure n° EE_P_001991	Niveaux électroniques	En laboratoire et sur site**				

L: plus grande longueur du marbre

S: surface

^{**} Etalonnages pouvant être réalisés sur site avec dégradation des incertitudes suivant l'appareil à étalonner et selon les conditions d'environnement.

	DIMENSIONNEL / Etalons de circularité									
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation			
Bague et tampon cylindrique lisse Sphère	Écart de circularité (<i>E</i> _c) Zone minimale	0,25 µm	$E_c \le 20 \ \mu m$ 1 mm $\le D \le 350 \ mm$	Comparaison mécanique	NF EN ISO 12181-1 (05/2011) Procédure n° EE_P_001993	Banc de mesure de circularité Calotte sphérique	En laboratoire			

	DIMENSIONNEL / Etalons de rectitude										
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation				
Génératrice de bague et tampon cylindriques lisses	Écart de rectitude (<i>E</i> _r) Zone minimale	0,45 µm	<i>E</i> _r ≤ 20 μm	Comparaison mécanique	NF EN ISO 12780-1 (05/2011) Procédure n° EE_P_001993	Banc de mesure de rectitude Calotte sphérique	En laboratoire				

<u>Portée FIXE (méthodes internes)</u>: Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Instruments de mesure d'angles Caractéristique Principe de la Référence de la **Principaux** Lieu de Objet mesurée ou Incertitude élargie Etendue de mesure méthode méthode movens utilisés réalisation recherchée NF E11-301 8 µm/m * Niveau à bulles Erreur de justesse Comparaison (06/1984) $-2 \text{ mm/m} \le \alpha \le +2 \text{ mm/m}$ $q = 10 \mu m/m$ Erreur de fidélité 8 µm/m * angulaire Procédure n° EE P 002024 Banc d'étalonnage de niveau Niveau électronique 6 µm/m * Erreur globale $-2 \text{ mm/m} \le \alpha \le +2 \text{ mm/m}$ NF E11-302 Barre sinus Erreur de fidélité $q = 1 \mu m/m$ 2,8 µm/m * Comparaison (06/1984)spécifique En Procédure laboratoire angulaire 11 um/m * Niveau électronique Erreur globale n° EE P 002024 $-10 \text{ mm/m} \le \alpha \le +10 \text{ mm/m}$ 3 µm/m * Erreur de fidélité $q = 5 \mu m/m$ Plateau angulaire Inclinomètre électronique Comparaison Procédure Erreur d'indication 1.6' * 0 à 360° q = 1'mécanique n° EE P 002032 de référence Indicateur de position Procédure En Comparaison Interféromètre laser 2.5" * angulaire Erreur d'indication 0 à 360° n° EE P 002038 laboratoire et système Rotary interférométrique et sur site** q = 0.1" n° EE P 002032

q : pas de quantification

^{*} L'incertitude mentionnée est la meilleure incertitude pour laquelle le laboratoire est accrédité. Cette incertitude peut être dégradée en fonction des caractéristiques de l'instrument étalonné (résolution, répétabilité...). Il appartient au laboratoire de tenir à jour un bilan des incertitudes associées aux étalonnages réalisés.

^{**} Etalonnages pouvant être réalisés sur site avec dégradation des incertitudes suivant l'appareil à étalonner et selon les conditions d'environnement.

	DIMENSIONNEL / Autres étalons dimensionnels										
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation				
Mire ou étalon à profil rectangulaire	Distance	1,5 µm + 1,0 × 10 ⁻⁶ × <i>L</i>	<i>L</i> ≤ 100 mm	Mesure directe	Procédure n° EE_P_002274	Machine à mesurer optique	En laboratoire				
Mire ou étalon à profil circulaire	Diamètre	1,6 μ m + 1,0 \times 10 ⁻⁶ \times <i>D</i> (motifs traits) 2,0 μ m + 1,0 \times 10 ⁻⁶ \times <i>D</i> (motifs pleins)	<i>D</i> ≤ 100 mm	Mesure directe	Procédure n° EE_P_002274	Machine à mesurer optique	En laboratoire				

<u>Portée flexible FLEX3</u>: Le laboratoire est reconnu compétent, dans le domaine couvert par la portée générale, pour adopter toute méthode reconnue et pour développer ou mettre en œuvre toute autre méthode, dont il aura assuré la validation, sans que cela affecte ses CMC.

La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

Portée générale:

	DIMENSIONNEL / Instruments de mesure de longueurs									
N°	Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation					
1	Capteur de déplacement linéaire (sortie longueur)	Erreur de justesse Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	Comparaison interférométrique	Banc de mesure unidirectionnel de 4000 mm Interféromètre laser Multimètre	En laboratoire					
2	Capteur de déplacement linéaire (sortie tension ou courant)	Erreur de justesse*** Erreur de fidélité	Comparaison interférométrique	Banc de mesure unidirectionnel de 4000 mm Interféromètre laser Multimètre	- En laboratoire					

^{***} Pour les capteurs à sortie électrique, calcul d'un polynôme ([mm] = f[U] ou [mm] = f[A]) et transmission de la valeur de l'écart résiduel correspondant.

Portée détaillée :

	DIMENSIONNEL / Instruments de mesure de longueurs										
N°	Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie *	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation			
1	Capteur à tige de mesure (sortie longueur)	Erreur de justesse Erreur de fidélité Erreur d'hystérésis	0,25 μm - 0,10 μm 0,3 μm + 1,5 × 10 ⁻⁶ × <i>L</i> - 0,20 μm	<i>L</i> ≤ 5 mm <i>L</i> ≤ 100 mm	Comparaison interférométrique	Procédure n° EE_P_001982	Banc de mesure unidirectionnel équipé d'un interféromètre laser				
2	Capteur à tige de mesure (sortie tension)	Erreur de justesse** Erreur de fidélité	Sur position référence : $0.3 \mu m + 1.5 \times 10^{-6} \times L$ Sur tension mesurée : $0.2 \text{ mV} + 40 \times 10^{-6} \times U$	<i>L</i> ≤ 500 mm	Comparaison interférométrique	Procédure n° EE_P_001982	Banc de mesure unidirectionnel équipé d'un interféromètre laser Multimètre	En laboratoire			
2	Capteur à tige de mesure (sortie courant)	Erreur de justesse** Erreur de fidélité	Sur position référence : $0.3 \mu m + 1.5 \times 10^{-6} \times L$ Sur courant mesuré : $0.025 \text{ mA} + 40 \times 10^{-6} \times I$	<i>L</i> ≤ 500 mm	Comparaison interférométrique	Procédure n° EE_P_001982	Banc de mesure unidirectionnel équipé d'un interféromètre laser Multimètre	laboratorio			
1	Capteur optoélectronique (sortie longueur)	Erreur de justesse Erreur de fidélité Erreur d'hystérésis	3.0 μ m + 2,5 × 10 ⁻⁶ × L - 2.2 μ m + 2,0 × 10 ⁻⁶ × L	<i>L</i> ≤ 300 mm	Comparaison interférométrique	Procédure n° EE_P_002041	Banc de mesure unidirectionnel équipé d'un interféromètre laser				

DIMENSIONNEL / Instruments de mesure de longueurs

N°	Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie *	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
2	Capteur optoélectronique (sortie tension)	Erreur de justesse** Erreur de fidélité	Sur position référence : $0.3 \mu m + 2.5 \times 10^{-6} \times L$ Sur tension mesurée : $1.25 \text{ mV} + 20 \times 10^{-6} \times L$	<i>L</i> ≤ 1000 mm	Comparaison interférométrique	Procédure n° EE_P_002041	Banc de mesure unidirectionnel équipé d'un interféromètre laser Multimètre	
1	Capteur à fil (sortie longueur)	Erreur de justesse Erreur de fidélité Erreur d'hystérésis	0,6 mm - 0,45 mm	<i>L</i> ≤ 3000 mm	Comparaison interférométrique	Procédure n° EE_P_001982	Banc de mesure unidirectionnel équipé d'un interféromètre laser	En laboratoire
2	Capteur à fil (sortie tension)	Erreur de justesse Erreur de fidélité	Sur position référence : 1,0 μ m + 2,2 × 10 ⁻⁶ × L Sur tension mesurée : 0,8 mV + 25 × 10 ⁻⁶ × L	<i>L</i> ≤ 3000 mm	Comparaison interférométrique	Procédure n° EE_P_001982	Banc de mesure unidirectionnel équipé d'un interféromètre laser Multimètre	

^{*} L'incertitude mentionnée est la meilleure incertitude pour laquelle le laboratoire est accrédité. Cette incertitude peut être dégradée en fonction des caractéristiques de l'instrument étalonné (résolution, répétabilité...). Il appartient au laboratoire de tenir à jour un bilan des incertitudes associées aux étalonnages réalisés.

Les incertitudes élargies correspondent aux aptitudes en matière de mesures et d'étalonnages (CMC) du laboratoire pour une probabilité de couverture de 95%.

^{**} Pour les capteurs à sortie électrique, calcul d'un polynôme ([mm] = f[U] ou [mm] = f[A]) et transmission de la valeur de l'écart résiduel correspondant.

<u>Portée flexible FLEX3</u>: Le laboratoire est reconnu compétent, dans le domaine couvert par la portée générale, pour adopter toute méthode reconnue et pour développer ou mettre en œuvre toute autre méthode, dont il aura assuré la validation, sans que cela affecte ses CMC.

La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

Portée générale:

	DIMENSIONNEL / Autres étalons dimensionnels									
N°	Objet	Mesurande	Principe de la méthode	Principaux moyens de mesure utilisés	Lieu de réalisation					
1		Orientation	Comparaison mécanique par palpage discret							
2	Pièce étalon ou gabarit	Position		Machine à mesurer par coordonnées (MMT) à portique et tête mesurante	En laboratoire					
3	de contrôle	Dimension		Volume de mesure : 800 x 800 x 750 mm ³	En labolatolle					
4		Forme								

Portée détaillée :

	DIMENSIONNEL / Autres étalons dimensionnels									
Référence portée générale	Objet	Mesurande	Etendue de mesure ^b	Incertitude élargie ^a	Référence de la méthode	Lieu de réalisation				
1	Elément nominal de type Surface plane	Parallélisme de l'élément intégral ou dérivé extrait par rapport à une référence simple ou commune de type plan ou ligne droite	Volume de mesure : 800x800x750 mm³	1,5 μm + 1,0 × 10 ⁻⁶ × <i>L</i>	NF EN ISO 1101 (04/2017) Procédure interne EE_P_002048					
1	Elément nominal de type Surface plane	Perpendicularité de l'élément intégral ou dérivé extrait par rapport à une référence simple ou commune de type plan ou ligne droite	Volume de mesure : 800x800x750 mm ³	1,5 μm + 1,0 × 10 ⁻⁶ × <i>L</i>	NF EN ISO 1101 (04/2017) Procédure interne EE_P_002048	En laboratoire				
1	Elément nominal de type Ligne droite	Parallélisme de l'élément intégral ou dérivé extrait par rapport à une référence simple ou commune de type plan ou ligne droite	Volume de mesure : 800x800x750 mm³	1,5 μm + 1,0 × 10 ⁻⁶ × <i>L</i>	NF EN ISO 1101 (04/2017) Procédure interne EE_P_002048					
1	Elément nominal de type Ligne droite	Perpendicularité de l'élément intégral ou dérivé extrait par rapport à une référence simple ou commune de type plan ou ligne droite	Volume de mesure : 800x800x750 mm ³	1,5 μm + 1,0 × 10 ⁻⁶ × <i>L</i>	NF EN ISO 1101 (04/2017) Procédure interne EE_P_002048					

	DIMENSIONNEL / Autres étalons dimensionnels								
Référence portée générale	Objet	Mesurande	Etendue de mesure ^b	Incertitude élargie ^a	Référence de la méthode	Lieu de réalisation			
2	Elément nominal de type Point dérivé	Localisation de l'élément dérivé extrait ou associé (GG, GX, GN, GC) par rapport à une référence	Volume de mesure : 800x800x750 mm ³	1,0 μm + 1,2 × 10 ⁻⁶ × <i>L</i>	NF EN ISO 1101 (04/2017) Procédure interne EE_P_002048				
2	Elément nominal de type Ligne droite	Localisation de l'élément intégral ou dérivé extrait par rapport à une référence	Volume de mesure : 800x800x750 mm³	1,0 μm + 1,2 × 10 ⁻⁶ × <i>L</i>	NF EN ISO 1101 (04/2017) Procédure interne EE_P_002048				
2	Elément nominal de type Surface plane	Localisation de l'élément intégral ou dérivé extrait par rapport à une référence	Volume de mesure : 800x800x750 mm³	1,0 μm + 1,2 × 10 ⁻⁶ × <i>L</i>	NF EN ISO 1101 (04/2017) Procédure interne EE_P_002048				
2	Elément nominal de type Point	Concentricité de l'élément dérivé extrait par rapport à une référence simple ou commune de type point	Volume de mesure : 800x800x750 mm³	1,3 µm	NF EN ISO 1101 (04/2017) Procédure interne EE_P_002048	En laboratoire			
2	Elément nominal de type Ligne droite	Coaxialité de l'élément dérivé extrait par rapport à une référence simple ou commune de type ligne droite	Volume de mesure : 800x800x750 mm³	1,3 µm	NF EN ISO 1101 (04/2017) Procédure interne EE_P_002048				
3	Elément nominal de type Cylindre	Diamètre de l'élément intégral extrait ou associé	1 ≤ <i>D</i> ≤ 600 mm	1,2 μm + 1,0 × 10 ⁻⁶ × <i>D</i>	NF EN ISO 14405-1 (12/2016) Procédure interne EE_P_002048				
3	Elément nominal de type Section droite de cylindre ou de cône	Diamètre de l'élément intégral extrait ou associé	1 ≤ <i>D</i> ≤ 600 mm	1,2 μm + 1,0 × 10 ⁻⁶ × <i>D</i>	NF EN ISO 14405-1 (12/2016) Procédure interne EE_P_002048				

	DIMENSIONNEL / Autres étalons dimensionnels								
Référence portée générale	Objet	Mesurande	Etendue de mesure ^b	Incertitude élargie ^a	Référence de la méthode	Lieu de réalisation			
3	Elément nominal de type Sphère	Diamètre de l'élément intégral extrait ou associé	1 ≤ <i>D</i> ≤ 600 mm	1,2 μm + 1,0 × 10 ⁻⁶ × <i>D</i>	NF EN ISO 14405-1 (12/2016) Procédure interne EE_P_002048				
3	Elément nominal de type	Distance point-point (taille locale) entre éléments intégraux extraits		1,2 µm + 2,0 × 10 ⁻⁶ × <i>L</i>	NF EN ISO 14405-1 (12/2016)				
3	Deux plans opposés	Distance plan-plan (taille globale directe) entre éléments intégraux associés (GG, GX, GN, GC)	1 ≤ <i>L</i> ≤ 800 mm	1,2 μm + 2,0 × 10 ° × L	Procédure interne EE_P_002048				
3	Elément nominal de type Deux points particuliers	Distance point-point (taille locale) entre éléments dérivés associés (GG, GX, GN, GC)	1 ≤ <i>L</i> ≤ 800 mm	1,2 μm + 2,0 × 10 ⁻⁶ × <i>L</i>	NF EN ISO 14405-1 (12/2016) Procédure interne EE_P_002048	En laboratoire			
3	Elément nominal de type	Taille angulaire locale entre lignes associées	0 ° ≤ Angle ≤ 360 °	10"	NF EN ISO 14405-3 (03/2017) Procédure interne EE_P_002048	Litiaboratoile			
·	Entité dimensionnelle angulaire prismatique	Taille angulaire globale directe entre plans associés							
3	Elément nominal de lignes associées type Entité dimensionnelle angulaire de révolution Taille angulaire global	Taille angulaire locale entre lignes associées	0 ° ≤ Angle ≤ 360 °	10"	NF EN ISO 14405-3 (03/2017) Procédure interne EE_P_002048				
		Taille angulaire globale directe de l'élément associé							

	DIMENSIONNEL / Autres étalons dimensionnels								
Référence portée générale	Objet	Mesurande	Etendue de mesure ^b	Incertitude élargie ^a	Référence de la méthode	Lieu de réalisation			
4	Elément nominal de type Section droite de cylindre, sphère ou cône	Circularité de l'élément intégral extrait	1 ≤ <i>D</i> ≤ 600 mm	1,0 μm + 2,8 × 10 ⁻⁶ × <i>D</i>	NF EN ISO 1101 (04/2017) Procédure interne EE_P_002048				
4	Elément nominal de type Cylindre	Cylindricité de l'élément intégral extrait	1 ≤ <i>D</i> ≤ 600 mm	1,7 μm + 1,0 × 10 ⁻⁶ × <i>D</i>	NF EN ISO 1101 (04/2017) Procédure interne EE_P_002048	En laboratoira			
4	Elément nominal de type Surface plane	Planéité de l'élément intégral extrait ou dérivé	0 mm² ≤ S ≤ 800x800 mm²	1,2 µm	NF EN ISO 1101 (04/2017) Procédure interne EE_P_002048	En laboratoire			
4	Elément nominal de type Ligne droite	Rectitude de l'élément intégral extrait ou dérivé	1 ≤ <i>L</i> ≤ 800 mm	1,2 μm	NF EN ISO 1101 (04/2017) Procédure interne EE_P_002048				

^a: L'incertitude mentionnée est la meilleure incertitude pour laquelle le laboratoire est accrédité. Cette incertitude peut être dégradée en fonction des caractéristiques de l'instrument étalonné (état de surface, coefficient de dilatation, défaut de forme, répétabilité...), des équipages palpeurs utilisés (longueur de stylet, diamètre de bille, orientation de tête...) et des conditions de mesure (nombre de points extraits, constructions réalisées...).

Il appartient au laboratoire de tenir à jour un bilan des incertitudes associées aux étalonnages réalisés. Les incertitudes correspondent aux aptitudes en matière de mesure et d'étalonnage (CMC) du laboratoire pour une probabilité de 95%.

^b : Pour les formes intérieures, la profondeur de mesure maximale est de 200 mm pour toutes les spécifications.

[#] Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur www.cofrac.fr.

Date de prise d'effet : 14/05/2025 Date de fin de validité : 28/02/2027

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 2-1446 Rév. 20.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél.: +33 (0)1 44 68 82 20 - Fax: 33 (0)1 44 68 82 21 Siret: 397 879 487 00031 www.cofrac.fr