

Section Laboratoires

**ATTESTATION D'ACCREDITATION****ACCREDITATION CERTIFICATE****N° 2-1446 rév. 12**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :  
*The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :*

**LNE**

N° SIREN : 313320244

Satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO/CEI 17025 : 2005**  
*Fulfils the requirements of the standard*

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en :  
*and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :*

**DIMENSIONNEL***DIMENSIONAL*réalisées par / *performed by :*

**LNE - Site de Nîmes**  
**190, rue Georges Besse**  
**30000 NIMES**

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe  
*and precisely described in the attached technical appendix*

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/IEC 17025 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management adapté (cf. communiqué conjoint ISO-ILAC-IAF en vigueur disponible sur le site internet du Cofrac [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr))

*Accreditation in accordance with the recognised international standard NF EN ISO/IEC 17025 demonstrates the technical competence of the laboratory for a defined scope and the proper operation in this laboratory of an appropriate management system (see current Joint ISO-ILAC-IAF Communiqué available on Cofrac web site [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).*

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.

*Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.*

Date de prise d'effet / *granting date* : **25/04/2019**Date de fin de validité / *expiry date* : **30/04/2022**

Pour le Directeur Général et par délégation  
*On behalf of the General Director*

Le Responsable du Pôle Bâtiment-Electricité,  
*Pole manager - Building-Electricity,*

**Kerno MOUTARD**

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.  
*This certificate is only valid if associated with the technical appendix.*

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).  
*The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).*

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 2-1446 Rév 11.  
*This certificate cancels and replaces the certificate N° 2-1446 [Rév 11](#).*

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.  
*The Cofrac's liability applies only to the french text.*

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21      Siret : 397 879 487 00031 <a href="http://www.cofrac.fr">www.cofrac.fr</a>
--

## **ANNEXE TECHNIQUE**

### **à l'attestation N° 2-1446 rév. 12**

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

**LNE - Site de Nîmes**  
**190, rue Georges Besse**  
**30000 NIMES**

Contact client : **Monsieur Pascal LAUNEY**  
Téléphone : 01.30.69.10.78  
Télécopie : 01.30.69.12.34  
E-mail : pascal.launey@lne.fr

Contact site : **Monsieur Eric FARGIER**  
Téléphone: 04.66.38.89.27  
Télécopie : 04.66.38.14.51  
E-mail : eric.fargier@lne.fr

Dans son unité technique :  
**LNE Nîmes - Pôle Métrologie Mécanique**

Elle porte sur les activités en pages suivantes :  
**DIMENSIONNEL**

**Portée FIXE** : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les étalonnages en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Pour les méthodes internes, les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Etalons ou calibres à bouts							
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
Cale étalon à bouts plans parallèles en acier	Longueur au centre Variation de longueur <i>NF EN ISO 3650 (03/1999)</i>	$0,05 \mu\text{m} + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot L$ 0,05 $\mu\text{m}$	$0,1 \text{ mm} \leq L \leq 100 \text{ mm}$	Comparaison mécanique	NF EN ISO 3650 (03/1999) Proc.n°337 E0545	Comparateur de cales Cales à bouts plans parallèles en acier	En labo
	Longueur au centre Variation de longueur <i>NF EN ISO 3650 (03/1999)</i>	$0,07 \mu\text{m} + 0,7 \cdot 10^{-6} \cdot L$ 0,07 $\mu\text{m}$	$0,1 \text{ mm} \leq L \leq 100 \text{ mm}$	Comparaison mécanique	NF EN ISO 3650 (03/1999) Proc.n°337 E0519	Machines automatiques Cales à bouts plans parallèles en acier	
	Longueur au centre <i>NF EN ISO 3650 (03/1999)</i>	$0,6 \mu\text{m} + 2,5 \cdot 10^{-6} \cdot L$	$100 \text{ mm} \leq L \leq 250 \text{ mm}$	Comparaison mécanique	NF EN ISO 3650 (03/1999) Proc.n°337 E0549	Banc de mesure unidirectionnel Cales à bouts plans parallèles en acier	
	Longueur au centre <i>NF EN ISO 3650 (03/1999)</i>	$0,5 \mu\text{m} + 2,5 \cdot 10^{-6} \cdot L$	$100 \text{ mm} \leq L \leq 2000 \text{ mm}$	Comparaison interférométrique	NF EN ISO 3650 (03/1999) Proc.n°337 E0549	Banc de mesure unidirectionnel équipé d'un interféromètre laser Cale étalon de 1 mm	
Cale étalon à bouts plans parallèles en carbure de tungstène	Longueur au centre Variation de longueur <i>NF EN ISO 3650 (03/1999)</i>	$0,05 \mu\text{m} + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot L$ 0,05 $\mu\text{m}$	$0,5 \text{ mm} \leq L \leq 100 \text{ mm}$	Comparaison mécanique	NF EN ISO 3650 (03/1999) Proc.n°337 E0545	Banc de mesure unidirectionnel Cales à bouts plans parallèles en carbure de tungstène	En labo
	Longueur au centre Variation de longueur <i>NF EN ISO 3650 (03/1999)</i>	$0,08 \mu\text{m} + 0,7 \cdot 10^{-6} \cdot L$ 0,08 $\mu\text{m}$	$0,5 \text{ mm} \leq L \leq 100 \text{ mm}$	Comparaison mécanique	NF EN ISO 3650 (03/1999) Proc.n°337 E0519	Machines automatiques Cales à bouts plans parallèles en carbure de tungstène	
Cale étalon à bouts plans parallèles en céramique	Longueur au centre Variation de longueur <i>NF EN ISO 3650 (03/1999)</i>	$0,05 \mu\text{m} + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot L$ 0,05 $\mu\text{m}$	$0,5 \text{ mm} \leq L \leq 100 \text{ mm}$	Comparaison mécanique	NF EN ISO 3650 (03/1999) Proc.n°337 E0545	Comparateur de cales Cales à bouts plans parallèles en céramique	En labo

DIMENSIONNEL / Etalons ou calibres à bouts (Suite)							
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
<u>Broche à bouts sphériques</u> en acier	Longueur maximale <i>NF E11-015 (08/2009)</i>	$1 \mu\text{m} + 1,7 \cdot 10^{-6} \cdot L$	$10 \text{ mm} \leq L \leq 300 \text{ mm}$	Comparaison mécanique	NF E11-015 (08/2009) Proc.n°337 E0522	Banc de mesure unidirectionnel Broche à bouts sphériques	En labo
		$1 \mu\text{m} + 2,5 \cdot 10^{-6} \cdot L$	$250 \text{ mm} \leq L \leq 4000 \text{ mm}$	Comparaison interférométrique	NF E11-015 (08/2009) Proc.n°337 E0522	Banc de mesure unidirectionnel équipé d'un interféromètre laser Broche à bouts sphériques	

DIMENSIONNEL / Etalons ou calibres matérialisant un diamètre							
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
<u>Pige cylindrique lisse</u> en acier	Diamètre repéré <i>NF E11-017 (12/1996)</i>	1,3 µm	1 mm ≤ L ≤ 25 mm	Comparaison optique	NF E11-017 (12/1996) Proc.n°337 E0506	Micromètre à nappe laser Tampons cylindriques lisses Piges cylindriques lisses	En labo
<u>Tampon cylindrique lisse</u> en acier	Diamètre local <i>NF E11-012 (12/1992)</i>	1 µm	1 mm ≤ L ≤ 25 mm	Comparaison optique	NF E11-012 (12/1992) Proc.n°337 E0506	Micromètre à nappe laser Tampons cylindriques lisses Piges cylindriques lisses	En labo
		0,8 µm + 2,2.10 <sup>-6</sup> .D	1 mm ≤ L ≤ 300 mm	Comparaison mécanique	NF E11-012 (12/1992) Proc.n°337 E0523	Banc de mesure unidirectionnel Tampons cylindriques lisses	
<u>Bague cylindrique lisse</u> en acier	Diamètre local <i>NF E11-011 (12/1992)</i>	0,35 µm + 2,2.10 <sup>-6</sup> .D	5 mm ≤ L ≤ 20 mm	Comparaison interférométrique avec palpeur oscillant	NF E11-011 (12/1992) Proc.n°337 E0524	Banc de mesure unidirectionnel équipé d'un interféromètre laser Bagues cylindriques lisses	En labo
			20 mm ≤ L ≤ 200 mm	Comparaison interférométrique avec palpeurs coudés			
		1 µm + 2.10 <sup>-6</sup> .D	200 mm ≤ L ≤ 350 mm	Comparaison interférométrique	NF E11-011 (12/1992) Proc.n°337 E0524	Banc de mesure unidirectionnel équipé d'un interféromètre laser Bagues cylindriques lisses	

DIMENSIONNEL / Instruments de mesure de longueurs							
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
<u>Indicateur de position de machine à mesurer</u>	Erreur de justesse	$0,2 \mu\text{m} + 2,5 \cdot 10^{-6} \cdot L^*$	$L \leq 4000 \text{ mm}$	Comparaison interférométrique	Proc.n°337 E0531	Interféromètre laser	En labo et sur site**
<u>Distancemètre Tachéomètre</u> q = 0,1 mm	Erreur d'indication pour mesures différentielles Erreur d'indication	0,35 mm 0,45 mm	$2 \text{ m} \leq D \leq 27 \text{ m}$	Comparaison interférométrique	Proc.n°337 E0501	Banc de mesure spécifique de 27 m Interféromètre laser	En labo
<u>Distancemètre Tachéomètre</u> q = 1 mm	Erreur d'indication	$1,2 \text{ mm} + 2 \cdot 10^{-6} \cdot L$	$2 \text{ m} \leq D \leq 27 \text{ m}$	Comparaison interférométrique	Proc.n°337 E0508		
<u>Butée micrométrique de banc de comparateur</u> q = 1 $\mu\text{m}$	Erreur d'indication	$0,5 \mu\text{m} + 0,7 \cdot 10^{-6} \cdot L$	$L \leq 30 \text{ mm}$	Comparaison interférométrique	Proc.n°337 E0518	Banc de mesure unidirectionnel équipé d'un interféromètre laser	En labo
<u>Comparateur électronique</u>	Erreur de justesse Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité <i>NF E11-068 (12/1992)</i> <i>Norme annulée</i>	0,25 $\mu\text{m}^*$ 0,05 $\mu\text{m}^*$ -	$L \leq 5 \text{ mm}$	Comparaison interférométrique	Proc.n°337 E0525	Banc de mesure unidirectionnel équipé d'un interféromètre laser	En labo
	Erreur de justesse Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité <i>NF E11-068 (12/1992)</i> <i>Norme annulée</i>	$0,3 \mu\text{m} + 1,5 \cdot 10^{-6} \cdot L^*$ 0,15 $\mu\text{m}^*$ -	$L \leq 100 \text{ mm}$				

q : pas de quantification

\* L'incertitude mentionnée est la meilleure incertitude pour laquelle le laboratoire est accrédité. Cette incertitude peut être dégradée en fonction des caractéristiques de l'instrument étalonné (résolution, répétabilité...). Il appartient au laboratoire de tenir à jour un bilan des incertitudes associées aux étalonnages réalisés.

\*\* Etalonnages pouvant être réalisés sur site avec dégradation des incertitudes suivant l'appareil à étalonner et selon les conditions d'environnement.

DIMENSIONNEL / Instruments de mesure de longueurs (Suite)							
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
<u>Comparateur électronique (sortie tension)</u>	Erreur de justesse <i>NF E11-068 (12/1992)</i> <i>Norme annulée</i>	$0,4 \mu\text{m} + 6,6 \cdot 10^{-6} \cdot L$	$L \leq 1 \text{ mm}$	Comparaison interférométrique	Proc.n°337 E0525	Banc de mesure unidirectionnel équipé d'un interféromètre laser Multimètre	En labo
		$0,4 \mu\text{m} + 22 \cdot 10^{-6} \cdot L$	$L \leq 5 \text{ mm}$				
		$0,4 \mu\text{m} + 30 \cdot 10^{-6} \cdot L$	$L \leq 10 \text{ mm}$				
		$0,7 \mu\text{m} + 35 \cdot 10^{-6} \cdot L$	$L \leq 25 \text{ mm}$				
		$1,3 \mu\text{m} + 36 \cdot 10^{-6} \cdot L$	$L \leq 50 \text{ mm}$				
		$2,6 \mu\text{m} + 36 \cdot 10^{-6} \cdot L$	$L \leq 100 \text{ mm}$				
		$13 \mu\text{m} + 37 \cdot 10^{-6} \cdot L$	$L \leq 500 \text{ mm}$				
<u>Comparateur électronique (sortie courant)</u>	Erreur de justesse <i>NF E11-068 (12/1992)</i> <i>Norme annulée</i>	$1,4 \mu\text{m} + 196 \cdot 10^{-6} \cdot L$	$L \leq 1 \text{ mm}$	Comparaison interférométrique	Proc.n°337 E0525	Banc de mesure unidirectionnel équipé d'un interféromètre laser Multimètre	En labo
		$6,6 \mu\text{m} + 200 \cdot 10^{-6} \cdot L$	$L \leq 5 \text{ mm}$				
		$14 \mu\text{m} + 200 \cdot 10^{-6} \cdot L$	$L \leq 10 \text{ mm}$				
		$33 \mu\text{m} + 201 \cdot 10^{-6} \cdot L$	$L \leq 25 \text{ mm}$				
		$66 \mu\text{m} + 201 \cdot 10^{-6} \cdot L$	$L \leq 50 \text{ mm}$				
		$131 \mu\text{m} + 201 \cdot 10^{-6} \cdot L$	$L \leq 100 \text{ mm}$				
		$651 \mu\text{m} + 201 \cdot 10^{-6} \cdot L$	$L \leq 500 \text{ mm}$				

q : pas de quantification



DIMENSIONNEL / Instruments manuels à cotes variables							
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
<u>Pied à coulisse</u> q = 10 et 20 µm	Mesurages d'extérieur avec les becs principaux : - Erreur d'indication contact pleine touche - Erreur d'indication contact sur surface limitée - Erreur de fidélité  Mesurages avec les autres becs : - Erreur de décalage d'échelle - Effet de la distance des becs de mesure d'intérieur à couteaux <i>NF E11-091 (03/2013)</i>	8 µm + q + 4.10 <sup>-6</sup> .L 8 µm + q + 4.10 <sup>-6</sup> .L - 9 µm + q 9 µm + q	L ≤ 1500 mm	Comparaison mécanique	NF E11-091 (03/2013) Proc.n°337 E0507	Cales à bouts plans parallèles en acier Bagues cylindriques lisses	En labo
<u>Jauge de profondeur à coulisseau</u> q = 10 et 20 µm	Erreur de contact sur surface limitée Erreur de fidélité <i>NF E11-096 (10/2013)</i>	8 µm + q + 2,5.10 <sup>-6</sup> .L -	L ≤ 600 mm	Comparaison mécanique	NF E11-096 (10/2013) Proc.n°337 E0512	Cales à bouts plans parallèles en acier Marbre de métrologie	En labo
<u>Jauge de profondeur à vis micrométrique</u> q = 1 et 10 µm	Erreur d'indication Erreur d'indication avec rallonges <i>NF E11-097 (02/1998)</i>	4 µm + 10.10 <sup>-6</sup> .L	L ≤ 300 mm	Comparaison mécanique	NF E11-097 (02/1998) Proc.n°337 E0513	Cales à bouts plans parallèles en acier Marbre de métrologie	En labo
<u>Butée micrométrique</u> q = 1 et 10 µm	Erreur d'indication	5 µm + 10.10 <sup>-6</sup> .L	L ≤ 100 mm	Comparaison mécanique	Proc.n°337 E0518	Banc de mesure unidirectionnel équipé d'un interféromètre laser	En labo
<u>Micromètre d'intérieur à 2 touches</u> q = 10 µm	Erreur d'indication <i>XP E11-098 (12/2000)</i>	5 µm + 10.10 <sup>-6</sup> .L	25 mm ≤ L ≤ 4000 mm	Comparaison interférométrique	XP E11-098 (12/2000) Proc.n°337 E0518	Banc de mesure unidirectionnel équipé d'un interféromètre laser	En labo

q : pas de quantification

DIMENSIONNEL / Instruments manuels à cotes variables (Suite)							
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
Micromètre d'extérieur à vis « standard » q = 1 et 2 µm	Erreur de contact pleine touche Erreur de contact partiel d'une surface Erreur de fidélité <i>NF E11-095 (10/2013)</i>	$1 \mu\text{m} + q + 10 \cdot 10^{-6} \cdot L$ $1 \mu\text{m} + q + 10 \cdot 10^{-6} \cdot L$ -	$L \leq 300 \text{ mm}$	Comparaison mécanique	NF E11-095 (10/2013) Proc.n°337 E0511	Cales à bouts plans parallèles en acier	En labo
Micromètre d'extérieur à vis « standard » q = 5 et 10 µm	Erreur de contact pleine touche Erreur de contact partiel d'une surface Erreur de fidélité <i>NF E11-095 (10/2013)</i>	$4 \mu\text{m} + 11 \cdot 10^{-6} \cdot L$ $4 \mu\text{m} + 11 \cdot 10^{-6} \cdot L$ -	$L \leq 2000 \text{ mm}$				
Micromètre d'extérieur à vis à touches fixes fines q = 1 et 2 µm	Erreur de contact pleine touche Erreur de fidélité <i>NF E11-090 (12/1993)</i>	$1 \mu\text{m} + q + 10 \cdot 10^{-6} \cdot L$ -	$L \leq 100 \text{ mm}$	Comparaison mécanique	NF E11-090 (12/1993) Proc.n°337 E0511	Cales à bouts plans parallèles en acier	En labo
Micromètre d'extérieur à vis à touches fixes fines q = 5 et 10 µm	Erreur de contact pleine touche Erreur de fidélité <i>NF E11-090 (12/1993)</i>	$4 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot L$ -	$L \leq 300 \text{ mm}$				
Micromètre d'extérieur à vis à rallonges interchangeables q = 1 µm	Erreur de contact pleine touche Erreur de contact partiel d'une surface Erreur de fidélité <i>NF E11-090 (12/1993)</i>	$1 \mu\text{m} + q + 10 \cdot 10^{-6} \cdot L$ $1 \mu\text{m} + q + 10 \cdot 10^{-6} \cdot L$ -	$L \leq 300 \text{ mm}$	Comparaison mécanique	NF E11-090 (12/1993) Proc. 337 E0511	Cales à bouts plans parallèles en acier	En labo
Micromètre d'extérieur à vis à rallonges interchangeables q = 10 µm	Erreur de contact pleine touche Erreur de contact partiel d'une surface Erreur de fidélité <i>NF E11-090 (12/1993)</i>	$4 \mu\text{m} + 11 \cdot 10^{-6} \cdot L$ $4 \mu\text{m} + 11 \cdot 10^{-6} \cdot L$ -	$L \leq 2000 \text{ mm}$				
Micromètre à becs pour mesurages intérieurs q = 5 et 10 µm	Erreur d'indication : contact pleine touche <i>NF E11-090 (12/1993)</i>	$4 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot D$	$5 \text{ mm} \leq L \leq 200 \text{ mm}$	Comparaison mécanique	NF E11-090 (12/1993) Proc.n°337 E0517	Bagues cylindriques lisses	En labo
Micromètre d'intérieur à 3 touches dit « alésomètre » q = 1, 2, 5 et 10 µm	Erreur d'indication <i>NF E11-099 (12/1993)</i>	$3 \mu\text{m} + q + 10 \cdot 10^{-6} \cdot D$	$3,5 \text{ mm} \leq L \leq 225 \text{ mm}$	Comparaison mécanique	NF E11-099 (12/1993) Proc.n°337 E0510	Bagues cylindriques lisses	En labo

q : pas de quantification

DIMENSIONNEL / Instruments manuels à cotes variables (Suite)							
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
<u>Comparateur mécanique à cadran</u> à tige rentrante radiale q = 1 µm	Erreur de mesure totale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité <i>NF E 11-057 (04/2016)</i>	3 µm 3 µm -	L ≤ 30 mm	Comparaison mécanique	NF E 11-057 (04/2016) Proc.n°337 E0514	Banc d'étalonnage de comparateurs	En labo
<u>Comparateur mécanique à cadran</u> à tige rentrante radiale q = 10 µm	Erreur de mesure totale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité <i>NF E 11-057 (04/2016)</i>	4 µm 4 µm -					
<u>Comparateur mécanique à cadran</u> à tige rentrante radiale q = 1 µm	Erreur de mesure totale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité <i>NF E 11-057 (04/2016)</i>	2 µm 2 µm -	L ≤ 150 mm	Comparaison mécanique	NF E 11-057 (04/2016) Proc.n°337 E0514	Banc de mesure unidirectionnel	
<u>Comparateur mécanique à cadran</u> à tige rentrante radiale q = 10 µm	Erreur de mesure totale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité <i>NF E 11-057 (04/2016)</i>	4 µm 4 µm -					
<u>Comparateur à levier mécanique</u> q = 2 µm	Erreur d'indication totale Erreur d'indication locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité <i>NF E11-053 (10/2013)</i>	3 µm 3 µm 3 µm -	L ≤ 3 mm	Comparaison mécanique	NF E11-053 (10/2013) Proc.n°337 E0515	Banc d'étalonnage de comparateurs	En labo
<u>Comparateur à levier mécanique</u> q = 10 µm	Erreur d'indication totale Erreur d'indication locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité <i>NF E11-053 (10/2013)</i>	4 µm 4 µm 4 µm -					

q : pas de quantification

DIMENSIONNEL / Instruments manuels à cotes variables (Suite)							
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
<u>Comparateur à affichage numérique</u> à tige rentrante radiale q = 1 µm	Erreur d'indication totale Erreur de fidélité <i>NF E11-056 (04/2016)</i>	3 µm -	L ≤ 30 mm	Comparaison mécanique	NF E11-056 (04/2016) Proc.n°337 E0516	Banc d'étalonnage de comparateurs	En labo
<u>Comparateur à affichage numérique</u> à tige rentrante radiale q = 10 µm	Erreur d'indication totale Erreur de fidélité <i>NF E11-056 (04/2016)</i>	10 µm -					
<u>Comparateur à affichage numérique</u> à tige rentrante radiale q = 1 µm	Erreur d'indication totale Erreur de fidélité <i>NF E11-056 (04/2016)</i>	2 µm -	L ≤ 150 mm	Comparaison mécanique	NF E11-056 (04/2016) Proc.n°337 E0516	Banc de mesure unidirectionnel	
<u>Comparateur à affichage numérique</u> à tige rentrante radiale q = 10 µm	Erreur d'indication totale Erreur de fidélité <i>NF E11-056 (04/2016)</i>	9,5 µm -					

q : pas de quantification

DIMENSIONNEL / Etalons à traits							
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
Barre à mires cibles planes	Distance entre cibles ou graduations	$7 \mu\text{m} + 3.10^{-6}.L$	$L \leq 3 \text{ m}$	Comparaison interférométrique	Proc.n°337 E0550	Banc de mesure unidirectionnel équipé d'un interféromètre laser et d'une visée optique ou d'une caméra	En labo
Barre à mires cibles inclinées à 45°		$10 \mu\text{m} + 3.10^{-6}.L$					
Règle gravée ou graduée Barre de mise à l'échelle*	Erreur d'indication	$17 \mu\text{m} + 1.10^{-6}.L$	$L \leq 3 \text{ m}$	Comparaison interférométrique	Proc.n°337 E0539	Interféromètre laser Banc de mesure de 27 m	
Fil géodésique*	Erreur d'indication	$21 \mu\text{m} + 2,5.10^{-6}.L$	$L \leq 25 \text{ m}$	Comparaison interférométrique	Proc.n°337 E0538		
Réglet Circomètre	Erreur d'indication	$50 \mu\text{m} + 5.10^{-6}.L$	$L \leq 10 \text{ m}$	Comparaison interférométrique	Proc.n°337 E0528		
Mètre ruban	Erreur d'indication Erreur sur le talon	$55 \mu\text{m} + 5.10^{-6}.L$ 75 $\mu\text{m}$	$L \leq 10 \text{ m}$	Comparaison interférométrique	Proc.n°337 E0529		
Ruban et fils gravés Décamètre Double décimètre	Erreur d'indication	$0,1 \text{ mm} + 10.10^{-6}.L$	$L \leq 200 \text{ m}$	Comparaison interférométrique	Proc.n°337 E0530		
Règle à traits	Erreur d'indication	$1,5 \mu\text{m} + 1,5.10^{-6}.L$	$L \leq 450 \text{ m}$	Mesure directe	Proc.n°337 E0561		

\* L'incertitude mentionnée est la meilleure incertitude pour laquelle le laboratoire est accrédité (barres en invar). Cette incertitude peut être dégradée en fonction des caractéristiques de l'instrument étalonné. Pour des instruments en matériau différent, le laboratoire devra réévaluer les incertitudes. Il appartient au laboratoire de tenir à jour un bilan des incertitudes associées aux étalonnages réalisés.

DIMENSIONNEL / Etalons de planéité							
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
Marbre de métrologie	Écart de planéité <i>NF E10-102 (02/1988)</i>	$2,5 \mu\text{m} + 1.10^{-6}.L$	$0,25 \text{ m}^2 \leq S \leq 16 \text{ m}^2$	Comparaison mécanique Méthode par quadrillage	Proc.n°337 E0535	Niveaux électroniques	En labo et sur site**

L : plus grande longueur du marbre

S : surface

\*\* Etalonnages pouvant être réalisés sur site avec dégradation des incertitudes suivant l'appareil à étalonner et selon les conditions d'environnement.

DIMENSIONNEL / Etalons de rectitude							
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
Génératrice de bague et tampon cylindriques lisses	Écart de rectitude ( $E_r$ ) <i>Zone minimale</i> <i>NF E10-101 (02/1988)</i>	0,3 $\mu\text{m}$	$E_r \leq 20 \mu\text{m}$	Comparaison mécanique	Proc.n°337 E0536	Banc de mesure de rectitude Calotte sphérique	En labo

DIMENSIONNEL / Instruments de mesure d'angles							
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
<u>Niveau à bulles</u> q = 10 µm/m	Erreur de justesse Erreur de fidélité <i>NF E11-301 (06/1984)</i>	8 µm/m -	-2 mm/m ≤ α ≤ +2 mm/m	Comparaison angulaire	Proc.n°337 E0544	Banc d'étalonnage de niveau Barre sinus spécifique	En labo
<u>Niveau électronique</u> q = 1 µm/m	Erreur globale Erreur de fidélité <i>NF E11-302 (06/1984)</i>	6 µm/m -	-2 mm/m ≤ α ≤ +2 mm/m				
<u>Niveau électronique</u> q = 5 µm/m	Erreur globale Erreur de fidélité <i>NF E11-302 (06/1984)</i>	11 µm/m -	-10 mm/m ≤ α ≤ +10 mm/m				
<u>Niveau électronique</u> q = 10 µm/m	Erreur globale Erreur de fidélité <i>NF E11-302 (06/1984)</i>	15 µm/m -					
<u>Indicateur de positions angulaires</u>	Erreur d'indication	1,6 <sup>*</sup>	0 à 360°	Comparaison mécanique	Proc.n°337 E0552	Plateau angulaire de référence	En labo
		2,5 <sup>**</sup>		Comparaison interférométrique	Proc.n°337 E0552 Proc.n°337 E0559 selon le type d'indicateur de positions angulaires	Interféromètre laser et système Rotary	En labo et sur site <sup>**</sup>

q : pas de quantification

\* L'incertitude mentionnée est la meilleure incertitude pour laquelle le laboratoire est accrédité. Cette incertitude peut être dégradée en fonction des caractéristiques de l'instrument étalonné (résolution, répétabilité...). Il appartient au laboratoire de tenir à jour un bilan des incertitudes associées aux étalonnages réalisés.

\*\* Etalonnages pouvant être réalisés sur site avec dégradation des incertitudes suivant l'appareil à étalonner et selon les conditions d'environnement.

Les incertitudes élargies correspondent aux aptitudes en matière de mesures et d'étalonnages (CMC) du laboratoire pour une probabilité de couverture de 95%.

# Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Date de prise d'effet : **25/04/2019** Date de fin de validité : **30/04/2022**

Le Responsable d'accréditation  
*The Accreditation Manager*

**Mathieu CHUST**

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 2-1446 Rév. 11.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)