Portée détaillée v.7 de l'attestation N° 1-1122

Detailed scope v.7 of the attestation N° 1-1122
Date de publication / Publish date: 03/06/2026

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE

LVAD 54 - SANTE ANIMALE

AGROALIMENTAIRE / SANTE ANIMALE / Immunosérologie

Référence portée générale *Flexible scope reference*	Objet *Object*	Caractéristiques mesurées ou recherchées *Properties measured*	Principe de la méthode *Principle of the method*	Référence de la méthode *Reference of the method*
1	Sérum individuel Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre Brucella (abortus, suis, melitensis) (Brucellose)	ELISA	Notice fournisseur IDEXX (IDEXX Brucellosis Serum Ab test)
1	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre Brucella (Brucellose) [test de confirmation]	ELISA	Notice fournisseur IDEXX (IDEXX Brucellosis Serum X2 ELISA Test)
1	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la fièvre catarrhale ovine	ELISA	Notice fournisseur ID Vet (ID Screen Bluetongue Competition)
1	Sérum individuel Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre Hypoderma bovis et lineatum (varron)	ELISA	Notice fournisseur ID Vet (ID Screen Hypodermosis Indirect)
1	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps totaux)	ELISA	Notice fournisseur IDEXX (IDEXX IBR Individual Ab Test)
1	Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps totaux)	ELISA	Notice fournisseur IDEXX (IDEXX IBR Pool Ab Test)
1	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps anti-gB)	ELISA	Notice fournisseur IDEXX (IDEXX IBR gB X3 Ab Test)

AGROALIMENTAIRE / SANTE ANIMALE / Immunosérologie				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
1	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps anti-gE)	ELISA	Notice fournisseur ID Vet (ID Screen IBR gE Competition)
1	Sérum individuel Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus de la leucose bovine enzootique	ELISA	Notice fournisseur IDEXX (IDEXX Leukosis Serum Screening Ab Test)
1	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre Coxiella burnetii (fièvre Q)	ELISA	Notice fournisseur ID Vet (ID Screen® Q Fever Indirect)
1	Sérum individuel Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine	ELISA	Notice fournisseur IDVET (ID Screen BVD p80 Antibody Competition)
2	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre Mycobacterium avium subsp paratuberculosis (Paratuberculose)	ELISA	Méthode interne IAN08-PARAS notice fournisseur IDVET (ID Screen® Paratuberculosis Indirect Screening Test)

LVAD 54 - SANTE ANIMALE

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, EQUIPEMENTS MEDICAUX / BIOLOGIE VETERINAIRE / Génétique moléculaire

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
3	Sang	Génome du virus de la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) - Tous génotypes	- Extraction automatisée par adsorption sur bille magnétique - Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : ADIAMAG (BIO-X) Kit d'amplification : ADIAVET BTV REAL TIME (BIO-X) Mode opératoire : PAN 03
3	Sang	Génome du virus de la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) - génotype 4	- Extraction automatisée par adsorption sur bille magnétique - Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : ADIAMAG (BIO-X) Kit d'amplification : ADIAVET BTV Type 4 REAL TIME (BIO-X) Mode opératoire : PAN 03
3	Sang	Génome du virus de la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) - génotype 3	- Extraction automatisée par adsorption sur bille magnétique - Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : ADIAMAG (BIO-X) Kit d'amplification : ADIAVET BTV Type 3 REAL TIME (BIO-X) Mode opératoire : PAN 03

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, EQUIPEMENTS MEDICAUX / BIOLOGIE VETERINAIRE / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
3	Sang	Génome du virus de la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) - génotype 8	- Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques - Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : ADIAMAG (BIO-X) Kit d'amplification :ADIAVET BTV Type 8 REAL TIME (BIO-X) Mode opératoire : PAN 03
3	Sang Sérum Biopsie auriculaire	Génome du virus de la Diarrhée Virale Bovine (BVD)	- Extraction automatisée par adsorption sur bille magnétique - Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : MagMAX CORE Nucleic Acid Purification kit (Thermofisher) Kit d'amplification : VetMAx BVDV Screening (Thermofisher) Mode opératoire : PAN 02
3	Sang	Génome du virus de la Maladie Hémorragique Epizootique (MHE)	- Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques - Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : ADIAMAG (BIO-X) Kit d'amplification : ADIAVET EHDV REAL TIME (BIO-X) Mode opératoire : PAN 01

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, EQUIPEMENTS MEDICAUX / BIOLOGIE VETERINAIRE / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
4	Ecouvillon génital	Génome de Taylorella equigenitalis	- Extraction par lyse directe du prélèvement - Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : Lyse directe en tampon PBS Kit d'amplification : AdiaVet CEMO Taylorella Real Time (Bio-X) Mode opératoire : PAN 04