Portée détaillée v.1 de l'attestation N° 1-6206

Detailed scope v.1 of the attestation N° 1-6206
Date de publication / Publish date: 03/11/2026

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE - LABORATOIRE CHMS - Site d'AIX-LES-BAINS - Secteur Hygiène

ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'EAU / Analyses microbiologiques

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
FLEX1	Eaux de réseaux sanitaires froides et chaudes	Echantillonnage pour la recherche de Légionelles	Echantillonnage instantané (prise d'un échantillon unique)	FD T 90-522
FLEX1	Eaux douces (A l'exception des eaux colorées et/ou non filtrables devant suivre le processus analytique des eaux "sales")	Legionella et Legionella pneumophila	Ensemencement en direct Et après concentration par filtration puis décontamination par traitement acide. Incubation à 36°C. Confirmation des Legionella et Legionella pneumophila Dénombrement des Legionella et Legionella pneumophila après identification par agglutination au latex	NF T 90-431
FLEX3	Solutions de contrôle des endoscopes	Microorganismes revivifiables à 30°C	Filtration sur membrane Incubation à 30°C sur milieu non sélectif Dénombrement des colonies	Méthode interne : Filtration des eaux sur membrane IE-A2-HYG-005 Contrôle microbiologique des endoscopes IE-A2-HYG-046

ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'EAU / Analyses microbiologiques				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
FLEX3	Solutions de contrôle des endoscopes	Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas spp Entérobactéries Entérocoques Streptophomonas maltophilia Acinetobacter sp. Staphylococcus aureus Candida sp.	Méthode qualitative : Culture sur milieu non sélectif Typage morphologique des colonies Ré-isolement Confirmation par spectrométrie de masse (Maldi Tof)	Méthode interne : IE-C2-BAC-031 Identification bactérienne et fongique par Spectrométrie de Masse (MALDI TOF)
FLEX3	Solutions de contrôle des endoscopes	Champignon filamenteux	Examen macroscopiques et microscopiques	Méthode interne : Contrôle microbiologique des endoscopes IE-A2-HYG-046