



Portée détaillée v.40 de l'attestation N° 8-0798

Detailed scope v.40 of the attestation N° 8-0798

Date de publication / Publish date: 08/10/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

SELAS BIO LBS

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique d'Harfleur	Acide urique	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Alanine-amino-transferase	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Albumine	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Antigène Prostatique Spécifique libre (PSAL)	Sérum	ABBOTT Alinity i (T) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Antigène Prostatique Spécifique Total (PSAT)	Sérum	ABBOTT Alinity i (T) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Aspartate-amino-transférase	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique d'Harfleur	Bilirubine directe	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Bilirubine libre (indirecte)	-	Calcul	Formule de calcul de la bilirubine indirecte	Transfert d'accréditation
Plateau Technique d'Harfleur	Bilirubine totale	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	BNP (peptides natriurétiques de type B)	Plasma	ABBOTT Alinity i (T) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	C-Réactive Protéine (CRP)	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Calcium	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Calcium corrigé	-	Calcul	Formule de Parfitt	Transfert d'accréditation
Plateau Technique d'Harfleur	Capacité totale de fixation de la transferrine	-	Calcul	Formule de calcul de la CFT	Transfert d'accréditation
Plateau Technique d'Harfleur	Chlore	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Chlore urinaire	Urine	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique d'Harfleur	Cholestérol HDL	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Cholestérol LDL	-	Calcul	Formule de Friedewald	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Cholestérol total	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Clairance de la créatinine	-	Calcul	Formule de Cockcroft- Gault	Transfert d'accréditation
Plateau Technique d'Harfleur	Coefficient de saturation de la transferrine	-	Calcul	Formule du coefficient de saturation de la transferrine	Transfert d'accréditation
Plateau Technique d'Harfleur	Créatine phospho kinase (CPK)	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Créatinine	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Créatinine	Urine	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Dioxyde de carbone	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Débit de filtration glomérulaire (DFG)	-	Calcul	Formule CKD EPI	Transfert d'accréditation

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique d'Harfleur	Fer	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Ferritine	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity i (T) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Gamma-glutamyl-transférase (GGT)	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Glucose	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Glucose	Urine	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Hormone chorionique gonadotrope (HCG)	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity i (T) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Hormone folliculostimulante (FSH)	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity i (T) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Hormone lutéïnistante (LH)	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity i (T) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Hormone thyroïdostimulante (TSH)	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity i (T) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Lactate deshydrogénase (LDH)	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique d'Harfleur	Lipase	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Magnésium	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Microalbumine	Urine	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Non-HDL-cholestérol	-	Calcul	Formule SCORE 2	Transfert d'accréditation
Plateau Technique d'Harfleur	Oestradiol	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity i (T) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Osmolalité sanguine	-	Calcul	Formule de l'osmolarité sanguine	Transfert d'accréditation
Plateau Technique d'Harfleur	Osmolalité urinaire	-	Calcul	Formule de l'osmolarité urinaire	Transfert d'accréditation
Plateau Technique d'Harfleur	Phosphatases alcalines (PAL)	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Phosphore	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Potassium	Sérum	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique d'Harfleur	Potassium	Urine	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Progestérone	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity i (T) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Protides	Sérum	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Protides	Urine	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Rapport microalbumine / créatinurie	-	Calcul	Rapport microalbumine / créatinurie	Ajout le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Rapport protéinurie / créatinurie	-	Calcul	Rapport protéinurie / créatinurie	Ajout le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Rapport PSAL/PSAT	-	Calcul	Rapport PSAL/PSAT	Ajout le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Score Fibrosis-4	-	Calcul	Fomule FIB-4	Ajout le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Sodium	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Sodium	Urine	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique d'Harfleur	Thyroxine Libre (FT4)	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity i (T) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Transferrine	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Tri-Iodothyronine libre (FT3)	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity i (T) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Triglycérides	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Troponine	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity i (T) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Urée	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity c (T et M) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de l'Europe	Potassium	Sang total	SIEMENS EPOC Potentiométrie	Mode opératoire : 18-MD2/001	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	25OH	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O2 et A) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025 Ajout Alinity I (back-up) le 28/01/2026 Remplacement Alinity I par Alinity A le 29/05/2026
Site de Lillebonne	Acide urique	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O, A et I) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Acide urique	Urine	ABBOTT Alinity c (I) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Acide valproïque (Dépakine)	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (I) Photométrie - Turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Alanine-amino-transférase	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O, A et I) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Albumine	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O et I) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Alcool	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (I et O) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025 Ajout Alinity O (back-up) le 28/01/2026
Site de Lillebonne	Alpha amylase	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (I) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Alpha Fœtoprotéine	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O3) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Amphétamines	Urine	ABBOTT Alinity c (I) Photométrie – Enzymo-immunologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Antidépresseurs anti-tryclicques	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O et I) Photométrie – Enzymo-immunologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Antigène Carcino-Embryonnaire (ACE)	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O3) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	Antigène Prostatique Spécifique libre (PSAL)	Sérum	ABBOTT Alinity i (O3) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Antigène Prostatique Spécifique Total (PSAT)	Sérum	ABBOTT Alinity i (O3 et A) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity i concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Apolipoprotéine A1	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O) Photométrie - Turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Apolipoprotéine B	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O) Photométrie - Turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Aspartate-amino-transférase	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O, A et I) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Benzodiazépines	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (I) Photométrie – Enzymo-immunologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Bilirubine directe	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O, I) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Bilirubine libre (indirecte)	-	Calcul	Formule de calcul de la bilirubine indirecte	
Site de Lillebonne	Bilirubine totale	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O, A et I) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025 Changement de référence du réactif (BILT2) le 08/12/2025
Site de Lillebonne	BNP (peptides natriurétiques de type B)	Plasma	ABBOTT Alinity i (O3 et I) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity i concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Buprénorphine	Urine	ABBOTT Alinity c (I) Photométrie - Enzymo-immunologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Béta-2-microglobuline	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O) Photométrie – Enzymo-immunologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	C-Réactive Protéine	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O, A et I) Photométrie - Turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	CA15.3	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O3) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	CA 19.9	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O3) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	CA125	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O3) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Calcium	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O, A et I) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025 Changement de la référence du réactif Abbott le 27/01/2026
Site de Lillebonne	Calcium	Urine	ABBOTT Alinity c (I) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025 Changement de la référence du réactif Abbott le 27/01/2026
Site de Lillebonne	Calcium corrigé	-	Calcul	Formule de Parfitt	
Site de Lillebonne	Calcium ionisé	Sang total	SIEMENS RAPIDPoint 500 Potentiométrie / Ampérométrie / Calcul	Mode opératoire : MU-MD2/026	
Site de Lillebonne	Capacité totale de fixation de la transferrine	-	Calcul	Formule de calcul de la CFT	
Site de Lillebonne	Carbamazépine	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (I) Photométrie - Turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Carboxyhémoglobine	Sang total	SIEMENS RAPIDPoint 500 Spectrométrie	Mode opératoire : MU-MD2/026	
Site de Lillebonne	Chlore	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O, A et I) Photométrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	Chlore	Urine	ABBOTT Alinity c (I) Photométrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Cholestérol HDL	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O, A et I) Photométrie - Turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Cholestérol LDL	-	Calcul	Formule de Friedewald	
Site de Lillebonne	Cholestérol total	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O, A et I) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Clairance de la créatinine	-	Calcul	Formule de Cockcroft- Gault	
Site de Lillebonne	Cocaïne	Urine	ABBOTT Alinity c (I) Photométrie – Enzymo-immunologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Coefficient de saturation de la transferrine	-	Calcul	Formule du coefficient de saturation de la transferrine	
Site de Lillebonne	Complément C3	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O) Photométrie - Turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Complément C4	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O) Photométrie - Turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Cortisol	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (I) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Créatinine	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O, A et I) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Créatinine	Urine	ABBOTT Alinity c (A et I) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Créatinine phosphokinase	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O et I) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	Digoxine	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O et I) Photométrie - Turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Dioxyde de carbone	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O et I) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Débit de Filtration Glomérulaire (DFG)	-	Calcul	Formule CKD EPI	
Site de Lillebonne	Fer	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O et I) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Ferritine	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O3, A et I) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity i concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Folates	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (A, I et O2) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity i concernés le 02/10/2025 Ajout O3 le 11/03/2026 Remplacement O3 par O2 le 29/05/2026
Site de Lillebonne	Gamma-glutamyl-transférase	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O, A et I) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Gaz du sang : pH / pCO2 / pO2 / HCO3- / CO2 total / SO2 / Hbt	Sang total	SIEMENS RAPIDPoint 500 Potentiométrie / Ampérométrie / Calcul	Mode opératoire : MU-MD2/026	
Site de Lillebonne	Glucose	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O, A et I) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Glucose	Urine	ABBOTT Alinity c (A et I) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025 Ajout Alinity I (back-up) le 28/01/2026
Site de Lillebonne	Glucose	LCS	ABBOTT Alinity c (A) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Haptoglobuline	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O) Photométrie - Turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	Hormone chorionique gonadotrope	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O2 et I) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity i concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Hormone folliculostimulante	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (A et I) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity i concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Hormone lutéïnisante	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (I) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Hormone thyroïdostimulante (TSH)	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O3, A et I) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity i concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Hémoglobine A1C	Sang et dérivés	TOSOH GR01 HPLC	Mode opératoire : LI-MD2/061	Remplacement du TOSOH G11 par un TOSOH GR01 le 02/03/2026
Site de Lillebonne	Immunoglobines E totales	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O) Photométrie - Turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Immunoglobuline A	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O) Photométrie - Turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Immunoglobuline G	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O) Photométrie - Turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Immunoglobuline M	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O) Photométrie - Turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Lactate	Sang total	SIEMENS RAPIDPoint 500 Ampérométrie	Mode opératoire : MU-MD2/026	
Site de Lillebonne	Lactate Déshydrogénase	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O et I) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Lipase	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O et I) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Lithium	Sérum	ABBOTT Alinity c (I) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concernés le 02/10/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	Magnésium	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Méthémoglobine	Sang total	SIEMENS RAPIDPoint 500 Spectrométrie	Mode opératoire : MU-MD2/026	
Site de Lillebonne	Microalbumine	Urine	ABBOTT Alinity c (I) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Méthadone	Urine	ABBOTT Alinity c (I) Photométrie – Enzymo-immunologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Non HDL-cholestérol		Calcul	Formule SCORE 2	Ajout de ce calcul le 16/12/2025
Site de Lillebonne	NT Pro-BNP	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (I et O3) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025 Ajout Alinity O3 (back-up) le 28/01/2026
Site de Lillebonne	Opiacés	Urine	ABBOTT Alinity c (I) Photométrie – Enzymo-immunologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Osmolarité sanguine	-	Calcul	Formule de l'osmolarité sanguine	
Site de Lillebonne	Osmolarité urinaire	-	Calcul	Formule de l'osmolarité urinaire	
Site de Lillebonne	Paracétamol	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O et I) Photométrie – Enzymo-immunologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Phosphatase alcaline	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O, A et I) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Phosphore	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O et I) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Phosphore	Urine	ABBOTT Alinity c (I) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	Phénobarbital	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (I) Photométrie – Enzymo-immunologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Potassium	Sérum	ABBOTT Alinity c (O, A et I) Potentiométrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Potassium	Urine	ABBOTT Alinity c (I) Potentiométrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Procalcitonine	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity i (I et O2) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025 Ajout Alinity O2 (back-up) le 28/01/2026
Site de Lillebonne	Progestérone	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (I) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Prolactine	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (I) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Protides	Sérum	ABBOTT Alinity c (O, A et I) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Protides	Urine LCS	ABBOTT Alinity c (A et I) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Protides	Liquides de ponction	ABBOTT Alinity c (I) Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Préalbumine	Sérum	ABBOTT Alinity c (O) Photométrie - Turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Rapport microalbuminurie / créatininurie	-	Calcul	Rapport microalbuminurie / créatininurie	
Site de Lillebonne	Rapport protéinurie / créatininurie	-	Calcul	Rapport protéinurie / créatininurie	
Site de Lillebonne	Rapport PSAL / PSAT	-	Calcul	Rapport PSAL / PSAT	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	Score Fibrosis-4	-	Calcul	Formule FIB-4	
Site de Lillebonne	Sodium	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O, A et I) Potentiométrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Sodium	Urine	ABBOTT Alinity c (I) Potentiométrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Testostérone	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (I) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Thyroglobuline	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (A) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Thyroxine Libre (FT4)	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O3 et A) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity i concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Transferrine	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O, I) Photométrie - Turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Tri-Iodothyronine Libre (FT3)	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O3) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity i concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Triglycérides	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O, A et I) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Troponine	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O3 et I) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity i concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Urée	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity c (O et I) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity c concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Urée	Urine	ABBOTT Alinity c (I) Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Vitamine B12	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (A, I et O2) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity i concernés le 02/10/2025 Ajout O3 le 11/03/2026 Remplacement O2 par O3 le 29/05/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	Œstradiol	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (A et I) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Acides biliaires	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Acide urique	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Alanine-amino-transférase	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Albumine	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Alpha amylase	Sérum - Plasma Liquides de ponction	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Ammoniaque	Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Aspartate-amino-transférase	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Bilirubine directe	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Bilirubine libre (indirecte)	-	Calcul	Formule de calcul de la bilirubine indirecte	
Site Mathilde-Rouen	Bilirubine totale	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Changement de référence du réactif (BILT2) le 08/12/2025
Site Mathilde-Rouen	BNP (peptides natriurétiques de type B)	Plasma	ABBOTT ALINITY I Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	C-Réactive Protéine	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Calcium	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Changement de la référence du réactif Abbott le 27/01/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Calcium corrigé	-	Calcul	Formule de Parfitt	
Site Mathilde-Rouen	Chlore	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Potentiométrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Clairance de la créatinine	-	Calcul	Formule de Cockcroft- Gault	
Site Mathilde-Rouen	Créatinine	Sérum - Plasma Urine	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Créatinine phosphokinase	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Dioxyde de carbone	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Débit de Filtration Glomérulaire (DFG)	-	Calcul	Formule CKD EPI	
Site Mathilde-Rouen	Gamma-glutamyl-transférase	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Gaz du sang pH / pCO ₂ / pO ₂ / HCO ₃ ⁻ / CO ₂ total / SO ₂ / Hbt	Sang total	SIEMENS RAPIDPoint 500 Potentiométrie / Ampérométrie / Calcul	Mode opératoire : MU-MD2/026	
Site Mathilde-Rouen	Glucose	Sérum - Plasma Urine LCS	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Hormone chorionique gonadotrope	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY I Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Hormone lutéinisante	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY I Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Hormone thyroïdostimulante (TSH)	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY I Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Lactate	Sang total	SIEMENS RAPIDPoint 500 Ampérométrie	Mode opératoire : MU-MD2/026	
Site Mathilde-Rouen	Lactate Déshydrogénase	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Lipase	Sérum - Plasma Liquides de ponction	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	NT Pro-BNP	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY I Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Osmolarité sanguine	-	Calcul	Formule de l'osmolarité sanguine	
Site Mathilde-Rouen	Osmolarité urinaire	-	Calcul	Formule de l'osmolarité urinaire	
Site Mathilde-Rouen	Phosphatase alcaline	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Phosphore	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Potassium	Sérum	ABBOTT ALINITY C Potentiométrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Procalcitonine	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY I Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Progestérone	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY I Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Protides	Sérum Urine Liquides de ponction - LCS	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Préalbumine	Sérum	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Rapport protéinurie / créatininurie	-	Calcul	Rapport protéinurie / créatininurie	
Site Mathilde-Rouen	Score Fibrosis-4	-	Calcul	Formule FIB-4	
Site Mathilde-Rouen	Sodium	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Potentiométrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Troponine	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY I Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Urée	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Urée	Urine	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Œstradiol	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY I Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Saint-Hilaire-Rouen	Alanine-amino-transférase	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Albumine	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Aspartate-amino-transférase	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Bilirubine directe	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Bilirubine libre (indirecte)	-	Calcul	Formule de calcul de la bilirubine indirecte	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Bilirubine totale	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Changement de référence du réactif (BILT2) le 08/12/2025
Site Saint-Hilaire-Rouen	C-Réactive Protéine	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Calcium	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Changement de la référence du réactif Abbott le 27/01/2026
Site Saint-Hilaire-Rouen	Calcium corrigé	-	Calcul	Formule de Parfitt	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Chlore	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Potentiométrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Créatinine	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Créatinine phosphokinase	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Dioxyde de carbone	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Débit de Filtration Glomérulaire (DFG)	-	Calcul	Formule CKD EPI	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Saint-Hilaire-Rouen	Gamma-glutamyl-transférase	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Glucose	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Lipase	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Myoglobine	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Turbidimétrie/immunoturbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Saint-Hilaire-Rouen	NT Pro-BNP	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY I Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Osmolarité sanguine	-	Calcul	Formule de l'osmolarité sanguine	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Phosphatase alcaline	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Potassium	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Potentiométrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Protides totaux	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Colorimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Score Fibrosis-4	-	Calcul	Formule FIB-4	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Sodium	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Potentiométrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Troponine I	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY I Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Urée	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY C Photométrie - Enzymologie	Mode opératoire : MU-MD2/050	

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	Electrophorèse des protéines	Sérum	SEBIA CAPILLARYS TERA Electrophorèse capillaire	Mode opératoire : 1-MD2/043	Remplacement du Capillarys Octa par un Capillarys Téra le 01/12/2025
Site de Lillebonne	Immunotypage des protéines	Sérum	SEBIA CAPILLARYS TERA Electrophorèse capillaire	Mode opératoire : 1-MD2/043	Remplacement du Capillarys Octa par un Capillarys Téra le 01/12/2025
Site de Lillebonne	Immunotypage des protéines	Sérum	Méthode manuelle Electrophorèse sur gel d'agarose	Mode opératoire : 1-MD2/055	
Site de Lillebonne	Protéines de Bence Jones (PBJ)	Urine	Méthode manuelle Immunofixation après électrophorèse sur gel d'agarose	Mode opératoire : 1-MD2/055	
Site de Lillebonne	Transferrine carboxy deficiente (CDT)	Sérum	MINICAP FLEX PIERCING Electrophorèse capillaire	Mode opératoire : 1-MD2/051	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique d'Harfleur	Recherche de nitrites, corps cétonique, densité urinaire	Urine	Biosynex Mini Lecteur URITOP Test rapide sur support solide	Mode opératoire : MU-MD2/025	Ajout le 15/04/2026

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	Cotinine	Urine	Méthode manuelle Biosynex Kit de test rapide All Test Screening Test	Mode opératoire : 1-MD2/026	
Site de Lillebonne	Recherche de nitrites, corps cétonique, densité urinaire	Urine	Biosynex Mini Lecteur URITOP Test rapide sur support solide	Mode opératoire : MU-MD2/025	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Recherche d'hémoglobine dans les selles	Selle	Méthode manuelle Servibio Kit FOB	Mode opératoire : 2-MD2/038	
Site Mathilde-Rouen	Recherche de nitrites, corps cétonique, densité urinaire	Urine	Biosynex Mini Lecteur URITOP Test rapide sur support solide	Mode opératoire : MU-MD2/025	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique d'Harfleur	Formule sanguine	Sang total	Méthode manuelle Identification morphologique et numération après coloration, par microscopie	Instruction de coloration MGG : MU- MD2/046 Instruction d'utilisation du colorateur : HA- MD2/001	Transfert d'accréditation
Plateau Technique d'Harfleur	Numération / formule sanguine automatisée	Sang total	SYSMEX XN 1500 Cytométrie de flux / Impédance / Spectrophotométrie / Fluocytométrie / Fluorescence / Optique / Calcul	Mode opératoire : MU-MD2/048	Transfert d'accréditation
Plateau Technique d'Harfleur	Réticulocytes	Sang total	SYSMEX XN 1500 Cytométrie et fluorescence	Mode opératoire : MU-MD2/048	Transfert d'accréditation

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	Formule sanguine	Sang total	Méthode manuelle Identification morphologique et numération après coloration, par microscopie	Instruction de coloration MGG : MU-MD2/046	
Site de Lillebonne	Formule sanguine	Sang total	CELLAVISION DM-1200 Identification morphologique après coloration par microscopie numérique	Mode opératoire : MU-MD2/27	
Site de Lillebonne	Numération / formule sanguin automatisée	Sang total	SYSMEX XN-9000 n°1, 2 et 3 Cytométrie de flux / Impédance / Spectrophotométrie / Fluocytométrie / Fluorescence / Optique / Calcul	Mode opératoire : MU-MD2/048	
Site de Lillebonne	Réticulocytes	Sang total	SYSMEX XN-9000 n°3 Cytométrie et fluorescence	Mode opératoire : MU-MD2/048	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Formule sanguine	Sang total	Méthode manuelle Identification morphologique et numération après coloration, par microscopie	Instruction de coloration MGG : MU-MD2/046	
Site Mathilde-Rouen	Formule sanguine	Sang total	CELLAVISION DM1200 Identification morphologique après coloration par microscopie numérique	Mode opératoire : MU-MD2/027	
Site Mathilde-Rouen	Numération / formule sanguin automatisée	Sang total	SYSMEX XN-2000 n°1 et 2 Cytométrie de flux / Impédance / Spectrophotométrie / Fluocytométrie / Fluorescence / Optique / Calcul	Mode opératoire : MU-MD2/048	
Site Mathilde-Rouen	Réticulocytes	Sang total	SYSMEX XN-2000 n°2 Cytométrie et fluorescence	Mode opératoire : MU-MD2/048	
Site Mathilde-Rouen	Test de Kleihauer	Sang total	Méthode manuelle Identification morphologique et numération après coloration, par microscopie	Mode opératoire : 2-ID2/015	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Saint-Hilaire-Rouen	Formule sanguine	Sang total	Méthode manuelle Identification morphologique et numération après coloration par microscopie	Mode opératoire colorateur : 16-MD2/002	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Numération / formule sanguine automatisée	Sang total	SYSMEX XN-1000 Cytométrie de flux / Impédance / Spectrophotomètre / Fluocytométrie / Fluorescence / Optique / Calcul	Mode opératoire : MU-MD2/048	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Réticulocytes	Sang total	SYSMEX XN-1000 Cytométrie et Fluorescence	Mode opératoire : MU-MD2/048	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	Vitesse de sédimentation	Sang total	SYSMEX Interliner Méthode de Westergreen	Mode opératoire : 1-MD2/011	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique d'Harfleur	D-Dimères	Plasma	DIAGNOSTICA STAGO STAR MAX 3 Immuno-turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/029	Transfert d'accréditation
Plateau Technique d'Harfleur	Fibrinogène	Plasma	DIAGNOSTICA STAGO STAR MAX 3 Chronométrie	Mode opératoire : MU-MD2/029	Transfert d'accréditation
Plateau Technique d'Harfleur	INR	-	Calul	Formule de calcul INR	Transfert d'accréditation
Plateau Technique d'Harfleur	Temps de céphaline Kaolin (TCK)	sang	DIAGNOSTICA STAGO STAR MAX 3 Chronométrie	Mode opératoire : MU-MD2/029	Transfert d'accréditation Remplacement du TCA par TCK le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Temps de Quick / Taux de prothrombine	Plasma	DIAGNOSTICA STAGO STAR MAX 3 Chronométrie	Mode opératoire : MU-MD2/029	Transfert d'accréditation

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	D-Dimères	Plasma	DIAGNOSTICA STAGO STA-R MAX 2 STA COMPACT MAX 2 Immuno-turbidimétrie	Modes opératoires : 1-MD2/015 MU-MD2/020	
Site de Lillebonne	Fibrinogène	Plasma	DIAGNOSTICA STAGO STA-R MAX 2 STA COMPACT MAX 2 Chronométrie	Modes opératoires : 1-MD2/015 MU-MD2/020	
Site de Lillebonne	INR	Plasma	Calcul	Formule de calcul de l'INR	
Site de Lillebonne	Temps de céphaline Kaolin (TCK)	Plasma	DIAGNOSTICA STAGO STA-R MAX 2 STA COMPACT MAX 2 Chronométrie	Modes opératoires : 1-MD2/015 MU-MD2/020	
Site de Lillebonne	Temps de Quick / Taux de prothrombine	Plasma	DIAGNOSTICA STAGO STA-R MAX 2 STA COMPACT MAX 2 Chronométrie	Modes opératoires : 1-MD2/015 MU-MD2/020	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	D-Dimères	Plasma	DIAGNOSTICA STAGO STA COMPACT MAX 2 Immuno-turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/020	
Site Mathilde-Rouen	Fibrinogène	Plasma	DIAGNOSTICA STAGO STA COMPACT MAX 2 Chronométrie	Mode opératoire : MU-MD2/020	
Site Mathilde-Rouen	INR	Plasma	Calcul	Formule de calcul de l'INR	
Site Mathilde-Rouen	Temps de céphaline Kaolin (TCK)	Plasma	DIAGNOSTICA STAGO STA COMPACT MAX 2 Chronométrie	Mode opératoire : MU-MD2/020	
Site Mathilde-Rouen	Temps de Quick / Taux de prothrombine	Plasma	DIAGNOSTICA STAGO STA COMPACT MAX 2 Chronométrie	Mode opératoire : MU-MD2/020	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Saint-Hilaire-Rouen	D-Dimères	Plasma	DIAGNOSTICA STAGO STA COMACT MAX3 Immuno-turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/020	Ajout le 12/05/2026
Site Saint-Hilaire-Rouen	Fibrinogène	Plasma	DIAGNOSTICA STAGO STA COMACT MAX3 Chronométrie	Mode opératoire : MU-MD2/020	
Site Saint-Hilaire-Rouen	INR	-	Calcul	Formule de calcul de l'INR	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Temps de céphaline Kaolin (TCK)	Plasma	DIAGNOSTICA STAGO STA COMACT MAX3 Chronométrie	Mode opératoire : MU-MD2/020	
Site Saint-Hilaire-Rouen	Temps de Quick / Taux de prothrombine	Plasma	DIAGNOSTICA STAGO STA COMACT MAX3 Chronométrie	Mode opératoire : MU-MD2/020	

BM CB04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Saint-Hilaire-Rouen	Site Saint-Hilaire-Rouen	Clinique Saint-Hilaire Bloc opératoire de cardiologie	TCK (ACT)	Sang total	ABBOTT I-Stat 1 et 2	Mode opératoire : 16-MD2/001	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	Groupe ABO - Rh - Kell	Sang total	IMMUCOR NEO IRIS Technique automatisée d'héماغglutination	Mode opératoire : 1-MD2/058	
Site de Lillebonne	Groupe ABO - Rh - Kell	Sang total	IMMUCOR ECHO LUMENA Technique automatisée d'héماغglutination	Mode opératoire : 1-MD2/059	Changement de référence du mode opératoire (monosite suite à l'installation du Vision sur le site de Saint-Hilaire)

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Groupe ABO - Rh - Kell	Sang total	ORTHO VISION Hémagglutination automatisée	Mode opératoire : MU-MD2/028	Mise en routine d'un Vision à la place de l'Erytra Eflexis le 19/02/2026

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Saint-Hilaire-Rouen	Groupe ABO - Rh - Kell	Sang total	ORTHO VISION Hémagglutination automatisée	Mode opératoire : MU-MD2/028	Mise en routine d'un Vision à la place de l'Echo Lumena le 27/11/2025

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	Recherche d'anticorps irréguliers (RAI)	Sérum - Plasma	IMMUCOR NEO IRIS Technique automatisée d'hémagglutination	Mode opératoire : 1-MD2/058	
Site de Lillebonne	Recherche d'anticorps irréguliers (RAI)	Sérum - Plasma	IMMUCOR ECHO LUMENA Technique automatisée d'hémagglutination	Mode opératoire : 1-MD2/059	Changement de référence du mode opératoire (monosite suite à l'installation du Vision sur le site de Saint-Hilaire)

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Recherche d'anticorps irréguliers (RAI)	Sérum - Plasma	ORTHO VISION Hémagglutination automatisée	Mode opératoire : MU-MD2/028	Mise en routine d'un Vision à la place de l'Erytra Eflexis le 19/02/2026

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Saint-Hilaire-Rouen	Recherche d'anticorps irréguliers (RAI)	Sérum - Plasma	ORTHO VISION Hémagglutination automatisée	Mode opératoire : MU-MD2/028	Mise en routine d'un Vision à la place de l'Echo Lumena le 27/11/2025

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	Test direct de l'antiglobuline (Coombs direct)	Sang total	IMMUCOR ECHO LUMENA Technique automatisée d'héماغglutination	Mode opératoire : 1-MD2/058	Remplacement NEO IRIS par ECHO LUMENA

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Test direct de l'antiglobuline (Coombs direct)	Sang total	ORTHO VISION Hémagglutination automatisée	Mode opératoire : MU-MD2/028	Mise en routine d'un Vision à la place de l'Erytra Eflexis le 19/02/2026

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	Anticorps anti-CCP	Sérum - Plasma	PHADIA IMMUNOCAP 250 n°2 Immuno-enzymo-fluorescence (FEIA)	Mode opératoire : 1-MD2/042	
Site de Lillebonne	Anticorps anti-DNAN natif	Sérum - Plasma	PHADIA IMMUNOCAP 250 n°2 Immuno-enzymo-fluorescence (FEIA)	Mode opératoire : 1-MD2/042	
Site de Lillebonne	Anticorps anti-nucléaire (ANA)	Sérum	EUROBIO AFT-3000 Préparation automatisée des lames d'immunofluorescence indirecte (IFI) Identification morphologique et quantification par microscopie à fluorescence	Mode opératoire : 1-MD2/057	
Site de Lillebonne	Anticorps anti-récepteur de la TSH	Sérum	ABBOTT Alinity i (A) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Anticorps anti-thyroglobuline	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O3) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Anticorps anti-thyropéroxydase	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O3) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Anticorps anti-transglutaminase tissulaire IgA	Sérum - Plasma	PHADIA IMMUNOCAP 250 n°2 Immuno-enzymo-fluorescence (FEIA)	Mode opératoire : 1-MD2/042	
Site de Lillebonne	Anticorps IgG anti-nucléaires : Symphony, SS-A/Ro, SS-B/La, Jo-1, U1RNP, Smd, CENP et Scl-70	Sérum - Plasma	PHADIA IMMUNOCAP 250 n°2 Immuno-enzymo-fluorescence (FEIA)	Mode opératoire : 1-MD2/042	
Site de Lillebonne	Facteur rhumatoïde IgG	Sérum	ABBOTT Alinity c (O) Photométrie - Turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Facteur rhumatoïde IgM	Sérum - Plasma	PHADIA IMMUNOCAP 250 n°2 Immuno-enzymo-fluorescence (FEIA)	Mode opératoire : 1-MD2/042	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	Ensemble des IgE spécifiques unitaires IgE spécifiques vis-à-vis de mélange d'allergènes Ensemble des recombinants Liste des allergènes et recombinants : 1- ED2/051	Sérum - Plasma	PHADIA IMMUNOCAP 250 n°1 et 2 Immunoenzymologie Mesure fluorométrique DX	Mode opératoire : 1-MD2/042	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique d'Harfleur	Anticorps anti-HBC totaux (HBCT)	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity i (T) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Anticorps anti-HBS (ACB)	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity i (T) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Anticorps anti-HCV	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity i (T) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Anticorps anti-HIV	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity i (T) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Anticorps anti-toxoplasme IgG	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity i (T) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Anticorps anti-toxoplasme IgM	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity i (T) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026
Plateau Technique d'Harfleur	Antigène HBS	Sérum-Plasma	ABBOTT Alinity i (T) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Transfert d'accréditation Remplacement Architect par Alinity Abbott le 16/03/2026

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	ACB (anticorps anti-HBS)	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O2 et A) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity i concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Antigène HBS	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O2 et A) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity i concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Antistreptolysine-O	Sérum	ABBOTT Alinity c (O) Photométrie - Turbidimétrie	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity c concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	CMV IgG/IgM	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O2 et A) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025 Ajout Alinity A (back-up) le 28/01/2026
Site de Lillebonne	EBV (EBNA IgG / VCA IgG / VCA IgM)	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O2) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	HA IgG/IgM	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O2) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	HBCT (Ac anti HBC totaux)	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O2) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025
Site de Lillebonne	HIV Ag/Ac Combo	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O3 et A) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity i concernés le 02/10/2025
Site de Lillebonne	Hépatite C (anticorps anti-HC)	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O3 et A) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity i concernés le 02/10/2025 Mise en routine nouveau réactif HC2 Abbott le 12/03/2026
Site de Lillebonne	Rubéole IgG	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O2 et A) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025 Ajout Alinity A (back-up) le 28/01/2026
Site de Lillebonne	SARS-Cov-2 IgG	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O2) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	Syphilis TPHA	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O2 et A) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automate Alinity i concerné le 02/10/2025 Ajout Alinity A (back-up) le 28/01/2026 - Alinity A en routine à partir du 11/03/2026
Site de Lillebonne	Toxoplasmose IgG/IgM	Sérum - Plasma	ABBOTT Alinity i (O2 et A) Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Précision automates Alinity i concernés le 02/10/2025

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Antigène HBS	Sérum - Plasma	ABBOTT ALINITY I Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	HIV Ag/Ac Combo	Sérum-Plasma	ABBOTT ALINITY I Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	
Site Mathilde-Rouen	Hépatite C (anticorps anti-HC)	Sérum-Plasma	ABBOTT ALINITY I Chimiluminescence	Mode opératoire : MU-MD2/050	Mise en routine nouveau réactif HC2 Abbott le 12/03/2026

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	Legionella pneumophila	Urine	Méthode manuelle Abbott kit BinaxNOW Legionella	Mode opératoire : 1-MD2/040	
Site de Lillebonne	Streptococcus pneumoniae	Urine	Méthode manuelle Abbott Kit BinaxNOW S.pneumoniae	Mode opératoire : 1-MD2/041	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Détection de l'antigène du C. difficile	Selle	Méthode manuelle ALERE Kit C. DIFF QUICK CHEK COMPLETE	Mode opératoire : MU-MD2/003	
Site Mathilde-Rouen	Détection des carbapénèmases	Culture bactérienne	Méthode manuelle Coris BioConcept Kit O.K.N.V.I. RESIST-5	Mode opératoire : 2-MD2/047	
Site Mathilde-Rouen	Recherche virale dans les selles : Adénovirus / Rotavirus	Selle	Méthode manuelle Biosynex Kit Combo Adeno/Rota BSS	Mode opératoire : MU-MD2/003	Remplacement du kit Servibio par le kit Biosynex le 05/05/2026

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Chlamydiae trachomatis	Génital - anorectal - gorge - urine - sperme	BioRad CFX96 Dx Microlab STARlet RT-PCR	Mode opératoire : 2-MD2/046	Changement référence réactif le 16/04/2024
Site Mathilde-Rouen	HPV	Frottis cervical, cytologie en milieu liquide	BioRad CFX96 Dx Microlab STARlet RT-PCR	Mode opératoire : 2-MD2/046	
Site Mathilde-Rouen	Mycoplasma genitalium	Génital - anorectal - gorge - urine - sperme	BioRad CFX96 Dx Microlab STARlet RT-PCR	Mode opératoire : 2-MD2/046	Changement référence réactif le 16/04/2024
Site Mathilde-Rouen	Neisseria gonorrhoeae	Génital - anorectal - gorge - urine - sperme	BioRad CFX96 Dx Microlab STARlet RT-PCR	Mode opératoire : 2-MD2/046	Changement référence réactif le 16/04/2024
Site Mathilde-Rouen	SARS-Cov-2	Nasopharyngé, salivaire	Bioer technology Quantgene n°1, 2 et 3 RT-PCR	Mode opératoire : 2-MD2/037	Remplacement du coffret BIOSYNEX AMPLIQUICK SARS-CoV-2 par le coffret BIOSYNEX AMPLIQUICK Respiratory Triplex le 28/06/2024
Site Mathilde-Rouen	Trichomonas vaginalis	Génital - anorectal - gorge - urine - sperme	BioRad CFX96 Dx Microlab STARlet RT-PCR	Mode opératoire : 2-MD2/046	Changement référence réactif le 16/04/2024

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique d'Harfleur	Examen cytot bacté riologique Identification et numération d'éléments cellulaires, et d'autres éléments Recherche de bactéries	Urine	Méthode manuelle Lecture optique, cellule fast-Read	Mode opératoire : MU-MD2/002	Transfert d'accréditation

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	Examen cytotobactériologique Identification et numération d'éléments cellulaires, et d'autres éléments Recherche de bactéries	Urine LCS (liquide cephalo- rachidien) Liquide de ponction	Méthode manuelle Lecture optique, cellule fast-read	Mode opératoires : MU-MD2/002 MU-MD2/019 MU-MD2/008	
Site de Lillebonne	Examen cytotobactériologique Identification et numération d'éléments cellulaires, et d'autres éléments Recherche de bactéries	Urine LCS Liquide de ponction Génital, Urétral Expectoration ORL (oreille, gorge, nez) Oculaire Pus/Plaie Dispositif intra-vasculaire Dispositif intra-utérin Prélèvements du nouveau-né : liquide gastrique, prélèvements périphériques (oreilles, anus, yeux) Liquide amniotique Sang (hémoculture) Selle	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant culture, avec ou sans préparation, avec coloration Gram Becton Dickinson Méthode Manuelle de coloration de Gram Kit BD Gram stain	Modes opératoires : MU-MD2/002 MU-MD2/019 MU-MD2/008 MU-MD2/004 MU-MD2/007 MU-MD2/009 MU-MD2/010 MU-MD2/011 MU-MD2/013 MU-MD2/015 MU-MD2/016 MU-MD2/047 MU-MD2/017 MU-MD2/003 MU-MD2/013 MU-ID2/009	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Examen cytotobactériologique et mycologique Identification et numération d'éléments cellulaires, et d'autres éléments	LCS Liquide de ponction Génital, Urétral Expectoration ORL (oreille, gorge, nez) Oculaire Pus/Plaie Dipositif intra-vasculaire Dispositif intra-utérin Pièces opératoires/Os Redon, liquide de redon Prélèvements du nouveau-né : Liquide gastrique Prélèvements périphériques (oreilles, anus, yeux) Liquide amniotique Placenta / Lochies Sang (hémoculture) Selle Sperme Peau et phanères (ongles, cheveux, poils)	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant culture, avec ou sans préparation, avec ou sans coloration BIOMERIEUX PREVI COLOR GRAM Méthode de coloration Gram automatisée Méthode manuelle de coloration BD Gram Stain BIOSYNEX Kit Mycetcolor BD BBL Lactophenol Cotton Blue Stain Droppers	Modes opératoires par nature d'échantillon : MU-MD2/019 MU-MD2/008 MU-MD2/004 MU-MD2/007 MU-MD2/009 MU-MD2/010 MU-MD2/011 2-MD2/029 MU-MD2/015 2-MD2/030 2-MD2/001 MU-MD2/047 2-MD2/003 MU-MD2/017 MU-MD2/003 2-MD2/029 MA-MD2/022 MU-MD2/046 MA-MD2/054	
Site Mathilde-Rouen	Examen cytotobactériologique Identification et numération d'éléments cellulaires, et d'autres éléments Recherche de bactéries	Urine Liquide de ponction : articulaire, d'ascite et pleural	SYSMEX UF-4000 Cytométrie de flux SYSMEX UD-10 (urine) Microscopie numérique	Mode opératoire : 2-MD2/008	Ajout du dosage des globules blancs sur UF-4000 pour les liquides articulaires, d'ascite et pleuraux le 06/06/2025 Ajout 2e UF-4000 pour la cytologie urinaire le 05/08/2025
Site Mathilde-Rouen	Examen cytotobactériologique Identification et numération d'éléments cellulaires, et d'autres éléments Recherche de bactéries	Urine LCS - Liquide de ponction	Méthode manuelle Lecture optique, cellule fast read	Modes opératoires : MU-MD2/002 MU-MD2/019 MU-MD2/008	
Site Mathilde-Rouen	Mesure par numération en cellule des hématies et des leucocytes : par minute (HLM) / par millilitre (HLU)	Urine	Calcul à partir des résultats de la cytologie urinaire	Formules HLM (compte d'Addis) et HLU	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Recherche et identification de parasites	Urine	Méthode manuelle Examen morphologique direct microscopique à l'état frais	Modes opératoires : 2-MD2/018	
Site Mathilde-Rouen	Recherche et identification de parasites	Selle	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant et après concentration et coloration (méthodes Bailenger et MIF) PARAFLO BAILENGER EUROBIO MIDI PARASEP SF EUROBIO	Mode opératoire : MU-MD2/023	
Site Mathilde-Rouen	Recherche et identification de parasites	Peau	Méthode manuelle Scotch test (test de graham) Examen microscopique	Mode opératoire : 2-MD2/028	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	Hémoculture Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Sang total	BIOMERIEUX Bact/Alert 3D Colorimétrie	Modes opératoires : MU-MD2/017 MU-MD2/018	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Hémoculture Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Sang total	BIOMERIEUX Bact/Alert 3 D Colorimétrie	Modes opératoires : MU-MD2/017 MU-MD2/018	2e BTA3D mis en service le 20/01/2025

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et de champignons filamenteux	Peau et phanères (ongles, cheveux, poils) Expectoration ORL Oculaire Pus/Plaie	Méthode manuelle Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation puis lecture Examen morphologique direct microscopique après culture, après coloration au bleu de lactophénol BD BBL Lactophenol Cotton Blue Stain Droppers	Mode opératoire : MA- MD2/054	

BM MG10 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique d'Harfleur	Mise en culture (ensemencement)	Urine	Méthode manuelle d'ensemencement	Mode opératoire : MU-MD2/002	Transfert d'accréditation

BM MG10 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	Mise en culture (ensemencement)	Urine LCS Liquide de ponction Génital, Urétral Expectoration ORL (oreille, gorge, nez) Oculaire Pus/Plaie Dipositif intra-vasculaire Dispositif intra-utérin Prélèvements du nouveau-né : Liquide gastrique Prélèvements périphériques (oreilles, anus, yeux) Liquide amniotique Sang (hémoculture) Selle	Méthode manuelle d'ensemencement	Modes opératoires : MU-MD2/002 MU-MD2/019 MU-MD2/008 MU-MD2/004 MU-MD2/007 MU-MD2/009 MU-MD2/010 MU-MD2/011 MU-MD2/013 MU-MD2/015 MU-MD2/016 MU-MD2/047 MU-MD2/017 MU-MD2/003 MU-MD2/013	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	LCS Liquide de ponction Génital, Urétral Expectoration ORL (oreille, gorge, nez) Oculaire Pus/Plaie Dipositif intra-vasculaire Dispositif intra-utérin Pièces opératoires/Os Redon, liquide de redon Prélèvements du nouveau-né : Liquide gastrique Prélèvements périphériques (oreilles, anus, yeux) Liquide amniotique Placenta / Lochies Sang (hémoculture) Selle Sperme	COPAN WASP Mise en culture automatisée Mise en culture manuelle Incubation	Modes opératoires par nature d'échantillon : MU-MD2/002 MU-MD2/019 MU-MD2/008 MU-MD2/004 MU-MD2/007 MU-MD2/009 MU-MD2/010 MU-MD2/011 2-MD2/029 MU-MD2/015 2-MD2/030 2-MD2/001 MU-MD2/047 2-MD2/003 MU-MD2/017 MU-MD2/003 2-MD2/029 WASP : MA-MD2/048	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Culture bactérienne	Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) BIOMERIEUX PREVI COLOR GRAM Méthode de coloration Gram automatisée Méthode manuelle de coloration de Gram Kit BD Gram Stain	Modes opératoires par nature d'échantillon : MU-MD2/002 MU-MD2/019 MU-MD2/008 MU-MD2/004 MU-MD2/007 MU-MD2/009 MU-MD2/010 MU-MD2/011 2-MD2/029 MU-MD2/015 2-MD2/030 2-MD2/001 MU-MD2/047 2-MD2/003 MU-MD2/017 MU-MD2/003 2-MD2/029 PREVI Color Gram : MA-MD2/022 Instruction de coloration manuelle Gram : MU-MD2/046	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Culture bactérienne	Identification BRUKER MALDI Biotyper Sirius Identification automatisée par spectrométrie de masse Détermination phénotypique par méthode manuelle Antisérums Salmonella monovalent (BIORAD) Test à l'optochine OPTO-F (BIOMERIEUX) Kit Céfinase (BD)	Mode opératoire Spectromètre : 2-MD2/041 Modes opératoires techniques manuelles d'identification : 2-MD2/050 MU-MD2/003	Validation de nouveaux milieux SS, HEKT et YER pour l'identification directe des micro-organismes par spectromètre de masse sans repiquage préalable sur milieu COS le 17/09/2026
Site Mathilde-Rouen	Recherche et identification des mycoplasmes	Génital - Sperme - Urine	Méthode manuelle Test sur galerie MYCOFAST Revolution ELITech	Mode opératoire : 2-MD2/039	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/antifongiques	Culture bactérienne Sang (hémoculture)	BIOMERIEUX VITEK 2 XL, VITEK 2 et VITEK 2 COMPACT (back-up) Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques	Mode opératoire : MA-MD2/013	Nouveau VITEK 2 mis en routine le 24/11/2025 Remplacement carte ATB AST-N436 par la carte AST-N497 le 19/05/2026
Site Mathilde-Rouen	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/antifongiques	Culture bactérienne	Méthode manuelle de détermination de la sensibilité des bactéries Galerie BIOMERIEUX : ATB ANA EU	Mode opératoire : 2-MD2/012	Arrêt ATB HAEMO EU le 27/03/2024
Site Mathilde-Rouen	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/antifongiques	Culture bactérienne	Méthode manuelle de détermination de la sensibilité des bactéries Etest BIOMERIEUX : Azithromycine AZ 256 Ceftriaxone VH/TX 256	Mode opératoire : 2-MD2/053	
Site Mathilde-Rouen	Détection d'une Bêta-Lactamase à Spectre Étendu (BLSE)	Culture bactérienne	Méthode manuelle sur milieu gélosé BIORAD Disques d'antibiotiques Amoxicilline + acide clavulanique Ceftazidime Cefepime Cefotaxime	Mode opératoire : 2-MD2/044	
Site Mathilde-Rouen	Etude de la sensibilité aux antibiotiques des mycoplasmes	Génital - Sperme - Urine	Méthode manuelle Test sur galerie MYCOFAST Revolution ELITech	Mode opératoire : 2-MD2/039	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique d'Harfleur	Paludisme Recherche, identification et numération	Sang total	Méthode manuelle Identification et numération après coloration MGG	Mode opératoire : MU-MD2/001	Transfert d'accréditation
Plateau Technique d'Harfleur	Paludisme Recherche, identification et parasitémie	Sang total	Méthode manuelle Biosynex Kit PALUTOP+4 OPTIMA	Mode opératoire : MU-MD2/001	Transfert d'accréditation Ajout, en remplacement de la goutte épaisse, le 16/03/2026

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	Paludisme Recherche, identification et numération	Sang total	Méthode manuelle Identification et numération après coloration MGG	Mode opératoire : MU-MD2/001	
Site de Lillebonne	Paludisme Recherche, identification et numération	Sang total	Méthode manuelle Biosynex Kit PALUTOP+4 OTPIMA	Mode opératoire : MU-MD2/001	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Paludisme Recherche, identification et numération	Sang total	Méthode manuelle Biosynex Kit PALUTOP+4 OTPIMA	Mode opératoire : MU-MD2/001	
Site Mathilde-Rouen	Paludisme Recherche, identification et numération	Sang total	Méthode manuelle Identification et numération après coloration MGG	Mode opératoire : MU-MD2/001	

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Spermogramme Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, pH, viscosité, agglutination, mobilité, concentration des spermatozoïdes et des cellules rondes	Sperme Urine	Méthode manuelle Examen direct macro et microscopique	Mode opératoire : 2-MD2/024	
Site Mathilde-Rouen	Test de Hühner	Glaire vaginale	Méthode manuelle Examen direct macro et microscopique	Mode opératoire : 2-MD2/045	
Site Mathilde-Rouen	Test de migration-survie	Sperme	Méthode manuelle Examen microscopique après traitement (centrifugation, gradient, ...)	Mode opératoire : 2-MD2/025	

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Paul Souday	Spermogramme (contrôle post-vasectomie inclus) Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, pH, viscosité, agglutination, mobilité, concentration des spermatozoïdes et des cellules rondes	Sperme	Méthode manuelle Examen direct macro et microscopique	Mode opératoire du spermogramme	Transfert d'accréditation
Site Paul Souday	Test de Migration Survie des spermatozoïdes	sperme	Méthode manuelle Examen microscopique après traitement (centrifugation, gradient, ...)	Mode opératoire du test de migration de survie	Transfert d'accréditation

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Spermocytogramme	Sperme Urine	Méthode manuelle Coloration et examen microscopique Colorants (VWR)	Mode opératoire : 2-MD2/023	
Site Mathilde-Rouen	Spermogramme Concentration des leucocytes	Sperme	Méthode manuelle Coloration et examen microscopique Kit Leucoscreen Plus (FertiPro)	Mode opératoire : 2-MD2/024	
Site Mathilde-Rouen	Spermogramme Vitalité	Sperme	Méthode manuelle Coloration et examen microscopique Kit Vitalscreen (FertiPro)	Mode opératoire : 2-MD2/024	
Site Mathilde-Rouen	Test de migration-survie	Sperme	Méthode manuelle Coloration et examen microscopique Colorants (VWR)	Mode opératoire : 2-MD2/025	

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Paul Souday	Index de térazozoospermie	-	Calcul	Mode opératoire du spermocytogramme	Transfert d'accréditation
Site Paul Souday	Spermocytogramme	Sperme	Méthode manuelle Examen microscopique après coloration selon la méthode de Krüger (OMS 2021)	Mode opératoire du spermocytogramme	Transfert d'accréditation
Site Paul Souday	Spermogramme concentration des leucocytes	Sperme	Méthode manuelle Examen microscopique après coloration avec le kit Leucoscreen Plus (FertiPro)	Mode opératoire du spermogramme	Transfert d'accréditation
Site Paul Souday	Spermogramme vitalité	Sperme	Méthode manuelle Examen microscopique après coloration avec le kit Vitalscreen (FertiPro)	Mode opératoire du spermogramme	Transfert d'accréditation

BM SP07 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Détection des anticorps anti-spermatozoïdes IgG	Sperme	Méthode manuelle Coloration et examen microscopique Kit SpermMar Test IgG (FertiPro)	Mode opératoire : 2-MD2/020	

BM SP07 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Paul Souday	Détection des anticorps anti-spermatozoïdes IgG	Sperme	Méthode manuelle Coloration et examen microscopique Kit SpermMar Test IgG (FertiPro)	Mode opératoire du spermogramme	Transfert d'accréditation

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Préparation de sperme en vue d'AMP incluant la conservation de gamètes : autoconservation de sperme et recherche de spermatozoïdes après chirurgie en vue de cryoconservation. Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, mobilité, concentration	Sperme	Méthode manuelle Examen direct macro et microscopique	Modes opératoires : 2-MD2/032 2-MD2/024 2-MD2/043	

BM AP02 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Préparation de sperme en vue d'AMP Détermination de la concentration des spermatozoïdes, mobilité	Sperme	MICROPTIC Méthode automatisée CASA	Mode opératoire : 2-MD2/040	

BM AP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Examen cytologique avec identification du complexe cumulo-ovocytaire et de l'ovocyte. Identification et description d'un zygote. Identification et description d'un embryon. Identification des structures cellulaires spécifiques.	Zygote, embryon	Méthode manuelle Identification morphologique par microscopie sur échantillon frais ou après décongélation	Mode opératoire : 2-MD2/031	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Caudebec-Lès-Elbeuf	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site Caudebec-Lès-Elbeuf	Au sein du site	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site Caudebec-Lès-Elbeuf	Au sein du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site Caudebec-Lès-Elbeuf	Au sein du site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Œil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site Caudebec-Lès-Elbeuf	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Clémenceau-Rouen	Au sein du site/Etablissements sanitaires et médico-sociaux	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site Clémenceau-Rouen	Au sein du site/Etablissements sanitaires et médico-sociaux	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site Clémenceau-Rouen	Au sein du site/Etablissements sanitaires et médico-sociaux	PEAU et PHANERES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site Clémenceau-Rouen	Au sein du site/Etablissements sanitaires et médico-sociaux	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Œil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site Clémenceau-Rouen	Au sein du site/Etablissements sanitaires et médico-sociaux	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Bonsecours	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site de Bonsecours	Au sein du site	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de Bonsecours	Au sein du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de Bonsecours	Au sein du site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Œil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de Bonsecours	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Boos	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site de Boos	Au sein du site	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de Boos	Au sein du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de Boos	Au sein du site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Œil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de Boos	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Canteleu	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site de Canteleu	Au sein du site	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de Canteleu	Au sein du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de Canteleu	Au sein du site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Œil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de Canteleu	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Caucriauville	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Préconisations de prélèvements PREA BPREL-INS 002	Transfert d'accréditation
Site de Caucriauville	Au sein du site	URINE	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Préconisations de prélèvements PREA BPREL-INS 002	Transfert d'accréditation
Site de Caucriauville	Au sein du site	PEAU, PHANERES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Préconisations de prélèvements PREA BPREL-INS 002	Transfert d'accréditation
Site de Caucriauville	Au sein du site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Œil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Préconisations de prélèvements PREA BPREL-INS 002	Transfert d'accréditation
Site de Caucriauville	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	Transfert d'accréditation

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Darnetal	Au sein du site/Etablissement médico-social	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site de Darnetal	Au sein du site/Etablissement médico-social	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de Darnetal	Au sein du site/Etablissement médico-social	PEAU et PHANERES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de Darnetal	Au sein du site/Etablissement médico-social	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Œil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de Darnetal	Au sein du site/Etablissement médico-social	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Deville-Les-Rouen	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site de Deville-Les-Rouen	Au sein du site	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de Deville-Les-Rouen	Au sein du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de Deville-Les-Rouen	Au sein du site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Œil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de Deville-Les-Rouen	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de la Hêtraie	Au sein du site Au sein du service de soins (EHPAD)	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Préconisations de prélèvements PREA BPREL-INS 002	Transfert d'accréditation
Site de la Hêtraie	Au sein du site Au sein du service de soins (EHPAD)	URINE	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Préconisations de prélèvements PREA BPREL-INS 002	Transfert d'accréditation
Site de la Hêtraie	Au sein du site Au sein du service de soins (EHPAD)	PEAU, PHANERES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Préconisations de prélèvements PREA BPREL-INS 002	Transfert d'accréditation
Site de la Hêtraie	Au sein du site Au sein du service de soins (EHPAD)	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Œil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Préconisations de prélèvements PREA BPREL-INS 002	Transfert d'accréditation
Site de la Hêtraie	Au sein du site Au sein du service de soins (EHPAD)	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	Transfert d'accréditation

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de l'Europe	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site de l'Europe	Au sein du site	URINE	Prélèvement par par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de l'Europe	Au sein du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de l'Europe	Au sein du site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Œil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de l'Europe	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Lillebonne	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site de Lillebonne	Au sein du site	SANG	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement	
Site de Lillebonne	Au sein du site	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de Lillebonne	Au sein du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de Lillebonne	Au sein du site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Œil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de Lillebonne	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Saint Romain de Colbosc	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site de Saint Romain de Colbosc	Au sein du site	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de Saint Romain de Colbosc	Au sein du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de Saint Romain de Colbosc	Au sein du site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Œil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de Saint Romain de Colbosc	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'Isneauville	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site d'Isneauville	Au sein du site	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site d'Isneauville	Au sein du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site d'Isneauville	Au sein du site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Œil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site d'Isneauville	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du Havre	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site du Havre	Au sein du site	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site du Havre	Au sein du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site du Havre	Au sein du site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Œil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site du Havre	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du Trait	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site du Trait	Au sein du site	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site du Trait	Au sein du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site du Trait	Au sein du site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Œil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site du Trait	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Flaubert	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site Flaubert	Au sein du site	URINE	Prélèvement par par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site Flaubert	Au sein du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site Flaubert	Au sein du site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Œil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site Flaubert	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Grand Quevilly	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site Grand Quevilly	Au sein du site	URINE	Prélèvement par par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site Grand Quevilly	Au sein du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site Grand Quevilly	Au sein du site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Œil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site Grand Quevilly	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site le Mesnil-Esnard	Au sein du site/Etablissement médico-social	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site le Mesnil-Esnard	Au sein du site/Etablissement médico-social	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site le Mesnil-Esnard	Au sein du site/Etablissement médico-social	PEAU et PHANERES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site le Mesnil-Esnard	Au sein du site/Etablissement médico-social	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Œil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site le Mesnil-Esnard	Au sein du site/Etablissement médico-social	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Mathilde-Rouen	Au sein du site/Etablissement de santé	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site Mathilde-Rouen	Au sein du site/Etablissement de santé	SANG	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement	
Site Mathilde-Rouen	Au sein du site/Etablissement de santé	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site Mathilde-Rouen	Au sein du site/Etablissement de santé	PEAU et PHANERES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site Mathilde-Rouen	Au sein du site/Etablissement de santé	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Œil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site Mathilde-Rouen	Au sein du site/Etablissement de santé	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Paul Souday	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Préconisations de prélèvements PREA BPREL-INS 002	Transfert d'accréditation
Site Paul Souday	Au sein du site	URINE	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Préconisations de prélèvements PREA BPREL-INS 002	Transfert d'accréditation
Site Paul Souday	Au sein du site	PEAU, PHANERES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Préconisations de prélèvements PREA BPREL-INS 002	Transfert d'accréditation
Site Paul Souday	Au sein du site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Œil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Préconisations de prélèvements PREA BPREL-INS 002	Transfert d'accréditation
Site Paul Souday	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	Transfert d'accréditation

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site pré post-analytique d'Harfleur	Au sein du site Au sein du service de soins (EHPAD)	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Préconisations de prélèvements PREA BPREL-INS 002	Transfert d'accréditation
Site pré post-analytique d'Harfleur	Au sein du site Au sein du service de soins (EHPAD)	URINE	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Préconisations de prélèvements PREA BPREL-INS 002	Transfert d'accréditation
Site pré post-analytique d'Harfleur	Au sein du site Au sein du service de soins (EHPAD)	PEAU, PHANERES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Préconisations de prélèvements PREA BPREL-INS 002	Transfert d'accréditation
Site pré post-analytique d'Harfleur	Au sein du site Au sein du service de soins (EHPAD)	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Œil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Préconisations de prélèvements PREA BPREL-INS 002	Transfert d'accréditation
Site pré post-analytique d'Harfleur	Au sein du site Au sein du service de soins (EHPAD)	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	Transfert d'accréditation

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Rue d'Amiens-Rouen	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site Rue d'Amiens-Rouen	Au sein du site	URINE	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site Rue d'Amiens-Rouen	Au sein du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site Rue d'Amiens-Rouen	Au sein du site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Œil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site Rue d'Amiens-Rouen	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Saint-Hilaire-Rouen	Au sein de la clinique Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	Ajout "au sein du site" à partir du 02/03/2026
Site Saint-Hilaire-Rouen	Au sein du site	URINE	Prélèvement par par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	Ajout à partir du 02/03/2026
Site Saint-Hilaire-Rouen	Au sein du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	Ajout à partir du 02/03/2026
Site Saint-Hilaire-Rouen	Au sein du site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Œil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	Ajout à partir du 02/03/2026

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Yser-Rouen	Au sein du site/Etablissement médico-social	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site Yser-Rouen	Au sein du site/Etablissement médico-social	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site Yser-Rouen	Au sein du site/Etablissement médico-social	PEAU et PHANERES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site Yser-Rouen	Au sein du site/Etablissement médico-social	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Œil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site Yser-Rouen	Au sein du site/Etablissement médico-social	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	