



## Portée détaillée v.32 de l'attestation N° 8-1284

Detailed scope v.32 of the attestation N° 8-1284  
Date de publication / Publish date: 26/11/2024

### Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

**LABORATOIRE BRUNY**

Site **LABORATOIRE EYGUIERES** :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ACE	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect CEA 7K68 , notice nov 2015	
AFP	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect AFP 3P36 , notice oct 2015	
B12	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect B12 7K61-25 , notice nov 2015	retrait le 5/12/22
CA125	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect CA125 II 2K45 , notice aout 2018	
CA153	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect Total CA 153 2K44 , notice aout 2018	
CA199	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect CA199-XR , notice nov 2016	
cortisol sérique	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect Cortisol 8D15 , notice nov 2015	
cortisol urinaire	urine	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect Cortisol 8D15 , notice nov 2015	
Folate	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect folate 1P74-25 , notice nov 2015	retrait le 5/12/22

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

<b>Examen / analyse Examination / analysis</b>	<b>Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique Nature of the biological sample/of the anatomical region</b>	<b>Principe de la méthode Principle of the method</b>	<b>Référence de la méthode Reference of the method</b>	<b>Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque Remarks</b>
PSA libre	sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect Free PSA 7K71 , notice mai 2019	, retrait le 6/12/22
PSA Total	sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect Total PSA 7K70 , notice mai 2019	, retrait le 6/12/22
testostérone	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect 2eme génération testostérone 2P13 , notice nov 2016	

Site LABORATOIRE EYGUIERES :

## BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
AAT	sérum plasma	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect anti Tg 6K46 , notice février 2015	
RTSH	sérum plasma	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Trab Architect 09P0825 version notice octobre 2020	ajout le 3 nov 2021
TPO	sérum plasma	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect anti TPO 6K47 , notice février 2015	

Site LABORATOIRE EYGUIERES :

## BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ac Hbc (IGG +IGM)	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect anti HBc II 8L44 , notice juillet 2019	
Ac Hbs	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect anti HBs 7C18 , notice mai 2019	
Ag Hbs	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect HBsAg qualitativell 2G22 , notice avril 2019	
CMV G	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect CMV IGG 6C15-25 , notice nov 2019	
CMV M	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect CMV IGG 6C16-25 , notice mars 2015	
COVID 19	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Réf. Fournisseur : 6S60-22 (coffret de 100 tests) Version notice : H13916R01 B6S602	Changement technique le 19 mai 2021
EBV EBNA IGG	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect EBNA IGG 3P67 , notice février 2013	
EBV VCA IGG	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect VCA IGG 3P65 , notice février 2013	
EBV VCA IGM	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect VCA IGM 3P66 , notice février 2013	
HAV G	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect HAVAb IGG 6C29-27 , notice juin 2015	
HAV M	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect HAVAb IGM 6C30 , notice octobre 2016	
HCV	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect anti HCV 6C37-27 , notice juillet 2019	
HIV	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect HIV Ag/Ab 4J27 , notice mai 2019	
RUB G	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect Rubella IGG 6C17 , notice juillet 2019	
RUB M	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect Rubella IGM 6C18 , notice mai 2017	

## BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

<b>Examen / analyse Examination / analysis</b>	<b>Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique Nature of the biological sample/of the anatomical region</b>	<b>Principe de la méthode Principle of the method</b>	<b>Référence de la méthode Reference of the method</b>	<b>Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque Remarks</b>
TOXO G	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect Toxo G 6C19 , notice juillet 2019	
TOXO M	plasma-sérum	Architect I2000 Chimiluminescence	Coffret Architect Toxo M 6C20 , notice juillet 2019	

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
acide urique	plasma sérum	COBAS PURE C 303, colorimétrie	Coffret roche 08058750 190 2022 04 v7	ajout le 25 juillet 2022, changement version FT fournisseur le 18 déc 2023 sans impact
acide urique	plasma-sérum	COBAS C 503 colorimétrie	Coffret Roche 08058733190 notice 2022-03 v5	ajout le 5 déc 2022
Acide valproïque	plasma-sérum	COBAS C 503 immunoturbidimétrie	Coffret Roche 08058806190 notice 2024-08 v9	ajout le 5 déc 2022, changement version FT fournisseur le 18 déc 2023 sans impact, mise à jour FT fournisseur le 15 avril 2024 sans impact, changement version FT fournisseur le 5/9/24 sans impact
ACTH	plasma	COBAS PURE E 402 Electrochimieluminescence	Coffret Roche ACTH 08946728190 notice 2024-03 V2	ajout le 17 novembre 2023, nouvelle version FT le 15 mars 2024 sans impact
ALAT	plasma sérum	COBAS PURE C 303, colorimétrie	Coffret roche 08104697190 2023 -11 v6	ajout le 25 juillet 2022, changement de version FT le 21/10/22 sans impact, changement de version de FT fournisseur le 7/6/24 sans impact, changement réactif le 24 sept 2024 avec DVM
ALAT	plasma-sérum	COBAS C 503 colorimétrie	Coffret Roche 08104697190 2023-11 v6	ajout le 5 déc 2022, changement de version de FT fournisseur le 7/6/24 sans impact, changement réactif le 24 sept 2024 avec DVM
albumine	plasma-sérum	COBAS C 503 immunoturbidimétrie	Coffret Roche 08056692190 notice 2024-07 v7	ajout le 5 déc 2022, mise à jour FT fournisseur le 9 aout 2023 sans impact, changement version FT fournisseur le 5/9/24 sans impact
Albumine	plasma sérum	COBAS PURE C 303 immunoturbidimétrie	Coffret roche 08056722190 2024 07 v7	ajout le 25 juillet 2022, mise à jour FT fournisseur le 9 aout 2023 sans impact, changement version FT fournisseur le 5/9/24 sans impact
AMH	plasma-sérum	VIDAS ELFA	Biomérieux 417011	ajout le 6 février 2020
amylase	plasma-sérum	COBAS C 503 colorimétrie	Coffret Roche 08056811190 notice 2024-07 v7	ajout le 5 déc 2022, changement version FT fournisseur le 5/9/24 sans impact
ASAT	plasma-sérum	COBAS C 503 colorimétrie	Coffret Roche 08104719190 2023-11 v6	ajout le 5 déc 2022, changement réactif le 24 sept 2024 avec DVM

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ASAT	plasma sérum	COBAS PURE C 303, colorimétrie	Coffret roche 08104719190 2023-11 v6	ajout le 25 juillet 2022, changement de version FT le 2/11/22 sans impact, changement réactif le 24 sept 2024 avec DVM
b2 microglobuline	plasma-sérum	COBAS C 503 immunoturbidimétrie	Coffret Roche 08105529190 notice 2024-08 v7	ajout le 5 déc 2022, mise à jour FT fournisseur le 15 avril 2024 sans impact, changement version FT fournisseur le 5/9/24 sans impact
B12	plasma-sérum	COBAS E801 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 07028121190 notice 2023-04 v9	ajout le 5 déc 2022, nouvelle version FT sans impact le 05/05/23, changement version FT fournisseur le 18 déc 2023 sans impact
B12	plasma-sérum	COBAS E402 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 07028121190 notice 2023-04 v9	ajout le 5 déc 2022, nouvelle version FT sans impact le 05/05/23, changement version FT fournisseur le 18 déc 2023 sans impact, arrêt le 6 mars 2024
BHCG	plasma-sérum	COBAS E801 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 07251025190 notice 2024-03 v8	ajout le 5 déc 2022, mise à jour FT fournisseur le 9 aout 2023 sans impact, nouvelle version FT le 15 mars 2024 sans impact
Bili directe	plasma-sérum	COBAS C 503 colorimétrie	Coffret Roche 08056951190 notice 2023-12 v5	ajout le 5 déc 2022, mise à jour FT fournisseur le 2/1/24 sans impact
Bili directe	plasma sérum	COBAS PURE C 303, colorimétrie	Coffret roche 08056951 190 2023 12 v5	ajout le 25 juillet 2022, mise à jour FT fournisseur le 2/1/24 sans impact
Bili totale	plasma sérum	COBAS PURE C 303, colorimétrie	Coffret roche 08056960 190 2023 12 v7	ajout le 25 juillet 2022, mise à jour FT fournisseur le 21/12/23 sans impact
Bili totale	plasma-sérum	COBAS C 503 colorimétrie	Coffret Roche 080569600190 notice 2023-12 V7	ajout le 5 déc 2022, mise à jour FT fournisseur le 21/12/23 sans impact
calcitonine humaine	plasma-sérum	COBAS E801 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 090056761190 notice 2024-03 v2	ajout le 5 déc 2022, nouvelle version FT le 15 mars 2024 sans impact
Calcium	plasma sérum	COBAS PURE C 303, colorimétrie	Coffret roche 08057427 190 2023 08 v6	ajout le 25 juillet 2022, mise à jour FT fournisseur le 9 aout 2023 sans impact
calcium	urine	COBAS PURE C 303, colorimétrie	Coffret roche 08057427 190 2022 07 V5	ajout le 25 juillet 2022
calcium total	plasma-sérum	COBAS C 503 colorimétrie	Coffret Roche 08057427190 notice 2023-08 v6	ajout le 5 déc 2022, mise à jour FT fournisseur le 9 aout 2023 sans impact
chlore	plasma-sérum	COBAS C 503 potentiométrie indirecte	Coffret Roche 08392013190 notice 2022-12 v9	ajout le 5 déc 2022

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
cholestérol HDL	plasma sérum	COBAS PURE C 303, colorimétrie	Coffret roche 08057877 190 2024 07 v7	ajout le 25 juillet 2022, changement version FT fournisseur le 5/9/24 sans impact
cholestérol HDL	plasma-sérum	COBAS C 503 colorimétrie	Coffret Roche 08057877190 notice 2024-07 v7	ajout le 5 déc 2022, changement version FT fournisseur le 5/9/24 sans impact
cholestérol LDL	plasma-sérum	COBAS C 503 colorimétrie	Coffret Roche 08057966190 notice 2024-08 v7	ajout le 5 déc 2022, changement version FT fournisseur le 18 déc 2023 sans impact, changement version FT fournisseur le 5/9/24 sans impact
cholestérol total	plasma sérum	COBAS PURE C 303, colorimétrie	Coffret roche 08057443 190 2023 08 v7	ajout le 25 juillet 2022, mise à jour FT fournisseur le 12 sept 2023 sans impact
cholestérol total	plasma-sérum	COBAS C 503 colorimétrie	Coffret Roche 08057443190 notice 2023-08 v7	ajout le 5 déc 2022, mise à jour FT fournisseur le 12 sept 2023 sans impact
CK	plasma-sérum	COBAS C 503 colorimétrie	Coffret Roche 08057460190 notice 2022-11 v6	ajout le 5 déc 2022, nouvelle FT fournisseur sans impact
Cl	plasma sérum	COBAS PURE C 303, potentiométrie indirecte	Coffret roche 11360981 216 2021 01 v 12	ajout le 25 juillet 2022
Cl	urine	COBAS PURE C 303, potentiométrie indirecte	Coffret roche 11360981 216 2021 01 v 12	ajout le 25 juillet 2022
CO2	plasma sérum	COBAS PURE C 303, colorimétrie	Coffret roche 08057494 190 2024 08 v7	ajout le 25 juillet 2022, nouvelle version FT le 11/10/22 sans impact, changement version FT fournisseur le 5/9/24 sans impact
CO2	plasma-sérum	COBAS C 503 colorimétrie	Coffret Roche 08057494190 notice 2024-08 v7	ajout le 5 déc 2022, changement version FT fournisseur le 5/9/24 sans impact
CRP	plasma-sérum	COBAS C 503 immunoturbidimétrie	Coffret Roche 08057591190 notice 2024-08 v7	ajout le 5 déc 2022, changement FT fournisseur le 1/10/2023 sans impact, changement version FT fournisseur le 5/9/24 sans impact
CRP	plasma sérum	COBAS PURE C 303 immunoturbidimétrie	Coffret roche 08057591190 2024 08 v7	ajout le 25 juillet 2022, changement FT fournisseur le 1/10/2023 sans impact, changement version FT fournisseur le 5/9/24 sans impact
créatinine	plasma-sérum	COBAS C 503 colorimétrie	Coffret Roche 08057524190 notice 2022-03 v5	ajout le 5 déc 2022



## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse Examination / analysis	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique Nature of the biological sample/of the anatomical region	Principe de la méthode Principle of the method	Référence de la méthode Reference of the method	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque Remarks
créatinine	plasma sérum	COBAS PURE C 303, colorimétrie	Coffret roche 08057524 190 2022 03 v5	ajout le 25 juillet 2022
CTX	plasma-sérum	COBAS E801 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 07026960190 notice 2023-06 v2	ajout le 5 déc 2022, mise à jour FT fournisseur le 9 aout 2023 sans impact
Digoxine	plasma-sérum	COBAS C 503 immunoturbidimétrie	Coffret Roche 080577613190 notice 2024-07 v6	ajout le 5 déc 2022, changement version FT fournisseur le 5/9/24 sans impact
estradiol	plasma-sérum	COBAS E801 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 07027249190 notice 2022-12 v10	ajout le 5 déc 2022, changement version FT fournisseur le 18 déc 2023 sans impact
fer	plasma-sérum	COBAS C 503 colorimétrie	Coffret Roche 08057931190 notice 2024-08 v7	ajout le 5 déc 2022, changement version FT fournisseur le 5/9/24 sans impact
Ferritine	plasma-sérum	COBAS C 503 immunoturbidimétrie	Coffret Roche 08057648190 notice 2024-04 v7	ajout le 5 déc 2022, mise à jour FT fournisseur le 9 aout 2023 sans impact, mise à jour fiche technique le 21/12/23 sans impact, mise à jour FT fournisseur le 15 avril 2024 sans impact
Folate	plasma-sérum	COBAS E801 Electrochimiluminescence	Coffret Roche Elecsys Folate 3 ref 08324174190 notice 2023-10 v 1	ajout le 5 déc 2022, changement de version de FT fournisseur le 10/4/24 sans impact, changement réactif le 9 juillet 2024 (SH FORM mis à jour)
Folate	plasma-sérum	COBAS E402 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 07027290190 notice 2022-02 v9	ajout le 5 déc 2022, arret le 6 mars 2024
FSH	plasma-sérum	COBAS E801 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 08932387190 notice 2021 -02 v1	ajout le 5 déc 2022
FT3	plasma-sérum	COBAS E801 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 090005811190 notice 2023-07 v3	ajout le 5 déc 2022, mise à jour FT fournisseur le 9 aout 2023 sans impact
FT4	plasma sérum	COBAS PURE E 402 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 09043284190 notice 2024-08 v3	ajout le 25 juillet 2022 , changement réactif le 5/12/22, changement version FT fournisseur le 18 déc 2023 sans impact, changement version FT fournisseur sans impact le 25/10/24
FT4	plasma-sérum	COBAS E801 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 09043284190 notice 2024-08 v3	ajout le 5 déc 2022, changement version FT fournisseur le 18 déc 2023 sans impact, changement version FT fournisseur sans impact le 25/10/24
GGT	plasma sérum	COBAS PURE C 303, colorimétrie	Coffret roche 08057 796 190 2024 07 v6	ajout le 25 juillet 2022, changement version FT fournisseur le 5/9/24 sans impact

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse Examination / analysis	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique Nature of the biological sample/of the anatomical region	Principe de la méthode Principle of the method	Référence de la méthode Reference of the method	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque Remarks
GGT	plasma-sérum	COBAS C 503 colorimétrie	Coffret Roche 08057796190 notice 2024-07 v6	ajout le 5 déc 2022, changement version FT fournisseur le 5/9/24 sans impact
glucose	urine	COBAS PURE C 303, colorimétrie	Coffret roche 08057800 190 2024 06 V7	ajout le 25 juillet 2022, changement version le 2/8/2024 (indice H)
glucose	plasma sérum	COBAS PURE C 303, colorimétrie	Coffret roche 08057800 190 2024 06 v7	ajout le 25 juillet 2022, changement version le 2/8/2024 (indice H)
glucose	plasma-sérum	COBAS C 503 colorimétrie	Coffret Roche 08057800190 notice 2024-06 v7	ajout le 5 déc 2022, changement version le 2/8/2024 (indice H)
HbA1c	sang total EDTA	HPLC	Variant II turbo HbA&c kit -2.0 ref 12000447 notice déc 2016 12005531 FR revB	changement réactif le 6 janvier 2021, déplacement de l'automate le 14 avril 2022 vers le labo 4 (distant de 5m) , changement automate le 15 mars 2024 sans rupture antériorité (idem)
IGA	plasma-sérum	COBAS C 503 immunoturbidimétrie	Coffret Roche 08057885190 notice 2024-08 v7	ajout le 5 déc 2022,mise à jour FT fournisseur le 09 sept 2023 avec changement des valeurs usuelles, changement version FT fournisseur le 5/9/24 sans impact
IGG	plasma-sérum	COBAS C 503 immunoturbidimétrie	Coffret Roche 08057915190 notice 2024-09 v7	ajout le 5 déc 2022, changement version FT fournisseur sans impact le 2/8/24, changement version FT fournisseur sans impact le 25/10/24
IGM	plasma-sérum	COBAS C 503 immunoturbidimétrie	Coffret Roche 080587923190 notice 2024 08 v7	ajout le 5 déc 2022, changement version FT fournisseur le 5/9/24 avec changement VU de 1 à 19 ans, changement version FT fournisseur sans impact le 25/10/24
Insuline	plasma-sérum	COBAS E801 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 07027559214 notice 2022-11 v7	ajout le 5 déc 2022
K	plasma sérum	COBAS PURE C 303, potentiométrie indirecte	Coffret roche 11360981 216 2021 01 v 12	ajout le 25 juillet 2022
K	urine	COBAS PURE C 303, potentiométrie indirecte	Coffret roche 11360981 216 2021 01 v 12	ajout le 25 juillet 2022
LDH	plasma-sérum	COBAS C 503 colorimétrie	Coffret Roche 08057958190 notice 2024-08 v7	ajout le 5 déc 2022, changement version FT fournisseur le 5/9/24 sans impact

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LH	plasma-sérum	COBAS E801 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 07027575190 notice 2024-1 v9	ajout le 5 déc 2022, changement application le 01/04/23 sans impact, changement version FT fournisseur sans impact le 2/8/24
Lipase	plasma-sérum	COBAS C 503 colorimétrie	Coffret Roche 08057982190 notice 2024-09 v6	ajout le 5 déc 2022, changement version FT fournisseur sans impact le 25/10/24
Magnésium	plasma sérum	COBAS PURE C 303, colorimétrie	Coffret roche 08058016 190 2022 03 v6	ajout le 25 juillet 2022, nouvelle version FT le 18/12/2023 sans impact
Magnésium	plasma-sérum	COBAS C 503 colorimétrie	Coffret Roche 08058016190 notice 2022-03 v6	ajout le 5 déc 2022, nouvelle version FT le 18 déc 2023 sans impact
microalbumine	urine	COBAS PURE C 303 immunoturbidimétrie	Coffret roche 08056722 190 2023 07 v7	ajout le 25 juillet 2022, mise à jour FT fournisseur le 9 août 2023 sans impact
Na	plasma sérum	COBAS PURE C 303, potentiométrie indirecte	Coffret roche 11360981 216 2021 01 v 12	ajout le 25 juillet 2022
Na	urine	COBAS PURE C 303, potentiométrie indirecte	Coffret roche 11360981 216 2021 01 v 12	ajout le 25 juillet 2022
NT PRO BNP	plasma sérum	COBAS PURE E 402 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 09315284 190 2021 05 v4	ajout le 25 juillet 2022, changement version FT fournisseur le 18 déc 2023 sans impact
NT PRO BNP	plasma-sérum	COBAS E801 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 09315284190 notice 2021-05 v4	ajout le 5 déc 2022, changement version FT fournisseur le 18 déc 2023 sans impact
PAL	plasma-sérum	COBAS C 503 colorimétrie	Coffret Roche 08056757190 notice 2021-11 v6	ajout le 5 déc 2022
PAL	plasma sérum	COBAS PURE C 303, colorimétrie	Coffret roche 08056757 190 2021 11 v6	ajout le 25 juillet 2022
phosphore	urine	COBAS PURE C 303, colorimétrie	Coffret roche 08058610 190 2024 01 V6	ajout le 25 juillet 2022, changement version FT fournisseur sans impact le 2/8/24
phosphore	plasma sérum	COBAS PURE C 303, colorimétrie	Coffret roche 08058610 190 2024 01 v6	ajout le 25 juillet 2022, nouvelle version FT le 25/10/2023 fournisseur sans impact, changement version FT fournisseur sans impact le 2/8/24

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
phosphore	plasma-sérum	COBAS C 503 colorimétrie	Coffret Roche 08058610190 notice 2024-01 v6	ajout le 5 déc 2022, nouvelle version FT fournisseur le 25/10/2023 sans impact, changement version FT fournisseur sans impact le 2/8/24
potassium	plasma-sérum	COBAS C 503 potentiométrie indirecte	Coffret Roche 08392013190 notice 2022-12 v9	ajout le 5 déc 2022
procalcitonine	plasma-sérum	VIDAS ELFA	Biomérieux 30450 fiche technique 045234-03 2022/09	ajout le 9 décembre 2019 , changement version FT le 09/10/2023 sans impact
Progestérone	plasma-sérum	COBAS E801 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 07027699190 notice 2023-07 v9	ajout le 5 déc 2022, changement application le 05/04/23 sans impact, mise à jour FT fournisseur le 15 sept 2023 sans impact
Prolactine	plasma-sérum	COBAS E801 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 07027737214 notice 2024-01 v7	ajout le 5 déc 2022, nouvelle version FT le 15 mars 2024 sans impact
protide	plasma-sérum	COBAS C 503 colorimétrie	Coffret Roche 08058652190 notice 2022-03 v4	ajout le 5 déc 2022
protide	plasma sérum	COBAS PURE C 303, colorimétrie	Coffret roche 08058652 190 2023 09 v5	ajout le 25 juillet 2022, mise à jour FT fournisseur le 12 sept 2023 sans impact
protéine	urine	COBAS PURE C 303, colorimétrie	Coffret Roche 08058679 190 2024 05 v6	ajout le 25 juillet 2022, mise à jour FT le 31/01/23 impact sur lavage supplémentaire OK, changement version FT fournisseur sans impact le 2/8/24
préalbumine	plasma-sérum	COBAS C 503 immunoturbidimétrie	Coffret Roche 08252645190 notice 2024-07 v6	ajout le 5 déc 2022, changement de version de FT fournisseur le 7/6/24 sans impact, changement version FT fournisseur le 5/9/24 sans impact
PSA libre	plasma-sérum	COBAS E402 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 08828610190 notice 2023-03 v6	ajout le 6 déc 2022? nouvelle version FT sans impact le 16/03/23
PSA Total	plasma-sérum	COBAS E402 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 08791732190 notice 2024-04 v7	ajout le 6 déc 2022, mise à jour FT fournisseur le 15 juin 2023 sans impact, mise à jour FT fournisseur le 25 avril 2024 sans impact
PSA Total	plasma-sérum	COBAS E801 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 08791732190 notice 2024-04 v7	ajout le 6 déc 2022,mise à jour FT fournisseur le 15 juin 2023 sans impact mise à jour FT fournisseur le 25 avril 2024 sans impact
PTH	plasma-sérum	COBAS E801 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 07027745190 notice 2022-01 v2	ajout le 5 déc 2022

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Sodium	plasma-sérum	COBAS C 503 potentiométrie indirecte	Coffret Roche 08392013190 notice 2022-12 v9	ajout le 5 déc 2022
Thyroglobuline	plasma-sérum	COBAS E801 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 08906564190 notice 2024-07 v6	ajout le 5 déc 2022, changement version FT fournisseur le 18 déc 2023 sans impact, changement version FT fournisseur le 5/9/24 sans impact
transferrine	plasma-sérum	COBAS C 503 immunoturbidimétrie	Coffret Roche 08058687190 notice 2024-09 v8	ajout le 5 déc 2022, changement indice H au 4/7/2024 puis changement version FT fournisseur sans impact le 25/10/24
triglycérides	plasma-sérum	COBAS C 503 colorimétrie	Coffret Roche 08058679190 notice 2024-05 v6	ajout le 5 déc 2022, changement version FT fournisseur le 18 déc 2023 sans impact, changement version le 2/8/2024 (indice I)
triglycérides	plasma sérum	COBAS PURE C 303, colorimétrie	Coffret roche 08058687 190 2024 05 v6	ajout le 25 juillet 2022, changement version FT fournisseur le 18 déc 2023 sans impact, changement version le 2/8/2024 (indice I)
Troponine T	plasma-sérum	COBAS E801 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 09315357190 notice 2022-7 v3	ajout le 5 déc 2022
TSH	plasma sérum	COBAS PURE E 402 Electrochimieluminescence	Coffret roche 08443432 190 2023 06 v6	ajout le 25 juillet 2022, nouvelle version FT sans impact le 05/05/23, mise à jour FT fournisseur le 9 aout 2023 sans impact
TSH	plasma-sérum	COBAS E801 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 08443432190 notice 2023-06 v6	ajout le 5 déc 2022, nouvelle version FT sans impact le 05/05/23, mise à jour FT fournisseur le 9 aout 2023 sans impact
urée	plasma-sérum	COBAS C 503 colorimétrie	Coffret Roche 08058750190 notice 2024-07 v7	ajout le 5 déc 2022, changement version FT fournisseur le 5/9/24 sans impact
urée	plasma sérum urine	COBAS PURE C 303, colorimétrie	Coffret roche 08058806 190 2024 07 v6	ajout le 25 juillet 2022, changement version FT fournisseur le 5/9/24 sans impact
Vit D	plasma sérum	COBAS PURE E 402 Electrochimieluminescence	Coffret Roche 09038086190 2022 05 v2	ajout le 16 aout 2022
Vit D (D2+D3)	plasma-sérum	COBAS E801 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 09038086190 notice 2022-06 v2	ajout le 5 déc 2022

## BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
EPR sanguine	sérum	Sébia : gel hydrasys	Coffret Hydragel protéine 7 : colorant amidoschwarz ref 4100 notice v 2020/07 Coffret Hydragel protéine 15/30 : colorant amidoschwarz ref 4120 notice v 2020/07	
IF sanguine	sérum	Sébia : gel hydrasys	Coffret Hydragel 1 IF pour les IF : colorant violet acide ref 4801 notice v 2021/07 Coffret Hydragel 2 IF pour les IF : colorant violet acide ref 4802 notice v 2021/07 antisérum : ref 4815 notice 2018/12	
IF urinaire	urine	Sébia : gel hydrasys	Coffret Hydragel 2 urine profile : colorant violet acide ref 4831 notice v 2021/07 antisérum 4836 notice 2018/12 antisérum 4838 notice 2019/12 antisérum 4835 notice 2018/12	

Site LABORATOIRE SALON KENNEDY :

## BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
sang ds les selles	selles	Immuno-chromatographie TUS	Biosynex HEMOTEST ref 1110002 FR V0220214R02	

Site LABORATOIRE SALON KENNEDY :

## BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Numération formule sanguine	Sang total EDTA	Beckman Coulter DXH800 / 1 et 2 : impédancemétrie, cytométrie. Méthode automatisée et manuelle	MO 06 V10 FT10 v2	
Numération réticulocytaire	Sang total EDTA	Beckman Coulter DXH800 /1 : , cytométrie. Méthode automatisée et manuelle	MO 06 V10 FT11 v10	



Site LABORATOIRE SALON KENNEDY :

## BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
vitesse sédimentation	sang total EDTA	Beckman Coulter Alifax : photométrie capillaire Méthode automatisée	MO 05 v7	

Site LABORATOIRE SALON KENNEDY :

## BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
DDI	plasma citraté	Turbidimétrie sur STAGO STAC	STA Liatest DDI plus ref 00662 25232 07 avril 2023	changement automate le 28 septembre 2020, déplacement automate du labo 3 vers le labo 5 (même site), changement version FT le 5/9/24 sans impact car indice déjà programmé
facteur V	plasma citraté	Chronométrie sur STAGO STAC	STA Néoptimal ref 01164 32352 01 mars 2017; STA Déficient V ref 00744 32730 09 sept 2023	changement automate le 28 septembre 2020, déplacement automate du labo 3 vers le labo 5 (même site), changement de version de FT fournisseur sans impact le 10/04/2024
fibrine	plasma citraté	Chronométrie sur STAGO STAC	STA liquid fib ref 00673 25800 07 mai 2019	changement automate le 28 septembre 2020, déplacement automate du labo 3 vers le labo 5 (même site)
TCA	plasma citraté	Chronométrie sur STAGO STAC	STA CK prest ref 00597 notice 2018	changement automate le 28 septembre 2020, déplacement automate du labo 3 vers le labo 5 (même site), changement version FT mai 2017 sans impact, changement réactif le 13/4/23 avec nouveau DVM
TP/INR	plasma citraté	Chronométrie sur STAGO STAC	STA Néoptimal ref 01164 32352 01 avril 2019	changement automate le 28 septembre 2020, déplacement automate du labo 3 vers le labo 5 (même site), changement version FT juillet 2019 sans impact

Site LABORATOIRE SALON KENNEDY :

## BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Groupe sanguin ABO PHRH	sang total EDTA	Gel microfiltration BIORAD, méthode manuelle lecture automatisée sur BANJO	Biorad : Diaclon ref 50411 et 50115 version 08:19	

<b>BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE</b>				
<b>Examen / analyse Examination / analysis</b>	<b>Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique Nature of the biological sample/of the anatomical region</b>	<b>Principe de la méthode Principle of the method</b>	<b>Référence de la méthode Reference of the method</b>	<b>Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque Remarks</b>
RAI	sérum	Gel microfiltration BIORAD, méthode manuelle lecture automatisée sur BANJO	Biorad : Liss Coombs ref B004014 version 02:13	

## BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Anticorps anti B2GPI IgG	sérum plasma	Phadia 200 : ELFA	ELIA B2GPI IgG (Art 14-5532-01) version nov 2023	Changement de version FT le 25/11/2023 (linéarité) puis changement de site analytique de l'automate le 11 janvier 2024
Anticorps anti B2GPI IgM	sérum plasma	Phadia 200 : ELFA	ELIA B2GPI IgM (Art 14-5533-01) version nov 2023	Changement de version FT le 25/11/2023 (linéarité) puis changement de site analytique de l'automate le 11 janvier 2024
Anticorps anti CARDG IgG	sérum plasma	Phadia 200 : ELFA	ELIA Cardiolipine IgG (Art 14-5529-01) version mars 2023	changement de site analytique de l'automate le 11 janvier 2024
Anticorps anti CCP	sérum plasma	Phadia 200 : ELFA	ELIA CCP Well (Art 14-5515-01) version mars 2023	changement de site analytique de l'automate le 11 janvier 2024
Anticorps anti DNA natif	sérum plasma	Phadia 200 : ELFA	ELIA ds DNA Well (Art 14-5500-01) version nov 2023	Changement de version FT le 25/11/2023 (linéarité) puis changement de site analytique de l'automate le 11 janvier 2024
Anticorps anti ECT (dépistage)	sérum plasma	Phadia 200 : ELFA	ELIA Symphony S Well (Art 14-5601-01) version déc 2020	changement de site analytique de l'automate le 11 janvier 2024
Anticorps anti MPO	sérum plasma	Phadia 200 : ELFA	ELIA MPOs (Art 14-5537-01) version mars 2023	Ajout le 30/05/22 sur site initial Roi René puis changement de site analytique de l'automate le 11 janvier 2024
Anticorps anti PR3	sérum plasma	Phadia 200 : ELFA	ELIA PR3 (Art 14-5536-01) version mars 2023	Ajout le 30/05/22 sur site initial Roi René puis changement de site analytique de l'automate le 11 janvier 2024
Facteur rhumatoïde (Ig animale)	sérum plasma	Phadia 200 : ELFA	ELIA RF IgM Well (Art 14-5601-01) version mars 2023	changement de site analytique de l'automate le 11 janvier 2024

Site LABORATOIRE SALON KENNEDY :

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
IgE spécifique	sérum, plasma	Phadia 200 : ELFA	Immunocap allergen specific IgE technique 52 5291 FR/11 version juin 2022	Déplacement de site le 11 janvier 2024
IgE totale	sérum, plasma	Phadia 200 : ELFA	Immunocap total IgE technique 52 5292 FR/10 version juin 2022	Déplacement de site le 11 janvier 2024

Site LABORATOIRE SALON KENNEDY :

## BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HEVM	sérum	VIDAS ELFA	Biomérieux 30320 fiche technique 9301296 G fr 2017/06	
lyme IGG	sérum	VIDAS ELFA	Biomérieux 30450 fiche technique 13207H fr 2016/11	
lyme IGM	sérum	VIDAS ELFA	Biomérieux 30319 fiche technique 9301296 G fr 2017/06	
syphilis	sérum	COBAS E 601 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 09014977190 2021-09 v1	changement réactif le 24 déc 2021 (sans biotine) retrait le 5/12/22
Syphilis	sérum	COBAS E 801 Electrochimiluminescence	Coffret Roche 09015051190 2021-06 v1	ajout le 5/12/22

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
clostridium difficile	selles	Immuno-chromatographie TUS	TECHLAB C Diff Quik chek complete T30525C 2018/12	
rotavirus/ adenovirus	selles	Immuno-chromatographie TUS	BIOSYNEX COMBO Adenovirus/Rotavirus BSS Ref : SW40020 Version 01 FR 202204R01	Changement de fiche technique fournisseur au 31/01/2024 sans impact



## BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
approche syndromique / grippe A B VRS	prélèvement naso ou oropharyngé	BD Max Beckton Dickinson : PCR multiplex	Test Viasure Flu A, Flu B, et VRS real time PCR detection kit (référence VS -ABR 124) notice 2017-rev06 + BDMax ExKTNA-3 ref 442828	
approche syndromique / HPV RE	frottis cervico vaginal	Thermocycleur SLAN SN 200924A1 et réactif Sansure	SANSURE Biotech : kit de détection ADN papillomavirus humain S 3057E notice 04-07-23 V06 SANSURE Biotech : réactif de libération d'acide nucléique = tampon de lyse S1013E	ajout le 13 juin 2023
approche syndromique / panel chlamydiae trachomatis, neisseria gonorrhoeae, trichomonas vaginalis	prélèvement vaginal, 1er jet urinaire	BD Max Beckton Dickinson : PCR multiplex	Test BD MAX Panel CT/GC/TV (référence 443906) notice 2022-01	Trousse débutée le 2/3/22 pour urine et le 11/3/22 pour vaginal Test BD MAX Panel CT/GC/TV (référence 442970) notice 2019-02 arrêtée le 23 mai 2022 Changement version FT 20/10/22 sans impact
approche syndromique / panel entérique	selles	BD Max Beckton Dickinson : PCR multiplex	Test BD MAX Enteric Bacterial (référence 442963) notice 2021-11	Changement version FT 20/10/22 sans impact
approche syndromique/ panel protozoaire selles	selles	BD Max Beckton Dickinson : PCR multiplex	Panel test « Parasites entériques » Fiche technique : REF 442960 P0269(01) 2022-01	ajout le 18 décembre 2023
COVID 19	prélèvement naso ou oropharyngé	BD Max Beckton Dickinson : PCR multiplex	Test BD MAX Test BD SARS Cov2 reagents (référence 445003) notice 2020-07	ajout le 29 janvier 2021 Changement version FT 20/10/22 sans impact
COVID 19	prélèvement naso ou oropharyngé ,ajout matrice salivaire le 10 septembre 2021	Thermocycleur SLAN SN 200624B7 et réactif Sansure	SANSURE Biotech : kit de test d'acide nucléique du nouveau coronavirus (2019-nCoV) Version V01 du 4 aout 2021 SANSURE Biotech : réactif de libération d'acide nucléique = tampon de lyse version V00 du 27 mars 2020	ajout le 29 janvier 2021 et de la matrice salivaire le 4 aout 2021

## BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
COVID 19	prélèvement naso ou oropharyngé ,ajout matrice salivaire le 10 septembre 2021	Thermocycleur SLAN SN 200924A1 et réactif Sansure	SANSURE Biotech : kit de test d'acide nucléique du nouveau coronavirus (2019-nCoV) Version V01 du 4 aout 2021 SANSURE Biotech : réactif de libération d'acide nucléique = tampon de lyse version V00 du 27 mars 2020	ajout le 3 janvier 2022
Mycoplasma genitalium	1 er urinaire et pré génitaux	Thermocycleur SLAN SN 200624B7 et réactif Sansure	Sansure Biotech S3065E fiche technique v1 de 29/09/2019	ajout le 20 sept 2024

## BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

<b>Examen / analyse Examination / analysis</b>	<b>Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique Nature of the biological sample/of the anatomical region</b>	<b>Principe de la méthode Principle of the method</b>	<b>Référence de la méthode Reference of the method</b>	<b>Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque Remarks</b>
Cytologie articulaire	liquide articulaire	Méthode manuelle	MO 13 v20 MO 27 v13	
Cytologie urinaire (cristaux, cylindres)	urine	Méthode manuelle	MO 24 v12	
Cytologie urinaire (ECBU, 1er jet, Addis)	urine	Méthode automatisée , cytométrie UF 4000 Sysmex	MO 24 v12	changement automate le 25 octobre 2021
Cytologie urinaire (ECBU, 1er jet, Addis)	urine	Méthode manuelle	MO 24 v12	
Examen parasitologique des selles	selles	technique manuelle, microscopie optique avec et sans coloration	Eurobio Mini Parasep SF APA 403 180120 v1 0 2017.08	

## BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
hémoculture	sang	Méthode automatisée Biomérieux Bactalert 120	MO 28 v5	nouvel automate mis en service le 23 mai 2022

<b>BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE</b>				
<b>Examen / analyse Examination / analysis</b>	<b>Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique Nature of the biological sample/of the anatomical region</b>	<b>Principe de la méthode Principle of the method</b>	<b>Référence de la méthode Reference of the method</b>	<b>Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque Remarks</b>
dermatophytes et aspergillus	tout type de prélèvement	Méthode manuelle : examen morphologique direct macro et micro après culture avec ou sans préparation (coloration), mise en culture manuelle	MO 27 v13 FT 178 v3 FT 179 v2	

Site LABORATOIRE SALON KENNEDY :

## BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ensemencement	tout type de prélèvement	manuel	MO 13 v20 MO 27 v13	
ensemencement , identification mycoplasmes urogénitaux	vaginal, 1er jet et urétral	manuel	Mycofast Revolution 2 AMIES (ref 00081) notice FR 2018-03	changement kit le 04 mai 2021, retrait le 23 mai 2024 (modif nomenclature)
identification bactérienne et fongique	tout type de prélèvement	Méthode automatisée Biomérieux VITEK 2	MO 24 v12, MO 27 v13	

## BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
antibiogramme	tout type de prélèvement	Méthode automatisée Biomérieux VITEK 2	MO 24 v12, MO 27 v13	
antibiogramme	tout type de prélèvement	Méthode manuelle : diffusion en milieu gélosé	MO 24 v12, MO 27 v13	
antibiogramme des mycoplasmes uro génitaux	vaginal, 1er jet et urétral	Méthode manuelle	Mycofast Revolution 2 AMIES (ref 00081) notice FR 2018-03	changement kit le 4 mai 2021, retrait le 23 mai 2024 (modif nomenclature)