



## Portée détaillée v.4 de l'attestation N° 8-2088

*Detailed scope v.4 of the attestation N° 8-2088*

*Date de publication / Publish date: 28/03/2026*

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

**LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE DELAPORTE**

### BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site                                        | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | ACE - Antigène Carcino -Embryonnaire              | Sang                                                                                                                                        | Immunoenzymatique chimioluminescente                     | Access2 - 33200                                                  | Ajout le 13/11/2023                                                                                                         |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Acide urique                                      | Sang                                                                                                                                        | Uricase-PAP                                              | AU480 - OSR6x98                                                  | Changement de Technique le 16/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Acide urique                                      | Urine                                                                                                                                       | Uricase-PAP                                              | AU480 - OSR6x98                                                  | Changement de Technique le 17/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | ALAT (Alanine Aminotransférase)                   | Sang                                                                                                                                        | IFCC avec PLP (Liquid Pyridoxal Phosphate)               | AU480 - OSR6x07                                                  | Changement de Technique le 16/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Albumine                                          | Sang                                                                                                                                        | Vert de bromocrésol                                      | AU480 - OSR6102                                                  | Ajout le 16/01/2024                                                                                                         |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Albumine Urinaire (MicroAlbumine)                 | Urine                                                                                                                                       | Immunoturbidimétrie                                      | AU480 - B38858                                                   | Ajout le 17/01/2024                                                                                                         |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site                                        | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>    | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | ASAT (Aspartate Aminotransférase)                 | Sang                                                                                                                                        | IFCC avec PLP (Liquid Pyridoxal Phosphate)                  | AU480 - OSR6x09                                                  | Changement de Technique le 16/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | bHCG Totale                                       | Sang                                                                                                                                        | Immunoenzymatique chimioluminescente                        | Access2 - A85264                                                 | Changement de Technique le 13/11/2023                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Bilirubine directe                                | Sang                                                                                                                                        | DPD                                                         | AU480 - OSR6x11                                                  | Changement de Technique le 16/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Bilirubine totale                                 | Sang                                                                                                                                        | DPD                                                         | AU480 - OSR6x12                                                  | Changement de Technique le 16/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | BNP                                               | Sang                                                                                                                                        | Immunoenzymatique chimioluminescente                        | Access2 - 98200                                                  | Ajout le 13/11/2023                                                                                                         |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Calcium                                           | Sang                                                                                                                                        | Arsenazo III                                                | AU480 - OSR6x117                                                 | Changement de Technique le 16/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Calcium                                           | Urine                                                                                                                                       | Arsenazo III                                                | AU480 - OSR6x117                                                 | Changement de Technique le 17/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Calcium corrigée                                  | Sang                                                                                                                                        | Arsenazo III (Calcium) et Vert de bromocrésol<br>(Albumine) | AU480 - OSR6x117 et<br>OSR6x02                                   | Changement de Technique le 16/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Chlore                                            | Sang                                                                                                                                        | Potentiométrie indirecte                                    | AU480 - MU919600                                                 | Changement de Technique le 16/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Chlore                                            | Urine                                                                                                                                       | Potentiométrie indirecte                                    | AU480 - MU919600                                                 | Changement de Technique le 17/01/2024                                                                                       |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site                                        | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Cholestérol                                       | Sang                                                                                                                                        | CHOD-PAP                                                 | AU480 -<br>OSR6116/6216/6616                                     | Changement de Technique le 16/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Cholestérol-HDL                                   | Sang                                                                                                                                        | Enzymatique                                              | AU480 -<br>OSR6187/6287/6687                                     | Changement de Technique le 16/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Créatine Kinase (CPK)                             | Sang                                                                                                                                        | IFCC - G6PD                                              | AU480 - OSR6179                                                  | Changement de Technique le 16/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Créatinine Enzymatique                            | Urine                                                                                                                                       | Enzymatique standardisée IDMS                            | AU480 - OSR61204                                                 | Changement de Technique le 17/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Créatinine Enzymatique                            | Sang                                                                                                                                        | Enzymatique standardisée IDMS                            | AU480 - OSR61204                                                 | Changement de Technique le 16/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Fer                                               | Sang                                                                                                                                        | TPTZ                                                     | AU480 - OSR6186                                                  | Changement de Technique le 16/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Ferritine                                         | Sang                                                                                                                                        | Immunoturbidimétrie                                      | AU480 - OSR61203                                                 | Ajout le 16/01/2024                                                                                                         |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Folates (Vitamine B9)                             | Sang                                                                                                                                        | Immunoenzymatique chimioluminescente                     | Access2 - A98032                                                 | Ajout le 13/11/2023                                                                                                         |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Gamma Glutamyl Transférase (GGT)                  | Sang                                                                                                                                        | IFCC - amino-5 nitro-2 benzoate                          | AU480 - OSR6020                                                  | Changement de Technique le 16/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Glucose                                           | Sang                                                                                                                                        | Hexokinase                                               | AU480 - OSR6121                                                  | Changement de Technique le 16/01/2024                                                                                       |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site                                        | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Glucose                                           | Urine                                                                                                                                       | Hexokinase                                               | AU480 - OSR6121                                                  | Changement de Technique le 17/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Hba1c                                             | Sang                                                                                                                                        | Chromatographie liquide haute performance<br>(CLHP)      | D-10 - HbA1c                                                     | Ajout le 31/1/2024                                                                                                          |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Lactate deshydrogénase (LDH)                      | Sang                                                                                                                                        | IFCC - NADH                                              | AU480 - OSR6128                                                  | Changement de Technique le 16/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Lipase                                            | Sang                                                                                                                                        | Imamura (MGLP, GK, GPO, POD)                             | AU480 - OSR6x30                                                  | Ajout le 16/01/2024                                                                                                         |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Magnésium                                         | Sang                                                                                                                                        | Bleu de xylidyle                                         | AU480 - OSR6x89                                                  | Ajout le 16/01/2024                                                                                                         |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Phosphatase alcaline (PAL)                        | Sang                                                                                                                                        | IFCC - pNP + AMP-PO4                                     | AU480 - OSR6004                                                  | Changement de Technique le 16/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Phosphore                                         | Sang                                                                                                                                        | Molybdate, UV                                            | AU480 - OSR6x22                                                  | Ajout le 16/01/2024                                                                                                         |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Potassium                                         | Sang                                                                                                                                        | Potentiométrie indirecte                                 | AU480 - MU919500                                                 | Changement de Technique le 16/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Potassium                                         | Urine                                                                                                                                       | Potentiométrie indirecte                                 | AU480 - MU919500                                                 | Changement de Technique le 17/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Protéine C Réactive (CRP)                         | Sang                                                                                                                                        | Immunoturbidimétrie                                      | AU480 - OSR6199                                                  | Changement de Technique le 16/01/2024                                                                                       |

| BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE |                                                                            |                                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site                                                                        | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                          | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY)                                 | Protéines Totales                                                          | Sang                                                                                                                                        | Biuret (ions cuivriques - Complexe bleu-violet)          | AU480 - OSR6132                                                  | Changement de Technique le 16/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY)                                 | Protéines totales urinaires                                                | Urine                                                                                                                                       | rouge de pyrogallol, molybdate                           | AU480 - OSR6170                                                  | Changement de Technique le 17/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY)                                 | PSA Libre                                                                  | Sang                                                                                                                                        | Immunoenzymatique chimioluminescente                     | Access2 - 37210                                                  | Ajout le 13/11/2023                                                                                                         |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY)                                 | PSA Totale                                                                 | Sang                                                                                                                                        | Immunoenzymatique chimioluminescente                     | Access2 - 37200                                                  | Ajout le 13/11/2023                                                                                                         |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY)                                 | Réserve Alcaline (Bicarbonates)                                            | Sang                                                                                                                                        | Enzymatique (PEP Carboxylase)                            | AU480 - OSR6190                                                  | Changement de Technique le 16/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY)                                 | Sodium                                                                     | Sang                                                                                                                                        | Potentiométrie indirecte                                 | AU480 - MU919400                                                 | Changement de Technique le 16/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY)                                 | Sodium                                                                     | Urine                                                                                                                                       | Potentiométrie indirecte                                 | AU480 - MU919400                                                 | Changement de Technique le 17/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY)                                 | T3 Libre                                                                   | Sang                                                                                                                                        | Immunoenzymatique chimioluminescente                     | Access2 - A13422                                                 | Ajout le 13/11/2023                                                                                                         |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY)                                 | T4 Libre                                                                   | Sang                                                                                                                                        | Immunoenzymatique chimioluminescente                     | Access2 - 33880                                                  | Ajout le 13/11/2023                                                                                                         |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY)                                 | Transferrine (capacité totale de fixation et<br>coefficient de saturation) | Sang                                                                                                                                        | Immunoturbidimétrie                                      | AU480 - OSR6152                                                  | Ajout le 16/01/2024                                                                                                         |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site                                        | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Triglycérides                                     | Sang                                                                                                                                        | GPO-PAP                                                  | AU480 - OSR6x118                                                 | Changement de Technique le 16/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Troponine I                                       | Sang                                                                                                                                        | Immunodosage par fluorescence                            | Triage Quidel Ortho -<br>High Sensitivity<br>Troponin I Test     | Changement de Technique le 10/09/2023                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | TSH                                               | Sang                                                                                                                                        | Immunoenzymatique chimioluminescente                     | Access2 - B63284                                                 | Ajout le 13/11/2023                                                                                                         |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Urée                                              | Sang                                                                                                                                        | Uréase-GLDH                                              | AU480 - OSR6x34                                                  | Changement de Technique le 16/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Urée                                              | Urine                                                                                                                                       | Uréase-GLDH                                              | AU480 - OSR6x34                                                  | Changement de Technique le 17/01/2024                                                                                       |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Vitamine B12                                      | Sang                                                                                                                                        | Immunoenzymatique chimioluminescente                     | Access2 - 33000                                                  | Ajout le 13/11/2023                                                                                                         |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Vitamine D                                        | Sang                                                                                                                                        | Immunoenzymatique chimioluminescente                     | Access2 - B24838                                                 | Ajout le 13/11/2023                                                                                                         |

## BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site                                        | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Densité                                           | Urine                                                                                                                                       | Bandelette à zone réactive                               | Uritop 10                                                        | Extension 2021                                                                                                              |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | pH                                                | Urine                                                                                                                                       | Bandelette à zone réactive                               | Uritop 10                                                        | Extension 2021                                                                                                              |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Recherche d'acétone                               | Urine                                                                                                                                       | Bandelette à zone réactive                               | Uritop 10                                                        | Extension 2021                                                                                                              |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Recherche de nitrites                             | Urine                                                                                                                                       | Bandelette à zone réactive                               | Uritop 10                                                        | Extension 2021                                                                                                              |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Recherche de sang                                 | Urine                                                                                                                                       | Bandelette à zone réactive                               | Uritop 10                                                        | Extension 2021                                                                                                              |

## BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

| Site                                        | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>             | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                 | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Concentration Corpusculaire Moyenne de<br>l'Hémoglobine(CCMH) | Sang                                                                                                                                        | Cytométrie de flux                                                       | Cellpack-Sulfolyser-<br>fluorocel                                | Ajout 2020                                                                                                                  |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Formule leucocytaire                                          | Sang                                                                                                                                        | Microscopie optique                                                      |                                                                  | Ajout 2020                                                                                                                  |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Globules blancs / Leucocytes (GB)                             | Sang                                                                                                                                        | Fluorocytométrie en flux                                                 | Cellpack-Sulfolyser-<br>fluorocel                                | Extention 2016                                                                                                              |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Globules rouges/Erythrocytes (GR)                             | Sang                                                                                                                                        | Impédance avec focalisation hydrodynamique                               | Cellpack-Sulfolyser-<br>fluorocel                                | Extention 2016                                                                                                              |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Hématocrite (HT)                                              | Sang                                                                                                                                        | Impédance avec focalisation hydrodynamique                               | Cellpack-Sulfolyser-<br>fluorocel                                | Extention 2016                                                                                                              |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Hémoglobine (HB)                                              | Sang                                                                                                                                        | Spectrophotométrie                                                       | Cellpack-Sulfolyser-<br>fluorocel                                | Extention 2016                                                                                                              |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Lymphocytes (LY)                                              | Sang                                                                                                                                        | focalisation hydrodynamique -cytométrie de<br>flux                       | Cellpack-Sulfolyser-<br>fluorocel                                | Ajout 2017                                                                                                                  |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Monocytes (MO)                                                | Sang                                                                                                                                        | focalisation hydrodynamique -cytométrie de<br>flux<br>cytométrie de flux | Cellpack-Sulfolyser-<br>fluorocel                                | Ajout 2017                                                                                                                  |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Polynucléaires basophiles (PB)                                | Sang                                                                                                                                        | focalisation hydrodynamique -cytométrie de<br>flux                       | Cellpack-Sulfolyser-<br>fluorocel                                | Ajout 2017                                                                                                                  |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Polynucléaires neutrophiles (PN)                              | Sang                                                                                                                                        | Cytométrie de flux                                                       | Cellpack-Sulfolyser-<br>fluorocel                                | Ajout 2017                                                                                                                  |

## BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

| Site                                        | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>   | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Polynucléaires éosinophiles (PE)                    | Sang                                                                                                                                        | Cytométrie de flux                                       | Cellpack-Sulfolyser-<br>fluorocel                                | Ajout 2017                                                                                                                  |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Taux Corpusculaire Moyen de l'Hémoglobine<br>(TCMH) | Sang                                                                                                                                        | Cytométrie de flux                                       | Cellpack-Sulfolyser-<br>fluorocel                                | Ajout 2020                                                                                                                  |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Thrombocytes/Plaquettes (PLA)                       | Sang                                                                                                                                        | Impédance avec focalisation hydrodynamique               | Cellpack-Sulfolyser-<br>fluorocel                                | Extention 2016                                                                                                              |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Volume Globulaire Moyen (VGM)                       | Sang                                                                                                                                        | Cytométrie de flux                                       | Cellpack-Sulfolyser-<br>fluorocel                                | Extention 2016                                                                                                              |

## BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

| Site                                        | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Vitesse de sédimentation                          | Sang                                                                                                                                        | Photométrie capillaire                                   | Carte Test 1<br>Latex controls                                   | Extension 2021                                                                                                              |

## BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

| Site                                        | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Ddimère                                           | Sang                                                                                                                                        | Immuno-Turbidimétrie                                     | STA LIATEST DDI PLUS<br>00662                                    |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | Fibrinogène                                       | Sang                                                                                                                                        | Chronométrie                                             | FIBRINE Liquide 00673                                            | Ajout 2017                                                                                                                  |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | TCA                                               | Sang                                                                                                                                        | Chronométrie                                             | STA PTTA 00595                                                   | modification TCK en TCA en octobre 2023                                                                                     |
| LABORATOIRE<br>DELAPORTE (CLAYE<br>SOUILLY) | TP                                                | Sang                                                                                                                                        | Chronométrie                                             | STA NEOPTIMAL 5<br>001163                                        |                                                                                                                             |