



Portée détaillée v.17 de l'attestation N° 8-2574

Detailed scope v.17 of the attestation N° 8-2574

Date de publication / Publish date: 12/06/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

LABOR ANALYSE BIOLOGIE MEDICALE DEFRANCE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Neufchâtel-en-Bray	Dosage de l'acide urique	Urine	ABBOTT Alinity C - Colorimétrique	Ref reactif :4U0930	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neufchâtel-en-Bray	Dosage de l'uree	Urine	ABBOTT Alinity C - Urease	Ref reactif :8P1620	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neufchâtel-en-Bray	Dosage de la creatinine	Urine	ABBOTT Alinity C - Colorimétrique enzymatique	Ref reactif :8P0130	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neufchâtel-en-Bray	Dosage de la Fraction libre de l'antigene specifique de la prostate	Serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :7P9320	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neufchâtel-en-Bray	Dosage de la glycémie	plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Hexokinase	Ref reactif :7P5520	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neufchâtel-en-Bray	Dosage de la microAlbumine	Urine	ABBOTT Alinity C - Immuno turbidimetrie	Ref reactif :8P0424	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Neufchâtel-en-Bray	Dosage de la phosphatase alcaline	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Colorimetrique	Ref reactif :4T8330	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neufchâtel-en-Bray	Dosage des proteines totales	Urine	ABBOTT Alinity C - Biuret	Ref reactif :7P5920	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neufchâtel-en-Bray	Dosage du calcium	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Colorimetrique	Ref reactif :4T8730	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines Changement de réactif le 20/06/25
Laboratoire de Neufchâtel-en-Bray	Dosage du calcium	Urine	ABBOTT Alinity C - Colorimetrique	Ref reactif :4T8730	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines Changement de réactif le 20/06/25
Laboratoire de Neufchâtel-en-Bray	Dosage du glucose	Urine	ABBOTT Alinity C - Hexokinase	Ref reactif :7P5520	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neufchâtel-en-Bray	Dosage du magnesium	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Enzymatique	Ref reactif :8P1925	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neufchâtel-en-Bray	Dosage du phosphate inorganique	Urine	ABBOTT Alinity C - Colorimetrique	Ref reactif :4U0320	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neufchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de l'Acide Folique	Plasma / serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :8P1422	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neufchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif de l'acide urique	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Colorimetrique	Ref reactif :4U0930	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de l'Acide Valproïque	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - chimiluminometrie	Ref reactif :9P9220	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif de l'alanine aminotransferase	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - IFCC	Ref reactif :8P1824	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif de l'albumine	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Colorimetrique	Ref reactif :4T8230	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de l'Alpha Foeto proteine	Plasma / serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :7P9020	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif de l'antigene CA15-3	Plasma / serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :8P5120	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de l'Antigene CA 125	Plasma / serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :8P4920	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de l'Antigene CA 199	Plasma / serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :8P3220	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de l'Antigene carcino embronnaire	Plasma / serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :7P6220	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de l'Antigene specifique de la prostate	Serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :7P9230	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif de l'Apolipoproteine A1	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - turbidimetrie	Ref reactif :9P4624	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif de l'Apolipoproteine B	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - turbidimetrie	Ref reactif :9P4724	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif de l'aspartate aminotransferase	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Enzymatique	Ref reactif :8P2324	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif de l'Hemoglobine glyquee	sang total	TOSOH G11 - HPLC	MO Utilisation du Tosoh G11 / Version en cours e la date de redaction - Ref reactif : 0023478	
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de l'Hormone folliculo- stimulante	Plasma / serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :7P4920	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de l'Hormone luteinisante	Serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :7P9120	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de l'Oestradiol	Plasma / serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :7P5020	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif de l'Uree	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - urease	Ref reactif :8P1620	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de la 25(OH)vitamine D totale	Plasma / serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :8P4532	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de la Beta HCG	Plasma / serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :7P5120	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif de la Bilirubine Directe	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Colorimetrique	Ref reactif :7P9720	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif de la Bilirubine totale	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Colorimetrique	Ref reactif :4U0520	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines Changement de réactif le 20/06/25
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif de la creatine phospho- kinase	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Enzymatique	Ref reactif :8P4220	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif de la Creatinine	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Enzymatique	Ref reactif :8P0130	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de la Digoxinimie	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - chimiluminometrie	Ref reactif :8P3720	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de la Ferritinemie	Plasma / serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :7P6530	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de la fraction terminale du peptide natriuretique de type B	Plasma / serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :4S7920	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif de la Gamma- glutamyltransferase	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Colorimetrique	Ref reactif :4T9630	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif de la LDH	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - IFCC	Ref reactif :4T9920	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif de la Lipase	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Colorimetrique enzymatique	Ref reactif:4U0020	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines. Changement de réactif le 20/06/25
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de la Parathormone	plasma	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :8P3124	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif de la pre-albumine	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Immuno turbidimetrie	Ref reactif :9P8624	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de la Progesterone	Plasma / serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :8P3620	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de la Prolactine	Plasma / serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :7P6620	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif de la Proteine C reactive	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Immuno turbidimetrie	Ref reactif :7P5620	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de la Testosterone	Plasma / serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :7P6822	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de la Thyreostimuline	Plasma / serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :7P4830	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de la Thyroxine libre	Plasma / serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :7P7020	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif de la Transferrine	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Immuno turbidimetrie	Ref reactif :8P3824	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de la Tri-iodothyronine libre	Plasma / serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :7P6920	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de la Troponine I	Plasma / serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :8P1324	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de la Vitamine B12	Plasma / serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :7P6722	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif des bicarbonates	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Enzymatique	Ref reactif :7P7220	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif des IgA	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Immuno turbidimetrie	Ref reactif :9P6124	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif des IgG	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Immuno turbidimetrie	Ref reactif :9P6224	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif des IgM	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Immuno turbidimetrie	Ref reactif :9P6324	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif des Lipoproteines de haute densite (HDL)	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Colorimetrique enzymatique	Ref reactif :7P7530	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif des proteines totales	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Biuret	Ref reactif :4T8120	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif des Triglycerides	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Colorimetrique	Ref reactif :4U0620	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif du Chlore	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Potentiometrie	Ref reactif :7P5320	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif du Chlore	Urine	ABBOTT Alinity C - Potentiometrie	Ref reactif :7P5320	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif du Cholesterol total	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Enzymatique	Ref reactif :4T8830	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif du Cortisol	Plasma / serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminometrie	Ref reactif :8P3320	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif du Fer	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Colorimetrique	Ref reactif :4T9820	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif du Lithium	Serum	ABBOTT Alinity C - Colorimetrique	Ref reactif :8P5320	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif du Phosphate inorganique	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Colorimetrique	Ref reactif :4U0320	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif du potassium	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Potentiometrie	Ref reactif :7P5320	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif du potassium	Urine	ABBOTT Alinity C - Potentiometrie	Ref reactif :7P5320	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif du sodium	Plasma / serum	ABBOTT Alinity C - Potentiometrie	Ref reactif :7P5320	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif du sodium	Urine	ABBOTT Alinity C - Potentiometrie	Ref reactif :7P5320	Nouvelle automate ABBOT à partir du 24/09/24 - Automate double - VDM sur les 2 machines

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	detection et caracterisation des proteines monoclonales (immunotypage)	sang	SEBIA capillarys – electrophorèse capillaire	MO Utilisation du Capillarys / Version en cours à la date de rédaction – Ref réactif : 2600	Ajout le 12/10/21
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Electrophorèse des protéines sériques. Recherche, identification et quantification	sang	SEBIA capillarys – electrophorèse capillaire	MO Utilisation du Capillarys / Version en cours à la date de rédaction – Ref réactif : 2503	Ajout le 12/10/21
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Recherche, Identification et quantification relative de la transferrine désialylée	sang	SEBIA capillarys – electrophorèse capillaire	MO Utilisation du Capillarys / Version en cours à la date de rédaction – Ref réactif : 2509	changement de méthode le 09/06/26 (passage du minicap Sebia au capillarys sebia)

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Numération des plaquette	sang total EDTA	SIEMENS ADVIA 2120 – Cytométrie de flux	MO Utilisation de L'Advia 2120 / Version en cours à la date de rédaction	Analyse réalisée en miroir sur 2 ADVIA 2120
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Numération Formule sanguine	sang total	SIEMENS ADVIA 2120 – Cytométrie de flux	MO Utilisation de L'Advia 2120 / Version en cours à la date de rédaction	Analyse réalisée en miroir sur 2 ADVIA 2120
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Numération Formule sanguine avec recherche des cellules anormales	sang total	Frottis sanguin – Lecture au microscope – Méthode manuelle qualitative et quantitative	MO Réalisation et coloration d'un frottis sanguin / Version en cours à la date de rédaction	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage du fibrinogène	plasma	STAGO STA'R MAX – mesure chronometrique	MO Utilisation du Sta-r max / Version en cours à la date de rédaction – Ref réactif : 00673	changement d'automate en oct 2024 - réactif et méthode identique
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif du Ddimère plasmatique	plasma	STAGO STA'R MAX – Immunoturbidimétrie	MO Utilisation du Sta-r max / Version en cours à la date de rédaction – Ref réactif : 00662	changement d'automate en oct 2024 - réactif et méthode identique
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Taux de prothrombine	plasma	STAGO STA'R MAX – mesure chronometrique	MO Utilisation du Sta-r max / Version en cours à la date de rédaction – Ref réactif : 01164	changement d'automate en oct 2024 - réactif et méthode identique
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Temps de céphaline activée	plasma	STAGO STA'R MAX – mesure chronometrique	MO Utilisation du Sta-r max / Version en cours à la date de rédaction – Ref réactif : 00595	changement d'automate en oct 2024 - réactif et méthode identique

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Recherche et détermination d'antigènes érythrocytaires - Systèmes de groupes : ABO	sang	IMMUCOR Echo Lumena – Hémagglutination	MO Utilisation de l'Echo Lumena / Version en cours à la date de rédaction	Modification le 27/09/22 - Séparation des différents examens de la ligne IH01 afin d'en faciliter la gestion
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Recherche et détermination d'antigènes érythrocytaires - Systèmes de groupes : KELL	sang	IMMUCOR Echo Lumena – Hémagglutination	MO Utilisation de l'Echo Lumena / Version en cours à la date de rédaction	Modification le 27/09/22 - Séparation des différents examens de la ligne IH01 afin d'en faciliter la gestion
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Recherche et détermination d'antigènes érythrocytaires - Systèmes de groupes : Rhesus (RHD, RHCE)	sang	IMMUCOR Echo Lumena – Hémagglutination	MO Utilisation de l'Echo Lumena / Version en cours à la date de rédaction	Modification le 27/09/22 - Séparation des différents examens de la ligne IH01 afin d'en faciliter la gestion

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Recherche et/ou identification d'anticorps anti-érythrocytaires - Types de test : RAI	sang	IMMUCOR Echo Lumena – Hémagglutination	MO Utilisation de l'Echo Lumena / Version en cours à la date de rédaction	Ajout le 12/10/21

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif de l'anticorps anti-peptide cyclique citrulliné IgG	serum	ABBOTT Alinity C/I - Immuno turbidimétrie	Ref réactif :9P2720	Changement d'automate - Alinity I à partir du 24/09/24
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif de l'anticorps anti- recepteurs de la TSH	serum	ABBOTT Alinity C/I - Immuno turbidimétrie	Ref réactif :4V1822	Changement d'automate - Alinity I à partir du 24/09/24
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif des anticorps IgA anti- transglutaminase tissulaire	serum	PHADIA unicap 250 - Fluoenzymo- Immunologie	MO Utilisation de l'unicap 250 / Version en cours à la date de rédaction - Ref réactif : 14-5517-01	
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif des anticorps IgG anti- nucléaire	serum	PHADIA unicap 250 - Fluoenzymo- Immunologie	MO Utilisation de l'unicap 250 / Version en cours à la date de rédaction - Ref réactif : 14-5671-01	
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif des anticorps IgG anti- transglutaminase tissulaire	serum	PHADIA unicap 250 - Fluoenzymo- Immunologie	MO Utilisation de l'unicap 250 / Version en cours à la date de rédaction - Ref réactif : 14-5518-01	
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif des anticorps IgG dirigés contre dsDNA	serum	PHADIA unicap 250 - Fluoenzymo- Immunologie	MO Utilisation de l'unicap 250 / Version en cours à la date de rédaction - Ref réactif : 14-5500-01	
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif des anticorps IgG dirigés contre la myeloperoxydase (MPO)	serum	PHADIA unicap 250 - Fluoenzymo- Immunologie	MO Utilisation de l'unicap 250 / Version en cours à la date de rédaction - Ref réactif : 14-5537-01	- vérification de méthode conjointe au PR3

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif des anticorps IgG dirigés contre la protéinase 3 (PR3)	serum	PHADIA unicap 250 - Fluoenzymo- Immunologie	MO Utilisation de l'unicap 250 / Version en cours à la date de rédaction - Ref réactif : 14-5536-01	- vérification de méthode conjointe au MPO
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif des anticorps IgG dirigés contre les Beta-2-glycoprotéines I	serum	PHADIA unicap 250 - Fluoenzymo- Immunologie	MO Utilisation de l'unicap 250 / Version en cours à la date de rédaction - Ref réactif : 14-5532-01	- vérification de méthode conjointe à l' ACL G
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif des anticorps IgG dirigés contre les cardiolipines (ACL G)	serum	PHADIA unicap 250 - Fluoenzymo- Immunologie	MO Utilisation de l'unicap 250 / Version en cours à la date de rédaction - Ref réactif : 14-5529-01	- vérification de méthode conjointe à la Beta 2 GP G
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif des anticorps IgM dirigés contre les Beta-2-glycoprotéines I	serum	PHADIA unicap 250 - Fluoenzymo- Immunologie	MO Utilisation de l'unicap 250 / Version en cours à la date de rédaction - Ref réactif : 14-5533-01	- vérification de méthode conjointe à l'ACL M
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif des anticorps IgM dirigés contre les cardiolipines (ACL M)	serum	PHADIA unicap 250 - Fluoenzymo- Immunologie	MO Utilisation de l'unicap 250 / Version en cours à la date de rédaction - Ref réactif : 14-5530-01	- vérification de méthode conjointe à la Beta 2 GP M
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif des auto-anticorps anti- thyroglobuline	serum	ABBOTT Alinity C/I - chimiluminométrie	Ref réactif :9P3420	Changement d'automate - Alinity I à partir du 24/09/24
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif des auto-anticorps anti- thyroperoxydase	serum	ABBOTT Alinity C/I - chimiluminométrie	Ref réactif :9P3522	Changement d'automate - Alinity I à partir du 24/09/24
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif du facteur rhumatoïde IgM (test au latex)	serum	ABBOTT Alinity C/I - Immuno turbidimétrie	Ref réactif :1R1622	Changement d'automate - Alinity C à partir du 24/09/24

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif du facteur rhumatoïde IgM (waaler rose)	serum	PHADIA unicap 250 - Fluoenzymo- Immunologie	MO Utilisation de l'unicap 250 / Version en cours à la date de rédaction - Ref réactif : 14-5600-01	
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	détermination qualitative d'anticorps anti- nucléaire	serum	Lame biosystem - IFI	MO Utilisation de l'I- Pro / Version en cours à la date de rédaction - Ref réactif : BS44547	Ajout le 12/10/21

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Recherche, identification et détermination de la concentration d'anticorps IgE spécifiques	serum	PHADIA unicap 250 – Fluoenzymo- Immunologie	MO Utilisation de l'unicap 250 / Version en cours à la date de rédaction – Ref réactif : 14-4417-01	
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Recherche et détermination de la concentration d'anticorps IgE totaux	serum	PHADIA unicap 250 – Fluoenzymo- Immunologie	MO Utilisation de l'unicap 250 / Version en cours à la date de rédaction – Ref réactif : 14-4509-01	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Detection de l'antigène HBS	serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminométrie	Ref réactif : 8P1032	Nouvelle automate ABBOT à partir du - Automate doublé – VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Qualitative de l'Anticorps IgG anti hCMV	serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminométrie	Ref réactif : 7P4222	Nouvelle automate ABBOT à partir du - Automate doublé – VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Qualitative de l'Anticorps IgG dirigé contre l'antigène nucléaire du virus d'Epstein- Barr (EBNAG)	serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminométrie	Ref réactif : 9P2022	Nouvelle automate ABBOT à partir du - Automate doublé – VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Qualitative de l'Anticorps IgG dirigé contre les antigènes de la capside du virus d'Epstein-Barr (VCAG)	serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminométrie	Ref réactif : 9P2122	Nouvelle automate ABBOT à partir du - Automate doublé – VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Qualitative de l'Anticorps IgM anti hCMV	serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminométrie	Ref réactif : 7P4422	Nouvelle automate ABBOT à partir du - Automate doublé – VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Qualitative de l'Anticorps IgM dirigé contre les antigènes de la capside du virus d'Epstein-Barr (VCAM)	serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminométrie	Ref réactif : 9P2222	Nouvelle automate ABBOT à partir du - Automate doublé – VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage quantitatif de l'Anticorps anti Antigène HBS	serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminométrie	Ref réactif : 7P8932	Nouvelle automate ABBOT à partir du - Automate doublé – VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Dosage Quantitatif de l'Anticorps IgG anti rubéolique	serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminométrie	Ref réactif : 8P4622	Nouvelle automate ABBOT à partir du - Automate doublé – VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Détermination qualitative de l'Anticorps anti HAV IGM	serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminométrie	Ref réactif : 2R2822	Nouvelle automate ABBOT à partir du - Automate doublé – VDM sur les 2 machines

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Détermination qualitative de l'Anticorps anti HCV	serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminométrie	Ref réactif : 8P0633	Nouvelle automate ABBOT à partir du - Automate doublé – VDM sur les 2 machines Changement de réactif le 26/02/26 - HCV next Abbott
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Détermination qualitative de l'Anticorps IgM anti HbC	serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminométrie	Ref réactif : 7P8622	Nouvelle automate ABBOT à partir du - Automate doublé – VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Détermination qualitative de l'Anticorps IgM anti toxoplasmose	serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminométrie	Ref réactif : 7P4732	Nouvelle automate ABBOT à partir du - Automate doublé – VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Détermination qualitative de l'Anticorps totaux anti HbC	serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminométrie	Ref réactif : 7P8732	Nouvelle automate ABBOT à partir du - Automate doublé – VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Détermination qualitative des Anticorps dirigés contre Treponema pallidum (Méthode à antigène tréponimique)	serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminométrie	Ref réactif : 7P6022	Nouvelle automate ABBOT à partir du - Automate doublé – VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Détermination qualitative du virus HIV (Ac/Ag)	serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminométrie	Ref réactif : 8P0732	Nouvelle automate ABBOT à partir du - Automate doublé – VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Détermination quantitative de l'Anticorps IgG anti toxoplasmose	serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminométrie	Ref réactif : 7P4532	Nouvelle automate ABBOT à partir du - Automate doublé – VDM sur les 2 machines
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Détermination quantitative des Anticorps anti HAV IgG	serum	ABBOTT Alinity I - Immunoanalyse / chimiluminométrie	Ref réactif : 8P2622	Nouvelle automate ABBOT à partir du - Automate doublé – VDM sur les 2 machines

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Neuchâtel-en-Bray	Détection SARS COV 2 par PCR	Prélèvement naso- pharyngé – Prélèvement salivaire	Thermocycleur Quant Studio 5 – réactif Ampliquick SARS-COV-2 Biosynex	MO Réalisation des PCR Covid / Version en cours à la date de rédaction – Ref réactif : 3150058	Ajout suite à notification d'extension en date du 22/12/23

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire d'Aumale	au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Mode opératoire « Prélèvements sanguins »	
Laboratoire d'Aumale	au sein du site	Peau, phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques -Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Mode opératoire « Prélèvements pour analyses mycologiques » / Mode opératoire « Prélèvements bactériologiques »	
Laboratoire d'Aumale	au sein du site	Prélèvements de liquides et produits biologiques	Prélèvement d'écoulement	Mode opératoire « Prélèvements bactériologiques »	
Laboratoire d'Aumale	au sein du site	Prélèvements muqueuses : nez, gorge, pharynx, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement pour examens cytologiques, bactériologiques, parasitologiques, mycologiques, virologiques	Mode opératoire « Prélèvements pour analyses mycologiques » /Mode opératoire « Prélèvements bactériologiques » / Mode opératoire « Prélèvements vaginaux et uretraux chez la femme » / Mode opératoire « Prélèvements uretraux chez l'homme » /Mode opératoire « Prélèvements nasopharyngé »	
Laboratoire d'Aumale	au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Mode opératoire « Frottis cervico-vaginaux »	
Laboratoire d'Aumale	au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Fiche dédiée dans le manuel de prélèvement en ligne	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Blangy-sur-Bresle	au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Mode opératoire « Prélèvements sanguins »	
Laboratoire de Blangy-sur-Bresle	au sein du site	Peau, phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques -Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Mode opératoire « Prélèvements pour analyses mycologiques » / Mode opératoire « Prélèvements bactériologiques »	
Laboratoire de Blangy-sur-Bresle	au sein du site	Prélèvements de liquides et produits biologiques	Prélèvement d'écoulement	Mode opératoire « Prélèvements bactériologiques »	
Laboratoire de Blangy-sur-Bresle	au sein du site	Prélèvements muqueuses : nez, gorge, pharynx, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement pour examens cytologiques, bactériologiques, parasitologiques, mycologiques, virologiques	Mode opératoire « Prélèvements pour analyses mycologiques » /Mode opératoire « Prélèvements bactériologiques » / Mode opératoire « Prélèvements vaginaux et uretraux chez la femme » / Mode opératoire « Prélèvements uretraux chez l'homme » /Mode opératoire « Prélèvements nasopharyngé »	
Laboratoire de Blangy-sur-Bresle	au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Mode opératoire « Frottis cervico-vaginaux »	
Laboratoire de Blangy-sur-Bresle	au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Fiche dédiée dans le manuel de prélèvement en ligne	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Forges-les-Eaux	au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Mode opératoire « Prélèvements sanguins »	
Laboratoire de Forges-les-Eaux	au sein du site	Peau, phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques -Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Mode opératoire « Prélèvements pour analyses mycologiques » / Mode opératoire « Prélèvements bactériologiques »	
Laboratoire de Forges-les-Eaux	au sein du site	Prélèvements de liquides et produits biologiques	Prélèvement d'écoulement	Mode opératoire « Prélèvements bactériologiques »	
Laboratoire de Forges-les-Eaux	au sein du site	Prélèvements muqueuses : nez, gorge, pharynx, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement pour examens cytologiques, bactériologiques, parasitologiques, mycologiques, virologiques	Mode opératoire « Prélèvements pour analyses mycologiques » /Mode opératoire « Prélèvements bactériologiques » / Mode opératoire « Prélèvements vaginaux et uretraux chez la femme » / Mode opératoire « Prélèvements uretraux chez l'homme » /Mode opératoire « Prélèvements nasopharyngé »	
Laboratoire de Forges-les-Eaux	au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Mode opératoire « Frottis cervico-vaginaux »	
Laboratoire de Forges-les-Eaux	au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Fiche dédiée dans le manuel de prélèvement en ligne	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Maromme	au sein du site et au domicile du patient	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Mode opératoire « Prélèvements sanguins »	
Laboratoire de Maromme	au sein du site et au domicile du patient	Peau, phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques -Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Mode opératoire « Prélèvements pour analyses mycologiques » / Mode opératoire « Prélèvements bactériologiques »	
Laboratoire de Maromme	au sein du site et au domicile du patient	Prélèvements de liquides et produits biologiques	Prélèvement d'écoulement	Mode opératoire « Prélèvements bactériologiques »	
Laboratoire de Maromme	au sein du site et au domicile du patient	Prélèvements muqueuses : nez, gorge, pharynx, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement pour examens cytologiques, bactériologiques, parasitologiques, mycologiques, virologiques	Mode opératoire « Prélèvements pour analyses mycologiques » /Mode opératoire « Prélèvements bactériologiques » / Mode opératoire « Prélèvements vaginaux et uretraux chez la femme » / Mode opératoire « Prélèvements uretraux chez l'homme » /Mode opératoire « Prélèvements nasopharyngé »	
Laboratoire de Maromme	au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Mode opératoire « Frottis cervico-vaginaux »	
Laboratoire de Maromme	au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Fiche dédiée dans le manuel de prélèvement en ligne	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Neufchâtel-en-Bray	au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Mode opératoire « Prélèvements sanguins »	
Laboratoire de Neufchâtel-en-Bray	au sein du site	Peau, phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques -Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Mode opératoire « Prélèvements pour analyses mycologiques » / Mode opératoire « Prélèvements bactériologiques »	
Laboratoire de Neufchâtel-en-Bray	au sein du site	Prélèvements de liquides et produits biologiques	Prélèvement d'écoulement	Mode opératoire « Prélèvements bactériologiques »	
Laboratoire de Neufchâtel-en-Bray	au sein du site	Prélèvements muqueuses : nez, gorge, pharynx, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement pour examens cytologiques, bactériologiques, parasitologiques, mycologiques, virologiques	Mode opératoire « Prélèvements pour analyses mycologiques » /Mode opératoire « Prélèvements bactériologiques » / Mode opératoire « Prélèvements vaginaux et uretraux chez la femme » / Mode opératoire « Prélèvements uretraux chez l'homme » /Mode opératoire « Prélèvements nasopharyngé »	
Laboratoire de Neufchâtel-en-Bray	au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Mode opératoire « Frottis cervico-vaginaux »	
Laboratoire de Neufchâtel-en-Bray	au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Fiche dédiée dans le manuel de prélèvement en ligne	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Pavilly	au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Mode opératoire « Prélèvements sanguins »	
Laboratoire de Pavilly	au sein du site	Peau, phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques -Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Mode opératoire « Prélèvements pour analyses mycologiques » / Mode opératoire « Prélèvements bactériologiques »	
Laboratoire de Pavilly	au sein du site	Prélèvements de liquides et produits biologiques	Prélèvement d'écoulement	Mode opératoire « Prélèvements bactériologiques »	
Laboratoire de Pavilly	au sein du site	Prélèvements muqueuses : nez, gorge, pharynx, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement pour examens cytologiques, bactériologiques, parasitologiques, mycologiques, virologiques	Mode opératoire « Prélèvements pour analyses mycologiques » /Mode opératoire « Prélèvements bactériologiques » / Mode opératoire « Prélèvements vaginaux et uretraux chez la femme » / Mode opératoire « Prélèvements uretraux chez l'homme » /Mode opératoire « Prélèvements nasopharyngé »	
Laboratoire de Pavilly	au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Mode opératoire « Frottis cervico-vaginaux »	
Laboratoire de Pavilly	au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Fiche dédiée dans le manuel de prélèvement en ligne	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de Petit Quevilly	au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Mode opératoire « Prélèvements sanguins »	
Laboratoire de Petit Quevilly	au sein du site	Peau, phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques -Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Mode opératoire « Prélèvements pour analyses mycologiques » / Mode opératoire « Prélèvements bactériologiques »	
Laboratoire de Petit Quevilly	au sein du site	Prélèvements de liquides et produits biologiques	Prélèvement d'écoulement	Mode opératoire « Prélèvements bactériologiques »	
Laboratoire de Petit Quevilly	au sein du site	Prélèvements muqueuses : nez, gorge, pharynx, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement pour examens cytologiques, bactériologiques, parasitologiques, mycologiques, virologiques	Mode opératoire « Prélèvements pour analyses mycologiques » /Mode opératoire « Prélèvements bactériologiques » / Mode opératoire « Prélèvements vaginaux et uretraux chez la femme » / Mode opératoire « Prélèvements uretraux chez l'homme » /Mode opératoire « Prélèvements nasopharyngé »	
Laboratoire de Petit Quevilly	au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Mode opératoire « Frottis cervico-vaginaux »	
Laboratoire de Petit Quevilly	au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Fiche dédiée dans le manuel de prélèvement en ligne	