Portée détaillée v.26 de l'attestation N° 8-2626

Detailed scope v.26 of the attestation N° 8-2626

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

EUROFINS LABAZUR PROVENCE

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Acide Urique	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates BECKMAN DXc500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	ACTM (paracétamol)	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates ABBOTT ARCHITECT C4100 -2 N°UNIQUE 1686	TEC13-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Abbott Architech TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25,
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Albumine	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates BECKMAN DXc500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Alcoolémie	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique Automates BECKMAN DXC500i n° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25 et transfert sur DXC500 n°3087 et n°3088 le15/01/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Ammoniémie	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates ABBOTT ARCHITECT C4100 -2 N°UNIQUE 1686	TEC13-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Abbott Architech TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Analytes : Gaz du sang (pH, pCo2, pO2, COHb, SO2, Hb, O2Hb, bicarbonates, lactate, excés base)	Sang et dérivés	Méthode Electrochimie, spectrophotométrie ABL 90 , n° CQMAT 3044, 3305	TEC13-MO-022 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne ABL90 , fiche technique fournisseurs	n°3305: 26/01/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Azotémie (Urée)	Sang et dérivés	Méthode enzymatique BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Bicarbonates	Sang et dérivés	Méthode enzymatique BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Bilirubine directe (libre)	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Bilirubine totale	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	BNP	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 &3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Calcium	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Chlore	Sang et dérivés	Méthode potentiométrie BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Cholestérol HDL	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates ABBOTT ARCHITECT C4100-1 N°UNIQUE 1637 ARCHITECT C4100 -2 N°UNIQUE 1686	TEC13-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Abbott Architech TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur	Arrêt analyse le 17/10/25
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Cholestérol Total	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates ABBOTT ARCHITECT C4100-1 N°UNIQUE 1637 ARCHITECT C4100 -2 N°UNIQUE 1686	TEC13-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Abbott Architech TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur	Arrêt analyse le 17/10/25
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	CPK	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	CRP	Sang et dérivés	Méthode immunoturbidimétrie BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Créatininémie	Sang et dérivés	Méthode enzymatique BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Digoxine	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates ABBOTT ARCHITECT C4100 -2 N°UNIQUE 1686	TEC13-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Abbott Architech TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25,démarrage DXC500i le 15/12/2025
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Ferritine	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	GGT	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Glucose	Sang et dérivés	Méthode enzymatique BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	glucosurie	URINES /LCR	Méthode Colorimétrique Automates BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	GOT	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	GPT	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	HCGP	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Lactate	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates ABBOTT ARCHITECT C4100 -2 N°UNIQUE 1686	TEC13-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Abbott Architech TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur	Changement réactif le 11/03/25, arrêt automate Abbott n°1637 le 30/10/25 et n°1686 le 15/1/26 (arrêt analyse)

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	LDH	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates ABBOTT ARCHITECT C4100-1 N°UNIQUE 1637 ARCHITECT C4100 -2 N°UNIQUE 1686	TEC13-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Abbott Architech TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur	Arrêt 17/10/25
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Lipase	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Magnésium	Sang et dérivés	Méthode enzymatique Automates ABBOTT ARCHITECT C4100-1 N°UNIQUE 1637 ARCHITECT C4100 -2 N°UNIQUE 1686	TEC13-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Abbott Architech TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur	Arrêt analyse le 17/10/25
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Myoglobine	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates ABBOTT ARCHITECT C4100-1 N°UNIQUE 1637 ARCHITECT C4100 -2 N°UNIQUE 1686	TEC13-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Abbott Architech TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur	Arrêt analyse le 24/10/25
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	NT-PRO BNP	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates ABBOTT ARCHITECT C4100-1 N°UNIQUE 1637 ARCHITECT C4100 -2 N°UNIQUE 1686	TEC13-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Abbott Architech TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur	Arrêt 7/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	PCT procalcitonine	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Phosphatase Alcaline	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Phosphore	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Phosphore	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	changement réactif 11/03/25 Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Potassium	Sang et dérivés	Méthode potentiométrie BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Prot.urinaire	URINES /LCR	Méthode potentiométrie BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Protides	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Sodium	Sang et dérivés	Méthode potentiométrie BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Transferrine	Sang et dérivés	Méthode immunoturbidimétrie BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Triglycérides	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automates ABBOTT ARCHITECT C4100-1 N°UNIQUE 1637 ARCHITECT C4100 -2 N°UNIQUE 1686	TEC13-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Abbott Architech TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur	Arrêt analyse le 17/10/25
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Troponine I	Sang et dérivés	Méthode immunonzymatique BECKMAN DXC500i N° UNIQUE 3087 & 3088	TEC13-EN-002 Guide de poche technique Fiche réactif fournisseur TEC13-MO-028 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXC500i	Arrêt automate Abbott n° 1637 le 30/10/25, et n°1686 le 15/1/26, démarrage DXC500i n°3087 le 15/12/2025 et n°3088 le 15/1/26

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
EUROFINS LABAZUR PROVENCE ISTRES SUD	Troponine I	Sang total	Méthode immunoenzymatique Istat Abbott n° CQMAT 1995	TEC16-MO-005 ID-Utilisation de l'Istat, Fiches techniques fournisseur.	Changement réactif le 29/7/26

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	AC anti –microsomiaux (TPO)	Sang et dérivés	Méthode Immuno chimiluminescence automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2302	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	AC anti – Thyroglobuline	Sang et dérivés	Méthode Immuno chimiluminescence automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2302	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	ACE	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2301	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Albumine	Sang et dérivés	Méthode colorimétrique automatisée AU 5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 & 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Alpha fœtoprotéine	Sang et dérivés	Méthode Immuno chimiluminescence automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2301	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Azotémie	Sang et dérivés	Enzymatique Méthode automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 , 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	b HcG	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2301 & 2302	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Bilirubine indirecte	Sang et dérivés	Méthode Coloration photométrique (DPD) automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 &2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Bilirubine Totale	Sang et dérivés	Méthode Coloration photométrique (DPD) automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 & 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	BNP	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique chimioluminescence automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2301 &2302	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Bêta-2 microglobuline	Sang et dérivés	Méthode Immunoturbidimétrie automatisée AU 5800 BECKMAN n° CQMAT 2300 & 2299	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Ca15,3	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2301	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	CA 19,9	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2301	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	CA 125	Sang et dérivés	Méthode Immuno chimiluminescence automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2301	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Calciurie	Urine	Méthode Coloration photométrique (ARSENAZO) automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	Arrêt analyse sur AU CQMAT n°2300 le 5/9/25
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Calcémie	Sang et dérivés	Méthode Coloration photométrique (ARSENAZO) automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 , 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Chloesterol Total	Sang et dérivés	Méthode enzymatique automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 , 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Chlore	Sang et dérivés	Méthode Electrochimie automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 , 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Cholesterol HDL	Sang et dérivés	Méthode Enzymatique automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 ,2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Cortisol	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2302	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	CPK	Sang et dérivés	Méthode Cinétique UV (IFCC) automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 , 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Créatinine	Sang et dérivés	Méthode enzymatique automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 , 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Créatinurie	Urine	Méthode enzymatique automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 & 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Depakine(ac. Valproïque)	Sang et dérivés	Méthode immunodosage enzymatique automatisée AU 5800 BECKMAN n° CQMAT 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Facteur rhumatoïde	Sang et dérivés	MéthodeImmunoturbidimétrique automatisée AU 5800 BECKMAN n° CQMAT 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Fer	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299, 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680 Fiche réactif fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Ferritine	Sang et dérivés	Méthode immunoturbidimétrique automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299, 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Folates sériques (ou vitamine B9 ou acide folique)	Sang et dérivés	Méthode Immuno chimiluminescence automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2301	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	FSH	Sang et dérivés	Méthode Immuno chimiluminescence automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2302	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Gaz du sang (pH, pO2, pCO2, lactate, iono, glycémie, Ca+,cooxymétrie)	Sang et dérivés	Méthode potentiométrie automatisée RapidPoint 500 Siemens n° CQMAT 2183 & 2184	TEC2-MO-013 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne des RP500 (gazo)	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Gentamicine	Sang et dérivés	Méthode immunoturbidimétrique automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2187	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	GGT	Sang et dérivés	Méthode Coloration cinétique (IFCC) automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 , 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Glycosurie	Urine, LCR	Méthode Enzymatique UV (hexokinase -G6P-DH) automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 & 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Glycémie	Sang et dérivés	Méthode Enzymatique UV (hexokinase -G6P-DH) automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 , 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Haptoglobine	Sang et dérivés	Méthode Immunoturbidimétrie automatisée AU 5800 BECKMAN n° CQMAT 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	IgA, IgG, IgM	Sang et dérivés	Méthode Immunologique par agglutination automatisée AU 5800 BECKMAN n° CQMAT 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Kaliurie	Urine	Méthode Potentiométrie indirecte automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 & 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Kalièmie	Sang et dérivés	Méthode Electrochimie automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 , 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	LDH	Sang et dérivés	Méthode Cinétique UV (IFFC) automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 , 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	LDL CHOLESTEROL	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique enzymatique automatisée AU 5800 BECKMAN n° CQMAT 2299	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	LH	Sang et dérivés	Méthode Immuno chimiluminescence automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2302	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Lipase	Sang et dérivés	Méthode Coloration cinétique (Imamura) automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 , 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Magnésium	Sang et dérivés	Méthode Coloration photométrique automatisée AU 5800 BECKMAN n° 2299 & 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Microalbuminurie	Urine	Méthode turbidimétrique automatisée AU 5800 BECKMAN n° 2299 & 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Myoglobine	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2302 & 2301	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Natriurie	Urine	Méthode Potentiométrie indirecte automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 & 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Natrémie	Sang et dérivés	Méthode Electrochimie automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 , 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	NT-PRO BNP	Sang et dérivés	Méthode immunodosage chimioluminescent automatisée DXI 9000 BECKMAN n° CQMAT 3072	TEC2-MO-021 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi9000	Ajout analyse le 7/5/25
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Oestradiol (E2)	Sang et dérivés	Méthode Immuno chimiluminescence automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2302	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Osmolalité	Sang et dérivés	Méthode de mesure du point de congélation semi automatisée Osmomètre n° CQMAT 2206	TEC2-MO-017 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne osmomètre	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	PCR	Sang et dérivés	Méthode turbidimétrie automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 , 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Phosphatases alcalines	Sang et dérivés	Méthode Coloration cinétique (IFCC) automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 , 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Phosphaturie	Urine	Méthode Coloration photométrique (Rouge de Pyrogallol) automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	Arrêt analyse sur AU CQMAT n°2300 le 5/9/25
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Phosphorémie	Sang et dérivés	Méthode Coloration photométrique (Rouge de Pyrogallol) automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 , 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	PRE ALBUMINE	Sang et dérivés	Méthode Immunoturbidimétrie automatisée AU 5800 BECKMAN n° CQMAT 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Procalcitonine	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2301 & 2302	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Progestérone	Sang et dérivés	Méthode Immuno chimiluminescence automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2302	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Prolactine	Sang et dérivés	Méthode Immuno chimiluminescence automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2302	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Protides	Sang et dérivés	Méthode Coloration photométrique (Biuret) automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 , 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Protéinurie	Urine, LCR	Méthode Coloration photométrique (Biuret) automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 & 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	PSA Libre	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique automatisée DXi BECKMAN n° CQMAT 2301 & 2302	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	PSA Totale	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique automatisée DXi BECKMAN n° CQMAT 2301 & 2302	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	PTH	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2302 & 2301	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Réserve alcaline	Sang et dérivés	Méthode enzymatique (PEPC) automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 ,2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Sidérémie	Sang et dérivés	Coloration photométrique (TPTZ) Méthode automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 , 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	T3L	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2302	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	T4L	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2302	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	changement réactif le 18/02/2025
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Testostérone	Sang et dérivés	Méthode Immuno chimiluminescence automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2302	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Transaminases TGP	Sang et dérivés	Méthode Cinétique UV (IFFC) automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299, 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Transaminase TGO	Sang et dérivés	Méthode automatisée Cinétique UV (IFFC) AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 ,2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Transferrine	Sang et dérivés	Méthode Immunoturbidimétrique automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299, 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Triglycérides	Sang et dérivés	Méthode Coloration enzymatique automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299 , 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Troponine I	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique chimioluminescence automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2301 &2302	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	TSH	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2301, 2302	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Uraturie	Urine	Méthode Coloration enzymatique (uricase PAP) automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	Arrêt analyse sur AU CQMAT n°2300 le 5/9/25
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Uricémie	Sang et dérivés	Méthode Coloration enzymatique (uricase PAP) automatisée AU 5800 BECKMAN n° CQMAT 2299, 2300	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Vancomycine	Sang et dérivés	Méthode immunoturbidimétrique automatisée AU5800 BECKMAN n° CQMAT 2299	TEC2-MO-015 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne AU680	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Vitamine B12	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique automatisée DXi BECKMAN n° CQMAT 2301 & 2302	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Vitamine D	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique automatisée DXi BECKMAN n° CQMAT 2301, 2302	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Acides biliaires	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automate Abbott ci4100. N° Unique Cqmat : 2157	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Acide urique	Sang et dérivés	Méthode Enzymatique Automate Abbott ci4100. N° Unique Cqmat : 2157	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Albumine	Sang et dérivés	Méthode Enzymatique Automate Abbott ci4100. N° Unique Cqmat : 2157	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Azotémie (Urée)	Sang et dérivés	Méthode Enzymatique Automate Abbott ci4100. N° Unique Cqmat : 2157	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	BHCG	Sang et dérivés	Méthode Chimiluminescence Automate Abbott i1000. N° Unique Cqmat : 2158	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Bilirubine directe (libre)	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automate Abbott ci4100. N° Unique Cqmat : 2157	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Bilirubine totale	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automate Abbott ci4100. N° Unique Cqmat : 2157	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	BNP	Sang et dérivés	Méthode Chimiluminescence Automate Abbott i1000. N° Unique Cqmat : 2158	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Calcium	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automate Abbott ci4100. N° Unique Cqmat : 2157	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Chlore	Sang et dérivés	Méthode Electrochimie Automate Abbott ci4100. N° Unique Cqmat : 2157	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Créatinurie	Urines	Méthode Enzymatique Automate Abbott ci4100. N° Unique Cqmat : 2157	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Créatinémie	Sang et dérivés	Méthode Enzymatique Automate Abbott ci4100. N° Unique Cqmat : 2157	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Ferritine	Sang et dérivés	Méthode Chimiluminescence Automate Abbott ci4100. N° Unique Cqmat : 2157	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	GGT (Gamma GT)	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automate Abbott ci4100. N° Unique Cqmat : 2157	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Glycémie	Sang et dérivés	Méthode Enzymatique Automate Abbott ci4100. N° Unique Cqmat : 2157	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Phosphatases alcalines	Sang et dérivés	Méthode Enzymatique Automate Abbott ci4100. N° Unique Cqmat : 2157	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Phosphore	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automate Abbott ci4100. N° Unique Cqmat : 2157	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	changement réactif 6/3/25
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Potassium	Sang et dérivés	Méthode Electrochimie Automate Abbott ci4100. N° Unique Cqmat : 2157	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Protéine C réactive	Sang et dérivés	Méthode Turbidimétrie Automate Abbott ci4100. N° Unique Cqmat : 2157	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Protéines totales	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique Automate Abbott ci4100. N° Unique Cqmat : 2157	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Protéinurie	Urines	Méthode Turbidimétrie Automate Abbott ci4100. N° Unique Cqmat : 2157	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Réserve alcaline	Sang et dérivés	Méthode Enzymatique Automate Abbott ci4100. N° Unique Cqmat : 2157	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Sodium	Sang et dérivés	Méthode Electrochimie Automate Abbott ci4100. N° Unique Cqmat : 2157	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	TRANSAMINASES SGOT (ALAT)	Sang et dérivés	Méthode Enzymatique Automate Abbott ci4100. N° Unique Cqmat : 2157	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	TRANSAMINASES SGPT (ASAT)	Sang et dérivés	Méthode Enzymatique Automate Abbott ci4100. N° Unique Cqmat : 2157	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Troponine I	Sang et dérivés	Méthode Chimiluminescence Automate Abbott ci4100. N° Unique Cqmat : 2157	TEC8-MO-010 ETOILE / Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne automate ARCHITECT ABBOTT -Fiche réactif du fournisseur	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Acétonurie	Urines	Colorimétrie	Fiches du fournisseur, TEC12-MO-062 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Urisys- lecteur n° CQMAT 3042	Arrêt 19/6/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Densité	Urines	Colorimétrie	Fiches du fournisseur, TEC12-MO-062 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Urisys- lecteur n° CQMAT 3042	Arrêt le 1/10/25
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Hémoglobine	Urines	Colorimétrie	Fiches du fournisseur, TEC12-MO-062 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Urisys- lecteur n° CQMAT 3042	arrêt 19/6/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Nitrites	Urines	Colorimétrie	Fiches du fournisseur, TEC12-MO-062 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Urisys- lecteur n° CQMAT 3042	arrêt 19/6/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	pH	Urines	Colorimétrie	Fiches du fournisseur, TEC12-MO-062 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Urisys- lecteur n° CQMAT 3042	arrêt 19/6/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Recherche de drogues (Amphétamine, barbituriques, benzodiazépines, cocaïne, cannabis, méthadone, méthamphétamine, ecstasy, morphine/opiacés, antidépresseurs tricycliques, buprénorphine)	Urine	Immunochromatographie Technique manuelle Biosysnex Drugchek	TEC13-MO-007 Toxiques dans les urines, Fiche technique fournisseur	
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Recherche sang dans les selles	Selles	Immunochromatographie Technique manuelle	TEC12-MO-025 MC-analyse d'une coprologie; fiche fournisseur	Arrêt le 23/3/26, reprise le 8/6/26, arrêt 19/6/26

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
EUROFINS LABAZUR PROVENCE ISTRES SUD	EUROFINS LABAZUR PROVENCE ISTRES SUD	Clinique de l'Etang de l'Olivier	Gaz du sang	Sang total	Méthode immunoenzymatique Istat n° 1793, 3304	TEC14-MO-002 - Utilisation de l'Istat	nouvel automate n°3304 le 29/7/26
EUROFINS LABAZUR PROVENCE ISTRES SUD	EUROFINS LABAZUR PROVENCE ISTRES SUD	Clinique de l'Etang de l'Olivier	Troponine	Sang total	Méthode immunoenzymatique Istat n° 1793, 3304	TEC14-MO-002 - Utilisation de l'Istat	changement réactif et nouvel automate n°3304 le 29/7/26

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Clinique de l'Etoile	Gaz du sang EBMD	Sang total	Méthode potentiométrique Automate COBAS B. N° Unique Cqmat : 2800 & 2801	TEC16-MO-003 ET-Utilisation du COBAS POC-EBMD	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Cytohématologie Coloration - lecture microscope	Sang et dérivés	Coloration type MGG lecture microscope Technique manuelle	TEC13-MO 015 Formule leucocytaire sur frottis sanguin Fiche technique fournisseurs	
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Numeration formule plaquette	Sang et dérivés	Méthode Variation Impédance, cytométrie de flux par diffraction , absorbance Sysmex XN 550-1 N° UNIQUE 1386 Sysmex XN 550-2 N° UNIQUE 1385	TEC13-MO-016 Utilisation, maintenance et Cat en cas de panne Sysmex -Fiche réactif du fournisseur	
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Reticulocytes	Sang et dérivés	Méthode Cytométrie de flux Sysmex XN 550-1 N° UNIQUE 1386 Sysmex XN 550-2 N° UNIQUE 1385	TEC13-MO-016 Utilisation, maintenance et Cat en cas de panne Sysmex -Fiche réactif du fournisseur	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Formule sanguine coloration	Sang total EDTA	Coloration MGG Technique manuelle et automatisée DM9600 / SMS colorateur N° Unique Cqmat 2348, 2347.	TEC3-MO-10 Utilisation et CAT en cas de panne DM TEC3-MO-011 Utilisation et CAT en cas de panne SMS.	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Hémogramme	Sang total EDTA	Méthode cytométrie de flux automatisée DXH BECKMAN n° CQMAT 2344, 2345 & 2346	TEC3-MO-009 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXH	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Plaquettes	Sang total EDTA, citrate	Méthode par Impédance automatisée DXH BECKMAN n° CQMAT 2344, 2345 & 2346	TEC3-MO-009 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXH	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Réticulocytes	Sang total EDTA	Méthode cytométrie de flux automatisée DXH BECKMAN n° CQMAT 2344, 2345 & 2346	TEC3-MO-009 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne DXH	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Formule numération - Plaquettes	Sang et dérivés	Méthode Variation Impédance, cytométrie de flux par diffraction , absorbance SYSMEX XN-10 N° Unique Cqmat : 1418 SYSMEX POCH-100i N° Unique Cqmat : 1419	TEC8-MO-002 ETOILE : Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne du XN 1000 TEC8-MO-001 ETOILE: Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne du POCHi Fiches réactifs fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Réticulocytes	Sang et dérivés	Méthode Cytométrie de flux SYSMEX XN-10 N° Unique Cqmat : 1418	TEC8-MO-002 ETOILE : Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne du XN 1000 Fiches réactifs fournisseur	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Vitesse de sédimentation	Sang total EDTA	Méthodepar photométrie capillaire automatisée Alifax BECKMAN n° CQMAT 2408 & 2197	TEC3-MO-005 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Alifax	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	D-Dimères	Sang et dérivés	Méthode Immunologique ACL TOP 350 N°UNIQUE 1480, 3076 WERFEN	TEC13-MO-013 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne ACL TOP- Fiches du fournisseur	Nouvel automate n° 3076 mis en production le 15/4/25 et arrêt de l'automate n° 1479
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Facteur V	Sang et dérivés	Méthode Chronométrie ACL TOP 350N°UNIQUE 1480, 3076 WERFEN	TEC13-MO-013 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne ACL TOP- Fiches du fournisseur	Nouvel automate n° 3076 mis en production le 15/4/25 et arrêt de l'automate n° 1479
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Fibrinogène	Sang et dérivés	Méthode Chronométrie ACL TOP 350N°UNIQUE 1480, 3076 WERFEN	TEC13-MO-013 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne ACL TOP- Fiches du fournisseur	Nouvel automate n° 3076 mis en production le 15/4/25 et arrêt de l'automate n° 1479
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	TCA	Sang et dérivés	Méthode Chronométrie ACL TOP 350N°UNIQUE 1480, 3076 WERFEN	TEC13-MO-013 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne ACL TOP- Fiches du fournisseur	Nouvel automate n° 3076 mis en production le 15/4/25 et arrêt de l'automate n° 1479
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	TP	Sang et dérivés	Méthode Chronométrie ACL TOP 350N°UNIQUE 1480, 3076 WERFEN	TEC13-MO-013 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne ACL TOP- Fiches du fournisseur	Nouvel automate n° 3076 mis en production le 15/4/25 et arrêt de l'automate n° 1479

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	D Dimères	Sang et dérivés	Méthode Immunologique automatisée ACL TOP WERFEN n° CQMAT 3038 & 3039	TEC4-MO-008 BC- Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne ACL TOP	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Fibrinémie	Sang et dérivés	Méthode Méthode chronométrique automatisée ACL TOP WERFEN n° CQMAT 3038 & 3039	TEC4-MO-008 BC- Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne ACL TOP	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Temps de cephaline	Sang et dérivés	Méthode chronométrique automatisée ACL TOP WERFEN n° CQMAT 3038 & 3039	TEC4-MO-008 BC- Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne ACL TOP	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Temps de Quick	Sang et dérivés	Méthode chronométrique automatisée ACL TOP WERFEN n° CQMAT 3038 & 3039	TEC4-MO-008 BC- Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne ACL TOP	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	D-Dimères	Sang et dérivés	Méthode Immunologique ACL TOP 350 N° Unique Cqmat :2167 ACL TOP 350 N° Unique Cqmat : 2168	TEC8-MO-011 ETOILE / Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne automate ACL TOP 350 - Fiche réactif fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Fibrinogène	Sang et dérivés	Méthode Chronométrique ACL TOP 350 N° Unique Cqmat :2167 ACL TOP 350 N° Unique Cqmat : 2168	TEC8-MO-011 ETOILE / Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne automate ACL TOP 350 - Fiche réactif fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	TCA	Sang et dérivés	Méthode Chronométrique ACL TOP 350 N° Unique Cqmat :2167 ACL TOP 350 N° Unique Cqmat : 2168	TEC8-MO-011 ETOILE / Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne automate ACL TOP 350 - Fiche réactif fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	TP	Sang et dérivés	Méthode Chronométrique ACL TOP 350 N° Unique Cqmat :2167 ACL TOP 350 N° Unique Cqmat : 2168	TEC8-MO-011 ETOILE / Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne automate ACL TOP 350 - Fiche réactif fournisseur	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	ACC	Sang et dérivés	Méthode Chronométrie ACL TOP 350N°UNIQUE 1480, 3076 WERFEN	TEC13-MO-013 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne ACL TOP- Fiches du fournisseur	Nouvel automate n° 3076 mis en production le 15/4/25 et arrêt de l'automate n° 1479
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	HBPM	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique ACL TOP 350N°UNIQUE 1480, 3076 WERFEN	TEC13-MO-013 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne ACL TOP- Fiches du fournisseur	Nouvel automate n° 3076 mis en production le 15/4/25 et arrêt de l'automate n° 1479
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Héparine standard	Sang et dérivés	Méthode Colorimétrique ACL TOP 350N°UNIQUE 1480, 3076 WERFEN	TEC13-MO-013 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne ACL TOP- Fiches du fournisseur	Nouvel automate n° 3076 mis en production le 15/4/25 et arrêt de l'automate n° 1479

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Ac. Circulants (dépistage)	Sang et dérivés	Méthode chronométrique automatisée ACL TOP WERFEN n° CQMAT 3038 & 3039	TEC4-MO-008 BC- Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne ACL TOP	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Activité anti Xa	Sang et dérivés	Méthode colorimétrique automatisée ACL TOP WERFEN n° CQMAT 3038 & 3039	TEC4-MO-008 BC- Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne ACL TOP	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Groupes sanguins	Sang et dérivés	Méthode d'agglutination et gel filtration- IH1000 Biorad CQMat n° 3307	TEC9-MO-009 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne IH1000 - Fiches du fournisseur	Transfert ligne , nouvel automate le 27/4/26

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Identification RAI	Sang et dérivés	Méthode d'agglutination et gel filtration- IH1000 Biorad CQMat n° 3307	TEC9-MO-009 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne IH1000 - Fiches du fournisseur	Transfert ligne , nouvel automate le 27/4/26
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Recherche Agglutinines irrégulières RAI	Sang et dérivés	Méthode d'agglutination et gel filtration- IH1000 Biorad CQMat n° 3307	TEC9-MO-009 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne IH1000 - Fiches du fournisseur	Transfert ligne , nouvel automate le 27/4/26

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	CCP (Ac anti-peptide cycliques citrullines)	Sang et dérivés	Méthode immuno- chimiluminescence micro particulaire en 2 étapes (CMIA) automate Abbott ci4100 n° CQMAT 2157	TEC8-MO-010 ETOILE/ Utilisation et CAT en cas de panne automate Architect Abbott, Fiche réactif fournisseur	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Cytomégalovirus IGG	Sang et dérivés	Méthode Immuno chimiluminescence automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2301	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Cytomégalovirus IGM	Sang et dérivés	Méthode Immuno chimiluminescence automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2301	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	HIV	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique chimioluminescence automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 3072	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	Transfert analyse sur DXi9000 le 23/02/26
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	sérologie Hépatite Ac anti HBc	Sang et dérivés	Méthode Immuno chimiluminescence automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 3072	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	Transfert analyse sur DXi9000 le 23/02/26
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	sérologie Hépatite Ac anti HBS	Sang et dérivés	Méthode Immuno chimiluminescence automatisée Dxi 9000 BECKMAN n° CQMAT 3072	TEC2-MO-021 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi9000	Ajout 05/05/2025
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	sérologie Hépatite B-AgHBs	Sang et dérivés	Méthode Immuno chimiluminescence automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 3072	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	Transfert analyse sur DXi9000 le 23/02/26
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Sérologie Hépatite C	Sang et dérivés	Méthode Immuno chimiluminescence automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 3072	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	Transfert analyse sur DXi9000 le 23/02/26
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	sérologie IgM Hépatite A	Sang et dérivés	Méthode Immuno chimiluminescence automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2301	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Sérologie Rubéole (IgG)	Sang et dérivés	Méthode Immuno chimiluminescence automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2301	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Sérologie Syphilis	Sang et dérivés	Méthode Immuno chimiluminescence automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 3072	TEC2-MO-021 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi9000	Ajout au 5/7/25

PÉRIMÉE

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Sérologie Toxoplasmose IgG	Sang et dérivés	Méthode Immuno chimiluminescence automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2301 & 2302	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Sérologie Toxoplasmose IgM	Sang et dérivés	Méthode Immuno chimiluminescence automatisée Dxi BECKMAN n° CQMAT 2301 & 2302	TEC2-MO-014 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Dxi	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	BW (TPHA)	Sang et dérivés	Méthode immuno- chimiluminescence micro particulaire en 2 étapes (CMIA) Architect Abbott Ci 4100 n° CQMAT 2157	TEC8-MO-010 ETOILE/ utilisation, maintenance et CAT en cas de panne automate Architect Abbott, Fiche réactif fournisseur	Arrêt le 7/7/25
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Sérologie EBV (EBNA, VCAG, VCAM)	Sang et dérivés	Méthode immuno- chimiluminescence micro particulaire en 2 étapes (CMIA) Architect Abbott Ci 4100 n° CQMAT 2157	TEC8-MO-010 ETOILE/ utilisation, maintenance et CAT en cas de panne automate Architect Abbott, Fiche réactif fournisseur	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	MNI TEST	Sang et dérivés	Méthode Immunochromatographie Technique manuelle Clearview IM II	TEC13-EN-002 guide de poche technique	
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Recherche d'AG Legio	Urine	Méthode Immunochromatographie Technique manuelle lecteur n° CQMAT 3079	TEC12-MO-069 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne F200	Changement automate 11/6/25
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Recherche d'Ag Pneumo	Urine	Méthode Immunochromatographie Technique manuelle lecteur n° CQMAT 3079	TEC12-MO-069 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne F200	Changement automate 11/6/25

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Recherche d'Ag Pneumo	Urine	Tests unitaires Méthode immunochromatographique Lecteur F200 n° CQMAT: 3080	TEC12-MO-069 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne F200	Ajout 18/6/25
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Recherche des antigènes légionella	urines	Tests unitaires Méthode immunochromatographique Lecteur F200 n° CQMAT: 3080	TEC12-MO-069 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne F200	changement automate 18/6/25

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Cytologie urinaire, ADDIS	Urines	Méthode manuelle et automatisée - Examen morphologique direct avec ou sans préparation. - Analyse d'image -Lecture optique- Automate IQ BECKMAN Cqmat n° 2163	TEC12-MO-006 Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne IRIS IQ200 TEC12-MO-024 MC - Analyse d'une CBU	arrêt automate n° 2164 le 29/4/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Parasitologie des selles	Selles	Méthode servisol-bailenger - lecture optique micromètre - Technique manuelle	TEC12-MO-025 MC - Analyse d'une coproculture TEC12-MO-051 MC- Analyse d'une parasitologie	arrêt le 24/01/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Parasitologie des urines (bilharziose,)	Urines	Lecture microscope Technique manuelle	TEC12-MO-051 MC- Analyse d'une parasitologie	Arrêt le 24/01/26

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PERIMEE

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Cytologie urinaire, ADDIS	Urine	Méthode automatisée sur IQ Beckman n° CQMAT 2261	TEC12-MO-006 Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne IRIS IQ200 et Fiches techniques Fournisseur	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Cytologie urinaire, ADDIS	Urine	Méthode manuelle	TEC12-MO-006 Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne IRIS IQ200 et Fiches techniques Fournisseur	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PERIMEE

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Recherche de bactéries et/ou de levures et/ou champignons filamenteux dans le sang (hémoculture)	Sang	Analyse chimique après culture (Mesure de l'intensité de fluorescence correspondant à la quantité de CO2 libérée par les organismes)- Méthode automatisée BACT/Alert Biomerieux n° CQMAT: 1119	TEC12-MO-007 Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne BACTALERT3D et Fiches techniques Fournisseur	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PERIMEE

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Recherche de germes bactériens et levures dans le sang	sang	mesure de l'intensité de fluorescence correspondant à la quantité de CO2 libérés par les microorganismes Méthode automatisée sur Bact/Alert Biomerieux n° CQMAT 2182	TEC12-MO-007 Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne BACTALERT3D et Fiches techniques Fournisseur	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG10 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse *Examination / analysis*	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	Principe de la méthode *Principle of the method*	Référence de la méthode *Reference of the method*	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque *Remarks*
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Préparation en vue de recherche identification de germes bactériens, Recherche , identification et numération d'éléments cellulaires, germes bactériens, levures et autres éléments	Prélèvement biologique d'origine humaine (prélèvement de sonde, placenta, stérilet, phanères, oculaire, drain, lingual, oropharyngé, LCR, nasal sinusal, uréthral, vaginal, pus profond, dentaire, biopsie, buccal, pus superficiel, périnataux, intra vasculaire, auditif, sécrétions bronchiques, ponction; urine)	Mise en culture, Examen morphologique direct à l'état frais et /ou après coloration Ensemencement technique manuelle	TEC12-MO-035 Technique d'ensemencement en bactériologie; TEC12-MO-060 Utilisation, maintenance et CAT en cas de panne Aerospray; Fiches techniques fournisseur	Rendu des cultures négatives uniquement, envoi des cultures positives sur le plateau technique de Marignane Clinique

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, germes bactériens et/ou de levures et autres éléments	Echantillons biologiques d'origine humaine (urines, prélèvements bronchiques (expectoration, LBA, aspiration), plaie, liquides de ponction, prélèvements ORL, prélèvement vaginal, prélèvement uréthral, prélèvement de peau, LCR, corprocultures, pus profonds, prélèvement oeil, matériel, ganglion, spermoculture, lait maternel (analyses bactériologiques uniquement), prélèvements pluriorificiels et gastriques nouveau né, placenta.	Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture. Examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration gram, Zielh...) AEROSPRAY n° CQMAT 2583	TEC12-MO-060 Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne aerospray TEC12-MO-035 MC - technique d'ensemencement	arrêt autoplak n° 2905 le 29/4/26, n°2254 le 2/6/26 conservation aerospray pour coloration en attente du retour du Cofrac le 14/8/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Recherche et identification de germes bactériens et levures	Souche bactérienne isolée de tous types de prélèvements bactériologiques et / ou mycologiques	Identification bactérienne / mycologique par méthode automatisée sur Vitek MS, n° CQMAT: 1110, 1113, 1114	TEC12-MO-002 Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne VITEKMS et Fiches techniques Fournisseur	21/3/25: arrêt Vitek MS n° 2296 et Vitek 2 compact n° 2350 4/5/26 arrêt Vitek 120 n°1113, 9/6/26 arrêt vitekMS n°1110 et vitek 60 n°1114 Résiliation ligne en attente du retour du Cofrac le 14/8/26

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques / antifongiques. Dosage microbiologique d'antibiotiques/ antifongiques. Détection des mécanismes de résistance	Echantillons biologiques d'origine humaine	Détermination phénotypique: méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé, inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/ antifongiques, méthode manuelle	TEC12-MO-037 Réalisation de tests de confirmations complémentaires TEC12-MO-039 MC - REALISATION DES ETESTS Fiches techniques fournisseur	Arrêt Sirscan le 9/6/26 Résiliation ligne en attente du retour du Cofrac le 14/8/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques / antifongiques. Dosage microbiologique d'antibiotiques/ antifongiques. Détection des mécanismes de résistance	Echantillons biologiques d'origine humaine	Détermination phénotypique: méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé, inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/ antifongiques. Méthode automatisée Vitek n° CQMAT: 1113, 1114	TEC12-MO-003 Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne VITEK2 TEC12-MO-037 Réalisation de tests de confirmations complémentaires	21/3/25: arrêt Vitek 2 compact n° 2350, arrêt vitek 120 n°1113 le 29/4/26 arrêt vitek 60 n°1114 le 9/6/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Recherche d'un germe spécifique / BMR/ BHER	Echantillon biologique d'origine humaine	Identification bactérienne / mycologique par méthode automatisée sur Vitek, n° CQMAT: 1110, 1113, 1114	TEC12-MO-002 Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne VITEKMS TEC12-MO-003 Utilisation, Maintenance et CAT en cas de panne VITEK2	21/3/25: arrêt Vitek 2 compact n° 2350; arrêt technique 1/6/26
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Recherche de carbapénémase	Echantillon biologique d'origine humaine.	méthode immunologique Technique manuelle	TEC12-MO-032 Recherche d'une BMR à visée épidémiologique	arrêt 1/6/26

PÉRIMÉE

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Recherche de Malaria /paludisme	Sang et dérivés	Technique manuelle- Immunochromatographie - lecture optique test de diagnostic rapide palutop et confirmation sur frottis	TEC13-MO-025 Réalisation du paludisme	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Recherche de Malaria /paludisme	Sang et dérivés	Technique manuelle- Immunochromatographie - lecture optique test de diagnostic rapide palutop et confirmation sur frottis	TEC13-MO-025 Réalisation du paludisme	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Sang	Prélèvement par ponction veineuse et artérielle	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Urine	pose poche pédiatrique	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques.	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Pélèvements génitaux: vaginal, vulvaire, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Prélèvements ORL et ophtalmiques	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE MARIGNANE	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
EUROFINS LABAZUR PROVENCE GARDANNE FERRY	Prélèvement Sanguin	Prélèvement par ponction veineuse	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
EUROFINS LABAZUR PROVENCE GARDANNE FERRY	Urine	pose poche pédiatrique	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
EUROFINS LABAZUR PROVENCE GARDANNE FERRY	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques.	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
EUROFINS LABAZUR PROVENCE GARDANNE FERRY	Pélèvements génitaux: vaginal, vulvaire, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
EUROFINS LABAZUR PROVENCE GARDANNE FERRY	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
EUROFINS LABAZUR PROVENCE GARDANNE FERRY	Prélèvements ORL et ophtalmiques	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
EUROFINS LABAZUR PROVENCE GARDANNE FERRY	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
EUROFINS LABAZUR PROVENCE ISTRES SUD	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
EUROFINS LABAZUR PROVENCE ISTRES SUD	Urine	pose poche pédiatrique	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
EUROFINS LABAZUR PROVENCE ISTRES SUD	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques.	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
EUROFINS LABAZUR PROVENCE ISTRES SUD	Pélèvements génitaux: vaginal, vulvaire, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
EUROFINS LABAZUR PROVENCE ISTRES SUD	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
EUROFINS LABAZUR PROVENCE ISTRES SUD	Prélèvements ORL et ophtalmiques	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
EUROFINS LABAZUR PROVENCE ISTRES SUD	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR AIX OUEST LES FRUITIERS	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR AIX OUEST LES FRUITIERS	Urine	pose poche pédiatrique	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR AIX OUEST LES FRUITIERS	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques.	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR AIX OUEST LES FRUITIERS	Pélèvements génitaux: vaginal, vulvaire, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR AIX OUEST LES FRUITIERS	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR AIX OUEST LES FRUITIERS	Prélèvements ORL et ophtalmiques	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR AIX OUEST LES FRUITIERS	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BERRE L'ETANG	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BERRE L'ETANG	Urine	pose poche pédiatrique	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BERRE L'ETANG	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques.	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BERRE L'ETANG	Pélèvements génitaux: vaginal, vulvaire, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BERRE L'ETANG	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BERRE L'ETANG	Prélèvements ORL et ophtalmiques	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BERRE L'ETANG	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Sang	Prélèvement par ponction veineuse et artérielle	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Urine	pose poche pédiatrique	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques.	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Pélèvements génitaux: vaginal, vulvaire, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Prélèvements ORL et ophtalmiques	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Sang	Prélèvement par ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR BIOCASAMANCE	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CHATEAUNEUF LES MARTIGUES	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CHATEAUNEUF LES MARTIGUES	Urine	pose poche pédiatrique	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CHATEAUNEUF LES MARTIGUES	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques.	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CHATEAUNEUF LES MARTIGUES	Pélèvements génitaux: vaginal, vulvaire, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CHATEAUNEUF LES MARTIGUES	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CHATEAUNEUF LES MARTIGUES	Prélèvements ORL et ophtalmiques	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CHATEAUNEUF LES MARTIGUES	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Sang	Prélèvement par ponction veineuse et artérielle	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Urine	pose poche pédiatrique	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques.	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Pélèvements génitaux: vaginal, vulvaire, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Prélèvements ORL et ophtalmiques	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR CLINIQUE DE L'ETOILE	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR FUVEAU	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR FUVEAU	Urine	pose poche pédiatrique	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR FUVEAU	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques.	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR FUVEAU	Pélèvements génitaux: vaginal, vulvaire, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR FUVEAU	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR FUVEAU	Prélèvements ORL et ophtalmiques	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR FUVEAU	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR GARDANNE ARMENIE	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR GARDANNE ARMENIE	Urine	pose poche pédiatrique	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR GARDANNE ARMENIE	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques.	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR GARDANNE ARMENIE	Pélèvements génitaux: vaginal, vulvaire, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR GARDANNE ARMENIE	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR GARDANNE ARMENIE	Prélèvements ORL et ophtalmiques	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR GARDANNE ARMENIE	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR ISTRES	Sang	Prélèvement par ponction veineuse et artérielle	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR ISTRES	Urine	pose poche pédiatrique	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR ISTRES	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques.	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR ISTRES	Pélèvements génitaux: vaginal, vulvaire, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR ISTRES	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR ISTRES	Prélèvements ORL et ophtalmiques	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR ISTRES	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR LA TOUR D'AIGUES	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR LA TOUR D'AIGUES	Urine	pose poche pédiatrique	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR LA TOUR D'AIGUES	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques.	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR LA TOUR D'AIGUES	Pélèvements génitaux: vaginal, vulvaire, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR LA TOUR D'AIGUES	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR LA TOUR D'AIGUES	Prélèvements ORL et ophtalmiques	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR LA TOUR D'AIGUES	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR LAMBESC	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR LAMBESC	Urine	pose poche pédiatrique	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR LAMBESC	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques.	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR LAMBESC	Pélèvements génitaux: vaginal, vulvaire, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR LAMBESC	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR LAMBESC	Prélèvements ORL et ophtalmiques	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR LAMBESC	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR MARIGNANE HELICOPTERE	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR MARIGNANE HELICOPTERE	Urine	pose poche pédiatrique	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR MARIGNANE HELICOPTERE	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques.	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR MARIGNANE HELICOPTERE	Pélèvements génitaux: vaginal, vulvaire, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR MARIGNANE HELICOPTERE	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR MARIGNANE HELICOPTERE	Prélèvements ORL et ophtalmiques	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR MARIGNANE HELICOPTERE	Air expiré	Recueil du CO_2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR MERLAN	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR MERLAN	Urine	pose poche pédiatrique	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR MERLAN	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques.	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR MERLAN	Pélèvements génitaux: vaginal, vulvaire, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR MERLAN	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR MERLAN	Prélèvements ORL et ophtalmiques	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR MERLAN	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR PERTUIS	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR PERTUIS	Urine	pose poche pédiatrique	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR PERTUIS	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques.	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR PERTUIS	Pélèvements génitaux: vaginal, vulvaire, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR PERTUIS	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR PERTUIS	Prélèvements ORL et ophtalmiques	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR PERTUIS	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR PLAN DE CUQUES	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR PLAN DE CUQUES	Urine	pose poche pédiatrique	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR PLAN DE CUQUES	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques.	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR PLAN DE CUQUES	Pélèvements génitaux: vaginal, vulvaire, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR PLAN DE CUQUES	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR PLAN DE CUQUES	Prélèvements ORL et ophtalmiques	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR PLAN DE CUQUES	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR SEPTEMES	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR SEPTEMES	Urine	pose poche pédiatrique	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR SEPTEMES	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques.	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR SEPTEMES	Pélèvements génitaux: vaginal, vulvaire, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR SEPTEMES	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR SEPTEMES	Prélèvements ORL et ophtalmiques	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR SEPTEMES	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR SIMIANE	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR SIMIANE	Urine	pose poche pédiatrique	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR SIMIANE	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques.	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR SIMIANE	Pélèvements génitaux: vaginal, vulvaire, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR SIMIANE	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR SIMIANE	Prélèvements ORL et ophtalmiques	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	
LABORATOIRE EUROFINS LABAZUR SIMIANE	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement PVT-EN-002 V25, Fiches de préconisations, Ubilab	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE