Portée détaillée v.13 de l'attestation N° 8-3196

Detailed scope v.13 of the attestation N° 8-3196
Date de publication / Publish date: 04/07/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CENTRE HOSPITALIER DE LA DRACENIE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	ACE	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_001	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Acide urique	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinétique colorimetrique par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_020	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Acide valproïque	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO: methode immuno enzymatique avec mesure d'absorbance par potentiométrie	M_QUA_VDM_072	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	AFP	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_005	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Alanine aminotransférase	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinetique spectrophotometrique par mesure de l'absorbance IFCC	M_QUA_VDM_029	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Albumine	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique colorimetrique en point final, mesure par photométrie	M_QUA_VDM_024	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Alcool	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinétique colorimetrique par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_108	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Ammoniémie	Plasma EDTA	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_080	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Amphétamines	Urines	Quidel Triage (dosage immunologique)	M_QUA_VDM_111	Ajout. Mise en production le 20/05/2022
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Aspartate aminotransférase	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinetique spectrophotometrique par mesure de l'absorbance IFCC	M_QUA_VDM_019	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Barbituriques	Urines	Quidel Triage (dosage immunologique)	M_QUA_VDM_112	Ajout. Mise en production le 20/05/2022
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Benzodiazépines	Urines	Quidel Triage (dosage immunologique)	M_QUA_VDM_113	Ajout. Mise en production le 20/05/2022
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Bicarbonates	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinetique spectrophotometrique par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_013	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Bilirubine directe	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique colorimetrique en point final, mesure par photométrie	M_QUA_VDM_034	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Bilirubine totale	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique colorimetrique en point final, mesure par photométrie	M_QUA_VDM_033	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	CA199	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electrolumin	M_QUA_VDM_157	Mise en place du paramètre
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Calcium	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique colorimetrique en point final, mesure par photométrie	M_QUA_VDM_016	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Calcium ionisé	Sang total hépariné	Automates RADIOMETER ABL 90 FLEX	M_QUA_VDM_065	Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Cannabinoîdes	Urines	Quidel Triage (dosage immunologique)	M_QUA_VDM_114	Ajout. Mise en production le 20/05/2022
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Chlore	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO: potentiometrie ISE indirecte	M_QUA_VDM_023	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Chlore	Urine/LCR	Automates ROCHE COBAS PRO: potentiometrie ISE indirecte		Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Chlore	Sang total hépariné	Automates RADIOMETER ABL 90 FLEX: mesure potentiométrique	M_QUA_VDM_156	Ajout. Mise en production le 10/12/2025
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Cholestérol HDL	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinetique spectrophotometriquee par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_031	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Cholestérol total	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinetique spectrophotometriquee par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_017	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Cocaîne	Urines	Quidel Triage (dosage immunologique)	M_QUA_VDM_115	Ajout. Mise en production le 20/05/2022
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	CRP	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunoturbidimetrique par agglutination de particules de latex	M_QUA_VDM_106	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Créatine kinase	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinetique spectrophotometriquee par mesure de l'absorbance IFCC	M_QUA_VDM_008	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Créatinine	Urine	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinetique spectrophotometriquee par mesure de l'absorbance IFCC		Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Créatinine Méthode enzymatique	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinetique spectrophotometriquee par mesure de l'absorbance IFCC	M_QUA_VDM_012	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Fer	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique colorimetrique en point final, mesure par photométrie	M_QUA_VDM_037	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Ferritine	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunoturbidimetrique par agglutination de particules de latex	M_QUA_VDM_004	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Folates	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_038	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Gamma GT	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinétique spectrophotometrique par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_009	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Glucose	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinétique spectrophotometrique par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_002	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Glucose	Urine/LCR	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinétique spectrophotometrique par mesure de l'absorbance		Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Haptoglobine	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunoturbidimetrique par agglutination de particules de latex	M_QUA_VDM_028	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	HCG	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_018	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Lactate déshydrogénase	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinétique colorimetrique par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_011	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Lactate gazométrie	Sang total hépariné	Automates RADIOMETER ABL 90 FLEX: mesure ampérometrique	M_QUA_VDM_065	Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Lactates	Plasma (fluorure de sodium)	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinétique spectrophotometrique par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_081	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Lipase	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinétique colorimetrique par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_010	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Magnésium	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique colorimetrique en point final, mesure par photométrie	M_QUA_EVDM_035	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Microalbumine	Urine	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunoturbidimetrique		Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020.
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Méthadone	Urines	Quidel Triage (dosage immunologique)	M_QUA_VDM_116	Ajout. Mise en production le 20/05/2022
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Méthamphétamines	Urines	Quidel Triage (dosage immunologique)	M_QUA_VDM_117	Ajout. Mise en production le 20/05/2022
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	NT-Pro BNP	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_047	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Opiacées	Urines	Quidel Triage (dosage immunologique)	M_QUA_VDM_118	Ajout. Mise en production le 20/05/2022

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Orosomucoïde	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunoturbidimetrique par agglutination d'immun complexes	M_QUA_VDM_036	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Paracétamol	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO: methode immuno enzymatique avec mesure d'absorbance par potentiométrie	M_QUA_VDM_070	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	PCO2	Sang total hépariné	Automates RADIOMETER ABL 90 FLEX: mesure potentiometrique	M_QUA_VDM_065	Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	PH	Sang total hépariné	Automates RADIOMETER ABL 90 FLEX: mesure potentiometrique	M_QUA_VDM_065	Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Phosphatases alcalines	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinétique colorimetrique par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_046	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Phosphore	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinétique colorimetrique par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_006	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Phénobarbital	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO: interaction cinetique de microparticules en solution dont on mesure les variations d'absorbance	M_QUA_VDM_083	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	PO2	Sang total hépariné	Automates RADIOMETER ABL 90 FLEX: reduction de la phosphorescence d'un composé par O2	M_QUA_VDM_065	Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Potassium	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO: potentiometrie ISE	M_QUA_VDM_022	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Potassium	Urine	Automates ROCHE COBAS PRO: potentiometrie ISE		Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Potassium	Sang total hépariné	Automates RADIOMETER ABL 90 FLEX: mesure potentiométrique	M_QUA_VDM_155	Ajout. Mise en production le 10/12/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Procalcitonine	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_085	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Protéines	Urine /LCR	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunoturbidimetrique	M_QUA_VDM_084	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Protéines totales	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique colorimetrique en point final, mesure par photométrie	M_QUA_VDM_007	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Préalbumine	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunoturbidimetrique	M_QUA_VDM_025	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	PSA	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_087	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	PSA Libre	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_086	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Sodium	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_021	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Sodium	Urine	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence		Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Sodium	Sang total hépariné	Automates RADIOMETER ABL 90 FLEX: mesure potentiométrique	M_QUA_VDM_154	Ajout. Mise en production le 10/12/2025
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	T4 libre	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_110	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Transferrine	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunoturbidimetrique	M_QUA_VDM_026	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Tricycliques	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO: methode immuno enzymatique avec mesure d'absorbance par potentiométrie		Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Tricycliques	Urines	Quidel Triage (dosage immunologique)	M_QUA_VDM_119	Ajout. Mise en production le 20/05/2022
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Triglycérides	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinétique colorimetrique par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_032	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Troponine T	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_071	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	TSH	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_014	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Urée	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinétique colorimetrique par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_003	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Urée	Urine	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence		Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Vitamine B12	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_030	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Vitamine D	Sérum	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_103	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Hémoglobine A1C	Sang total EDTA	Automate SEBIA CAPILLARYS par electrophorèse capillaire	M_QUA_VDM_140	Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Recherche, Identification et quantification relative de familles/fractions protéiques	Sérum	Automate SEBIA CAPILLARYS par electrophorèse capillaire	M_QUA_VDM_141	Actualisation de la référence

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, réticulocytes avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang total EDTA	2 Automates MINDRAY BC6200 Cytofluorométrie de flux, Impédance, spectrophotométrie Etaleur colorateur SC120 Microscope automatisé MC80 Microscope manuel	M_QUA_VDM_039 M_QUA_VDM_040 M_QUA_VDM_041 M_QUA_VDM_042 M_QUA_VDM_043 M_QUA_VDM_044 M_QUA_VDM_045 M_QUA_VDM_046 M_QUA_VDM_047 M_QUA_VDM_048 M_QUA_VDM_049 M_QUA_VDM_050 M_QUA_VDM_051 M_QUA_VDM_058 M_QUA_VDM_059 M_QUA_VDM_060	Remplacement d'automates et Mise en production le 18/02/2025

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Formule avec recherche, identification et quantification de cellules anormales	Moelle osseuse	Identification morphologique après coloration, par microscopie optique - Coloration de Perls	M_QUA_VDM_064	Actualisation de la référence

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	D Dimères	Plasma Citraté	AUTOMATES IL ACL TOP 500: dosage immunoturbidimetrique	M_QUA_VDM_123	Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Facteur 5	Plasma Citraté	AUTOMATES IL ACL TOP 500: detection chronometrique/turbidimetrique sur plasma deficient en FV	M_QUA_VDM_069	Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Fibrine	Plasma Citraté	AUTOMATES IL ACL TOP 500: dosage chromogénique	M_QUA_VDM_055	Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Taux de Prothrombine / INR	Plasma Citraté	AUTOMATES IL ACL TOP 500: detection chronometrique/turbidimetrique	M_QUA_VDM_121	Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Temps de céphaline TCA SYNTHASIL	Plasma Citraté	AUTOMATES IL ACL TOP 500: detection chronometrique/turbidimetrique	M_QUA_VDM_067	Actualisation de la référence

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Héparine de bas poids moléculaire	Plasma Citraté	AUTOMATES IL ACL TOP 500: dosage chromogénique/colorimetrique	M_QUA_VDM_066	Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Héparine standard	Plasma Citraté	AUTOMATES IL ACL TOP 500: dosage chromogénique/colorimetrique	M_QUA_VDM_068	Actualisation de la référence

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Systèmes de groupes : ABO, RH, KELL	Sang total et plasma EDTA	Automates GRIFOLS ERYTRA EFLEXIS, agglutination en carte gel	M_QUA_VDM_048	Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Systèmes de groupes : ABO, RH, KELL	Sang total et plasma EDTA	Automates GRIFOLS ERYTRA, agglutination en carte gel	M_QUA_VDM_048	Actualisation de la référence

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	RAI	Sang total et plasma EDTA	Automates GRIFOLS ERYTRA EFLEXIS, agglutination en carte gel	M_QUA_VDM_142	actualisation de la référence. Date d'application 25/03/2022
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	RAI	Sang total et plasma EDTA	Automates GRIFOLS ERYTRA, agglutination en carte gel	M_QUA_VDM_142	actualisation de la référence. Date d'application 25/03/2022

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	COOMBS	Sang total et plasma EDTA	Automates GRIFOLS ERYTRA, agglutination en carte gel	QUA_ENR_299	M_QUA_VDM_142. Actualisation de la référence

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	ac anti toxoplasmique Ig G	Serum, plasma	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_090	Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	ac anti toxoplasmique Ig M	Serum, plasma	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_137	Mise en place le 30/11/2021. Ajout
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	AC HBc totaux	Sérum, plasma	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA__VDM_134	Mise en place le 7/12/2023. Ajout
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	CMV IGG	Sérum, plasma	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_126	Mise en place le 30/11/2023. Ajout
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	CMV IGM	Sérum, plasma	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_127	Mise en place le 30/11/2023. Ajout
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	EBV EBNA IGG	Sérum, plasma	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_128	Mise en place le 30/11/2023. Ajout
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	EBV VCA IGG	Sérum, plasma	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_131	Mise en place le 30/11/2023. Ajout
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	EBV VCA IGM	Sérum, plasma	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_130	Mise en place le 30/11/2023. Ajout
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	HCV duo	Sérum, plasma	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA__VDM_143	Mise en place le 31/01/2025. Ajout
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Hépatite A Ac totaux	Sérum, plasma	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA__VDM_133	Mise en place le 04/02/2020. Ajout

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Hépatite A IGM	Sérum, plasma	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA__VDM_132	Mise en place le 04/02/2020. Ajout
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Syphilis	Sérum, plasma	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_135	Mise en place le 31/10/2021. Ajout

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Antigène soluble Legionnelle et Pneumocoque	Urine	Test unitaire simple sur lecteur automatisé ABBOTT DIGIVAL	M_QUA_VDM_074 M_QUA_VDM_075	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Détection qualitative par PCR multiplex Adénovirus, SARS Cov2, Métapneumovirus, Rhinovirus/Entérovirus, Virus Influenza type A et B, Virus parainfluenza , VRS, Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae	Prélèvement nasopharyngé	PCR en temps réel qualitative multiplex Adénovirus, SARS Cov2, Métapneumovirus, Rhinovirus/Entérovirus, Virus Influenza type A et B, Virus parainfluenza , VRS, Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae sur FlashDx Nephrotek	M_QUA_VDM_158	Mise en production le 04/02/2026
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Détection qualitative par PCR multiplex dans le LCR d'acides nucléïques	Echantillon d'origine humaine	Détection d'acides nucléïques Filmarray	M_QUA_VDM_076	Actualisation. Mise en production le 24/07/2020
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Détection qualitative par PCR multiplex dans les hémocultures d'acides nucléïques	Echantillon d'origine humaine	Détection d'acides nucléïques Filmarray	M_QUA_VDM_079	Actualisation. Mise en production le 24/07/2019
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Détection qualitative par PCR multiplex Grippe A Grippe B VRS SARS Cov2	Prélèvement nasal, nasopharyngé, oropharyngé	PCR en temps réel qualitative multiplex Grippe VRS SARS Cov2 sur FlashDx Nephrotek	M_QUA_VDM_153	Mise en production le 08/12/2025
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Détection qualitative par PCR SARS Cov2	Prélèvement nasal, nasopharyngé, oropharyngé	PCR en temps réel qualitative SARS Cov2 sur FlashDx Nephrotek	M_QUA_VDM_159	Mise en production le 5/6/2026
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	PCR multiplex : détection gènes de carbapénémases : KPC,NDM, VIM, IMP et OXA-48 like	Echantillon d'origine humaine : selles Souche bactérienne	Détection qualitative de l'ADN par PCR temps réel BD Max	M_QUA_VDM_098	Mise en production le 01/09/2021
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	PCR multiplex bactériologie des selles : Campylobacter jejuni et coli, Salmonella spp, Shigella spp et E. coli entéroinvasif et Shiga toxines stx1 et stx 2.	Echantillon d'origine humaine : selles	Détection qualitative de l'ADN par PCR temps réel BD Max	M_QUA_VDM_054	Mise en production le 12/07/2021
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	PCR multiplex virologie des selles : rotavirus, adénovirus, norovirus, sapovirus, astrovirus	Echantillon d'origine humaine : selles	Détection qualitative de l'ADN viral par PCR temps réel BD Max	M_QUA_VDM_100	Mise en production le 01/11/2021
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	PCR Toxine B Clostridioides difficile	Echantillon d'origine humaine : selles	Détection qualitative de l'ADN par PCR temps réel BD Max	M_QUA_VDM_099	Mise en production le 01/11/2021
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	PCR Triplex : Chlamydiae trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis	Echantillon d'origine humaine	Détection qualitative de l'ADN par PCR temps réel BD Max	M_QUA_VDM_104	Mise en production le 24/02/2022

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	PCR Triplex : Grippe, VRS, SARS Cov2	Echantillon d'origine humaine	Détection qualitative de l'ARN viral par RT-PCR en temps réel sur automate BD Max	M_QUA_VDM_105	Test respiratoire multiplex mis en production le 06/12/2023

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou de champignons, et/ou de levures, et/ou de parasites et d'autres éléments	Échantillons biologiques d'origine humaine Dispositifs implantables Culture bactérienne et mycologique	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après préparation /coloration (GRAM, Bleu de méthylène, MGG) + Ensemencement	M_QUA_VDM_144	Changement de l'automate de Cytocentrifugation et de coloration de Gram depuis le 27/01/2025
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, germes bactériens et autres éléments	Urine	Cytologie urinaire automatisée sur Sysmex IQ200 (analyse d'images)	M_QUA_VDM_061	Changement de l'automate de Cytologie urinaire depuis le 08/11/2022. Actualisation de la référence

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Recherche de germes bactériens et fongiques dans les hémocultures	Sang et liquide de ponction	AUTOMATE Biomérieux VIRTUO	M_QUA_VDM_062	

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Culture mycologique pour recherche de champignons filamenteux (Aspergillus) Identification macroscopique des champignons filamenteux	Echantillons biologiques d'origine humaine Souche mycologique	Mise en culture manuelle, incubation et lecture Examen morphologique direct macro- et microscopique des cultures et/ou après préparation /coloration (Bleu de toluidine)	M_QUA_VDM_109	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Identification bacterienne	Échantillons biologiques d'origine humaine Dispositifs implantables Culture bactérienne	Recherche et identification de germes bactériens et/ou de bactéries spécifiques BRUKER Maldi Biotyper® sirius	M_QUA_VDM_096	Changement d'automate ""BRUKER Maldi Biotyper® sirius"" à partir de juillet 2021. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Identification fongique	Échantillons biologiques d'origine humaine Dispositifs implantables Culture fongique	Recherche et identification du genre et/ou de l'espèce fongique BRUKER Maldi Biotyper® sirius	M_QUA_VDM_096	Changement d'automate ""BRUKER Maldi Biotyper® sirius"" à partir de juillet 2021. Actualisation de la référence

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Antibiogramme	Échantillons biologiques d'origine humaine Dispositifs implantables Culture bactérienne	Etude qualitative et quantitative de la sensibilité aux antibiotiques ORION	M_QUA_VDM_107	à partir du 19/04/2022. Actualisation de la référence
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Antifongigramme	Échantillons biologiques d'origine humaine Dispositifs implantables Culture fongique	Etude qualitative et quantitative de la sensibilité aux antifongiques Sensititre YeastOne YO10	M_QUA_VDM_095	à partir du 23 juillet 2021. Actualisation de la référence

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Recherche et identification (détection) d'antigènes spécifiques contre le Plasmodium	Sang total	Méthode manuelle qualitative par immunochromatographie	M_QUA_VDM_056	changement de référence. Mise en place 20/10/2021

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Prélèvement d'échantillons biologiques effectué uniquement par le personnel du laboratoire et communication appropriée de résultats d'examens de biologie médicale interprétés Liste des types de prélèvement effectués par le laboratoire : - Prélèvements sanguins	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvements	MAJ LP BM PP01
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Prélèvement au niveau de la peau, des phanères, des tissus et des muqueuses	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvements	MAJ LP BM PP01
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	vaginal, urétral, anal - Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvements	MAJ LP BM PP01
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvements	MAJ LP BM PP01
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Prélèvements par ponction veineuse pour hémocultures	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvements	MAJ LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Services hospitaliers Etablissement Bargemon Etablissement Pierre de la Fée	Prélèvement ou recueil d'échantillons biologiques effectué sous la responsabilité du laboratoire et communication appropriée de résultats d'examens de biologie médicale interprétés		Manuel de prélèvements	MAJ LP