Portée détaillée v.13 de l'attestation N° 8-3196

Detailed scope v.13 of the attestation N° 8-3196
Date de publication / Publish date: 04/07/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CENTRE HOSPITALIER DE LA DRACENIE

Site Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
ACE	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_001	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Acide urique	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinétique colorimetrique par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_020	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Acide valproïque	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO: methode immuno enzymatique avec mesure d'absorbance par potentiométrie	M_QUA_VDM_072	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
AFP	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_005	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Alanine aminotransférase	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinetique spectrophotometrique par mesure de l'absorbance IFCC	M_QUA_VDM_029	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Albumine	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique colorimetrique en point final, mesure par photométrie	M_QUA_VDM_024	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Alcool	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinétique colorimetrique par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_108	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Ammoniémie	Plasma EDTA	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_080	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Amphétamines	Urines	Quidel Triage (dosage immunologique)	M_QUA_VDM_111	Ajout. Mise en production le 20/05/2022
Aspartate aminotransférase	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinetique spectrophotometrique par mesure de l'absorbance IFCC	M_QUA_VDM_019	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Barbituriques	Urines	Quidel Triage (dosage immunologique)	M_QUA_VDM_112	Ajout. Mise en production le 20/05/2022
Benzodiazépines	Urines	Quidel Triage (dosage immunologique)	M_QUA_VDM_113	Ajout. Mise en production le 20/05/2022
Bicarbonates	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinetique spectrophotometrique par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_013	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Bilirubine directe	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique colorimetrique en point final, mesure par photométrie	M_QUA_VDM_034	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Bilirubine totale	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique colorimetrique en point final, mesure par photométrie	M_QUA_VDM_033	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
CA199	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electrolumin	M_QUA_VDM_157	Mise en place du paramètre

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Calcium	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique colorimetrique en point final, mesure par photométrie	M_QUA_VDM_016	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Calcium ionisé	Sang total hépariné	Automates RADIOMETER ABL 90 FLEX	M_QUA_VDM_065	Actualisation de la référence
Cannabinoîdes	Urines	Quidel Triage (dosage immunologique)	M_QUA_VDM_114	Ajout. Mise en production le 20/05/2022
Chlore	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO: potentiometrie ISE indirecte	M_QUA_VDM_023	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Chlore	Urine/LCR	Automates ROCHE COBAS PRO: potentiometrie ISE indirecte		Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020
Chlore	Sang total hépariné	Automates RADIOMETER ABL 90 FLEX: mesure potentiométrique	M_QUA_VDM_156	Ajout. Mise en production le 10/12/2025
Cholestérol HDL	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinetique spectrophotometriquee par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_031	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Cholestérol total	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinetique spectrophotometriquee par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_017	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Cocaîne	Urines	Quidel Triage (dosage immunologique)	M_QUA_VDM_115	Ajout. Mise en production le 20/05/2022
CRP	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunoturbidimetrique par agglutination de particules de latex	M_QUA_VDM_106	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Créatine kinase	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinetique spectrophotometriquee par mesure de l'absorbance IFCC	M_QUA_VDM_008	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Créatinine	Urine	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinetique spectrophotometriquee par mesure de l'absorbance IFCC		Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Créatinine Méthode enzymatique	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinetique spectrophotometriquee par mesure de l'absorbance IFCC	M_QUA_VDM_012	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Fer	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique colorimetrique en point final, mesure par photométrie	M_QUA_VDM_037	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Ferritine	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunoturbidimetrique par agglutination de particules de latex	M_QUA_VDM_004	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Folates	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_038	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Gamma GT	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinétique spectrophotometrique par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_009	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Glucose	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinétique spectrophotometrique par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_002	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Glucose	Urine/LCR	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinétique spectrophotometrique par mesure de l'absorbance		Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020
Haptoglobine	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunoturbidimetrique par agglutination de particules de latex	M_QUA_VDM_028	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
HCG	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_018	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Lactate déshydrogénase	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinétique colorimetrique par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_011	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Lactate gazométrie	Sang total hépariné	Automates RADIOMETER ABL 90 FLEX: mesure ampérometrique	M_QUA_VDM_065	Actualisation de la référence
Lactates	Plasma (fluorure de sodium)	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinétique spectrophotometrique par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_081	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Lipase	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinétique colorimetrique par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_010	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Magnésium	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique colorimetrique en point final, mesure par photométrie	M_QUA_EVDM_035	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Microalbumine	Urine	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunoturbidimetrique		Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020.
Méthadone	Urines	Quidel Triage (dosage immunologique)	M_QUA_VDM_116	Ajout. Mise en production le 20/05/2022
Méthamphétamines	Urines	Quidel Triage (dosage immunologique)	M_QUA_VDM_117	Ajout. Mise en production le 20/05/2022
NT-Pro BNP	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_047	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Opiacées	Urines	Quidel Triage (dosage immunologique)	M_QUA_VDM_118	Ajout. Mise en production le 20/05/2022
Orosomucoïde	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunoturbidimetrique par agglutination d'immun complexes	M_QUA_VDM_036	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Paracétamol	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO: methode immuno enzymatique avec mesure d'absorbance par potentiométrie	M_QUA_VDM_070	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
PCO2	Sang total hépariné	Automates RADIOMETER ABL 90 FLEX: mesure potentiometrique	M_QUA_VDM_065	Actualisation de la référence

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
PH	Sang total hépariné	Automates RADIOMETER ABL 90 FLEX: mesure potentiometrique	M_QUA_VDM_065	Actualisation de la référence
Phosphatases alcalines	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinétique colorimetrique par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_046	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Phosphore	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinétique colorimetrique par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_006	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Phénobarbital	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO: interaction cinetique de microparticules en solution dont on mesure les variations d'absorbance	M_QUA_VDM_083	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
PO2	Sang total hépariné	Automates RADIOMETER ABL 90 FLEX: reduction de la phosphorescence d'un composé par O2	M_QUA_VDM_065	Actualisation de la référence
Potassium	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO: potentiometrie ISE	M_QUA_VDM_022	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Potassium	Urine	Automates ROCHE COBAS PRO: potentiometrie ISE		Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020
Potassium	Sang total hépariné	Automates RADIOMETER ABL 90 FLEX: mesure potentiométrique	M_QUA_VDM_155	Ajout. Mise en production le 10/12/2025
Procalcitonine	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_085	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Protéines	Urine /LCR	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunoturbidimetrique	M_QUA_VDM_084	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Protéines totales	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique colorimetrique en point final, mesure par photométrie	M_QUA_VDM_007	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Préalbumine	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunoturbidimetrique	M_QUA_VDM_025	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
PSA	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_087	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
PSA Libre	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_086	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Sodium	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_021	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Sodium	Urine	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence		Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020
Sodium	Sang total hépariné	Automates RADIOMETER ABL 90 FLEX: mesure potentiométrique	M_QUA_VDM_154	Ajout. Mise en production le 10/12/2025
T4 libre	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_110	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Transferrine	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunoturbidimetrique	M_QUA_VDM_026	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Tricycliques	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO: methode immuno enzymatique avec mesure d'absorbance par potentiométrie		Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020
Tricycliques	Urines	Quidel Triage (dosage immunologique)	M_QUA_VDM_119	Ajout. Mise en production le 20/05/2022
Triglycérides	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinétique colorimetrique par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_032	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Troponine T	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_071	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
TSH	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_014	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Urée	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique enzymatique cinétique colorimetrique par mesure de l'absorbance	M_QUA_VDM_003	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Urée	Urine	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence		Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020
Vitamine B12	Sérum ou plasma hépariné	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_030	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence
Vitamine D	Sérum	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_103	Changement d'automate "COBAS PRO" à partir du 02/2020. Actualisation de la référence

Site Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie :

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Hémoglobine A1C	Sang total EDTA	Automate SEBIA CAPILLARYS par electrophorèse capillaire	M_QUA_VDM_140	Actualisation de la référence
Recherche, Identification et quantification relative de familles/fractions protéiques	Sérum	Automate SEBIA CAPILLARYS par electrophorèse capillaire	M_QUA_VDM_141	Actualisation de la référence

Site Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, réticulocytes avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang total EDTA	2 Automates MINDRAY BC6200 Cytofluorométrie de flux, Impédance, spectrophotométrie Etaleur colorateur SC120 Microscope automatisé MC80 Microscope manuel	M_QUA_VDM_039 M_QUA_VDM_040 M_QUA_VDM_041 M_QUA_VDM_042 M_QUA_VDM_043 M_QUA_VDM_044 M_QUA_VDM_045 M_QUA_VDM_046 M_QUA_VDM_047 M_QUA_VDM_048 M_QUA_VDM_049 M_QUA_VDM_050 M_QUA_VDM_051 M_QUA_VDM_058 M_QUA_VDM_059 M_QUA_VDM_060	Remplacement d'automates et Mise en production le 18/02/2025

Site Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie :

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Formule avec recherche, identification et quantification de cellules anormales	Moelle osseuse	Identification morphologique après coloration, par microscopie optique - Coloration de Perls	M_QUA_VDM_064	Actualisation de la référence

Site Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
D Dimères	Plasma Citraté	AUTOMATES IL ACL TOP 500: dosage immunoturbidimetrique	M_QUA_VDM_123	Actualisation de la référence
Facteur 5	Plasma Citraté	AUTOMATES IL ACL TOP 500: detection chronometrique/turbidimetrique sur plasma deficient en FV	M_QUA_VDM_069	Actualisation de la référence
Fibrine	Plasma Citraté	AUTOMATES IL ACL TOP 500: dosage chromogénique	M_QUA_VDM_055	Actualisation de la référence
Taux de Prothrombine / INR	Plasma Citraté	AUTOMATES IL ACL TOP 500: detection chronometrique/turbidimetrique	M_QUA_VDM_121	Actualisation de la référence
Temps de céphaline TCA SYNTHASIL	Plasma Citraté	AUTOMATES IL ACL TOP 500: detection chronometrique/turbidimetrique	M_QUA_VDM_067	Actualisation de la référence

Site Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie :

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Héparine de bas poids moléculaire	Plasma Citraté	AUTOMATES IL ACL TOP 500: dosage chromogénique/colorimetrique	M_QUA_VDM_066	Actualisation de la référence
Héparine standard	Plasma Citraté	AUTOMATES IL ACL TOP 500: dosage chromogénique/colorimetrique	M_QUA_VDM_068	Actualisation de la référence

Site Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie :

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Systèmes de groupes : ABO, RH, KELL	Sang total et plasma EDTA	Automates GRIFOLS ERYTRA EFLEXIS, agglutination en carte gel	M_QUA_VDM_048	Actualisation de la référence
Systèmes de groupes : ABO, RH, KELL	Sang total et plasma EDTA	Automates GRIFOLS ERYTRA, agglutination en carte gel	M_QUA_VDM_048	Actualisation de la référence

Site Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie :

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
RAI	Sang total et plasma EDTA	Automates GRIFOLS ERYTRA EFLEXIS, agglutination en carte gel	M_QUA_VDM_142	actualisation de la référence. Date d'application 25/03/2022
RAI	Sang total et plasma EDTA	Automates GRIFOLS ERYTRA, agglutination en carte gel	M_QUA_VDM_142	actualisation de la référence. Date d'application 25/03/2022

Site Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie :

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
COOMBS	Sang total et plasma EDTA	Automates GRIFOLS ERYTRA, agglutination en carte gel	QUA_ENR_299	M_QUA_VDM_142. Actualisation de la référence

Site Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie :

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ac anti toxoplasmique Ig G	Serum, plasma	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_090	Actualisation de la référence
ac anti toxoplasmique Ig M	Serum, plasma	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_137	Mise en place le 30/11/2021. Ajout
AC HBc totaux	Sérum, plasma	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA__VDM_134	Mise en place le 7/12/2023. Ajout
CMV IGG	Sérum, plasma	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_126	Mise en place le 30/11/2023. Ajout
CMV IGM	Sérum, plasma	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_127	Mise en place le 30/11/2023. Ajout
EBV EBNA IGG	Sérum, plasma	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_128	Mise en place le 30/11/2023. Ajout
EBV VCA IGG	Sérum, plasma	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_131	Mise en place le 30/11/2023. Ajout
EBV VCA IGM	Sérum, plasma	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_130	Mise en place le 30/11/2023. Ajout
HCV duo	Sérum, plasma	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA__VDM_143	Mise en place le 31/01/2025. Ajout
Hépatite A Ac totaux	Sérum, plasma	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA__VDM_133	Mise en place le 04/02/2020. Ajout
Hépatite A IGM	Sérum, plasma	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA__VDM_132	Mise en place le 04/02/2020. Ajout
Syphilis	Sérum, plasma	Automates ROCHE COBAS PRO technique immunologique quantitative par electroluminescence	M_QUA_VDM_135	Mise en place le 31/10/2021. Ajout

Site Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie :

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Antigène soluble Legionnelle et Pneumocoque	Urine	Test unitaire simple sur lecteur automatisé ABBOTT DIGIVAL	M_QUA_VDM_074 M_QUA_VDM_075	

Site Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie :

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Détection qualitative par PCR multiplex Adénovirus, SARS Cov2, Métapneumovirus, Rhinovirus/Entérovirus, Virus Influenza type A et B, Virus parainfluenza , VRS, Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae	Prélèvement nasopharyngé	PCR en temps réel qualitative multiplex Adénovirus, SARS Cov2, Métapneumovirus, Rhinovirus/Entérovirus, Virus Influenza type A et B, Virus parainfluenza , VRS, Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae sur FlashDx Nephrotek	M_QUA_VDM_158	Mise en production le 04/02/2026
Détection qualitative par PCR multiplex dans le LCR d'acides nucléïques	Echantillon d'origine humaine	Détection d'acides nucléïques Filmarray	M_QUA_VDM_076	Actualisation. Mise en production le 24/07/2020
Détection qualitative par PCR multiplex dans les hémocultures d'acides nucléïques	Echantillon d'origine humaine	Détection d'acides nucléïques Filmarray	M_QUA_VDM_079	Actualisation. Mise en production le 24/07/2019
Détection qualitative par PCR multiplex Grippe A Grippe B VRS SARS Cov2	Prélèvement nasal, nasopharyngé, oropharyngé	PCR en temps réel qualitative multiplex Grippe VRS SARS Cov2 sur FlashDx Nephrotek	M_QUA_VDM_153	Mise en production le 08/12/2025
Détection qualitative par PCR SARS Cov2	Prélèvement nasal, nasopharyngé, oropharyngé	PCR en temps réel qualitative SARS Cov2 sur FlashDx Nephrotek	M_QUA_VDM_159	Mise en production le 5/6/2026
PCR multiplex : détection gènes de carbapénémases : KPC,NDM, VIM, IMP et OXA-48 like	Echantillon d'origine humaine : selles Souche bactérienne	Détection qualitative de l'ADN par PCR temps réel BD Max	M_QUA_VDM_098	Mise en production le 01/09/2021
PCR multiplex bactériologie des selles : Campylobacter jejuni et coli, Salmonella spp, Shigella spp et E. coli entéroinvasif et Shiga toxines stx1 et stx 2.	Echantillon d'origine humaine : selles	Détection qualitative de l'ADN par PCR temps réel BD Max	M_QUA_VDM_054	Mise en production le 12/07/2021
PCR multiplex virologie des selles : rotavirus, adénovirus, norovirus, sapovirus, astrovirus	Echantillon d'origine humaine : selles	Détection qualitative de l'ADN viral par PCR temps réel BD Max	M_QUA_VDM_100	Mise en production le 01/11/2021
PCR Toxine B Clostridioides difficile	Echantillon d'origine humaine : selles	Détection qualitative de l'ADN par PCR temps réel BD Max	M_QUA_VDM_099	Mise en production le 01/11/2021
PCR Triplex : Chlamydiae trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis	Echantillon d'origine humaine	Détection qualitative de l'ADN par PCR temps réel BD Max	M_QUA_VDM_104	Mise en production le 24/02/2022

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
PCR Triplex : Grippe, VRS, SARS Cov2	Echantillon d'origine humaine	Détection qualitative de l'ARN viral par RT- PCR en temps réel sur automate BD Max	M_QUA_VDM_105	Test respiratoire multiplex mis en production le 06/12/2023

Site Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie :

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou de champignons, et/ou de levures, et/ou de parasites et d'autres éléments	Échantillons biologiques d'origine humaine Dispositifs implantables Culture bactérienne et mycologique	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après préparation /coloration (GRAM, Bleu de méthylène, MGG) + Ensemencement	M_QUA_VDM_144	Changement de l'automate de Cytocentrifugation et de coloration de Gram depuis le 27/01/2025
Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, germes bactériens et autres éléments	Urine	Cytologie urinaire automatisée sur Sysmex IQ200 (analyse d'images)	M_QUA_VDM_061	Changement de l'automate de Cytologie urinaire depuis le 08/11/2022. Actualisation de la référence

Site Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie :

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche de germes bactériens et fongiques dans les hémocultures	Sang et liquide de ponction	AUTOMATE Biomérieux VIRTUO	M_QUA_VDM_062	

Site Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie :

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Culture mycologique pour recherche de champignons filamenteux (Aspergillus) Identification macroscopique des champignons filamenteux	Echantillons biologiques d'origine humaine Souche mycologique	Mise en culture manuelle, incubation et lecture Examen morphologique direct macro- et microscopique des cultures et/ou après préparation /coloration (Bleu de toluidine)	M_QUA_VDM_109	

Site Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie :

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Identification bacterienne	Échantillons biologiques d'origine humaine Dispositifs implantables Culture bactérienne	Recherche et identification de germes bactériens et/ou de bactéries spécifiques BRUKER Maldi Biotyper® sirius	M_QUA_VDM_096	Changement d'automate ""BRUKER Maldi Biotyper® sirius"" à partir de juillet 2021. Actualisation de la référence
Identification fongique	Échantillons biologiques d'origine humaine Dispositifs implantables Culture fongique	Recherche et identification du genre et/ou de l'espèce fongique BRUKER Maldi Biotyper® sirius	M_QUA_VDM_096	Changement d'automate ""BRUKER Maldi Biotyper® sirius"" à partir de juillet 2021. Actualisation de la référence

Site Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie :

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Antibiogramme	Échantillons biologiques d'origine humaine Dispositifs implantables Culture bactérienne	Etude qualitative et quantitative de la sensibilité aux antibiotiques ORION	M_QUA_VDM_107	à partir du 19/04/2022. Actualisation de la référence
Antifongigramme	Échantillons biologiques d'origine humaine Dispositifs implantables Culture fongique	Etude qualitative et quantitative de la sensibilité aux antifongiques Sensititre YeastOne YO10	M_QUA_VDM_095	à partir du 23 juillet 2021. Actualisation de la référence

Site Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie :

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche et identification (détection) d'antigènes spécifiques contre le Plasmodium	Sang total	Méthode manuelle qualitative par immunochromatographie	M_QUA_VDM_056	changement de référence. Mise en place 20/10/2021

Site Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Lieu de réalisation des opérations ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Prélèvement d'échantillons biologiques effectué uniquement par le personnel du laboratoire et communication appropriée de résultats d'examens de biologie médicale interprétés Liste des types de prélèvement effectués par le laboratoire : - Prélèvements sanguins	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvements	MAJ LP BM PP01
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Prélèvement au niveau de la peau, des phanères, des tissus et des muqueuses	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvements	MAJ LP BM PP01
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	vaginal, urétral, anal - Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvements	MAJ LP BM PP01
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvements	MAJ LP BM PP01
Laboratoire du Centre Hospitalier de la Dracénie	Prélèvements par ponction veineuse pour hémocultures	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvements	MAJ LP BM PP01
Services hospitaliers Etablissement Bargemon Etablissement Pierre de la Fée	Prélèvement ou recueil d'échantillons biologiques effectué sous la responsabilité du laboratoire et communication appropriée de résultats d'examens de biologie médicale interprétés		Manuel de prélèvements	MAJ LP