Portée détaillée v.6 de l'attestation N° 8-3214

Detailed scope v.6 of the attestation N° 8-3214
Date de publication / Publish date: 19/03/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CASTRES-MAZAMET

Site Service de Biologie Clinique :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
ACE	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module e801 4238-05) - ECLIA	QUAL-DE-768	Ajout par la porté flexible
Acide Urique	Sang	2 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06 + Module c503 22H2-01) - Enzymatique	QUAL-DE-422	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Acide valproïque	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06) - Enzymatique	QUAL-DE-424	Ajout par la porté flexible
AFP	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module e801 4238-05) - ECLIA	QUAL-DE-920	Ajout par la porté flexible
ALAT-TGP	Sang	2 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06 + Module c503 22H2-01) - Spectrophotométrie	QUAL-DE-2537	Changement de génération de réactif le 19/12/2024
Albumine	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06) - Colorimétrie	QUAL-DE-691	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
ASAT-TGO	Sang	2 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06 + Module c503 22H2-01) - Spectrophotométrie	QUAL-DE-2536	Changement de génération de réactif le 19/12/2024
B2 Microglobuline	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module c503 22H2-01) - Immunoturbidimétrie	QUAL-DE-1635	Ajout par la porté flexible

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Bilirubine Directe	Sang	2 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06 + Module C503 22H2-01) - Colorimétrie	QUAL-DE-381	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Bilirubine Totale	Sang	2 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06 + Module C503 22H2-01) - Colorimétrie	QUAL-DE-444	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
C02	Sang	2 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06 + Module c503 22H2-01) - Enzymatique	QUAL-DE-394	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
C3	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module c503 22H2-01) - Immunoturbidimétrie	QUAL-DE-382	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
C4	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module c503 22H2-01) - Immunoturbidimétrie	QUAL-DE-383	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
CA 15-3	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module e801 4238-05) -ECLIA	QUAL-DE-1653	Ajout par la porté flexible
CA19-9	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module e801 4238-05) -ECLIA	QUAL-DE-1655	Ajout par la porté flexible
CA125	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module e801 4238-05) - ECLIA	QUAL-DE-1657	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Calcium Total	Sang	2 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06 + Module c503 22H2-01) - Colorimétrie	QUAL-DE-343	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Chlore	Sang	2 x Cobas PRO Roche (Module ISE 22G7-07 + Module ISE 22H3-02) - Potentiométrie indirecte	QUAL-DE-549	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Cholestérol	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06) : Enzymatique - colorimétrie	QUAL-DE-386	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Cortisol	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module e801 4230-04) - ECLIA	QUAL-DE-910	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
CPK	Sang	2 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06 + Module c503 22H2-01) - Test UV	QUAL-DE-393	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
CRP	Sang	2 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06 + Module c503 22H2-01) - Immunoturbidimétrie	QUAL-DE-2023	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Créatinine	Sang	2 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06 + Module c503 22H2-01) - Enzymatique	QUAL-DE-395	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Créatinine urinaire	Urines	2 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06 + Module c503 22H2-01) - Enzymatique - colorimétrie	QUAL-DE-395	Ajout par la porté flexible
Digoxine	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06) - Colorimétrie	QUAL-DE-396	Ajout par la porté flexible
Facteur Rhumatoïde	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module c503 22H2-01) - Immunoturbidimétrie	QUAL-DE-565	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Fer	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06) - Colorimétrie	QUAL-DE-408	Ajout par la porté flexible
Ferritine	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06) - Immunoturbidimétrie	QUAL-DE-398	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
FSH	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module e801 4230-04) -ECLIA	QUAL-DE-2183	Ajout par la porté flexible
FT3	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module e801 4238-05) - ECLIA	QUAL-DE-2187	Ajout par la porté flexible
FT4	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module e801 4238-05) - ECLIA	QUAL-DE-2370	Ajout par la porté flexible
GGT	Sang	2 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06 + Module c503 22H2-01) - Colorimétrie	QUAL-DE-401	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Glycémie	Sang	2 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06 + Module c503 22H2-01) - Enzymatique	QUAL-DE-402	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Haptoglobine	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06) - Immunoturbidimétrie	QUAL-DE-403	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
HCG	Sang	2 x Cobas PRO Roche (Module e801 4230-04 + Module e801 4238-05) - ECLIA	QUAL-DE-1436	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
HDL	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06) - Enzymatique - colorimétrie	QUAL-DE-1331	Ajout par la porté flexible

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Hémoglobine Glyquée	Sang	1x Sébia CAPILLARYS 3 (N° 516)	QUAL-MOP-867	Ajout du N° automate et du mode opératoire correspondant
IgA	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module c503 22H2-01) - Immunoturbidimétrie	QUAL-DE-405	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
IgG	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module c503 22H2-01) - Immunoturbidimétrie	QUAL-DE-406	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
IgM	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module c503 22H2-01) - Immunoturbidimétrie	QUAL-DE-407	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
LDH	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06) - Enzymatique	QUAL-DE-409	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
LDL	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06) - Enzymatique - colorimétrie	QUAL-DE-410	Ajout par la porté flexible
LH	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module e801 4230-04) - ECLIA	QUAL-DE-915	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Lipase	Sang	2 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06 + Module c503 22H2-01) - Colorimétrie	QUAL-DE-412	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Magnésium	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06) - Colorimétrie	QUAL-DE-346	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
NT-Pro BNP	Sang	2 x Cobas PRO Roche (Module e801 4230-04 + Module e801 4238-05) - ECLIA	QUAL-DE-2257	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Oestradiol	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module e801 4230-04) - ECLIA	QUAL-DE-911	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Orosomucoïde	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module c503 22H2-01) - Immunoturbidimétrie	QUAL-DE-502	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Paracétamol (Acétaminophène)	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06) - Enzymatique - colorimétrie	QUAL-DE-366	Ajout par la porté flexible
PCT	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module e801 4230-04) - ECLIA	QUAL-DE-2259	Ajout par la porté flexible

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
pH, pO2, pCO2, Na, K, Cl, Ca++, glucose, lactate, Hbt, O2HB, COHb, MetHB	Sang	2 x GEM 5000 Werfen (N°17111183 & N°17111216) : Potentiométrie, mesure optique après lyse chimique, ampérométrie, conductivité	QAUL-MOP-1009	Ajout du n° automate et du mode opératoire correspondant
Phosphatase Alcaline (PAL)	Sang	2 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06 + Module c503 22H2-01) - Colorimétrie	QUAL-DE-367	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Phosphate	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06) - Test UV	QUAL-DE-416	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Potassium	Sang	2 x Cobas PRO Roche (Module ISE 22G7-07 + Module ISE 22H3-02) - Potentiométrie indirecte	QUAL-DE-549	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Potassium urinaire	Urines	2 x Cobas PRO Roche (Module ISE 22G7-07 + Module ISE 22H3-02) - Potentiométrie indirecte	QUAL-DE-549	Ajout par la porté flexible
Progesterone	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module e801 4230-04) - ECLIA	QUAL-DE-916	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Protides urinaires	Urines	2 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06 + Module c503 22H2-01) - Colorimétrie	QUAL-DE-348	Ajout par la porté flexible
Protéines totales	Sang	2 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06 + Module c503 22H2-01) - Colorimétrie	QUAL-DE-418	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Préalbumine	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module c503 22H2-01) - Immunoturbidimétrie	QUAL-DE-417	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
PSA Libre	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module e801 4238-05) - ECLIA	QUAL-DE-1864	Ajout par la porté flexible
PSA Total	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module e801 4238-05) - ECLIA	QUAL-DE-1862	Ajout par la porté flexible
PTH	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module e801 4230-04) - ECLIA	QUAL-DE-2485	Ajout par la porté flexible
Sodium	Sang	2 x Cobas PRO Roche (Module ISE 22G7-07 + Module ISE 22H3-02) - Potentiométrie indirecte	QUAL-DE-549	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Sodium urinaire	Urines	2 x Cobas PRO Roche (Module ISE 22G7-07 + Module ISE 22H3-02) - Potentiométrie indirecte	QUAL-DE-549	Ajout par la porté flexible
Transferrine	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06) - Immunoturbidimétrie	QUAL-DE-421	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Triglycérides	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06) - Enzymatique - colorimétrie	QUAL-DE-420	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Troponine T hypersensible	Sang	2 x Cobas PRO Roche (Module e801 4230-04 + Module e801 4238-05) - ECLIA	QUAL-DE-2258	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
TSH	Sang	2 x Cobas PRO Roche (Module e801 4230-04 + Module e801 4238-05) - ECLIA	QUAL-DE-1804	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Urée	Sang	2 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06 + Module c503 22H2-01) - Enzymatique	QUAL-DE-423	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Vitamine D	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module e801 4238-05) - ECLIA	QUAL-DE-2285	Ajout par la porté flexible
Éthanol	Sang	2 x Cobas PRO Roche (Module c503 22G4-06 + Module c503 22H2-01) - Enzymatique	QUAL-DE-397	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante

Site Service de Biologie Clinique :

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Electrophorèse des protéines	Sang	1 x Sébia CAPILLARYS 3 (N° 516)	QUAL-MOP-867	Ajout du n° automate et du mode opératoire correspondant

Site Service de Biologie Clinique :

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche de toxiques urinaires : méthamphétamines, cocaïne, cannabis, benzodiazépines, triclycliques, barbituriques, amphétamines, opiacés, ecstasy, méthadone, buprénorphine	Urinaire	Abbott Surestep - Immunochromatographie	QUAL-COS-183	Ajout du mode opératoire correspondant

Site Service de Biologie Clinique :

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Hôpital du Pays d'Autan	Urgences	Gaz du sang	Sang total	GEM 5000 Werfen (N°21088756): Potentiométrie, mesure optique après lyse chimique, ampérométrie, conductivité	QUAL-MOP-891	Ajout des n° automate et du mode opératoire correspondant
Hôpital du Pays d'Autan	Pôle Mère enfant Service Obstétrique	Lactate	Sang	Electrochimie (Statstrip LAC/HH Nova)		
Hôpital du Pays d'Autan	Pôle Plateau Technique Service Réanimation - Soins Continus	pH, pO2, pCO2, Na, K, Cl, Ca++, glucose, lactate, Hbt, O2HB, COHb, MetHB	Sang	1 x GEM 5000 Werfen (N°21068412) : Potentiométrie, mesure optique après lyse chimique, ampérométrie, conductivité		

Site Service de Biologie Clinique :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CCMH	Sang	2 x SYSMEX XN 3100 (N° 33161 & 336162)	QUAL-MOP-891	Ajout des n° automate et du mode opératoire correspondant
Formule sanguine automatisée	Sang	2 x SYSMEX XN 3100 (N° 33161 & 336162)	QUAL-MOP-891	Ajout des n° automate et du mode opératoire correspondant
Formule sanguine controlée au microscope	Sang	Microscope optique : SYSMEX DM (N°33618) + colorateur : 1 x SP50 SYSMEX (N°11256)	QUAL-MOP-891	Ajout des n° automate et du mode opératoire correspondant
Hématocrite	Sang	2 x SYSMEX XN 3100 (N° 33161 & 336162)	QUAL-MOP-891	Ajout des n° automate et du mode opératoire correspondant
Hémoglobine	Sang	2 x SYSMEX XN 3100 (N° 33161 & 336162)	QUAL-MOP-891	Ajout des n° automate et du mode opératoire correspondant
Numération des hématies	Sang	2 x SYSMEX XN 3100 (N° 33161 & 336162)	QUAL-MOP-891	Ajout des n° automate et du mode opératoire correspondant
Numération des leucocytes	Sang	2 x SYSMEX XN 3100 (N° 33161 & 336162)	QUAL-MOP-891	Ajout des n° automate et du mode opératoire correspondant
Numération des plaquettes	Sang	2 x SYSMEX XN 3100 (N° 33161 & 336162)	QUAL-MOP-891	Ajout des n° automate et du mode opératoire correspondant
Réticulocytes	Sang	1 x SYSMEX XN 3100 (N°33162)	QUAL-MOP-891	Ajout des n° automate et du mode opératoire correspondant
TCMH	Sang	2 x SYSMEX XN 3100 (N° 33161 & 336162)	QUAL-MOP-891	Ajout des n° automate et du mode opératoire correspondant
VGM	Sang	2 x SYSMEX XN 3100 (N° 33161 & 336162)	QUAL-MOP-891	Ajout des n° automate et du mode opératoire correspondant
VMP	Sang	2 x SYSMEX XN 3100 (N° 33161 & 336162)	QUAL-MOP-891	Ajout des n° automate et du mode opératoire correspondant

Site Service de Biologie Clinique :

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Myelogramme	Moelle	Manuelle, Colorateur : 1 SP50 Sysmex, 1 microscope		

Site Service de Biologie Clinique :

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
VS	Sang	1x Mixrate 10 (N°312)	QUAL-MOP-107	Ajout du n° automate et du mode opératoire correspondant

Site Service de Biologie Clinique :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
D-Dimères	Sang	2 x STA Max3 STAGO (N°DB 59053593 & DB59053595) - Immunoturbilimétrie	QUAL-MOP829, QUAL-FTH-005	Ajout des n° automate et des modes opératoires correspondants
Facteur II	Sang	2 x STA Max3 STAGO (N°DB 59053593 & DB59053595) - Chronométrie	QUAL-MOP829, QUAL-FTH-005	Ajout des n° automate et des modes opératoires correspondants
Facteur IX	Sang	2 x STA Max3 STAGO (N°DB 59053593 & DB59053595) - Chronométrie	QUAL-MOP829, QUAL-FTH-005	Ajout des n° automate et des modes opératoires correspondants
Facteur V	Sang	2 x STA Max3 STAGO (N°DB 59053593 & DB59053595) - Chronométrie	QUAL-MOP829, QUAL-FTH-005	Ajout des n° automate et des modes opératoires correspondants
Facteur VII	Sang	2 x STA Max3 STAGO (N°DB 59053593 & DB59053595) - Chronométrie	QUAL-MOP829, QUAL-FTH-005	Ajout des n° automate et des modes opératoires correspondants
Facteur VIII	Sang	2 x STA Max3 STAGO (N°DB 59053593 & DB59053595) - Chronométrie	QUAL-MOP829, QUAL-FTH-005	Ajout des n° automate et des modes opératoires correspondants
Facteur X	Sang	2 x STA Max3 STAGO (N°DB 59053593 & DB59053595) - Chronométrie	QUAL-MOP829, QUAL-FTH-005	Ajout des n° automate et des modes opératoires correspondants
Facteur XI	Sang	2 x STA Max3 STAGO (N°DB 59053593 & DB59053595) - Chronométrie	QUAL-MOP829, QUAL-FTH-005	Ajout des n° automate et des modes opératoires correspondants
Facteur XII	Sang	2 x STA Max3 STAGO (N°DB 59053593 & DB59053595) - Chronométrie	QUAL-MOP829, QUAL-FTH-005	Ajout des n° automate et des modes opératoires correspondants
FIB	Sang	2 x STA Max3 STAGO (N°DB 59053593 & DB59053595)- Chronométrie	QUAL-MOP829, QUAL-FTH-005	Ajout des n° automate et des modes opératoires correspondants
INR	Sang	2 x STA Max3 STAGO (N°DB 59053593 & DB59053595) - Chronométrie	QUAL-MOP829, QUAL-FTH-005	Ajout des n° automate et des modes opératoires correspondants
TCK	Sang	2 x STA Max3 STAGO (N°DB 59053593 & DB59053595)- Chronométrie	QUAL-MOP829, QUAL-FTH-005	Ajout des n° automate et des modes opératoires correspondants
TP	Sang	2 x STA Max3 STAGO (N°DB 59053593 & DB59053595) - Chronométrie	QUAL-MOP829, QUAL-FTH-005	Ajout des n° automate et des modes opératoires correspondants

Site Service de Biologie Clinique :

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Anticoagulants Circulants (ACC)	Sang	2 x STA Max3 STAGO (N°DB 59053593 & DB59053595) - Chronométrie	QUAL-MOP829, QUAL-FTH-005	Ajout par la portée flexible
Antithrombine	Sang	2 x STA Max3 STAGO (N°DB 59053593 & DB59053595) - Colorimétrie	QUAL-MOP829, QUAL-FTH-005	Ajout par la portée flexible
Anti Xa (HBPM)	Sang	2 x STA Max3 STAGO (N°DB 59053593 & DB59053595) - Colorimétrie	QUAL-MOP829, QUAL-FTH-005	Ajout des n° automate et des modes opératoires correspondants
Anti Xa (HNF)	Sang	2 x STA Max3 STAGO (N°DB 59053593 & DB59053595) - Colorimétrie	QUAL-MOP829, QUAL-FTH-005	Ajout des n° automate et des modes opératoires correspondants
Eliquis	Sang	2 x STA Max3 STAGO (N°DB 59053593 & DB59053595) - Colorimétrie	QUAL-MOP829, QUAL-FTH-005	Ajout par la portée flexible
Xarelto	Sang	2 x STA Max3 STAGO (N°DB 59053593 & DB59053595) - Colorimétrie	QUAL-MOP829, QUAL-FTH-005	Ajout par la portée flexible

Site Service de Biologie Clinique :

BM CB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Dépistage d'une TIH (Thrombopénie Induite par Héparine)	Sang	Immunochromatographie Stic EXPERT Stago		

Site Service de Biologie Clinique :

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CMV IgG	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module e801 4238-05) - ECLIA	QUAL-DE-1022	Ajout par la portée flexible
CMV IgM	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module e801 4238-05) - ECLIA	QUAL-DE-1023	Ajout par la portée flexible
HCV	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module e801 4238-05) - ECLIA	QUAL-DE-893	Ajout par la portée flexible
HIV	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module e801 4230-04)- ECLIA	QUAL-DE-2160	Ajout du n° automate et de la fiche technique correspondante
Rubéole	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module e801 4238-05) - ECLIA	QUAL-DE-1025	Ajout par la portée flexible
Syphilis	Sang	1 x Cobas PRO Roche (Module e801 4238-05) - ECLIA	QUAL-DE-2186	Ajout par la portée flexible

Site Service de Biologie Clinique :

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche de toxine de Clostridium difficile	Selles	Recherche de GDH (C. difficile) : immuchromatographie Meridian Immunocard	QUAL-MOP-792	Ajout du mode opératoire correspondant

Site Service de Biologie Clinique :

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche de toxine de Clostridium difficile	Selles	Recherche de toxines de C. difficile : Illumigene, Méridian (N° IP3353) - Biologie moléculaire	QUAL-MOP-792	Ajout du N° automate et du mode opératoire correspondant

Site Service de Biologie Clinique :

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Culot Urinaire	Urine	1 x Sysmex UF4000 (N° 12209) et cellules hématimétrique de KOVA au microscope	QUAL-MOP-526	Ajout du N° automate et du mode opératoire correspondant
Hémoculture	Sang	Examen morphologique direct microscopique avec coloration de gram (Elitech) (N°73 22231289)	QUAL-MOP-556	Ajout du N° automate et du mode opératoire correspondant

Site Service de Biologie Clinique :

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Hémoculture	Sang	Analyse chimique après culture (Biomérieux Virtuo N° VRTA-00862)		

Site Service de Biologie Clinique :

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche de champignons filamenteux	Échantillons biologiques d'origine humaine	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Mise en culture manuelle , incubation, lecture	QUAL-MOP-887	Ajout du mode opératoire correspondant

Site Service de Biologie Clinique :

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ECBU processus complet	Urine	Cytologie (1xUF4000 N°12209) Ensemencement, culture,Identification (1 x Bruker MBT N°860508904025 SY002719) (1 x BioMérieux Vitek 2 N°3634)	QUAL-MOP-527, QUAL-MOP-930	Ajout des modes opératoires correspondants
Hémoculture	Sang	(1xBioMérieux Virtuo N° VRTA-00862), Ensemencement, culture,Identification (1 x Bruker MBT N°860508904025 SY002719) (1 x BioMérieux Vitek 2 N°3634)	QUAL-MOP-527, QUAL-MOP-930	Ajout des modes opératoires correspondants
Identification par spectromètre de masse	Colonies microbiennes	(1 x Brucker MBT N°860508904025 SY002719), (1 x BioMérieux Vitek 2 N°3634)	QUAL-MOP-527, QUAL-MOP-930	Ajout des modes opératoires correspondants
Recherche de BMR (BLSE & Carbapénémase) dans les selles & écouvillonnage rectal	Selles, écouvillonnage rectal	Ensemencement, culture,Identification (1 x Bruker MBT N°860508904025 SY002719),(1 x BioMérieux Vitek 2 N°3634) et CMI bandelettes	QUAL-MOP-527, QUAL-MOP-930	Ajout des modes opératoires correspondants

Site Service de Biologie Clinique :

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Antibiogramme et antifongigramme	Sur colonies bactériennes et fongiques de TOUS prélèvements	Antibiogramme et antifongigramme liquide (1 x BioMérieux Vitek 2 N°3634) + (1xSirScan N° 224ELYX00078)	QUAL-MOP-527, QUAL-MOP-068	Ajout du N° automate du SirScan et des modes opératoires correspondants
ECBU processus complet	Urine	(1x UF4000 N°12209) + (1 x Vitek 2 N°3634) + (1x SirScan N° 224ELYX00078)	QUAL-MOP-526, QUAL-MOP-527, QUAL-MOP-068	Ajout du N° automate du SirScan et des modes opératoires correspondants
Hémoculture	Sang	Antibiogramme et antifongigramme liquide (1 x BioMérieux Vitek 2 N°3634) + (1xSirScan N° 224ELYX00078)	QUAL-MOP-527, QUAL-MOP-068	Ajout du N° automate du SirScan et des modes opératoires correspondants
Recherche de BMR (BLSE & Carbapénémase) dans les selles & écouvillonnage rectal	Selles, écouvillonnage rectal	Antibiogramme (1 x BioMérieux Vitek 2 N°3634), bandellettes CMI, détection des mécanismes de restistance, (1x SIrScan N° 224ELYX00078)	QUAL-MOP-526, QUAL-MOP-527, QUAL-MOP-068	Ajout du N° automate du SirScan et des modes opératoires correspondants

Site Service de Biologie Clinique :

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche de paludisme	Sang	Recherche Paludisme : 1) BioSynex (Palutop +4 Optima) : Immuno - Chromatograpgique / 2) Illumigene, Méridian (N°7322231289) (biologie moléculaire) 3) Frottis sanguin coloré (SP50 N°11256) / Hematek N°4436100326)	QUAL-MOP-265	Ajout des N° automate et du mode opératoire correspondant

Site Service de Biologie Clinique :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Lieu de réalisation des opérations ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Hôpital du Pays d'Autan	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	Catalogue des analyses (https://chic-cm.manuelprelevement.fr/), QUAL-FTH-646	MAJ LPBM PP01
Hôpital du Pays d'Autan	Sang	Ponction artérielle percutanée	Catalogue des analyses (https://chic-cm.manuelprelevement.fr/), QUAL-FTH-646	MAJ LPBM PP01
Hôpital du Pays d'Autan	Suppurations	Ecouvillonnage	Catalogue des analyses (https://chic-cm.manuelprelevement.fr/), QUAL-FTH-646	MAJ LPBM PP01
Hôpital du Pays d'Autan	Peau, Phanères, Tissus cellulaire sous-cutanés	Prélèvement pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères examens microbiologiques	Catalogue des analyses (https://chic-cm.manuelprelevement.fr/), QUAL-FTH-646	MAJ LPBM PP01
Hôpital du Pays d'Autan	Prélèvement urétral	Prélèvement pour examens microbiologiques	Catalogue des analyses (https://chic-cm.manuelprelevement.fr/), QUAL-FTH-646	MAJ LPBM PP01
Hôpital du Pays d'Autan	Prélèvement ORL et Ophtalmique : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Catalogue des analyses (https://chic-cm.manuelprelevement.fr/), QUAL-FTH-646	MAJ LPBM PP01
Hôpital du Pays d'Autan	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Catalogue des analyses (https://chic-cm.manuelprelevement.fr/), QUAL-FTH-64	MAJ LPBM PP01