



Portée détaillée v.19 de l'attestation N° 8-3405

Detailed scope v.19 of the attestation N° 8-3405

Date de publication / Publish date: 08/08/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	ACE	sérum et/ou plasma	TRACE™ (Time-Resolved Amplified Cryptate Emission) / Fluorescence / KRYPTOR GOLD	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Acide lactique	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Acide lactique	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Acide urique	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Acide urique	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Acide urique	Urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Acide urique	Urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	AFP	sérum et/ou plasma	TRACE™ (Time-Resolved Amplified Cryptate Emission) / Fluorescence KRYPTOR GOLD	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	ALAT	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption avec PP Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	ALAT	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption avec PP Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Albumine	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption- Immunturbidimétrie Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Albumine	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption- Immunoturbidimétrie Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Ammoniémie	Sang total	Spectrophotométrie d'absorption- Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Ammoniémie	Sang total	Spectrophotométrie d'absorption- Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	ASAT	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption avec PP Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	ASAT	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption avec PP Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Bilirubine Directe	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption-Diazo Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Bilirubine Directe	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption-Diazo Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Bilirubine totale	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption-Diazo Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Bilirubine totale	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption-Diazo Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	C3	sérum et/ou plasma	Immunoturbidimétrie / Optilite)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	C4	sérum et/ou plasma	Immunoturbidimétrie / Optilite)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Ca	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrie Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Ca	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrie Cobas Pro CE module 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	CA 15-3	sérum et/ou plasma	TRACE™ (Time-ResolvedAmplified Cryptate Emission) / Fluorescence KRYPTOR GOLD	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	CA 19-9	sérum et/ou plasma	TRACE™ (Time-ResolvedAmplified Cryptate Emission) / Fluorescence /KRYPTOR GOLD	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	CA 125	sérum et/ou plasma	TRACE™ (Time-ResolvedAmplified Cryptate Emission) / Fluorescence KRYPTOR GOLD	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Calcium	Urines	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrie Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Calcium	Urines	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrie Cobas Pro CE module 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Calcium ionisé	Sang total	Méthode optique sur 2 ABL90 Hakuna et Matata	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Calcium ionisé	Sang total	Mesure potentiométrique ABL90 / Hakuna et ABL90 / Matata	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Chains légères libres kappa	sérum et/ou plasma	Immunoturbidimétrie / Optilite	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Chains légères libres lambda	sérum et/ou plasma	Immunoturbidimétrie / Optilite	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Chlore	sérum et/ou plasma	Electrochimie potentiométrie indirecte Cobas Pro CE module ISE 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Chlore	sérum et/ou plasma	Electrochimie potentiométrie indirecte Cobas Pro CE module ISE 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Cholestérol	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	CO2	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	CO2	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Cortisol	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence / compétion Cobas Pro CE module e801 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Cortisol	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence / compétion Cobas Pro CE module e801 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	CRP	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie / Latex Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	CRP	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie / Latex Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Créatine kinase	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Créatine kinase	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique Cobas Pro C module CE 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Créatinine	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique-colorimétrique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Créatinine	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique-colorimétrique Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Créatinine	Urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique-colorimétrique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Créatinine	Urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique-colorimétrique Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Fer	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Fer	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Ferritine	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence / compétition Cobas Pro CE module e801 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Ferritine	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence / compétition Cobas Pro CE module e801 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Folates	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence / compétion Cobas Pro CE module e801 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Folates	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence / compétion Cobas Pro CE module e801 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	FSH	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence/sandwich Cobas Pro CE module e801 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	FT3	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence / compétion Cobas Pro CE module e801 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	FT3	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence / compétion Cobas Pro CE module e801 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	FT4	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence / compétion Cobas Pro CE module e801 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	FT4	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence / compétion Cobas Pro CE module e801 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	GDS / pH	Sang total	Mesure potentiométrique ABL90 / Matata	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	GDS : PH, PCO2, PO2	Sang total	Mesure potentiométrique Méthode optique ABL90 / Hakuna et ABL90 / Matata	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	GGT	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	GGT	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique enzymatique Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Glucose	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Glucose	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Glucose	Urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Glucose	Urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Glucose	LCR	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Glucose	LCR	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Haptoglobine	sérum et/ou plasma	Immuno-turbidimétrie /Cobas Pro CE module C 503 1 (Roche)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	HbA1c	sérum et/ou plasma	HPLC - Variant II	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	HbCO	Sang total	Spectrophotométrie ABL90 / Hakuna et ABL90 / Matata	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	hCG	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence/sandwich Cobas Pro CE module e801 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	hCG	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence/sandwich Cobas Pro CE module e801 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	HDL	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	hGH	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence/sandwich Cobas Pro CE module e801 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	IgA	sérum et/ou plasma	Immunoturbidimétrie / Optilite	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	IgG	sérum et/ou plasma	Immunoturbidimétrie / Optilite	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	IgM	sérum et/ou plasma	Immunoturbidimétrie / Optilite	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Lactates	Sang total	Ampérométrie ABL90 / Hakuna et ABL90 / Matata	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	LDH	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption UV Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	LDH	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption UV Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	LH	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence/sandwich Cobas Pro CE module e801 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Lipase	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Lipase	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Magnésium	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Magnésium	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	MethHb	Sang total	Spectrophotométrie ABL90 / Hakuna et ABL90 / Matata	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Microalbumine	Urines	Spectrophotométrie d'absorption- Immunoturbidimétrie Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Microalbumine	Urines	Spectrophotométrie d'absorption- Immunoturbidimétrie Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	N T ProBNP	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence/sandwich Cobas Pro CE module e801 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	N T ProBNP	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence/sandwich Cobas Pro CE module e801 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	PAL	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	PAL	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique enzymatique Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	PCT	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence/sandwich Cobas Pro CE module e801 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	PCT	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence/sandwich Cobas Pro CE module e801 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Phosphates	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Coabs Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Phosphates	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Phosphates	Urines	Spectrophotométrie d'absorption Coabs Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Phosphates	Urines	Spectrophotométrie d'absorption Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Potassium	sérum et/ou plasma	Electrochimie potentiométrie indirecte Cobas Pro CE module ISE 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Potassium	sérum et/ou plasma	Electrochimie potentiométrie indirecte Cobas Pro CE module ISE 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Potassium	Urines	Electrochimie potentiométrie indirecte Cobas Pro CE Module ISE 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Potassium	Urines	Electrochimie potentiométrie indirecte Cobas Pro CE Module ISE 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Prolactine	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence/sandwich Cobas Pro CE module e801 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Protéines	Urines	Spectrophotométrie d'absorption- Turbidimétrie (Chlo. de Ben.) Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Protéines	Urines	Spectrophotométrie d'absorption- Turbidimétrie (Chlo. de Ben.) Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Protéines	LCR	Spectrophotométrie d'absorption- Turbidimétrie (Chlo. de Ben.) Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Protéines	LCR	Spectrophotométrie d'absorption- Turbidimétrie (Chlo. de Ben.) Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	Changement d'automate le 08/02/2022
HOPITAL AMBROISE PARE	Protéines totales	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Protéines totales	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Préalbumine	sérum et/ou plasma	Immuno-turbidimétrie /Cobas Pro CE module C 503 1 (Roche)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	PTH	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence/sandwich Cobas Pro CE module e801 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Récepteur de la transferrine	sérum et/ou plasma	Immuno-turbidimétrie /Cobas Pro CE module C 503 1 (Roche)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Sodium	sérum et/ou plasma	Electrochimie potentiométrie indirecte Cobas Pro CE module ISE 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Sodium	sérum et/ou plasma	Electrochimie potentiométrie indirecte Cobas Pro CE module ISE 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Sodium	Urines	Electrochimie potentiométrie indirecte Cobas Pro CE Module ISE 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Sodium	Urines	Electrochimie potentiométrie indirecte Cobas Pro CE Module ISE 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Thyroglobuline	sérum et/ou plasma	TRACE™ (Time-Resolved Amplified Cryptate Emission) / Fluorescence / KRYPTOR GOLD	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Transferrine	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption- Colorimétrique-Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Transferrine	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption- Colorimétrique-Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Triglycérides	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Troponines T hs	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence/sandwich Cobas Pro CE module e801 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Troponines T hs	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence/sandwich Cobas Pro CE module e801 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	TSH	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence/sandwich Cobas Pro CE module e801 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	TSH	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence/sandwich Cobas Pro CE module e801 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Urée	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Urée	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Urée	Urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Urée	Urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Vitamine B12	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence / compétition Cobas Pro CE module e801 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Vitamine B12	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence / compétition Cobas Pro CE module e801 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Vitamine D	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence / compétion Cobas Pro CE module e801 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Vitamine D	sérum et/ou plasma	Electrochimie luminescence / compétion Cobas Pro CE module e801 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	β2 microglobuline	sérum et/ou plasma	Immunoturbidimétrie / Optilite)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Acide lactique	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Acide lactique	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique Cobas Pro C module C 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Acide urique	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Acide urique	urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Alanine aminotransférase	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Alanine aminotransférase	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cobas Pro C module C 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Albumine	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Albumine	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Cobas Pro C module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Amylase	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Aspartate aminotransférase	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Aspartate aminotransférase	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cobas Pro C module C 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Bilirubine	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Bilirubine	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cobas Pro C module C 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Calcium	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrie Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Calcium	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrie Cobas Pro C module 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Calcium	urines	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrie Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Calcium	urines	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrie Cobas Pro C module 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Chlorures	plasma	Electrochimie potentiométrie indirecte Cobas Pro CE Module ISE (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Chlorures	plasma	Electrochimie potentiométrie indirecte Cobas Pro C Module ISE (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Cholestérol	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	CO2 total	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	CO2 total	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro C Module C 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Cortisol	plasma	Electrochimie luminescence / compéition Cobas Pro CE module e801 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Creatinine Enzymatique	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Creatinine Enzymatique	urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Creatinine Enzymatique	urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro C module C 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	CRP	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie / Latex Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	CRP	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie / Latex Cobas Pro C module C 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Créatine kinase	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Créatine kinase	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique Cobas Pro C module C 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Créatinine Enzymatique	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro C module 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Fer	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Ferritine	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	FT3	plasma	Electrochimie luminescence / compétion Cobas Pro CE module e801 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	FT4	plasma	Electrochimie luminescence / compétion Cobas Pro CE module e801 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Gamma Glutamyl transférase	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Gamma Glutamyl transférase	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique enzymatique Cobas Pro C module C 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Glucose	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Glucose	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro C module C 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Glucose	urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Glucose	urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro C module C 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	HCG	plasma	Electrochimie luminescence/sandwich Cobas Pro CE module e801 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	HDL	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	IgA	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	IgM	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	LDH	plasma	Spectrophotométrie d'absorption UV Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	LDH	plasma	Spectrophotométrie d'absorption UV Cobas Pro C module C 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Lipase	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Lipase	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique Cobas Pro C module C 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Magnésium	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Magnésium	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique Cobas Pro C module C 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Magnésium	urines	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Magnésium	urines	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique Cobas Pro C module C 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Phosphatases alcalines	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Phosphatases alcalines	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique enzymatique Cobas Pro C Module C 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Phosphore minéral	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Phosphore minéral	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Cobas Pro C module C 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Phosphore minéral	urines	Spectrophotométrie d'absorption CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Phosphore minéral	urines	Spectrophotométrie d'absorption C module C 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Potassium	plasma	Electrochimie potentiométrie indirecte Cobas Pro CE Module IS (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Potassium	plasma	Electrochimie potentiométrie indirecte Cobas Pro C Module ISE (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Potassium	urines	Potentiométrie indirect Module ISE Cobas Pro CE (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Potassium	urines	Potentiométrie indirect Module ISE Cobas Pro C (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Protéines	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Protéines	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique Cobas Pro C Module C 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Protéines	urines	Spectrophotométrie d'absorption Turbidimétrique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Protéines	urines	Spectrophotométrie d'absorption Turbidimétrique Cobas Pro C Module C 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Préalbumine	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Préalbumine	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Cobas Pro C module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Sodium	plasma	Electrochimie potentiométrie indirecte Cobas Pro C Module ISE (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Sodium	plasma	Electrochimie potentiométrie indirecte Cobas Pro CE Module ISE (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Sodium	urines	Potentiométrie indirect Module ISE Cobas Pro CE (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Sodium	urines	Potentiométrie indirect Module ISE Cobas Pro C (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Triglycérides	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	TSH	plasma	Electrochimie luminescence/sandwich Cobas Pro CE module e801 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Urée	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Urée	plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro C Module C 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Urée	urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Urée	urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique Cobas Pro C module C 503 2 (ROCHE)	IO-LRR-ANA-MO-435	

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Albumine	sérum et/ou plasma	Electrophorèse capillaire sur Capillarys 3 OCTA	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Alpha 1 globuline	sérum et/ou plasma	Electrophorèse capillaire sur Capillarys 3 OCTA	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Alpha 2 globuline	sérum et/ou plasma	Electrophorèse capillaire sur Capillarys 3 OCTA	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Béta 1 globuline	sérum et/ou plasma	Electrophorèse capillaire sur Capillarys 3 OCTA	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Béta 2 globuline	sérum et/ou plasma	Electrophorèse capillaire sur Capillarys 3 OCTA	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Gamma globulines	sérum et/ou plasma	Electrophorèse capillaire sur Capillarys 3 OCTA	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Benzodiazépine	Urines	Test immunologique en compétition (bandelette) sur Alere (Abbott)	IO-BCA-ANA-MO-227	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Institut Curie Saint-Cloud - Direction des Soins (SSPI, UANP)	Directions des soins (SSPI - UANP)	Gaz du sang (pO ₂)	Sang total	Ampérométrie sur I-Stat	IO-BCA-ANA-DI-100	
HOPITAL AMBROISE PARE	Institut Curie Saint-Cloud - Direction des Soins (SSPI, UANP)	Directions des soins (SSPI - UANP)	Gaz du sang (pCO ₂)	Sang total	Potentiométrie directe sur I-Stat	IO-BCA-ANA-DI-100	
HOPITAL AMBROISE PARE	Institut Curie Saint-Cloud - Direction des Soins (SSPI, UANP)	Directions des soins (SSPI - UANP)	Gaz du sang (pH)	Sang total	Potentiométrie directe sur I-Stat	IO-BCA-ANA-DI-100	
HOPITAL AMBROISE PARE	HOPITAL AMBROISE PARE	DMU 3 : Santé de l'enfant et de l'adolescent / Consultations pédiatriques	Hémoglobine glyquée (HbA1c)	Sang total	Inhibition de l'agglutination sur latex sur DCA Atellica	IO-BCA-ANA-MO-218	
HOPITAL AMBROISE PARE	HOPITAL AMBROISE PARE	DMU 7 : Endocrinologie / Immunités / Inflammations / Cancers / Urgences	Hémoglobine glyquée (HbA1c)	Sang total	Inhibition de l'agglutination sur latex sur DCA Atellica	IO-BCA-ANA-MO-218	

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Acetaminophène	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption-immuno-enzymatique Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Acetaminophène	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption-immuno-enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Digoxine	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption-KIMS Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Ethanol	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption-enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Ethanol	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption-enzymatique Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Lithium	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption-colorimétrique Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Methotrexate ARK	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption-immuno-enzymatique Cobas Pro CE module C 503 1 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Methotrexate ARK	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption-immuno-enzymatique Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Phénobarbital	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption-KIMS Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Salicylés	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption- enzymatique Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Valproate	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption-immuno- enzymatique Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	
HOPITAL AMBROISE PARE	Vancomycine	sérum et/ou plasma	Spectrophotométrie d'absorption-KIMS Cobas Pro CE module C 503 2 (ROCHE)	IO-LAB-VAL-PRO-001 Procédure de validation des méthodes analytiques	

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Fentanylloïdes, AB-PINACA, éthylglucuronide, méthamphétamine, barbituriques, benzodiazépines, ABCHMINACA, méthadone, opiacés, PCP, cocaïniques, oxycodone, tramadol, cannabinoïdes, antidépresseurs tricycliques, amphétamine, buprénorphine, 6-MAM (héroïne), prégabaline, alpha-PVP	Sang total	Dépistage rapide sanguin en immuno-analyse par détection chimiluminescente (lecture par caméra CCD) technologie RANDOX	IO-TCO-ANA-MO-121	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Fentanylloïdes, AB-PINACA, éthylglucuronide, méthamphétamine, barbituriques, benzodiazépines, méthadone, opiacés, créatinine, cocaïniques, oxycodone, tramadol, cannabinoïdes, antidépresseurs tricycliques, amphétamine, buprénorphine, 6-MAM (héroïne), JWH-018, alpha-pvp, UR144	Urines	Dépistage rapide sanguin en immuno-analyse par détection chimiluminescente (lecture par caméra CCD) technologie RANDOX	IO-TCO-ANA-MO-121	

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Autres stupéfiants (cocaïne, amphétamines, opiacés)	Sang total	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, avec ou sans hydrolyse, sans dérivation, avec purification Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse (SM). Chromatographe Phase Liquide Haute Performance, détecteur TSQ Quantum Access Max	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-104	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Cannabinoïdes	Sang total	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, extraction avec ou sans hydrolyse, avec dérivation, sans purification Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse (SM). Chromatographe Phase Liquide Haute Performance, détecteur TSQ Vantage ThermoFisher	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-105	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dosage de l'éthylglucuronide	Cheveux	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, avec ou sans hydrolyse, sans dérivation, avec purification Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse (SM). Chromatographe Phase Liquide Haute Performance, détecteur spectromètre de masse en tandem ThermoFisher	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-251	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dosage de la colchicine	Cheveux	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, avec ou sans hydrolyse, sans dérivation, avec purification Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse (SM). Chromatographe Phase Liquide Haute Performance, détecteur spectromètre de masse en tandem ThermoFisher	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-252	

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dosage de la quinine, de la quinidine et de l'hydroquinidine	Plasma	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, extraction, avec ou sans hydrolyse, avec ou sans dérivation, avec ou sans purification Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par barrette de diodes: CHROMATOGRAPHE HPLC/BD	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-163	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dosage de la venlafaxine et de la desméthylvenlafaxine	Plasma	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, extraction avec ou sans hydrolyse, avec dérivation, sans purification Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse (SM). Chromatographe Phase Liquide Haute Performance, détecteur TSQ Vantage ThermoFisher	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-147	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dosage de neuroleptiques (aripiprazole, halopéridol, penfluridol, flupentixol, zuclopentixol, trifluoperazine)	Plasma	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, extraction avec ou sans hydrolyse, avec dérivation, sans purification Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse (SM). Chromatographe Phase Liquide Haute Performance, détecteur TSQ Vantage ThermoFisher	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-143	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dosage de psychotropes (diazépam, nordiazépam, oxazépam, témazépam, alprazolam, OH-alprazolam, hydroxyzine, cétirizine, cyamémazine, rispéridone, OH- rispéridone	Plasma	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, avec ou sans hydrolyse, sans dérivation, avec purification Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse (SM). Chromatographe Phase Liquide Haute Performance, détecteur TSQ Quantum Access Max	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-157	

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	dosage des antidépresseurs (fluoxétine, norfluoxétine, sertraline, norsertraline, duloxétine)	plasma	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, extraction avec ou sans hydrolyse, avec dérivation, sans purification Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse (SM). Chromatographe Phase Liquide Haute Performance, détecteur TSQ Vantage Thermofisher	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-169	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dosage des antirétroviraux	Plasma	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, extraction avec ou sans hydrolyse, avec dérivation, sans purification Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse (SM). Chromatographe Phase Liquide Haute Performance, détecteur TSQ Vantage Thermofisher	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-164	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dosage des antiépileptiques (pérampanel, rufinamide, stiripentol, prégabaline, primidone, tiagabine, topiramate, vigabatrine, zonisamide, brivaracétam, carbamazépine, eslicarbazépine, gabapentine, lacosamide, lamotrigine, lévétiracétam, PEMA	plasma	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, avec ou sans hydrolyse, sans dérivation, avec purification Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse (SM). Chromatographe Phase Liquide Haute Performance, détecteur spectromètre de masse en tandem Thermofisher	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-181	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dosage des Inhibiteurs de Tyrosine Kinase (alectinib, alectinib-M4, binimétinib, AZ5104, cobimetinib, crizotinib, encorafenib, imatinib, lolatinib, osimertinib)	plasma	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, avec ou sans hydrolyse, sans dérivation, avec purification Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse (SM). Chromatographe Phase Liquide Haute Performance, détecteur spectromètre de masse en tandem Thermofisher	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-113	

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	dosage des molécules pouvant être utilisées dans un cadre de soumission chimique (alprazolam, OH-alprazolam, atropine, bromazépam, OH-bromazépam, chlordiazépoxide, clobazam, clotiazépam, clonazépam, 7-aminoclonazépam, diazépam, nordiazépam, oxazépam, flurazépam, lofazépate d'éthyle, lorazépam, lormétazépam, flunitrazépam, 7-aminoflunitrazépam, loprazolam, midazolam, nitrazépam, témazépam, tétrazépam, triazolam, OH-triazolam, zolpidem, zopiclone,acéprométazine, alimémazine, cyamémazine, chlorpromazine, dexchlorphéniramine, doxylamine, halopéridol, hydroxyzine, kétamine, lévomépromazine, méprobamate, niaprazine, prométhazine, propériciazine, scopolamine, thioridazine)	cheveux	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, extraction avec ou sans hydrolyse, avec dérivation, sans purification Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse (SM). Chromatographe Phase Liquide Haute Performance, détecteur TSQ Vantage Thermofisher	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-213	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	dosage des molécules pouvant être utilisées dans un cadre de soumission chimique (alprazolam, OH-alprazolam, atropine, bromazépam, OH-bromazépam, chlordiazépoxide, clobazam, clotiazépam, clonazépam, 7-aminoclonazépam, diazépam, nordiazépam, oxazépam, flurazépam, lofazépate d'éthyle, lorazépam, lormétazépam, flunitrazépam, 7-aminoflunitrazépam, loprazolam, midazolam, nitrazépam, témazépam, tétrazépam, triazolam, OH-triazolam, zolpidem, zopiclone,acéprométazine, alimémazine, cyamémazine, chlorpromazine, dexchlorphéniramine, doxylamine, halopéridol, hydroxyzine, kétamine, lévomépromazine, méprobamate, niaprazine, prométhazine, propériciazine, scopolamine, thioridazine)	plasma	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, extraction avec ou sans hydrolyse, avec dérivation, sans purification Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse (SM). Chromatographe Phase Liquide Haute Performance, détecteur TSQ Vantage Thermofisher	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-146	

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dosage des nouveaux produits de synthèse (entre autres butylone, méphédron, 4-MEC, MDPV)	cheveux	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, extraction avec ou sans hydrolyse, avec dérivation, sans purification Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse (SM). Chromatographe Phase Liquide Haute Performance, détecteur TSQ Vantage ThermoFisher	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-213	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dosage des nouveaux produits de synthèse (entre autres butylone, méphédron, 4-MEC, MDPV)	sang total	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, avec ou sans hydrolyse, sans dérivation, avec purification Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse (SM). Chromatographe Phase Liquide Haute Performance, détecteur TSQ Quantum Access Max	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-104	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dosage des stupéfiants (amphétamine, MDA, MDMA, MDEA, métamphétamine, morphine, 6-MAM, cocaïne, BZE, codéine, THC, CBD)	salive	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, extraction avec ou sans hydrolyse, avec dérivation, sans purification Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse (SM). Chromatographe Phase Liquide Haute Performance, détecteur Endura Vantage ThermoFisher	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-189	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dosage des stupéfiants (amphétamine, métamphétamine, MDMA, MDA, MDEA, méthylphénidate, cocaïne, benzoylecgonine, méthylester d'ecgonine, morphine, codéine, 6- monoacétylmorphine, héroïne, dextrométophane)	cheveux	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, extraction avec ou sans hydrolyse, avec dérivation, sans purification Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse (SM). Chromatographe Phase Liquide Haute Performance, détecteur TSQ Vantage ThermoFisher	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-213	

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dosage des xénobiotiques médicamenteux (alprazolam, OH-alprazolam, atropine, bromazépam, OH-bromazépam, chlórdiazépoxide, clobazam, clotiazépam, clonazépam, 7-aminoclonazépam, diazépam, nordiazépam, oxazépam, flurazépam, lofazépate d'éthyle, lorazépam, lormétazépam, flunitrazépam, 7-aminoflunitrazépam, loprazolam, midazolam, nitrazépam, témazépam, tétrazépam, triazolam, OH-triazolam, zolpidem, zopiclone, acéprométazine, alimémazine, cyamémazine, chlorpromazine, dexchlorphéniramine, doxylamine, halopéridol, hydroxyzine, kétamine, lévomépromazine, méprobamate, niaprazine, prométhazine, propériciazine, scopolamine, thioridazine)	cheveux	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, extraction avec ou sans hydrolyse, avec dérivation, sans purification Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse (SM). Chromatographe Phase Liquide Haute Performance, détecteur TSQ Vantage Thermofisher	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-213	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dosage du baclofène	Plasma	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, avec ou sans hydrolyse, sans dérivation, avec purification Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse (SM). Chromatographe Phase Liquide Haute Performance, détecteur TSQ Quantum Access Max	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-154	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dosage du dabrafénib et du tramétinib	plasma	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, extraction avec ou sans hydrolyse, avec dérivation, sans purification Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse (SM). Chromatographe Phase Liquide Haute Performance, détecteur TSQ Vantage Thermofisher	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-113	

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dosage du iohexol	Plasma	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, extraction, avec ou sans hydrolyse, avec ou sans dérivation, avec ou sans purification Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par barrette de diodes: CHROMATOGRAPHE HPLC/BD	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-127	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dosage du THC-COOH libre et glucuronide	Urines	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, extraction avec ou sans hydrolyse, avec dérivation, sans purification Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse (SM). Chromatographe Phase Liquide Haute Performance, détecteur TSQ Vantage ThermoFisher	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-178	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dosage du vémurafénib	plasma	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, extraction avec ou sans hydrolyse, avec dérivation, sans purification Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse (SM). Chromatographe Phase Liquide Haute Performance, détecteur TSQ Vantage ThermoFisher	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-175	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Ténofovir	Plasma	Détermination de la concentration de médicaments (Antiviraux) Méthode quantitative Déprotéinisation CLHP avec détection par spectrométrie de masse	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-002	

BM PT04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dosage de l'éthanol	Sang total	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, extraction, avec ou sans hydrolyse, avec ou sans dérivation, avec ou sans purification Chromatographie en phase gazeuse (CPG) avec détection par FID (ionisation de flamme) : CHROMATOGRAPHE GC FID	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-001	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dosage du méthanol, de l'acétone et de l'isopropanol	Sang total	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, extraction, avec ou sans hydrolyse, avec ou sans dérivation, avec ou sans purification Chromatographie en phase gazeuse (CPG) avec détection par FID (ionisation de flamme) : CHROMATOGRAPHE GC FID	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-112	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	GHB	Cheveux et sang total	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, extraction, avec ou sans hydrolyse, avec ou sans dérivation, avec ou sans purification Chromatographie en phase gazeuse (CPG) avec détection par spectrométrie de masse (SM) CHROMATOGRAPHE CPG SM Thermofisher	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-211	

BM PT06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dosage du lithium	Plasma/sérum et erythrocyte	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, minéralisation, acidification, alcalinisation, dilution Spectrométrie d'absorption atomique Photomètre de flamme Sherwood	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-207	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Formule leucocytaire sanguine automatisée (neutrophiles, lymphocytes, monocytes, éosinophiles, basophiles)	Sang total	Cytométrie en flux couplée à une mesure en optique et en fluorescence (Sysmex XN D et XN G)	IO-HCA-VAL-MO-015	
HOPITAL AMBROISE PARE	Formule leucocytaire sanguine manuelle (neutrophiles, lymphocytes, monocytes, éosinophiles, basophiles)	Sang total	Microscopie optique	IO-HCA-VAL-MO-015	
HOPITAL AMBROISE PARE	Formule leucocytaire sanguine manuelle (neutrophiles, lymphocytes, monocytes, éosinophiles, basophiles)	Sang total	Microscope automatisé DI-60	IO-HCA-VAL-MO-015	
HOPITAL AMBROISE PARE	Numération globulaire	Sang total	Automates Sysmex XN-D et XN-G (impédancemétrie, fluorocytométrie, spectrophotométrie, Cytométrie en flux couplée à une mesure en optique et en fluorescence...).	IO-HCA-ANA-MO-024	
HOPITAL AMBROISE PARE	Réticulocytes	Sang total	cytométrie en flux couplée à une mesure en optique et en fluorescence (Sysmex XN-G)	IO-HCA-ANA-MO-040	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Formule leucocytaire sanguine automatisée (neutrophiles, lymphocytes, monocytes, éosinophiles, basophiles)	Sang total	Méthode quantitative automatisée par fluorocytométrie en flux Sysmex XNL ET XNR	IO-LRR-ANA-PRO-005 IO-LRR-ANA-MO-062	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Numération globulaire	Sang total	Automates Sysmex XN-D et XN-G (impédancemétrie, fluorocytométrie, spectrophotométrie, fluorocytométrie en flux ...).	IO-LRR-ANA-PRO-005 IO-LRR-ANA-MO-062	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Réticulocytes	Sang total	Méthode quantitative automatisée par fluorocytométrie en flux Sysmex XNL	IO-LRR-ANA-PRO-005 IO-LRR-ANA-MO-062	

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Coloration de Perls	Moelle osseuse	Microscopie optique après coloration	IO-HCA-ANA-MO-047	
HOPITAL AMBROISE PARE	Myélogramme	Moelle osseuse	Microscopie optique après coloration	IO-HCA-ANA-MO-087	

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Immunophénotypage des lymphocytes T,B, et NK	Sang total	Cytométrie en flux sur FACS Lyric 66455 et 66457	IO-HCA-ANA-MO-091	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Facteur II	Plasma	Méthode automatisée (Automate ACL TOP 550 WERFEN) Mesure optique	IO-LRR-ANA-MO-051	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Facteur II	Plasma	Méthode automatisée (Automate ACL TOP 350 WERFEN) Mesure optique	IO-LRR-ANA-MO-051	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Facteur V	Plasma	Méthode automatisée (Automate ACL TOP 550 WERFEN) Mesure optique	IO-LRR-ANA-MO-051	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Facteur V	Plasma	Méthode automatisée (Automate ACL TOP 350 WERFEN) Mesure optique	IO-LRR-ANA-MO-051	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Facteur VII	Plasma	Méthode automatisée (Automate ACL TOP 550 WERFEN) Mesure optique	IO-LRR-ANA-MO-051	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Facteur VII	Plasma	Méthode automatisée (Automate ACL TOP 350 WERFEN) Mesure optique	IO-LRR-ANA-MO-051	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Facteur X	Plasma	Méthode automatisée (Automate ACL TOP 550 WERFEN) Mesure optique	IO-LRR-ANA-MO-051	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Facteur X	Plasma	Méthode automatisée (Automate ACL TOP 350 WERFEN) Mesure optique	IO-LRR-ANA-MO-051	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	TCA	Plasma	Méthode automatisée (Automate ACL TOP 550 WERFEN) Mesure optique	IO-LRR-ANA-MO-051	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	TCA	Plasma	Méthode automatisée (Automate ACL TOP 350 WERFEN) Mesure optique	IO-LRR-ANA-MO-051	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	TCK	Plasma	Méthode automatisée (Automate ACL TOP 550 WERFEN) Mesure optique	Méthode adaptée/développée IO-LRR-ANA-MO-051	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	TCK	Plasma	Méthode automatisée (Automate ACL TOP 350 WERFEN) Mesure optique	Méthode adaptée/développée IO-LRR-ANA-MO-051	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	TP	Plasma	Méthode automatisée (Automate ACL TOP 550 WERFEN) Mesure optique	IO-LRR-ANA-MO-051	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	TP	Plasma	Méthode automatisée (Automate ACL TOP 350 WERFEN) Mesure optique	IO-LRR-ANA-MO-051	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Antithrombine	Plasma	Méthode quantitative automatisée (automate ACL TOP 750 LAS 1 WERFEN) : mesure chromogénique	Méthode adaptée/développée IO-HCA-ANA-MO-100 IO-HCA-ANA-MO-028	
HOPITAL AMBROISE PARE	Antithrombine	Plasma	Méthode quantitative automatisée (automate ACL TOP 750 LAS 2 WERFEN) : mesure chromogénique	Méthode adaptée/développée IO-HCA-ANA-MO-100 IO-HCA-ANA-MO-028	
HOPITAL AMBROISE PARE	D-dimères	Plasma	Méthode de type quantitatif immunoturbidimétrique Automate ACL TOP LAS 2 WERFEN	IO-HCA-VAL-MO-042	
HOPITAL AMBROISE PARE	D-dimères	Plasma	Méthode de type quantitatif immunoturbidimétrique Automate ACL TOP LAS 1 WERFEN	IO-HCA-VAL-MO-042	
HOPITAL AMBROISE PARE	Facteur V	Plasma	Méthode quantitative automatisée (automate ACL TOP 750 LAS 1 WERFEN) : mesure chronométrique par détection optique du caillot	IO-HCA-VAL-MO-048	
HOPITAL AMBROISE PARE	Facteur V	Plasma	Méthode quantitative automatisée (automate ACL TOP 750 LAS 2 WERFEN) : mesure chronométrique par détection optique du caillot	IO-HCA-VAL-MO-048	
HOPITAL AMBROISE PARE	Facteur VIII	Plasma	Méthode quantitative automatisée (automate ACL TOP 750 LAS 1 WERFEN) : mesure chronométrique par détection optique du caillot	IO-HCA-VAL-MO-048 IO-HCA-ANA-MO-027	
HOPITAL AMBROISE PARE	Facteur VIII	Plasma	Méthode quantitative automatisée (automate ACL TOP 750 LAS 2 WERFEN) : mesure chronométrique par détection optique du caillot	IO-HCA-VAL-MO-048 IO-HCA-ANA-MO-027	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Fibrinogène activité	Plasma	Méthode quantitative automatisée (automate ACL TOP 750 LAS 2 WERFEN) : mesure chronométrique par détection optique du caillot	Méthode adaptée/développée IO-HCA-ANA-MO-004	
HOPITAL AMBROISE PARE	Fibrinogène activité	Plasma	Méthode quantitative automatisée (automate ACL TOP 750 LAS 1 WERFEN) : mesure chronométrique par détection optique du caillot	Méthode adaptée/développée IO-HCA-ANA-MO-004	
HOPITAL AMBROISE PARE	INR	Plasma	Méthode quantitative automatisée (automate ACL TOP 750 LAS 2 WERFEN) : mesure chronométrique par détection optique du caillot	IO-HCA-ANA-MO-008	
HOPITAL AMBROISE PARE	INR	Plasma	Méthode quantitative automatisée (automate ACL TOP 750 LAS 1 WERFEN) : mesure chronométrique par détection optique du caillot	IO-HCA-ANA-MO-008	
HOPITAL AMBROISE PARE	TCA	Plasma	Méthode quantitative automatisée (automate ACL TOP 750 LAS 2 WERFEN) : mesure chronométrique par détection optique du caillot	IO-HCA-ANA-MO-013	
HOPITAL AMBROISE PARE	TCA	Plasma	Méthode quantitative automatisée (automate ACL TOP 750 LAS 1 WERFEN) : mesure chronométrique par détection optique du caillot	IO-HCA-ANA-MO-013	
HOPITAL AMBROISE PARE	TCK	Plasma	Méthode quantitative automatisée (automate ACL TOP 750 LAS 2 WERFEN) : mesure chronométrique par détection optique du caillot	Méthode adaptée/développée IO-HCA-ANA-MO-001	
HOPITAL AMBROISE PARE	TCK	Plasma	Méthode quantitative automatisée (automate ACL TOP 750 LAS 1 WERFEN) : mesure chronométrique par détection optique du caillot	Méthode adaptée/développée IO-HCA-ANA-MO-001	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	TP	Plasma	Méthode quantitative automatisée (automate ACL TOP 750 LAS 2 WERFEN) : mesure chronométrique par détection optique du caillot	IO-HCA-ANA-MO-008	
HOPITAL AMBROISE PARE	TP	Plasma	Méthode quantitative automatisée (automate ACL TOP 750 LAS 1 WERFEN) : mesure chronométrique par détection optique du caillot	IO-HCA-ANA-MO-008	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Activité anti-Xa HBPM	Plasma	Méthode quantitative automatisée (automate ACL TOP 750 LAS 2 WERFEN) : mesure chromogénique	IO-HCA-ANA-MO-022 IO-HCA-VAL-MO-035	
HOPITAL AMBROISE PARE	Activité anti-Xa HBPM	Plasma	Méthode quantitative automatisée (automate ACL TOP 750 LAS 1 WERFEN) : mesure chromogénique	IO-HCA-ANA-MO-022 IO-HCA-VAL-MO-035	
HOPITAL AMBROISE PARE	Activité anti-Xa HNF	Plasma	Méthode de type quantitatif chromogénique Automate ACL TOP LAS 2 WERFEN	IO-HCA-ANA-MO-022 IO-HCA-VAL-MO-041	
HOPITAL AMBROISE PARE	Activité anti-Xa HNF	Plasma	Méthode de type quantitatif chromogénique Automate ACL TOP LAS 1 WERFEN	IO-HCA-ANA-MO-022 IO-HCA-VAL-MO-041	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	AntiXa HBPM	Plasma	Méthode quantitative automatisée par Optique ACL TOP 550	IO-LRR-ANA-MO-051	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	AntiXa HBPM	Plasma	Méthode quantitative automatisée par Optique ACL TOP 350	IO-LRR-ANA-MO-051	

BM CB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Temps d'occlusion plaquettaire	Sang total	Méthode quantitative automatisée: obturation d'une mem- brane de collagène par le clou plaquettaire en présence d'agoniste plaquettaire (ADP ou épinéphrine) dans des conditions de flux standardisé. PFA 200	IO-LRR-ANA-MO-009	

BM CB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Facteur Willebrand activité	Plasma	Méthode de type quantitatif immunoturbidimétrique Automate ACL TOP 750 LAS 1 WERFEN	IO-HCA-VAL-MO-043	
HOPITAL AMBROISE PARE	Facteur Willebrand activité	Plasma	Méthode de type quantitatif immunoturbidimétrique Automate ACL TOP 750 LAS 2 WERFEN	IO-HCA-VAL-MO-043	
HOPITAL AMBROISE PARE	Facteur Willebrand antigène	Plasma	Méthode de type quantitatif immunoturbidimétrique Automate ACL TOP 750 LAS 1 WERFEN	Méthode adaptée/développée IO-HCA-ANA-MO-032	
HOPITAL AMBROISE PARE	Facteur Willebrand antigène	Plasma	Méthode de type quantitatif immunoturbidimétrique Automate ACL TOP 750 LAS 2 WERFEN	Méthode adaptée/développée IO-HCA-ANA-MO-032	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Antigènes érythrocytaires (phénotype étendu, élargi)	Sang total	Hémagglutination en technique gel filtration automatisée IH-500	IO-DSA-ANA-MO-010	
HOPITAL AMBROISE PARE	Groupe ABO-D Phéno RH-K	Sang total	Méthode manuelle microfiltration carte gel réactif monoclonal Hémagglutination directe - détection gel filtration	IO-DSA-ANA-DI-002 IO-DSA-ANA-DI-006	
HOPITAL AMBROISE PARE	Groupe ABO-D Phéno RH-K	Sang total	Méthode manuelle liquide réactifs monoclonaux sur plaque nacryl - Hémagglutination directe	IO-DSA-ANA-DI-002 O-DSA-ANA-DI-006	
HOPITAL AMBROISE PARE	Groupe ABO-D Phéno RH-K	Sang total	Méthode automatisée IH-1000 New BIORAD : hémagglutination directe - détection gel filtration	IO-DSA-ANA-MO-008	
HOPITAL AMBROISE PARE	Groupe ABO-D Phéno RH-K	Sang total	Méthode automatisée IH-500 BIORAD : hémagglutination directe - détection gel filtration	IO-DSA-ANA-MO-008	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Groupe ABO-D Phéno RH-K	Sang total	Méthode Automatisée IH500 Cartes Gel (BIORAD)	IO-LRR-VAL-MO-201	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Groupe ABO-D Phéno RH-K	Sang total	Méthode manuelle Cartes Gel (BIORAD)	IO-LRR-ANA-MO-229	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Groupe ABO-D Phéno RH-K	Sang total	Méthode manuelle Agglutination plaque AC Monoclonaux (Institut Jacques Boy)	IO-LRR-ANA-MO-229	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Dépistage RAI	Sang total	Technique automatisée en gel filtration sur IH-500	IO-DSA-ANA-DX-001 IO-DSA-ANA-DX-005 IO-DSA-ANA-DX-008	
HOPITAL AMBROISE PARE	Dépistage RAI	Sang total	Technique automatisée en gel filtration sur IH1000 New	IO-DSA-ANA-DX-001 IO-DSA-ANA-DX-005 IO-DSA-ANA-DX-008	
HOPITAL AMBROISE PARE	Dépistage RAI	Sang total	Technique manuelle sur gel filtration	IO-DSA-ANA-DI-001	
HOPITAL AMBROISE PARE	Identification RAI	Sang total	Technique automatisée en gel filtration sur IH-500	IO-DSA-ANA-DX-005 IO-DSA-ANA-DX-013	
HOPITAL AMBROISE PARE	Identification RAI	Sang total	Technique manuelle sur gel filtration	IO-DSA-ANA-DI-001	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dépistage RAI	Sang total	Méthode Automatisée IH500 Cartes Gel (BIORAD)	IO-LRR-VAL-MO-003	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dépistage RAI	Sang total	Méthode manuelle Cartes Gel (BIORAD)	IO-LRR-VAL-MO-003	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Epreuve de compatibilité	Sang total	Méthode manuelle Cartes Gel (BIORAD)	IO-LRR-VAL-MO-202	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Identification RAI	Sang total	Méthode manuelle Cartes Gel (BIORAD)	IO-LRR-VAL-MO-203	

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	TDA (Coombs direct)	Sang total	Hémagglutination en technique gel filtration automatisée IH-500	IO-DSA-ANA-MO-001 IO-DSA-ANA-DX-005 IO-DSA-ANA-DX-008	
HOPITAL AMBROISE PARE	TDA (Coombs direct)	Sang total	Hémagglutination en technique gel filtration automatisée IH-1000 New	IO-DSA-ANA-MO-008 IO-DSA-ANA-DX-001 IO-DSA-ANA-DX-005	
HOPITAL AMBROISE PARE	TDA (Coombs direct)	Sang total	Hémagglutination en technique gel filtration manuelle	IO-DSA-ANA-DI-018	

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Examen Direct à l'Antiglobuline (EDA - TDA - Coombs direct)	Sang total	Méthode Automatisée IH500 Cartes Gel (BIORAD)	IO-LRR-ANA-MO-225	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Examen Direct à l'Antiglobuline (EDA - TDA - Coombs direct)	Sang total	Méthode manuelle Cartes Gel (BIORAD)	IO-LRR-ANA-MO-230	

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Anticorps Anti-DNA	Sérum	Méthode automatisée sur l'Elispeed DUO3 Technique d'ELISA	IO-HCA-ANA-MO-038	Changement automate fin février 2026
HOPITAL AMBROISE PARE	DOT ECT	Sérum	EIA sur Euroblot	O-HCA-ANA-MO-095	Ajout mars 2026

BM IC06 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPAGE HLA)

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Quantiféron	Plasma	Méthode quantitative par technique ELISA Automate Elispeed Duo 3 EUROIMMUN	IO-HCA-ANA-MO-003	Changement automate fin février 2026 : Elispeed Duo 1 => Elispeed Duo 3
HOPITAL AMBROISE PARE	Quantiféron	Plasma	Méthode quantitative par technique ELISA Automate Elispeed Duo 1 EUROIMMUN	IO-HCA-ANA-MO-003	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Hépatite B (VHB) : Sérologie	sérum ou plasma	LIAISON XL - AUTOMATE IMMUNO ANALYSE / LIAISON® XL Murex Anti-HBs / LIAISON® XL Murex HBsAg Quant / LIAISON® Anti-HBc	Manuel d'utilisation (IO-MCA-ANA-DX-044), guide rapide du LIAISON XL (IO-MCA- ANA-DX-059), recherche d'un document dans le LIAISON XL (IO-MCA- GMR-MO-009)	
HOPITAL AMBROISE PARE	Hépatite C (VHC): Sérologie de dépistage	sérum ou plasma	LIAISON XL - AUTOMATE IMMUNO ANALYSE / LIAISON® XL HCV Ab	Manuel d'utilisation (IO-MCA-ANA-DX-044), guide rapide du LIAISON XL (IO-MCA- ANA-DX-059), recherche d'un document dans le LIAISON XL (IO-MCA- GMR-MO-009)	
HOPITAL AMBROISE PARE	Syphilis : Sérologie de dépistage	sérum ou plasma	Test tréponémique (TT) : Recherche des anticorps totaux / Méthode qualitative automatisée d'immunoanalyse en chimiluminescence (CLIA) / Automate LIAISON XL / Test LIAISON® Treponema Screen Diasorin	Manuel d'utilisation (IO-MCA-ANA-DX-044), guide rapide du LIAISON XL (IO-MCA- ANA-DX-059), recherche d'un document dans le LIAISON XL (IO-MCA- GMR-MO-009)	
HOPITAL AMBROISE PARE	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)	sérum ou plasma	New LAV Blot I BioRad : Western-Blot	IO-MCA-ANA-MO-113	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) : Sérologie	sérum ou plasma	LIAISON XL - AUTOMATE IMMUNO ANALYSE / LIAISON® XL Murex HIV Ab / Ag HT	Manuel d'utilisation (IO-MCA-ANA-DX-044), guide rapide du LIAISON XL (IO-MCA- ANA-DX-059), recherche d'un document dans le LIAISON XL (IO-MCA- GMR-MO-009)	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche d'antigène soluble de Legionella pneumophila séro groupe 1	Urine	Technique immunochromatographique rapide	IO-MCA-ANA-MO-099	Changement de méthode avec mise en place lecteur automatisé
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche d'antigène soluble de Streptococcus pneumoniae	Urine, LCR	Technique immunochromatographique rapide	IO-MCA-ANA-MO-100	Changement de méthode avec mise en place lecteur automatisé

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Recherche d'antigène soluble de Legionella pneumophila séro groupe 1	Urine	Technique immunochromatographique rapide avec lecture visuelle	IO-MCA-ANA-MO-099	Méthode manuelle conservée
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Recherche d'antigène soluble de Streptococcus pneumoniae	Urine, LCR	Technique immunochromatographique rapide avec lecture visuelle	IO-MCA-ANA-MO-100	Méthode manuelle conservée

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche directe de Chlamydia trachomatis et de Neisseria gonorrhoeae par amplification génique	Prélèvements génitaux, urines, prélèvements anaux et pharyngés, tous types d'échantillons	Détection qualitative directe et différenciation de l'ARN de Chlamydia trachomatis (CT) et de l'ADN de Neisseria gonorrhoeae (NG) / RT-PCR avec détection par fluorescence homogène en temps réel / Système automatisé Alinity m / Test Alinity m STI Abbott	Notice technique fournisseur disponible en ligne	
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche et identification d'acides nucléiques - infections de la peau et des tissus mous - Type d'agents : bactéries	Liquides de ponction / Prélèvements per- opératoires	Méthode qualitative automatisée de détection d'acides nucléiques / Système GeneXpert® Dx Cepheid ® / technique de PCR en temps réel	Manuel d'utilisation Système GeneXpert® Dx Cepheid ® : IO- MCA-ANA-DX-002 Test Xpert MRSA/SA SSTI IO-MCA-ANA-DX-128	
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche et identification d'acides nucléiques - infections respiratoires - Type d'agents : bactéries	Prélèvements des voies respiratoires hautes	Méthode automatisée : FilmArray Torch - Biomérieux - PCR multiplex	Manuel d'utilisation Biofire FilmArray Torch : IO-MCA-GMR-DX-150	Nature du prélèvement
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche et identification d'acides nucléiques - infections respiratoires - Type d'agents : virus	Prélèvements des voies respiratoires hautes	Méthode automatisée : FilmArray Torch - Biomérieux - PCR multiplex	Manuel d'utilisation Biofire FilmArray Torch : IO-MCA-GMR-DX-150	Nature du prélèvement

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Recherche des ARN des virus respiratoires - SARS CoV-2 _grippe A et B _VRS	Prélèvement nasopharyngé	Méthode qualitative d'amplification génique automatisée Système GeneXpert® Dx Cepheid ® PCR en temps réel	IO-MCA-ANA-DX-002 IO-MCA-ANA-DX-188 IO-MCR-ANA-MO-346	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Recherche d'acides nucléiques Type d'agents : bactéries,virus	Prélèvement nasopharyngé	Méthode qualitative d'amplification génique, automatisée FilmArray Torch - Biomérieux PCR syndromique	IO-MCA-GMR-DX-150 IO-MCA-ANA-DX-157 IO-MCR-ANA-MO-349	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Recherche simultanée de l'ARN du SARS CoV-2	Prélèvement nasopharyngé	Méthode qualitative d'amplification génique automatisée Système GeneXpert® Dx Cepheid ® PCR en temps réel	IO-MCA-ANA-DX-002 IO-MCA-ANA-DX-178 IO-MCR-ANA-MO-508	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	ECBU (Examen cytot bactériologique des urines)	Urine	Cytologie manuelle ou sur automate et examen direct microbiologique	Méthode reconnue selon REMIC (A) IO-MCA-ANA-MO-002 IO-MCA-GMR-DX-198 IO-MCA-ANA-DX-113 IO-MCA-GMR-DX-100 IO-MCA-ANA-DX-194	
HOPITAL AMBROISE PARE	Examen microbiologique d'un liquide de ponction	LCS, Liquides de ponction	Cytologie manuelle et examen direct microbiologique	Méthode reconnue selon REMIC (A) IO-MCA-ANA-MO-013 IO-MCA-ANA-MO-055 IO-MCA-ANA-DX-113 IO-MCA-GMR-DX-100 IO-MCA-ANA-DX-194	Automatisation de l'ensemencement
HOPITAL AMBROISE PARE	Examen microbiologique d'un prélèvement per-opératoire (Chir. Ortho. & Chir. Vasc.)	prélèvement per-opératoire (Chir. Ortho. & Chir. Vasc.)	Cytologie manuelle et examen direct microbiologique	Méthode reconnue selon REMIC (A) IO-MCA-ANA-MO-076 IO-MCA-ANA-DX-113 IO-MCA-GMR-DX-100 IO-MCA-ANA-DX-194	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	ECBU (Examen cyto bactériologique des urines)	Urine	Cytologie manuelle et examen direct microbiologique	Méthode reconnue selon REMIC (A) IO-MCA-ANA-MO-002 IO-MCA-GMR-DX-099 IO-MCA-ANA-DX-113 IO-MCA-GMR-DX-100 IO-MCA-ANA-DX-194	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Examen microbiologique d'un liquide de ponction	LCS, Liquides de ponction	Cytologie manuelle et examen direct microbiologique	Méthode reconnue selon REMIC (A) IO-MCA-ANA-MO-013 IO-MCA-ANA-MO-055 IO-MCA-ANA-DX-113 IO-MCA-GMR-DX-100 IO-MCA-ANA-DX-194	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche de germes bactériens et/ou fongiques	Sang total, Liquides de ponction / Prélèvements per-opératoires	Culture en flacons de milieu liquide / automate BD Bactec FX	Méthode reconnue selon REMIC (A) IO-MCA-ANA-MO-086 IO-MCA-ANA-MO-013 IO-MCA-ANA-MO-076	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Recherche de germes bactériens et/ou fongiques	Sang total, Liquides de ponction / Prélèvements per-opératoires	Culture en flacons de milieu liquide / automate BD Bactec FX	Méthode reconnue selon REMIC (A) IO-MCA-NA-MO-086 IO-MCA-ANA-MO-013 IO-MCA-ANA-MO-076	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Cultures bactériennes	Détermination phénotypique, après culture – Spectrométrie de masse (MBT SIRIUS)	Méthode reconnue selon REMIC (A) IO-MCA-ANA-MO-002 IO-MCA-ANA-MO-013 IO-MCA-ANA-MO-076 IO-MCA-ANA-MO-086 IO-MCA-ANA-PRO-005 IO-MCA-ANA-DX-088	Automatisation de l'ensemencement
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche et identification de bactéries multirésistantes	Matières fécales, flore de la peau et muqueuses obtenues par écouvillonnage	Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture	Méthode reconnue selon REMIC (A), IO-MCA-ANA-MO-110 IO-MCA-ANA-MO-111 IO-MCA-ANA-MO-112	Automatisation de l'ensemencement
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche et identification de microorganismes par examen morphologique direct	Urines	Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture, examen microscopique après coloration de Gram	Méthode reconnue selon REMIC (A) IO-MCA-ANA-MO-002 IO-MCA-ANA-MO-013 IO-MCA-ANA-MO-076 IO-MCA-ANA-MO-086	Automatisation de l'ensemencement
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche et identification de microorganismes par examen morphologique direct	Liquides de ponction, Prélèvements per-opératoires, flacons d'hémocultures positifs	Mise en culture manuelle, incubation, lecture, examen microscopique après coloration de Gram	Méthode reconnue selon REMIC (A) IO-MCA-ANA-MO-013 IO-MCA-ANA-MO-076 IO-MCA-ANA-MO-086 IO-MCA-ANA-DX-113	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Examen microbiologique d'un prélèvement per-opératoire (Chir. Ortho. & Chir. Vasc.)	prélèvement per- opératoire (Chir. Ortho. & Chir. Vasc.)	Cytologie manuelle et examen direct microbiologique	Méthode reconnue selon REMIC (A) IO-MCA-ANA-MO-076 IO-MCA-ANA-DX-113 IO-MCA-GMR-DX-100 IO-MCA-ANA-DX-194	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Cultures bactériennes	Détermination phénotypique, après culture – Spectrométrie de masse	Méthode reconnue selon REMIC (A) IO-MCA-ANA-MO-002 IO-MCA-ANA-MO-013 IO-MCA-ANA-MO-076 IO-MCA-ANA-MO-086 IO-MCA-ANA-PRO-005 IO-MCA-ANA-DX-088	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Recherche et identification de bactéries multirésistantes	Matières fécales, flore de la peau et muqueuses obtenues par écouvillonnage	Mise en culture manuelle, incubation, lecture	Méthode reconnue selon REMIC (A), IO-MCA-ANA-MO-110 IO-MCA-ANA-MO-111 IO-MCA-ANA-MO-112	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Recherche et identification de bactéries multirésistantes	Matières fécales, flore de la peau et muqueuses obtenues par écouvillonnage	Culture sur milieux spécifiques	Méthode reconnue selon REMIC (A) IO-MCA-ANA-MO-110 IO-MCA-ANA-MO-111 IO-MCA-ANA-MO-112	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Recherche et identification de microorganismes par examen morphologique direct	Urines, Liquides de ponction, Prélèvements per-opératoires, flacons d'hémocultures positifs	Mise en culture manuelle, incubation, lecture, examen microscopique après coloration de Gram	Méthode reconnue selon REMIC (A) IO-MCA-ANA-MO-002 IO-MCA-ANA-MO-013 IO-MCA-ANA-MO-076 IO-MCA-ANA-MO-086 IO-MCA-ANA-DX-113	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Antibiogramme / Etude qualitative et quantitative de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne	Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé, Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotique(s) après incubation	Méthode reconnue selon REMIC et CASFM EUCAST IO-MCA-ANA-DX-125	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Antibiogramme / Etude qualitative et quantitative de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne	Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé, Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotique(s) après incubation	Méthode reconnue selon REMIC et CASFM EUCAST IO-MCA-ANA-DX-125	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche de paludisme	Sang total	Amplification moléculaire de l'ADN parasitaire IllumiPro-10	IO-HCA-ANA-MO-035	
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche de paludisme	Sang total	Examen morphologique microscopique direct sur frottis après coloration Etaleur/colorateur Sysmex SP-10	IO-HCA-ANA-MO-035	
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche de paludisme	Sang total	Détermination phénotypique : Immunochromatographie (recherche d'antigènes)	IO-HCA-ANA-MO-035	

BM BA02 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / BACTÉRIOLOGIE SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche directe de Chlamydia trachomatis et de Neisseria gonorrhoeae par amplification génique	Prélèvements génitaux, urines, prélèvements anaux et pharyngés, tous types d'échantillons	Détection qualitative directe et différenciation de l'ARN de Chlamydia trachomatis (CT) et de l'ADN de Neisseria gonorrhoeae (NG) / RT-PCR avec détection par fluorescence homogène en temps réel / Système automatisé Alinity m / Test Alinity m STI Abbott	Notice technique fournisseur disponible en ligne	

BM VB01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / VIROLOGIE SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	HEPATITE B (VHB) : Charge Virale	Sérum ou plama	ALINITY M - Alinity m HBV est un test in vitro par PCR destiné à être utilisé sur le système automatisé Alinity m pour la détermination quantitative de l'ADN du virus de l'hépatite B (VHB) - ABBOTT FRANCE / Alinity m HBV AMP Kit	Notice technique fournisseur disponible en ligne	
HOPITAL AMBROISE PARE	HEPATITE C (VHC) : Charge Virale	Plasma	ALINITY M - Alinity m HCV est un test in vitro par RT-PCR destiné à être utilisé sur le système automatisé Alinity m pour la détection et la détermination quantitative de l'ARN du virus de l'hépatite C (VHC) - ABBOTT FRANCE / Abbott Alinity m HCV AMP Kit	Notice technique fournisseur disponible en ligne	
HOPITAL AMBROISE PARE	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) : Charge Virale	Plasma	ALINITY M - Alinity m HIV-1 est un test in vitro par RT-PCR destiné à être utilisé sur le système automatisé Alinity m pour la détection et la détermination quantitative de l'ARN du virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) - ABBOTT FRANCE / Alinity m HIV-1 AMP Kit	Notice technique fournisseur disponible en ligne	

BM GC03 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche de CNV (gène LDLR) Diagnostic de l'hypercholestérolémie familiale	Sang	Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA)	IO-BCA-ANA-MO-221	Accréditation prononcée le 01/08/2026

BM GC04 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Caractérisation d'anomalies moléculaires avec génotypage	Sang total	Séquençage selon la méthode Sanger	Méthode adaptée/développée IO-BCA-ANA-MO-217	
HOPITAL AMBROISE PARE	Dépistage mutations Leiden F5 & G20210A F2	Sang total	PCR-Digestion-Migration	Méthode adaptée/développée IO-BCA-ANA-MO-135	
HOPITAL AMBROISE PARE	Dépistage simultané des mutations H63D et C282Y du gène HFE	Sang total	PCR-Digestion-Migration	Méthode adaptée/développée IO-BCA-ANA-MO-230	

BM GC07 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Panel Coagulation et fibrinolyse	Sang total	Extraction manuelle avec le Kit Flexigen Mesure de la densité optique (DO 260 et 280nm) sur spectrophotomètre de type Multiskan GO Séquençage Haut Débit	Méthode adaptée/développée IO-BCA-ANA-MO-207	
HOPITAL AMBROISE PARE	Panel Maladies du tissu conjonctif	Sang total	Extraction manuelle avec le Kit Flexigen Mesure de la densité optique (DO 260 et 280nm) sur spectrophotomètre de type Multiskan GO Séquençage Haut Débit	Méthode adaptée/développée IO-BCA-ANA-MO-207	

ML TO04 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dosage de l'éthanol	Sang total	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, extraction, avec ou sans hydrolyse, avec ou sans dérivation, avec ou sans purification Chromatographie en phase gazeuse (CPG) avec détection par FID (ionisation de flamme) CHROMATOGRAPHE GC FID	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-001	
HOPITAL RAYMOND POINCARE	Dosage du méthanol, de l'acétone et de l'isopropanol	Sang total	Méthode de type quantitatif Déprotéinisation, extraction, avec ou sans hydrolyse, avec ou sans dérivation, avec ou sans purification Chromatographie en phase gazeuse (CPG) avec détection par FID (ionisation de flamme) : CHROMATOGRAPHE GC FID	Méthode adaptée/développée IO-TCO-ANA-MO-112	

AC GS01 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche d'amlification du gène MDM2 par FISH	Bloc tissus fixés ou tissus congelés	Méthode manuelle Etapes techniques : Hybridation des sondes spécifiques marquées par des fluorophores Résultats qualitatifs	Méthode adaptée/développée IO-ACA-ANA-MO-013	
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche de mutation du gène BRAF	Blocs tissus fixés ou tissus congelé, lames Acides nucléiques : ADN	Méthode manuelle Etapes techniques : Extraction ADN / PCR ADN / dPCR QIACUITY ONE Résultats qualitatifs	Méthode adaptée/développée IO-ACA-ANA-MO-001 IO-ACA-ANA-MO-003 IO-ACA-ANA-MO-006 IO-ACA-PRE-MO-001 IO-ACA-PRE-MO-004	Nouvel automate QIACUITY ONE en septembre 2021
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche de mutation du gène BRAF	Blocs tissus fixés ou tissus congelé, lames Acides nucléiques : ADN	Méthode manuelle Etapes techniques : Extraction ADN / PCR ADN / dPCR QIACUITY FOUR Résultats qualitatifs	Méthode adaptée/développée IO-ACA-ANA-MO-001 IO-ACA-ANA-MO-003 IO-ACA-ANA-MO-006 IO-ACA-PRE-MO-001 IO-ACA-PRE-MO-004	Ajout d'un deuxième automate QIACUITY FOUR en juillet 2025
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche de mutation du gène BRAF	Plasma	Méthode manuelle Etapes techniques : Extraction ADN / PCR ADN / dPCR QIACUITY ONE Résultats quantitatifs	Méthode adaptée/développée IO-ACA-ANA-MO-001 IO-ACA-ANA-MO-003 IO-ACA-ANA-MO-006 IO-ACA-PRE-MO-001 IO-ACA-PRE-MO-004	Nouvel automate QIACUITY ONE en septembre 2021
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche de mutation du gène BRAF	Plasma	Méthode manuelle Etapes techniques : Extraction ADN / PCR ADN / dPCR QIACUITY FOUR Résultats qualitatifs	Méthode adaptée/développée IO-ACA-ANA-MO-001 IO-ACA-ANA-MO-003 IO-ACA-ANA-MO-006 IO-ACA-PRE-MO-001 IO-ACA-PRE-MO-004	Ajout d'un deuxième automate QIACUITY FOUR en juillet 2025

AC GS01 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche des mutations somatiques dans l'exon 9 de KIT	Bloc tissus fixés ou tissus congelés, lames Acides nucléiques : ADN	Méthode manuelle Etapes techniques : Extraction ADN / PCR ADN / LAPP Résultats qualitatifs	Méthode adaptée/développée IO ACA PRE MO 001 IO ACA ANA MO 001 IO ACA ANA MO 003 IO ACA ANA MO 005 IO-ACA-PRE-MO-004	
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche des mutations somatiques dans l'exon 11 de KIT	Bloc tissus fixés ou tissus congelés, lames Acides nucléiques : ADN	Méthode manuelle Etapes techniques : Extraction ADN / PCR ADN / Séquençage Sanger Résultats qualitatifs	Méthode adaptée/développée IO ACA PRE MO 001 IO ACA ANA MO 001 IO ACA ANA MO 003 IO ACA ANA MO 004 IO-ACA-PRE-MO-004	
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche des mutations somatiques dans l'exon 11 de KIT	Bloc tissus fixés ou tissus congelés, lames Acides nucléiques : ADN	Méthode manuelle Etapes techniques : Extraction ADN / PCR ADN / LAPP Résultats qualitatifs	Méthode adaptée/développée IO ACA PRE MO 001 IO ACA ANA MO 001 IO ACA ANA MO 003 IO ACA ANA MO 005 IO-ACA-PRE-MO-004	
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche des mutations somatiques dans l'exon 18 de PDGFRA	Bloc tissus fixés ou tissus congelés, lames Acides nucléiques : ADN	Méthode manuelle Etapes techniques : Extraction ADN / PCR ADN / LAPP Résultats qualitatifs	Méthode adaptée/développée IO ACA PRE MO 001 IO ACA ANA MO 001 IO ACA ANA MO 003 IO ACA ANA MO 005 IO-ACA-PRE-MO-004	
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche des mutations somatiques dans l'exon 18 de PDGFRA	Bloc tissus fixés ou tissus congelés, lames Acides nucléiques : ADN	Méthode manuelle Etapes techniques : Extraction ADN / PCR ADN / Séquençage Sanger Résultats qualitatifs	Méthode adaptée/développée IO ACA PRE MO 001 IO ACA ANA MO 003 IO ACA ANA MO 001 IO ACA ANA MO 004 IO-ACA-PRE-MO-004	

AC GS01 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche des mutations somatiques de BRAF par Taqman	Bloc tissus fixés ou tissus congelés, lames Acides nucléiques : ADN	Méthode manuelle Etapes techniques : Extraction ADN / PCR ADN / Taqman Résultats qualitatifs	Méthode adaptée/développée IO ACA PRE MO 001 IO ACA ANA MO 002 IO ACA ANA MO 003 IO-ACA-PRE-MO-004	
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche des mutations somatiques de KRAS par test Idylla	Bloc tissus fixés ou tissus congelés, lames Acides nucléiques : ADN	Méthode manuelle Etapes techniques : Extraction ADN (facultatif) test Idylla Résultats qualitatifs	Méthode adaptée/développée IO ACA PRE MO 001 IO ACA ANA MO 003 IO ACA ANA MO 015 IO-ACA-PRE-MO-004	
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche de translocation (17;22) par FISH	Bloc tissus fixés ou tissus congelés	Méthode manuelle Etapes techniques : Hybridation des sondes spécifiques marquées par des fluorophores Résultats qualitatifs	Méthode adaptée/développée IO-ACA-ANA-MO-013	

AC GS02 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche des mutations somatiques dans les oncogènes par une méthode de séquençage haut débit (NGS) avec un panel de custom - carcinome colorectale	Bloc tissus fixés ou tissus congelés, lames Acides nucléiques : ADN	Méthode manuelle Etapes techniques : Extraction ADN (facultatif) NGS Résultats qualitatifs	Méthode adaptée/développée IO ACA PRE MO 001 IO-ACA-ANA-MO-018 IO-ACA-PRE-MO-004	Accréditation prononcée le 01/08/2026
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche des mutations somatiques dans les oncogènes par une méthode de séquençage haut débit (NGS) avec un panel de custom - GIST	Bloc tissus fixés ou tissus congelés, lames Acides nucléiques : ADN	Méthode manuelle Etapes techniques : Extraction ADN (facultatif) NGS Résultats qualitatifs	Méthode adaptée/développée IO ACA PRE MO 001 IO-ACA-ANA-MO-018 IO-ACA-PRE-MO-004	Accréditation prononcée le 01/08/2026
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche des mutations somatiques dans les oncogènes par une méthode de séquençage haut débit (NGS) avec un panel de custom - Histiocytose	Bloc tissus fixés ou tissus congelés, lames Acides nucléiques : ADN	Méthode manuelle Etapes techniques : Extraction ADN (facultatif) NGS Résultats qualitatifs	Méthode adaptée/développée IO ACA PRE MO 001 IO-ACA-ANA-MO-018 IO-ACA-PRE-MO-004	Accréditation prononcée le 01/08/2026
HOPITAL AMBROISE PARE	Recherche des mutations somatiques dans les oncogènes par une méthode de séquençage haut débit (NGS) avec un panel de custom - mélanome	Bloc tissus fixés ou tissus congelés, lames Acides nucléiques : ADN	Méthode manuelle Etapes techniques : Extraction ADN (facultatif) NGS Résultats qualitatifs	Méthode adaptée/développée IO ACA PRE MO 001 IO-ACA-ANA-MO-018 IO-ACA-PRE-MO-004	Accréditation prononcée le 01/08/2026