Portée détaillée v.4 de l'attestation N° 8-3496

Detailed scope v.4 of the attestation N° 8-3496
Date de publication / Publish date: 18/03/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL COMPIEGNE NOYON

Site Site de Compiègne :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
ALAT	Plasma hépariné	IFCC sans phosphate de pyridoxal (Cobas pro - Roche - 2 automates)	N2-228 et N2-2227	Accrédité portée A 31/10/2016, changement automate 06/2024
Albumine	Plasma hépariné	Vert de bromocrésol (Cobas pro Roche - 2 automates)	N2-228 et N2-2227	Accrédité portée A 31/10/2016, changement automate 06/2024
ASAT	Plasma hépariné	IFCC sans phosphate de pyridoxal (Cobas pro Roche - 2 automates)	N2-228 et N2-2227	Accrédité portée A 31/10/2016, changement automate 06/2024
Bicarbonates	Plasma hépariné	Enzymatique (Cobas pro Roche - 2 automates)	N2-228 et N2-2227	Accrédité portée A 31/10/2016, changement automate 06/2024
Bilirubine directe (conjuguée)	Plasma hépariné	Méthode Diazo (colorimétrie) (Cobas pro Roche - 2 automates)	N2-228 et N2-2227	Accrédité portée A 31/10/2016, changement automate 06/2024
Bilirubine totale	Plasma hépariné	Méthode Diazo (colorimétrie) (Cobas pro Roche - 2 automates)	N2-228 et N2-2227	Accrédité portée A 31/10/2016, changement automate 06/2024
Calcium	Plasma hépariné	NM-BAPTA (Cobas pro Roche - 2 automates)	N2-228 et N2-2227	Accrédité portée A 31/10/2016, changement automate 06/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Chlore	Plasma hépariné	ISE indirect (Cobas pro Roche - 2 automates)	N2-228 et N2-2227	Accrédité portée A 31/10/2016, changement automate 06/2024
Cholestérol total	Plasma hépariné	Colorimétrique Enzymatique (Cobas pro Roche - 2 automates)	N2-228 et N2-2227	Accrédité portée A 31/10/2016, changement automate 06/2024
CRP	Plasma hépariné	Immunoturbidimétrie Latex (Cobas pro Roche - 2 automates)	N2-228 et N2-2227	Accrédité portée A 31/10/2016, changement automate 06/2024
Créatinine	Plasma hépariné	Enzymatique (Cobas pro Roche - 2 automates)	N2-228 et N2-2227	Accrédité portée A 31/10/2016, changement technique 06/2025
GGT	Plasma hépariné	Carboxy-GLUPA/Szasz-Persijn/Tris (Cobas pro Roche - 2 automates)	N2-228 et N2-2227	Accrédité portée A 31/10/2016, changement automate 06/2024
HDL-cholestérol	Plasma hépariné	Enzymatique, colorimétrique PAP (Cobas pro Roche - 2 automates)	N2-228 et N2-2227	Accrédité portée A 31/10/2016, changement automate 06/2024
NT-proBNP	Plasma hépariné	ECL / sandwich (Cobas Pro Roche – 2 automates)	N2-228 et N2-2227	Accrédité portée A 31/10/2016, changement automate 06/2024
PAL	Plasma hépariné	IFCC (Cobas pro Roche - 2 automates)	N2-228 et N2-2227	Accrédité portée A 31/10/2016, changement automate 06/2024
Potassium	Plasma hépariné	ISE indirect (Cobas pro Roche - 2 automates)	N2-228 et N2-2227	Accrédité portée A 31/10/2016, changement automate 06/2024
Protides	Plasma hépariné	Biuret (Cobas Pro Roche – 2 automates)	N2-228 et N2-2227	Accrédité portée A 31/10/2016, changement automate 06/2024
Sodium	Plasma hépariné	ISE indirect (Cobas pro Roche - 2 automates)	N2-228 et N2-2227	Accrédité portée A 31/10/2016, changement automate 06/2024
Triglycérides	Plasma hépariné	GPO/PAP (Cobas pro Roche - 2 automates)	N2-228 et N2-2227	Accrédité portée A 31/10/2016, changement automate 06/2024
Troponine T	Plasma hépariné	ECL / sandwich (Cobas pro Roche - 2 automates)	N2-228 et N2-2227	Accrédité portée A 31/10/2016, changement automate 06/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Urée	Plasma hépariné	Uréase/GLDH (Cobas Pro Roche – 2 automates)	N2-228 et N2-2227	Accrédité portée A 31/10/2016, changement automate 06/2024

Site Site de Compiègne :

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Cryoglobulines	Sérum	Cryoprécipitation	N2-2469	Accrédité portée A 31/10/2021
Electrophorèse des protéines	Sérum	Electrophorèse capillaire (Capillarys 2 - Sebia)	N2-1423	Accrédité portée A 25/09/2020
Immunofixation des protéines sériques	Sérum	immunoprécipitation en gel (Hydrasys - Sebia)	N2-660	Accrédité portée A 31/10/2021

Site Site de Compiègne :

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche de drogues-toxiques	Urines	Test unitaire simple	N2-1895	Accrédité portée A 25/09/2020

Site Site de Compiègne :

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de Noyon	EBMD -Noyon- Pôle support - UAU	CRP	Sang total EDTA	immunodosage en phase homogène (AQT - Radiometer)	N2-3485	Accrédité portée A 25/09/2020 Changement automate 12/03/2026

Site Site de Compiègne :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Formule leucocytaire manuelle	Sang Total EDTA	Identification morphologique après coloration, par microscopie numérique (VISION PRO, HEMA)	N2-4209	Accrédité portée A - changement automate 12/01/2022
Hémogramme	Sang Total EDTA	Impédancemétrie + cytométrie en flux + Spectrophotométrie absorption (Mindray BC 6200 - 2 automates)	N2-118	Accrédité portée A 25/04/2018 - changement automate 12/01/2022
Test de Kleihauer	Sang Total EDTA	Test cytochimique Coloration manuelle - RAL diagnostics	N2-688	Accrédité portée A 25/04/2018 - changement réactif 01/04/2025

Site Site de Compiègne :

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Coloration de Perls (Myélogramme)	Frottis médullaires	Test cytochimique	N2-689	Accrédité portée A - 31/10/2021
Myélogramme	Frottis médullaires	Identification morphologique après coloration et/ou numération en cellule, par microscopie	N2-1374	Accrédité portée A - 25/09/2020

Site Site de Compiègne :

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Vitesse de sédimentation	Sang total citraté	Lecture optique (Sedi plus - Sarstedt)	N2-733	Accrédité portée A - 25/09/2020

Site Site de Compiègne :

BM HB04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de Noyon	EBMD -Noyon- Pôle support - UAU	Numération - Formule approchée	Sang Total EDTA	Impédancemétrie + Spectrophotométrie absorption Pochi - Sysmex	N2-3484	Accrédité portée A 09/06/2021

Site Site de Compiègne :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
D-Dimères	Plasma citrate	Turbidimétrie (STA R MAX 1 et MAX 2)	N2-356	Accrédité portée A 01/05/2015 - changement automate 27/02/2018
Facteur II	Plasma citrate	Chronométrie (STA R MAX 1)	N2-348	Accrédité portée A 01/05/2015 - changement automate 27/02/2018
Fibrinogène	Plasma citrate	Chronométrie (STA R MAX 1 et MAX 2)	N2-347	Accrédité portée A 01/05/2015 - changement automate 27/02/2018
TCA	Plasma citrate	Chronométrie (STA R MAX 1 et MAX 2)	N2-370	Accrédité portée A 01/05/2015 - changement automate 27/02/2018
TCK	Plasma citrate	Chronométrie (STA R MAX 1 et MAX 2)	N2-372	Accrédité portée A 01/05/2015 - changement automate 27/02/2018
TP INR	Plasma citrate	Chronométrie (STA R MAX 1 et MAX 2)	N2-367	Accrédité portée A 01/05/2015 - changement automate 27/02/2018

Site Site de Compiègne :

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Activité anti-Xa HBPM	Plasma citrate	Colorimétrie (STA R MAX 1 et MAX 2)	N2-369	Accrédité portée A 01/05/2015 - changement automate 27/02/2018
Activité anti-Xa HNF	Plasma citrate	Colorimétrie (STA R MAX 1 et MAX 2)	N2-368	Accrédité portée A 01/05/2015 - changement automate 27/02/2018
Protéine C	Plasma citrate	Chromogénie (STA R MAX 2)	N2-392	Accrédité portée A 31/10/2021
Recherche d'anticoagulant circulant (technique DRVV screen + confirm)	Plasma citrate	Chronométrie (STA R MAX 2)	N2-375 N2-420	Accrédité portée A 31/10/2021

Site Site de Compiègne :

BM CB04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de Noyon	Pôle support - service UAU - centre EBMD	INR	Sang capillaire	Test sur bandelette (Coaguchek Roche)	N2-3421	Accrédité en portée A le 29/05/2024

Site Site de Compiègne :

BM CB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche d'anticorps anti-facteur 4 plaquettaire	Plasma citrate	Immunochromatographie (Stic expert- Stago)	N2-1799	Accrédité portée A 25/09/2020

Site Site de Compiègne :

BM CB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Activité facteur Willebrand	Plasma citrate	Dosage immunologique latex Réactif Werfen - von Willebrand Factor activity Automate -STAR MAX 2 -Stago	N2-422	Accrédité portée B 29/05/2024

Site Site de Compiègne :

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Groupe sanguin ABO-RH1 Phénotype RH-KELL1	Sang Total EDTA	Méthode immunologique d'hémagglutination (Grifols Erytra)	N2-2071	Accrédité portée A 25/04/2018

Site Site de Compiègne :

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Epreuve directe de compatibilité	Plasma EDTA	Méthode immunologique d'hémagglutination (Grifols Erytra)	N2-3464	Accrédité portée A 09/01/2020
Identification d'anticorps anti-érythrocytaires	Plasma EDTA	Méthode immunologique d'hémagglutination (Grifols Erytra)	N2-3420	Accrédité portée A 09/01/2020
Recherche d'agglutinines irrégulières	Plasma EDTA	Méthode immunologique d'hémagglutination (Grifols Erytra)	N2-2071	Accrédité portée A 25/04/2018

Site Site de Compiègne :

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Test direct à l'antiglobuline (Coombs direct)	Plasma EDTA	Méthode immunologique d'hémagglutination (Grifols Erytra)	N2-2071	Accrédité portée A 25/04/2018

Site Site de Compiègne :

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ANCA	Sérum	Immunofluorescence sur lame (Werfen)	N2-2241	Accrédité portée A 31/10/2021
Facteur rhumatoïde	Sérum	Turbidimétrie (Optilite - Binding site)	N2-1234	Accrédité portée A 09/06/2021 - changement automate 12/2024

Site Site de Compiègne :

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
IgE totales	Sérum	ECL / sandwich (Cobas pro Roche - 1 automate pro 2)	N2-2227	Accrédité portée A 09/06/2021 - changement automate 06/2024

Site Site de Compiègne :

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Cytomégalovirus CMV IgG	Sérum	ECL / sandwich (Cobas pro - Roche)	N2-2227	Accrédité portée A 17/06/2016 - changement automate 06/2024
Cytomégalovirus CMV IgM	Sérum	ECL / sandwich (Cobas pro - Roche)	N2-2227 (CEE)	Accrédité portée A 17/06/2016 - changement automate 06/2024

Site Site de Compiègne :

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche d'antigènes spécifiques d'Adénovirus, Rotavirus et Norovirus	Selles	Test unitaire simple	N2-2089	Accrédité portée A 25/09/2020
Recherche de Clostridium difficile (GDH)	Selles	Test unitaire simple	N2-2160	Accrédité portée A 25/09/2020

Site Site de Compiègne :

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Détection de toxine de Clostridium difficile	Selles	Biologie moléculaire Lamp-PCR - Alethia - Launch diagnostics	N2-2146	Accrédité portée A 25/09/2020

Site Site de Compiègne :

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ECBU Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, germes bactériens et autres éléments	URINES	Microscopie automatisée avec éclairage électro-luminescent avec analyse d'images par reconnaissance de formes (Urised -I2A) Lecture optique (Microscope)	N2-2143	Accrédité portée A 15/03/2019 - changement automate 07/2020

Site Site de Compiègne :

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Hémocultures	Sang Total	Analyse chimique après culture (Bactec Fx -BD)	N2-1699	Accrédité portée A 15/03/2019

Site Site de Compiègne :

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Examen mycologique : Recherche de levures et champignons filamenteux (dermatophytes...)	Phanères et peau	Examen morphologique macro- et microscopique direct avec ou sans préparation	N2-3633	Accrédité portée A 25/09/2020

Site Site de Compiègne :

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ECBU Identification de germes bactériens	Culture bactérienne isolée d'urine	Spectrométrie de masse par émission de photons LASER (Microflex - Bruker)	N2-3128	Accrédité portée A 15/03/2019

Site Site de Compiègne :

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Antibiogramme ECBU	Culture bactérienne isolée d'urine	Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé (Orion I2A)	N2-3353	Accrédité portée A 09/06/2021 - changement automate 05/2024
Antibiogramme Hémocultures	Culture bactérienne isolée d'hémoculture	Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé (Orion I2A)	N2-3353	Accrédité portée A 09/06/2021 - changement automate 05/2024

Site Site de Compiègne :

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Paludisme : antigènémie - frottis - PCR	Sang Total EDTA	Méthode immuno-chromatographique sur bandelette - Biosynex Identification morphologique après coloration, par microscopie Lamp-PCR - Alethia - Launch diagnostics	N2-1478	Accrédité portée A 15/03/2019