Portée détaillée v.13 de l'attestation N° 8-3881

Detailed scope v.13 of the attestation N° 8-3881
Date de publication / Publish date: 12/09/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :
CENTRE HOSPITALIER AUNAY-BAYEUX

Site LABORATOIRE DU CH AUNAY-BAYEUX :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Glucose	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Spectrophotométrie, Enzymatique 2 Automates Alinity Abbott	7P5520	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22
LDH	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Spectrophotométrie, 2 Automates ALINITY Abbott	7P7420	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22
Lipase	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Spectrophotométrie, 2 Automates ALINITY Abbott	4U0020	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22 Changement réactif 27/11/25
Potassium K	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Spectrophotométrie, Enzymatique 2 Automates Alinity Abbott	8P7640 / 9D2804	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Protéines	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Spectrophotométrie, 2 Automates ALINITY Abbott	4T8120	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22
T4L	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Immunoenzymatique, Chimiluminescence, 2 Automates ALINITY Abbott	7P7020	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22
Transferrine	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Immunoturbidimétrie, 2 Automates ALINITY Abbott	8P3824	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22
Triglycérides	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Spectrophotométrie, 2 Automates ALINITY Abbott	4U0620	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22
Troponine I	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Immunoenzymatique, Chimiluminescence, 2 Automates ALINITY Abbott	8P1324	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22
TSH	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Immunoenzymatique, Chimiluminescence, 2 Automates ALINITY Abbott	7P4820	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22
Urée	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Spectrophotométrie, Enzymatique 2 Automates Alinity Abbott	8P1620	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
T3L	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Immunoenzymatique, Chimiluminescence, Automate ALINITY Abbott	7P6920	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22
Chlore Cl	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Spectrophotométrie, Enzymatique 2 Automates Alinity Abbott	8P7640 / 9D2804	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22
CPK	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Spectrophotométrie, 2 Automates ALINITY Abbott	8P4220	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22
CRP	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Turbidimétrie, 2 Automates ALINITY Abbott	7P6520	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22
Créatinine	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Spectrophotométrie, Enzymatique 2 Automates Alinity Abbott	8P0130	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22
Fer	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Spectrophotométrie, Enzymatique 2 Automates Alinity Abbott	4T9820	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22
GGT	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Spectrophotométrie, 2 Automates ALINITY Abbott	4T9630	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22
PAlc	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Spectrophotométrie, 2 Automates ALINITY Abbott	8P2020	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Acide urique	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Spectrophotométrie, Enzymatique 2 Automates Alinity Abbott	4U0920	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22
ALAT	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Spectrophotométrie, 2 Automates ALINITY Abbott	8P1824	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22
Albumine	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Spectrophotométrie, 2 Automates ALINITY Abbott	4T8220	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22
ASAT	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Spectrophotométrie, 2 Automates ALINITY Abbott	8P2324	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22
Bilirubine Conjuguée	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Spectrophotométrie, 2 Automates ALINITY Abbott	7P9720	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22
Bilirubine totale	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Spectrophotométrie, Enzymatique 2 Automates Alinity Abbott	4U520	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22
Calcium Ca	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Spectrophotométrie, Enzymatique 2 Automates Alinity Abbott	04T87	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22 Changement de référence réactif 11/09/26

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Ferritine	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Immunoenzymatique, Chimiluminescence, 2 Automates ALINITY Abbott	7P6520	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22
Sodium Na	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type quantitatif Principe général des techniques : Spectrophotométrie, Enzymatique 2 Automates Alinity Abbott	8P7640 / 9D2804	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 19/10/22

Site LABORATOIRE DU CH AUNAY-BAYEUX :

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Electrophorèse des protéines	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode de type qualitatif et/ou quantitatif - Electrophorèse capillaire avec déplétion Automate Capillarys Sebia	2003 - 04/2017	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 20/11/18 Changement d'automate le 17/06/25 - même méthodologie / nouvelle version de l'automate
HbA1c	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode de type quantitatif Electrophorèse capillaire Automate Capillarys Sebia	2015 - 12/2017	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 20/11/18 Changement d'automate le 17/06/25 - même méthodologie / nouvelle version de l'automate

Site LABORATOIRE DU CH AUNAY-BAYEUX :

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Dépistage qualitatif des drogues urinaires Cannabis Opiacés Cocaïne Amphétamine Métamphétamine Barbituriques Benzodiazépines Buprénorphine Méthadone MDMA Antidépresseurs tricycliques	URINES	Immunochromatographie	Fournisseur Surestep (distribué par Abbott) 11 tests : réf. 4544259002	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 12/10/2022 Arrêt d'utilisation de la référence pour 5 tests : réf. 4544289002 en date du 01/01/2021

Site LABORATOIRE DU CH AUNAY-BAYEUX :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Formule-plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée et manuelle de type qualitatif et quantitatif Principe général des techniques : Coloration MGG par colorateur - lecture et optique au microscope - interprétation quantitative et qualitative	D-CYT-MO2-011 E-VAL-MO0-001	Accréditation n°8-3881 - Ajout 01/07/2024
Numération-formule-plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type qualitatif et quantitatif Principe général des techniques : Impédancemétrie, Cytométrie en flux, Calcul 2 Automates XR SYSMEX	Dossier VDM XR D-CYT-MO02-008 D-CYT-MO2-011	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate le 01/04/25

Site LABORATOIRE DU CH AUNAY-BAYEUX :

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Myélogramme	Moelle osseuse	Méthode manuelle de coloration des frottis sanguins Observation microscopique interprétative	D-MO2-002 E-MO17-001	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 12/10/2022

Site LABORATOIRE DU CH AUNAY-BAYEUX :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
D-dimères	Sang	Immunoturbidimétrie	INNOVANCE® D-Dimer OPBP03/07 Notice : OPBPG03C21 2 Automates CN3000 Sysmex	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 12/10/2022 Changement automate 12/10/2023
Facteur V	Sang	Méthode chronométrique après mélange avec un plasma déficient en facteur V	Factor V Deficient Plasma DP020K PT-Phen LRT CK586L 2 Automates CN3000 Sysmex	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 12/10/2022 Changement automate 12/10/2023
TCA	Sang	Méthode chronométrique après activation	CEPHEN CK515L 2 Automates CN3000 Sysmex	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 12/10/2022 Changement automate 12/10/2023

Site LABORATOIRE DU CH AUNAY-BAYEUX :

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Activité anti-Xa	sang	Chromogénique cinétique par inhibition	BIOPHEN(TM) Heparin LRT 221011-221013-221015 Référence Notice : D750-01/BI/1011 - D750-01/BI/1013 - D750-01/BI/1015 Réf. Applic. : D750-06/BI/1011-1013-1015-(UFH-LMWH)-CS5 D750-06/BI/1011-1013-1015-(UFH-LMWH)-CS-24-25 2 Automates CN3000 Sysmex	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 12/10/2022 Changement automate 12/10/2023

Site LABORATOIRE DU CH AUNAY-BAYEUX :

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche et détermination d'antigènes érythrocytaires (pour ABO, anticorps) Détermination de groupes sanguins Systèmes de groupes : ABO, RH, KELL	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée Technique automatisée VISION ORTHO	Cartes 6986736 (02/2019) 707280 (06/2018) Hématies 707930 (06/2018)	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 12/11/2019

Site LABORATOIRE DU CH AUNAY-BAYEUX :

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche et identification d'anticorps anti-érythrocytaires Types de test : RAI, recherche d'anticorps immuns	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée Technique automatisée VISION ORTHO	Cartes 707300 (06/2018) 707680 (06/2018) Hématies 719102 (06/2018) 719402 (06/2018)	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 12/11/2019

Site LABORATOIRE DU CH AUNAY-BAYEUX :

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Test direct à l'antiglobuline (Coombs direct)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée Technique automatisée VISION ORTHO	Carte 707165 (06/2018)	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 12/11/2019

Site LABORATOIRE DU CH AUNAY-BAYEUX :

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Sérologie Hépatite C	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode immunologique de type qualitatif et/ou quantitatif - Immuno-enzymatique (ELISA et dérivées) 2 Automates ALINITY Abbott	06T7910	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 20/11/18 Changement d'automate 19/10/22 Changement réactif 09/04/26

Site LABORATOIRE DU CH AUNAY-BAYEUX :

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
GDH	Selles	Immunoenzymatique	Immunocard C. difficile GDH	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 12/10/2022

Site LABORATOIRE DU CH AUNAY-BAYEUX :

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche de C. trachomatis	Prélèvement vaginal par autoprélèvement Endocol Urine de premier jet Prélèvement rectal	PCR Temps réel	GXCT/NGX-CE-10 Notice technique Xpert® CT/NG, ref 302-0538-FR, Rév. B, Avril 2020 automate GENEXPERT ® (CEPHEID)	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 12/10/2022

Site LABORATOIRE DU CH AUNAY-BAYEUX :

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ECBU	Urines	Examen direct avec décompte cellulaire Coloration de Gram automatique et manuelle Examen morphologique direct avec préparation (examen direct avec coloration...) - Lecture optique	D-MIC-MO6-007 D-MIC-MO6-026	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 12/11/2019
Hémoculture	Sang	Coloration de Gram automatique et manuelle Examen morphologique direct avec préparation (examen direct avec coloration...) - Lecture optique	D-MIC-MO6-026	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 12/10/2022
Recherche de dermatophytes	Phanères ou squames cutanés	Examen direct avec préparation (potasse) - Lecture optique	D-MIC-MO17-001	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 12/10/2022

Site LABORATOIRE DU CH AUNAY-BAYEUX :

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Hémocultures	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang	Méthode automatisée de type qualitatif Automate VIRTUO Biomérieux	D-MIC-MO6-002	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 27/01/2017 Changement d'automate 02/2023

Site LABORATOIRE DU CH AUNAY-BAYEUX :

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche de dermatophytes	Phanères ou squames cutanés	Ensemencement Identification macro/microscopique	D-MIC-MO17-001	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 12/10/2022

Site LABORATOIRE DU CH AUNAY-BAYEUX :

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ECBU	Identification de colonie bactérienne isolée d'une culture (Urine)	Identification chromogénique et/ou par spectrométrie de masse	D-MIC-MO6-015 D-MIC-MO0-002	Pour l'identification par spectrométrie de masse : préparation des plaques Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 17/01/23
Hémoculture	Identification de colonie bactérienne isolée d'une culture (Hémoculture)	Identification chromogénique et/ou par spectrométrie de masse	D-MIC-MO6-015 D-MIC-MO0-002	Pour l'identification par spectrométrie de masse : préparation des plaques Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 17/01/23

Site LABORATOIRE DU CH AUNAY-BAYEUX :

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ECBU Antibiogramme	Colonie bactérienne isolée d'une culture (Urine)	antibiogramme en diffusion	D-MIC-MO0-003	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 17/01/23
Hémoculture Antibiogramme	Colonie bactérienne isolée d'une culture	antibiogramme en diffusion	D-MIC-MO0-003	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 17/01/23
Hémoculture Antibiogramme	A partir du bouillon d'hémoculture	antibiogramme en diffusion	D-MIC-MO0-003	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 17/01/23
Souche S. pneumoniae Antibiogramme	Colonie bactérienne isolée d'une subculture (repiquage hémoculture)	détermination de la Concentration minimale inhibitrice par diffusion	D-MIC-MO0-003	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 17/01/23

Site LABORATOIRE DU CH AUNAY-BAYEUX :

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche de plasmodium - sur frottis sanguin - recherche antigénique	sang	Observation microscopique et recherche antigénique	D-MO2-003	Accréditation n°8-3881 - Prise d'effet le 12/10/2022

Site LABORATOIRE DU CH AUNAY-BAYEUX :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Lieu de réalisation des opérations ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
Laboratoire	Sang	Prélèvement artériel de gaz du sang	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
Laboratoire	Urine	Recueil par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
Laboratoire	Peau, phanères, tissus cellulaire sous cutané (plaie superficielle, cicatrice)	Prélèvement aseptique cutané pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
Laboratoire	Prélèvement de muqueuses : nez, gorge, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
Services de soins CHAB	Moelle osseuse	Ponction sternale	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01
Laboratoire	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01