Portée détaillée v.30 de l'attestation N° 8-3934

Detailed scope v.30 of the attestation N° 8-3934
Date de publication / Publish date: 14/04/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

LABORATOIRE INTER-HOSPITALIER DE BIOLOGIE MEDICALE DU LOT-ET-GARONNE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE D'AGEN	Acide Urique	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie point final Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Ajout le 06/01/2020 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	Albumine	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie point final Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Ajout le 03/02/2020 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	ALT (TGP)	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie P5P Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	AST (TGO)	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie P5P Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	BHCG	Plasma héparinate de Lithium	Chimiluminescence Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Ajout le 03/09/2020 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	Bicarbonates (CO2)	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie point final Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE D'AGEN	Bilirubine Directe (fraction conjuguée)	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie bichromatique en point final Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	Bilirubine totale	Plasma héparinate de Lithium	Sel diazoïque Réflectométrie Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement réactif le 19/03/18 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	Calcium	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie point final Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	Chlore	Plasma héparinate de Lithium	Potentiométrie directe Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	CRP	Plasma héparinate de Lithium	Immunoturbidimétrie Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23 Changement fournisseur réactif le 25-04-25
SITE D'AGEN	Créatine Kinase(CPK)	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie - phosphocréatine+ADP Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	Créatinine Enzymatique	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie – créatinine aminohydrolase Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	Ferritine	Plasma héparinate de Lithium	Chimiluminescence Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Ajout le 06/01/2020 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23 Mise en place sur le VITROS 2 le 27-03-24

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE D'AGEN	Gaz du sang Cf. panel labo	Sang total hépariné	Electrode sélective d'ions (pH,Ca++),électrode spécifique (PCO2,PO2), absorbance optique (tHb,COHb,MetHb) Werfen : GEM 5000 LABO-A	PR 22.BCH.03.01 Utilisation courante du Gem 5000	Ajout le 13/02/20
SITE D'AGEN	GGT	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie cinétique Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	GLYCEMIE	Plasma héparinate de Lithium + Plasma Fluoré	Réflectométrie – glucose oxydase Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Ajout le 03/12/2020 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	LDH	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie. Dosage cinétique multipoints Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	Lipase	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie cinétique Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	Magnesium	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie - formazan Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Ajout le 03/12/2020 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	Myoglobine	Plasma héparinate de Lithium	Chimiluminescence Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Ajout le 03/08/2020 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	NT - BNP	Plasma héparinate de Lithium	Chimiluminescence Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	PAL	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie cinétique Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE D'AGEN	PCT	Plasma héparinate de Lithium	Chimiluminescence Vitros 1 XT7600 SN : 76001082	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Ajout le 06/01/2020 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	Phosphore	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie (molybdate d'ammonium) Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	Potassium	Plasma héparinate de Lithium	Potentiométrie directe Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	Protéines totales	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie - Technique du Biuret Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	Préalbumine	Plasma héparinate de Lithium	dosage immunoturbidimetrique. Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Ajout le 06/01/2020 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	Sodium	Plasma héparinate de Lithium	Potentiométrie directe Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	Stat High Sensitive Troponine I	Plasma héparinate de Lithium	Chimiluminescence Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	T3L	Sérum	Immunodosage direct par compétition Vitros 1 XT7600 SN : 76001082	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Ajout le 06/01/2020 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	T4L	Sérum	Immunodosage direct par compétition Vitros 1 XT7600 SN : 76001082	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Ajout le 06/01/2020 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23
SITE D'AGEN	TSH	Plasma héparinate de Lithium	Chimiluminescence Vitros 1 XT7600 SN : 76001082	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Ajout le 06/01/2020 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE D'AGEN	Urée	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie (uréase) Vitros 1 XT7600 SN : 76001082 Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22 Déplacement automate le 24-04-23

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Acide Urique	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie point final Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Ajout le 06/01/2020 Changement d'automate le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Albumine	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie point final Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Ajout le 03/02/2020 Changement d'automate le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	ALT (TGP)	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie P5P Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	AST (TGO)	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie P5P Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	BHCG	Plasma héparinate de Lithium	Chimiluminescence Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Ajout le 03/09/2020 Changement d'automate le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	BHCG	Plasma héparinate de Lithium	Tech immunoenzymatique détection finale en fluorescence (ELFA). VIDAS 3 SN : VN03536	PR 22.BCH.06 Utilisation courante du VIDAS 3	Ajout le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Bicarbonates (CO2)	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie point final Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Bilirubine Directe (fraction conjuguée)	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie bichromatique en point final Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Bilirubine totale	Plasma héparinate de Lithium	Sel diazoïque Réflectométrie Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement réactif le 19/03/18 Changement d'automate le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Calcium	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie point final Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Chlore	Plasma héparinate de Lithium	Potentiométrie directe Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	CRP	Plasma héparinate de Lithium	Immunoturbidimétrie Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22 Changement fournisseur réactif le 25-04-25
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Créatine Kinase(CPK)	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie - phosphocréatine+ADP Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Créatinine Enzymatique	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie – créatinine aminohydrolase Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Gaz du sang Cf. panel labo	Sang total hépariné	Electrode sélective d'ions (pH,Ca++),électrode spécifique (PCO2,PO2), absorbance optique (tHb,COHb,MetHb) Werfen : GEM 5000 LABO-V	PR 22.BCH.03.01 Utilisation courante du Gem 5000	Ajout le 13/02/20
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	GGT	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie cinétique Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	GLYCEMIE	Plasma héparinate de Lithium + Plasma Fluoré	Réflectométrie – glucose oxydase Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Ajout le 03/12/2020 Changement d'automate le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	LDH	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie. Dosage cinétique multipoints Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Lipase	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie cinétique Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Magnesium	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie - formazan Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Ajout le 03/12/2020 Changement d'automate le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Myoglobine	Plasma héparinate de Lithium	Chimiluminescence Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Ajout le 03/08/2020 Changement d'automate le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	NT - BNP	Plasma héparinate de Lithium	Chimiluminescence Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	PAL	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie cinétique Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	PCT	Plasma héparinate de Lithium	Chimiluminescence Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Ajout le 06/01/2020 Changement d'automate le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Phosphore	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie (molybdate d'ammonium) Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Potassium	Plasma héparinate de Lithium	Potentiométrie directe Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Protéines totales	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie - Technique du Biuret Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Sodium	Plasma héparinate de Lithium	Potentiométrie directe Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Stat High Sensitive Troponine I	Plasma héparinate de Lithium	Chimiluminescence Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Troponine I	Plasma héparinate de Lithium	Tech immunoenzymatique détection finale en fluorescence (ELFA). VIDAS 3 SN : VN03536	PR 22.BCH.06 Utilisation courante du VIDAS 3	Ajout le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	TSH	Plasma héparinate de Lithium	Chimiluminescence Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Ajout le 06/01/2020 Changement d'automate le 06-05-22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Urée	Plasma héparinate de Lithium	Réflectométrie (uréase) Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 06-05-22

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Electrophorèses des protéines	Sérum	Electrophorèse capillaire CAPILLARYS OCTA3 (SEBIA)	PR 22.BCH.04 Utilisation du CAPILLARYS	Accrédité le 15/04/19 Changement d'automate (capillarys Octa3) le 20/05/22
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Immunotypage	Sérum	Immunotypage sérique CAPILLARYS OCTA3 (SEBIA)	PR 22.BCH.04 Utilisation du CAPILLARYS	Ajout le 18/10/2021 Changement d'automate (capillarys Octa3) le 20/05/22

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE D'AGEN	Toxiques urinaires : Amphétamine Cocaïne Cannabis Benzodiazepine Antidepresseur tricyclique Barbiturique Mèthamphétamine Morphine MDMA Méthadone	Urine	Immunochromatographie Test unitaire simple (coffret Servibio All-test)	IO 22.BCH.08.01 Détection des drogues urinaires	Accrédité le 19/05/2020 Changement de lecteur le 12-04-22 Déplacement automate le 24-04-23 Arrêt lecteur : lecture visuelle 11-06-24

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Toxiques urinaires : Amphétamine Cocaïne Cannabis Benzodiazepine Antidepresseur tricyclique Barbiturique Mèthamphétamine Morphine MDMA Méthadone. Buprénorphine	Urine	Immunochromatographie Test unitaire simple (coffret Servibio All-test)	IO 22.BCH.08.01 Détection des drogues urinaires	Accrédité le 19/05/2020 Changement de lecteur le 12-04-22 Arrêt lecteur : lecture visuelle 11-06-24

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE D'AGEN	SITE D'AGEN	POLE REA / URGENCES : Service réanimation	Gaz du sang Cf Panel Réa	Sang total hépariné	Electrode sélective d'ions (pH,Ca++),électrode spécifique (PCO2,PO2), absorbance optique (COHb,MetHb) WERFEN : GEM 5000 REA A	MO 22.BCH.03.01 biologie délocalisée, gestion pratique du Gem 5000	Accrédité le 08/03/24

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE D'AGEN	NFS	Sang total EDTA	Comptage en impédance et en optiqueCytométrie en fluxFluoréscence et spectrophotométrie BC6200 (Menarini) Identification morphologique par microscopie manuelle ou automatisée après coloration au MGG SC 120 (Ménarini) DM1200 (Sysmex)	PR 22.HEM.06 Utilisation du DM1200 PR 22.HEM.13 Utilisation courante du SC120	Ajout le 18/10/2021 Changement d'automate le 23/11/22 Déplacement automate le 02/05/23
SITE D'AGEN	Plaquettes	Sang total EDTA	Comptage en impédance et en optique BC6200 (Menarini)	PR 22.HEM.12 Utilisation courante du BC6200 et BC6000	Accrédité le 15/04/19 Déplacement automate le 02/05/23

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	NFS	Sang total EDTA	Comptage en impédance et en optiqueCytométrie en fluxFluoréscence et spectrophotométrie BC6200 (Menarini)Comptage en impédance BC6000 (Menarini)Identification morphologique par microscopie manuelle ou automatisée après coloration au MGG Aerospray MGG (Elitech)	PR 22.HEM.11 Utilisation courante de l'Aerospray hematology	Ajout le 18/10/2021
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Plaquettes	Sang total EDTA	Comptage en impédance et en optique BC6200 (Menarini) Comptage en impédance BC6000 (Menarini)	PR 22.HEM.12 Utilisation courante du BC6200 et BC6000	Accrédité le 15/04/19

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE D'AGEN	Coloration de Perls	Frottis medullaire	Cytochimie	PR 22.HEM.14 Prise en charge du myelogramme au laboratoire	Ajout le 18/10/2021
SITE D'AGEN	Myélogramme	Frottis medullaire	Identification morphologique après coloration et/ou numération en cellule, par microscopie	PR 22.HEM.14 Prise en charge du myelogramme au laboratoire	Accrédité le 19/05/2020 Changement automate de coloration le 23/11/22 Déplacement automate de coloration le 02/05/23

BM HB04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE D'AGEN	SITE D'AGEN	POLE REA / URGENCES : Service de réanimation	Gaz du sang Cf Panel Réa	Sang total hépariné	Absorbance optique (tHb) WERFEN : GEM 5000 REA A	MO 22.BCH.03.01 biologie délocalisée, gestion pratique du Gem 5000	Accrédité le 08/03/24

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE D'AGEN	D-Dimères	Plasma Citraté Trisodique (0,109 M)	Immunoturbidimétrie – STAGO STA R Max3 4258 STAGO STA R Max3 4239	MO 22.HEM.05.05 Mode opératoire dosage des D-Dimères	Ajout le 1/1/09/18 Changement d'automate le 02/02/2021 Déplacement automate le 03/05/23
SITE D'AGEN	Facteur II/X	Plasma Citraté Trisodique (0,109 M)	Chronométrie – STAGO STA R Max3 4258 STAGO STA R Max3 4239	MO 22.HEM.05.07 Dosage des fateurs II, V et X	Ajout le 02/09/2021 Déplacement automate le 03/05/23
SITE D'AGEN	Facteur V	Plasma Citraté Trisodique (0,109 M)	Chronométrie – STAGO STA R Max3 4258 STAGO STA R Max3 4239	MO 22.HEM.05.07 Dosage des fateurs II, V et X	Ajout le 02/09/21 Déplacement automate le 03/05/23
SITE D'AGEN	Fibrinogène	Plasma Citraté Trisodique (0,109 M)	Chronométrie – STAGO STA R Max3 4258 STAGO STA R Max3 4239	MO 22.HEM.05.04 Mode opératoire du Fibrinogène	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 02/02/2021 Déplacement automate le 03/05/23
SITE D'AGEN	TCK	Plasma Citraté Trisodique (0,109 M)	Chronométrie – STAGO STA R Max3 4258 STAGO STA R Max3 4239	MO 22.HEM.05.03 Dosage du TCK	Ajout le 26/08/2021 Déplacement automate le 03/05/23
SITE D'AGEN	TP / INR	Plasma Citraté Trisodique (0,109 M)	Chronométrie – STAGO STA R Max3 4258 STAGO STA R Max3 4239	MO 22.HEM.05.01 Dosage du TP	Ajout le 25/08/2021 Déplacement automate le 03/05/23

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	D-Dimères	Plasma Citraté Trisodique (0,109 M)	Immunoturbidimétrie – STAGO STA Compact Max3 6445 STAGO STA Compact Max3 6429	MO 22.HEM.05.05 Mode opératoire dosage des D-Dimères	Ajout le 1/1/09/18 Changement d'automate le 02/02/2021
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Fibrinogène	Plasma Citraté Trisodique (0,109 M)	Chronométrie – STAGO STA Compact Max3 6445 STAGO STA Compact Max3 6429	MO 22.HEM.05.04 Mode opératoire du Fibrinogène	Accrédité le 08/02/17 Changement d'automate le 02/02/2021
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	TCK	Plasma Citraté Trisodique (0,109 M)	Chronométrie – STAGO STA Compact Max3 6445 STAGO STA Compact Max3 6429	MO 22.HEM.05.03 Dosage du TCK	Ajout le 26/08/2021
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	TP / INR	Plasma Citraté Trisodique (0,109 M)	Chronométrie – STAGO STA Compact Max3 6445 STAGO STA Compact Max3 6429	MO 22.HEM.05.01 Dosage du TP	Ajout le 25/08/2021

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE D'AGEN	Anti thrombine III	Plasma Citraté Trisodique (0,109 M)	Colorimétrie – STAGO STA R Max3 4239	MO 22.HEM.05.17 Dosage de l'anti-thrombine	Ajout le 06/09/2021 Déplacement automate le 03/05/23
SITE D'AGEN	Mesure de l'activité Anti-Xa HNF	Plasma Citraté Trisodique (0,109 M)	Colorimétrie – STAGO STA R Max3 4258 STAGO STA R Max3 4239	MO 22.HEM.05.06 Dosage des héparines (HNF et HBPM) par l'activité Anti Xa MO 22.HEM.05.26 Utilisation du DOAC REMOVE pour la mesure de l'activité Anti Xa	Accrédité le 15/04/19 Changement d'automate le 02/02/2021 Déplacement automate le 03/05/23 Ajout méthode DOAC REMOVE 15/07/25
SITE D'AGEN	Recherche d'ACC :- dépistage TCA avec réatif sensibilisé pour la détection d'ACC lupique (PTTLA)- Dépistage DRWscreen- Confirmation DRW confirm	Plasma Citraté Trisodique (0,109 M)	Chronométrie – STAGO STA R Max3 4258 STAGO STA R Max3 4239	MO 22.HEM.05.22 Recherche d'un Anti coagulant circulant de type Lupique (ACC)	Ajout le 18/10/2021 Déplacement automate le 03/05/23

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Mesure de l’activité Anti-Xa HNF	Plasma Citraté Trisodique (0,109 M)	Colorimétrie – STAGO STA Compact Max3 6445 STAGO STA Compact Max3 6429	MO 22.HEM.05.06 Dosage des héparines (HNF et HBPM) par l’activité Anti Xa	Accrédité le 15/04/19 Changement d’automate le 02/02/2021

BM CB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE D'AGEN	Dépistage d’anticorps anti-héparine-PF4 TIH / STIC	Plasma Citraté Trisodique (0,109 M)	Dosage immuno-enzymatiqueStIC EXPERT HIT (STAGO)	MO 22.HEM.10.02 Recherche d’anticorps anti-héparine-PF4	Accrédité le 01/07/2020

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Recherche, identification et détermination de la concentration en facteur rhumatoïde	Sérum	Immunochimieluminescence ORTHO Vitros4 XT7600 SN: 76001201	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS	Accrédité le 08/03/24

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE D'AGEN	Sérologie Hépatite A / IgM	Sérum	Immuno enzymatique Vitros 2 XT7600 SN : 76001092	PR 22.BCH.11 Utilisation courante du VITROS XT7600	Accrédité le 08/03/24

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE D'AGEN	Recherche de Clostridium difficile: Antigène GDH et toxines A/B	Selles	Immunochromatographie sur membrane / Coffret TECHLAB C.difficile CHEK COMPLETE (ALERE)	IO 22.BAC.01.24 AGEN-Recherche de Clostridium difficile: Antigène GDH et toxines A/B par technique Immunochromatographique sur membrane	Accrédité le 15/04/19 01/12/23 mise en place bactério sans papier
SITE D'AGEN	Recherche de l'antigène de Legionella pneumophila sérogroupe 1	Urines	Immunochromatographie sur membrane / ALERE READER, Coffret BINAX	IO 22.BAC.01.22 GCS Détection de l'Antigène Legionelle dans les urines	Accrédité le 15/04/19 01/12/23 mise en place bactério sans papier

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Recherche de l'antigène de Legionella pneumophila sérogroupe 1	Urines	Immunochromatographie sur membrane / ALERE READER, Coffret BINAX	IO 22.BAC.01.22 GCS Détection de l'Antigène Legionelle dans les urines	Accrédité le 15/04/19

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE D'AGEN	Recherche et identification d'agents infectieux COVID 19	Prélèvement nasopharyngé ou oropharyngé	Extraction, amplification, détection d'acides nucléiques en PCR sur Genexpert	MO 22.BAC.06.02 GCS COVID19-Grippe-VRS par PCR Genexpert	Ajout le 13/04/26
SITE D'AGEN	Recherche et identification d'agents infectieux COVID 19	Prélèvement nasopharyngé	Extraction, amplification, détection d'acides nucléiques en PCR sur automate BD MAX	PR 22.BAC.04 Utilisation courante du BD MAX MO 22.BAC.04.06 AGEN - Recherche de COVID19 grippe et VRS par PCR COMBO au BDMAX	Ajout le 13/04/26
SITE D'AGEN	Recherche et identification d'agents infectieux Chlamydiae trachomatis et Neisseiria gonorrhoeae	Urines 2nd jet Prélèvement urétral Prélèvement vaginal Prélèvement Gorge Prélèvement Anus	Extraction, amplification, détection d'acides nucléiques en PCR sur automate BD MAX	MO 22.BAC.04.01 Recherche de Chlamydiae et Gonocoque au BD MAX PR 22.BAC.04 Utilisation courante du BD MAX	Accrédité le 08/03/24 Ajout de matrices (gorge anus) le 25/06/24

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Recherche et identification d'agents infectieux COVID 19	Prélèvement nasopharyngé ou oropharyngé	Extraction, amplification, détection d'acides nucléiques en PCR sur Genexpert	MO 22.BAC.06.02 GCS COVID19-Grippe-VRS par PCR Genexpert	Accrédité le 19/12/25

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE D'AGEN	GRAM	Echantillon biologique culture bactérienne	AEROSPRAY GRAM series 2 (ELITECH) / Manuel	MO 22.BAC.01.04 Agen- Utilisation courante de l'aerospray GRAM série 2 IO 22.BAC.01.12 AGEN - Coloration de GRAM en méthode manuelle et autres tests de caractérisation du gram d'une bactérie	Accrédité le 19/05/20 01/12/23 Aerospray Gram series 2 du J1 utilisé uniquement en back-up 01/12/23 Mise en place de la bactério sans papier
SITE D'AGEN	Numération d'éléments cellulaires Cytologie urinaire	Urines	DXU 840M / Manuel	MO 22.BAC.01.02 Utilisation courante du DXU 840 M	Accrédité le 19/05/20 01/12/23 Mise en place de la bactério sans papier 01/12/24 Changement d'automate évolution IQ200 et DXU840M, même technologie, même fournisseur.

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE D'AGEN	Hémocultures	Sang	Analyse chimique après culture Bactalert VIRTUO (Biomérieux)	MO 22.BAC.01.29 Agen - utilisation courante de l'automate d'hémocultures (BactALERT VIRTUO)	Accrédité le 19/05/2020 27/01/22 Changement d'automate 01/12/23 Mise en place bactério sans papier

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Hémocultures	Sang	Analyse chimique après culture Bactalert 3D (Biomérieux)	MO 22.BAC.01.06 VSL - utilisation courante de l'automate d'hémocultures (BactALERT)	Accrédité le 19/05/2020 27/01/22 Changement d'automate 01/12/23 Mise en place bactério sans papier

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE D'AGEN	Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et de champignons filamenteux	Prélèvement de peau et phanères	Examen morphologique direct macro et microscopique après culture avec ou sans préparation Mise en culture manuelle, incubation, lecture. Identification complémentaire possible par spectrométrie de masse	MO 22.BAC.02.01 Mycose longue Recherche mycologique peau et phanères (cheveux, ongles)	Accrédité le 08/03/24 03/12/24 Rajout de l'identification possible en spectrométrie de masse. 04/12/24 Mise en place bactério sans papier

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE D'AGEN	Dépistage Strepto B (identification seule)	Prélévement vaginal sur milieux de transport: Stuart Agar gel sans charbon	Milieu chromogène Strepto B (BIORAD)	M0 22.BAC.01.01 Dépistage du Streptocoque B au 8ième mois de grossesse sur milieu chromogène IO 22.BAC.01.01 Groupage des streptocoques par lea méthode de Lancefield	Accrédité le 08/02/17 13/05/24 Mise en place bactério sans papier
SITE D'AGEN	Recherche et identification de bacteries avec compte de germes dans un prelevemnt d'urines	Urine	Mise en culture manuelle, incubation, lecture. Identification par spectrométrie de masse (SIRIUS one biotyper Brucker)	MO 22.BAC.01.10 Examen cytobactériologique des urines MO 22.BAC.10.01 Agen-Création, préparation et lancement de plaques d'identification Maldi	Ajout au 30/12/2019 29/03/23 Changement d'automate d'identification bactérienne 01/12/23 Mise en place bactério sans papier

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE D'AGEN	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne	Détermination phénotypique : Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé. Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation.	MO 22.BAC.01.23 Agen réalisation d'un antibiogramme par diffusion en milieu gélosé PR 22.BAC.09 Agen-Utilisation courante du SIRSCAN ORION	Accrédité le 01/07/2020 29/03/23 Changement automate pour un incubateur-lecteur automatique. 01/12/23 Mise en place bactério sans papier

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE D'AGEN	Diagnostic biologique du Paludisme (Recherche, Identification et numération)	Sang total EDTA	Méthode génotypique (Technique LAMP sur Alethia) Test immunochromatographique : Coffret Palutop+4 Optima, Biosynex Colorateur SC120 (Menarini) Examen microscopique	MO 22.BAC.02.02 Prise en charge d'une recherche de Paludisme au laboratoire PR 22.HEM.13 Utilisation courante du SC120	Accrédité le 08/03/24 Ajout technique LAMP le 27/06/24

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	Diagnostic biologique du Paludisme (Recherche, Identification et numération)	Sang total EDTA	Colorateur Aerospray (Elitech) Examen microscopique	MO 22.BAC.02.02 Prise en charge d'une recherche de Paludisme au laboratoire PR 22.HEM.11 Utilisation courante de l'aerospray Hématology	Accrédité le 08/03/24 Arrêt test immunochromato en Mars 2024

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE D'AGEN	CDP	Moelle Osseuse	Ponction sternale ou iliaque	MO 21.06.04 GCS-PRELEVEMENTS MEDULLAIRES Lexique des examens	maj LP BM PP01.
SITE D'AGEN	CDP	SUPPURATIONS	Ecouvillon par écoulement	Lexique des examens	maj LP BM PP01.
SITE D'AGEN	CDP	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MO 21.06.05 GCS-Prélèvements mycologiques de la peau et des phanères	maj LP BM PP01.
SITE D'AGEN	CDP	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Lexique des examens	maj LP BM PP01.
SITE D'AGEN	CDP	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Lexique des examens	maj LP BM PP01.

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	CDP	Urine	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Lexique des examens	maj LP BM PP01.
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	CDP	SUPPURATIONS	Ecouvillon par écoulement	Lexique des examens	maj LP BM PP01.
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	CDP	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MO 21.06.05 GCS-Prélèvements mycologiques de la peau et des phanères	maj LP BM PP01.
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	CDP	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Lexique des examens	maj LP BM PP01.
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	CDP	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Lexique des examens	maj LP BM PP01.
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	CDP	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Lexique des examens	maj LP BM PP01.
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	CDP	Moelle Osseuse	Ponction sternale ou iliaque	MO 21.06.04 GCS-PRELEVEMENTS MEDULLAIRES Lexique des examens	maj LP BM PP01.
SITE DE VILLENEUVE-SUR-LOT	CDP	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	PR 21.06 Maîtrise des prélèvements Manuel de prélèvement Lexique des examens	maj LP BM PP01.