Portée détaillée v.32 de l'attestation N° 8-3967

Detailed scope v.32 of the attestation N° 8-3967

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE BIOLOGIE 85

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHFLC	Calcium ionisé	sang (artériel, veineux, capillaire)	Potentiométrie directe 2 automates ABL90 Flex Plus 1 et 2	LABO-FT1397	ajout le 15/02/2021 ACCREDITE PORTEE A
Site CHFLC	Carboxyhémoglobine	sang (artériel, veineux, capillaire)	Spectrophotométrie d'absorption 2 automates ABL90 Flex Plus 1 et 2	LABO-FT1397	ajout le 15/02/2021 ACCREDITE PORTEE A
Site CHFLC	Chlore	Plasma	Potentiométrie indirecte automatisée 1 automate Cobas PURE C303 Roche	LABO-FT1692	ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 14/05/24 avec mise à jour documentaire
Site CHFLC	Chlore	sang (artériel, veineux, capillaire)	Potentiométrie directe 2 automates ABL90 Flex Plus 1 et 2	LABO-FT1397	ajout le 15/02/2021 ACCREDITE PORTEE A
Site CHFLC	Cholestérol HDL	Plasma	colorimétrie enzymatique automatisée 1 automate Cobas PURE C303 Roche	LABO-FT1692	ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 14/05/24 avec mise à jour documentaire

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHFLC	Cholestérol total	Plasma	colorimétrie enzymatique automatisée 1 automate Cobas PURE C303 Roche	LABO-FT1692	ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 14/05/24 avec mise à jour documentaire
Site CHFLC	CO2	Plasma	enzymatique PEP automatisée 1 automate Cobas PURE C303 Roche	LABO-FT1692	ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 14/05/24 avec mise à jour documentaire
Site CHFLC	CRP	Plasma	immunoturbidimétrie automatisée 1 automate Cobas PURE C303 Roche	LABO-FT1692	ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 14/05/24 avec mise à jour documentaire
Site CHFLC	Ethanolémie	Plasma	enzymatique ADH automatisée 1 automate Cobas PURE C303 Roche	LABO-FT1692	ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 14/05/24 avec mise à jour documentaire
Site CHFLC	Glucose	Plasma	enzymatique hexokinase automatisée 1 automate Cobas PURE C303 Roche	LABO-FT1692	ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 14/05/24 avec mise à jour documentaire
Site CHFLC	Hémoglobine totale	sang (artériel, veineux, capillaire)	Spectrophotométrie d'absorption 2 automates ABL90 Flex Plus 1 et 2	LABO-FT1397	ajout le 15/02/2021 ACCREDITE PORTEE A
Site CHFLC	Lactates	sang (artériel, veineux, capillaire)	Ampérométrie 2 automates ABL90 Flex Plus 1 et 2	LABO-FT1397	ajout le 15/02/2021 ACCREDITE PORTEE A
Site CHFLC	LDH	Plasma	IFCC lactates vers pyruvate automatisée 1 automate Cobas PURE C303 Roche	LABO-FT1692	ajout 08/10/2020 ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 14/05/24 avec mise à jour documentaire

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHFLC	Methémoglobine	sang (artériel, veineux, capillaire)	Spectrophotométrie d'absorption 2 automates ABL90 Flex Plus 1 et 2	LABO-FT1397	ajout le 15/02/2021 ACCREDITE PORTEE A
Site CHFLC	NT-ProBNP	Plasma	ECLIA / sandwich automatisée 1 automate Cobas PURE E402 Roche	LABO-FT1692	ajout 18/05/2022 ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 14/05/24 avec mise à jour documentaire
Site CHFLC	pCO2	sang (artériel, veineux, capillaire, cordon)	Potentiométrie directe 2 automates ABL90 Flex Plus 1 et 2	LABO-FT1397	ajout le 15/02/2021 ACCREDITE PORTEE A
Site CHFLC	pH	sang (artériel, veineux, capillaire, cordon)	Potentiométrie directe 2 automates ABL90 Flex Plus 1 et 2	LABO-FT1397	ajout le 15/02/2021 ACCREDITE PORTEE A
Site CHFLC	Phosphatases alcalines	Plasma	IFCC automatisée 1 automate Cobas PURE C303 Roche	LABO-FT1692	ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 14/05/24 avec mise à jour documentaire
Site CHFLC	pO2	sang (artériel, veineux, capillaire, cordon)	Méthode optique, phospoherescence 2 automates ABL90 Flex Plus 1 et 2	LABO-FT1397	ajout le 15/02/2021 ACCREDITE PORTEE A
Site CHFLC	Potassium	Plasma	Potentiométrie indirecte automatisée 1 automate Cobas PURE C303 Roche	LABO-FT1692	ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 14/05/24 avec mise à jour documentaire
Site CHFLC	Potassium	sang (artériel, veineux, capillaire)	Potentiométrie directe 2 automates ABL90 Flex Plus 1 et 2	LABO-FT1397	ajout le 15/02/2021 ACCREDITE PORTEE A
Site CHFLC	Protéines totales	Plasma	colorimétrie Biuret automatisée 1 automate Cobas PURE C303 Roche	LABO-FT1692	ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 14/05/24 avec mise à jour documentaire

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHFLC	SaO2	sang (artériel, veineux, capillaire, cordon)	Potentiométrie directe 2 automates ABL90 Flex Plus 1 et 2	LABO-FT1397	ajout le 17/12/2025 ACCREDITE PORTEE A
Site CHFLC	Sodium	Plasma	Potentiométrie indirecte automatisée 1 automate Cobas PURE C303 Roche	LABO-FT1692	ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 14/05/24 avec mise à jour documentaire
Site CHFLC	Sodium	sang (artériel, veineux, capillaire)	Potentiométrie directe 2 automates ABL90 Flex Plus 1 et 2	LABO-FT1397	ajout le 15/02/2021 ACCREDITE PORTEE A
Site CHFLC	Triglycérides	Plasma	colorimétrie enzymatique automatisée 1 automate Cobas PURE C303 Roche	LABO-FT1692	ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 14/05/24 avec mise à jour documentaire
Site CHFLC	Troponine THS	Plasma	ECLIA / sandwich automatisée 1 automate Cobas PURE E402 Roche	LABO-FT1692	ajout 22/10/2021 ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 14/05/24 avec mise à jour documentaire
Site CHFLC	Urée	Plasma	uréase GLDH automatisée 1 automate Cobas PURE C303 Roche	LABO-FT1692	ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 14/05/24 avec mise à jour documentaire

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHLVO	Acide urique	Plasma	colorimétrique enzymatique, uricase 1 automate Cobas PURE C303 VENUS Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	Ajout 01/06/2017 ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	ALAT	Plasma	IFCC, Phosphate de pyridoxal automatisée 2 automates Cobas VENUS et VEGA PURE C303 Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	Ajout 15/09/2020 ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	Albumine	Plasma	Immunoturbidimétrie automatisée 2 automates Cobas PURE C303 VENUS et VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	Ajout 15/09/2020 ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	ASAT	Plasma	IFCC, Phosphate de pyridoxal automatisée 2 automates Cobas PURE C303 VENUS et VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	Ajout 15/09/2020 ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	B-HcG	Plasma	ECL / sandwich automatisée 2 automates Cobas PURE E402 VENUS et VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	ajout 10/09/2018 ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	Bilirubine conjuguée	Plasma	Diazo automatisée 2 automates Cobas PURE C303 VENUS et VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	Ajout 15/09/2020 ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	Bilirubine totale	Plasma	Diazo automatisée 2 automates Cobas PURE C303 VENUS et VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	Ajout 15/09/2020 ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	Calcium	Plasma	colorimétrie NM-BAPTA automatisée 2 automates Cobas PURE C303 VENUS et VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	Ajout 18/05/2022 ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHLVO	Carboxyhémoglobine	sang (artériel, veineux, capillaire)	Spectrophotométrie d'absorption 2 automates ABL90 Flex Plus TIC et TAC Radiometer	LABO-FT977	ajout le 22/10/2021 ACCREDITE PORTEE A
Site CHLVO	Chlore	Plasma	Potentiométrie indirecte automatisée 2 automates Cobas PURE C303 VENUS et VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	Cholestérol HDL	Plasma	enzymatique directe automatisée 1 automate Cobas PURE C303 VENUS et VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	Cholestérol total	Plasma	enzymatique automatisée 1 automate Cobas PURE C303 VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	CK	Plasma	CK IFCC automatisée 2 automates Cobas PURE C303 VENUS et VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	ajout 10/09/2018 ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	CRP	Plasma	ImmunoTurbidimétrie 2 automates Cobas PURE C303 VENUS et VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	ACCREDITE PORTEE A Changement réf réactif 05/02/2021 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	Créatinine	Plasma	enzymatique 2 automates Cobas PURE C303 VENUS et VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	Ajout 14/06/2017 ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	Ethanolémie	Plasma	enzymatique ADH automatisée 2 automate Cobas PURE C303 VENUS et VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire 03/12/24: Mise à jour avec 2 automates au lieu 1 automate

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHLVO	Fer	Plasma	colorimétrie / FerroZine automatisée 1 automate Cobas PURE C303 VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	ajout 26/03/2018 ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour de la référence documentaire pour Référence de la méthode 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	Ferritine	Plasma	ECLIA /sandwich automatisé sur 1 automate cobas PURE E402 VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	Ajout 15/09/2020 ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire 03/12/24: Mise à jour de la technique
Site CHLVO	Gaz du sang (pH, PCO2, PO2)	sang total	Automate à cassettes 2 automates ABL90Flex Plus TIC et TAC Radiometer	LABO-FT977	ajout 22/10/2021 ACCREDITE PORTEE A
Site CHLVO	GGT	Plasma	colorimétrique enzymatique, standardisation IFCC 2 automates Cobas PURE C303 VENUS et VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	Ajout 01/06/2017 ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	Glucose	Plasma	hexokinase automatisée 2 automates Cobas PURE C303 VENUS et VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	Lactates (veineux, artériel)	sang (artériel, veineux, capillaire)	Ampérométrie 2 automates ABL90 Flex Plus TIC et TAC Radiometer	LABO-FT977	ajout le 22/10/2021 ACCREDITE PORTEE A
Site CHLVO	LDH	Plasma	IFCC Automatisée Lactates vers pyruvates 2 automates Cobas PURE C303 VENUS et VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	ajout 08/10/2020 ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	Methémoglobine	sang (artériel, veineux, capillaire)	Spectrophotométrie d'absorption 2 automates ABL90 Flex Plus TIC et TAC Radiometer	LABO-FT977	ajout le 22/10/2021 ACCREDITE PORTEE A

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHLVO	NTproBNP	Plasma	ECLIA Sandwich automatisée 2 automates Cobas PURE E402 VENUS et VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	Ajout 26/03/2018 ACCREDITE PORTEE A Changement réf réactif 19/03/2020 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	Phosphatases alcalines	Plasma	IFCC automatisée 2 automates Cobas PURE C303 VENUS et VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	Phosphore	Plasma	Phospho-molybdate/UV automatisée 1 automate Cobas PURE C303 VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	Ajout 15/09/2020 ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	Potassium	Plasma	Potentiométrie indirecte automatisée 2 automates Cobas PURE C303VENUS et VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	Protéines totales	Plasma	colorimétrie Biuret automatisée 2 automates Cobas PURE VENUS et VEGA C303 Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	Sodium	Plasma	Potentiométrie indirecte automatisée 2 automates Cobas PURE C303 VENUS et VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	T4 libre	Plasma	ECLIA / compétition automatisée 1 automate Cobas PURE E402 VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	Ajout le 19/12/2022 ACCREDITE PORTEE A 27/06/24 : Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	Transferrine	Plasma	Immunoturbidimétrie automatisée 1 automate Cobas PURE C303 VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	ajout 26/03/2018 ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	Triglycérides	Plasma	enzymatique automatisée 1 automate Cobas PURE C303 VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	ACCREDITE PORTEE A 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHLVO	Troponine THS	Plasma	ECLIA Sandwich automatisée 2 automates Cobas PURE E402 VENUS et VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	Ajout 26/03/2018 ACCREDITE PORTEE A Changement réf réactif 25/06/2019 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire 16/06/25 Mise à jour du nom de l'examen Troponine T suite à notre évaluation COFRAC
Site CHLVO	TSH	Plasma	ECLIA Sandwich automatisée 2 automates Cobas PURE E402 VENUS et VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	Ajout 26/03/2018 ACCREDITE PORTEE A Changement réf réactif 25/06/2019 27/06/24: Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire
Site CHLVO	Urée	Plasma	uréase GLDH automatisée 2 automates Cobas PURE C303 VENUS et VEGA Roche	LABO-FT1681 LABO-FT1682	ACCREDITE PORTEE A 27/06/24 : Changement automate le 19/03/24 avec mise à jour documentaire

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Ac anti-thyroglobuline	sérum	ECLIA /compétition automatisée 1 automate Cobas PRO e801-1 Roche	LABO-FT229	ajout 01/06/2017 ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Principe méthode ECL->ECLIA 12/10/2022 Nouvelle référence 09004998190 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Ac anti-TPO	sérum/plasma	ECLIA /compétition automatisée 1 automate Cobas PRO e801-1 Roche	LABO-FT229	ajout 01/06/2017 ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Principe méthode ECL->ECLIA 21/11/2023 Mise à jour Automate 23/04/2026 Nouvelle référence réactif et calibrant 08858462190. Technique et automate inchangés
Site de La Roche-sur-Yon	ACE	sérum/plasma	ECLIA /compétition automatisée 1 automate Cobas PRO e801-2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Principe méthode ECL->ECLIA 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Acide urique	sérum/plasma	Uricase/PAP automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Acide valproïque	sérum/plasma	enzymatique G6PDH automatisée 1 automate Cobas PRO c503-1 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour du nombre d'automates 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	ACTH	Plasma	ECLIA / sandwich automatisée 1 automate Cobas PRO e801-1 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Principe méthode ECL->ECLIA 10/10/2022 Nouvelle référence 08946710190 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	AFP	sérum/plasma	ECLIA automatisée 1 automate Cobas PRO e801-2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 10/10/2022 Nouvelle référence 09015060190 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	ALAT	sérum/plasma	IFCC, Phosphate de pyridoxal automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate 27/06/24 Nouvelle référence 08104697190. Technique et automate inchangés
Site de La Roche-sur-Yon	Albumine	sérum/plasma	Immunoturbidimétrie automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ajout 01/06/2017 ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Amikacine	sérum/plasma	KIMS automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Ammonium	Plasma	Enzymatique (GLDH) automatisée 1 automate Cobas PRO c503-1 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A Changement réf réactif 25/06/2020 Le 08/04/22 Mise à jour du nombre d'automates 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Amylase	sérum/plasma	IFCC Ethylidène-G7-PNP 1 automate Cobas PRO c503-1 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A Le 08/04/22 Mise à jour du nombre d'automates 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	ASAT	sérum/plasma	IFCC, Phosphate de pyridoxal automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate 27/06/24 Nouvelle référence : 08104719190. Technique et automate inchangés
Site de La Roche-sur-Yon	B-HcG	sérum/plasma	ECLIA / sandwich automatisée 2 automates Cobas PRO e801 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ajout 01/06/2017 ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Principe méthode ECL->ECLIA 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Bicarbonates	sérum/plasma	enzymatique PEP automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Bilirubine conjuguée	sérum/plasma	Diazo automatisée 2 automatesCobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ajout 01/06/2017 ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Bilirubine totale	sérum/plasma	Diazo automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ajout 01/06/2017 ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate le 13/05/25 Changement de référence sans changement de technique le 13/05/25
Site de La Roche-sur-Yon	Béta2-microglobuline	sérum/plasma	Immunoturbidimétrie automatisée Cobas 6000 c501 Roche remplacée par Immunoturbidimétrie automatisée 1 automate Optilite Binding Site	LABO-FT229	Changement automate le 19/05/2021 ACCREDITE PORTEE A

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	C3	sérum/plasma	Immunoturbidimétrie automatisée 1 automate Cobas PRO c503-2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A Le 08/04/22 Mise à jour du nombre d'automates 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	C4	sérum/plasma	Immunoturbidimétrie automatisée 1 automate Cobas PRO c503-2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour du nombre d'automates 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	CA125	sérum/plasma	ECLIA/sandwich automatisée 1 automate Cobas PRO e801-2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Principe méthode ECL->ECLIA 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	CA153	sérum/plasma	ECLIA/sandwich automatisée 1 automate Cobas PRO e801-2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Principe méthode ECL->ECLIA 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	CA199	sérum/plasma	ECLIA/sandwich automatisée 1 automate Cobas PRO e801-2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Principe méthode ECL->ECLIA 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Calcium	sérum/plasma	Colorimétrie NM-BATPA automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Colorimétrie dans le principe méthode 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Calcium ionisé	sang total	Potentiométrie directe Automate à cassettes 2 automates ABL90Flex Plus LRSY1 et LRSY2 Radiometer	LABO-FT162	Ajout 08/09/2022 ACCREDITE PORTEE A
Site de La Roche-sur-Yon	Carboxyhémoglobine	sang total	Spectrophotométrie d'absorption Automate à cassettes 2 automates ABL90Flex Plus LRSY1 et LRSY2 Radiometer	LABO-FT162	Ajout 08/09/2022 ACCREDITE PORTEE A
Site de La Roche-sur-Yon	Chaines légères libres Kappa	sérum/plasma	Immunoturbidimétrie automatisée 1 automate Optilite Binding Site	LABO-FT1516	ACCREDITE PORTEE A 07/04/22 Ajout
Site de La Roche-sur-Yon	Chaines légères libres Lambda	sérum/plasma	Immunoturbidimétrie automatisée 1 automate Optilite Binding Site	LABO-FT1516	ACCREDITE PORTEE A 07/04/22 Ajout

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Chlore	sérum/plasma	Potentiométrie indirecte automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Chlore	sang total	Potentiométrie directe Automate à cassettes 2 automates ABL90Flex Plus LRSY1 et LRSY2 Radiometer	LABO-FT162	Ajout 08/09/2022 ACCREDITE PORTEE A
Site de La Roche-sur-Yon	Cholestérol HDL	sérum/plasma	enzymatique directe automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Cholestérol total	sérum/plasma	enzymatique IFCC automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	CK	sérum/plasma	IFCC automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	Changement de réactif au 31/10/2016 ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Principe méthode IFCC -> IFCC automatisée 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Cortisol	sérum/plasma	ECLIA /compétition automatisée 1 automate Cobas PRO e801-1 Roche	LABO-FT229	ajout 01/06/2017 ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Principe méthode ECL->ECLIA 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	CRP	sérum/plasma	immunoturbidimétrie automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	Changement de réactif au 14/10/2020 ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Principe méthode Turbidimétrie -> immunoturbidimétrie 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Créatinine	sérum/plasma	enzymatique PAP automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Estradiol	sérum/plasma	ECLIA /compétition automatisée 1 automate Cobas PRO e801-2 Roche	LABO-FT229	ajout 01/06/2017 ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Principe méthode ECL->ECLIA 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Ethanolémie	sérum/plasma	enzymatique ADH automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Fer	sérum/plasma	Colorimétrie FerroZine automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Guanidine / FerroZine -> Colorimétrie FerroZine 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Ferritine	sérum/plasma	ECLIA/sandwich automatisée 2 automates Cobas PRO e801 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate 21/11/2023 Mise à jour Principe méthode Immunoturbidimétrie Latex automatisée->ECLIA
Site de La Roche-sur-Yon	Folates	sérum	ECLIA / compétition automatisée 1 automate Cobas PRO e801-1 Roche	LABO-FT229	ajout 01/06/2017 ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Principe méthode ECL / sandwich-> ECLIA / compétition 21/11/2023 Mise à jour Automate 28/03/24 Changement de référence (08324174190 réactif; 08324247190 calibrant), technique inchangée
Site de La Roche-sur-Yon	FSH	sérum/plasma	ECLIA/sandwich automatisée 1 automate Cobas PRO e801-2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A Changement de référence le 27/10/2021 08/04/22 Mise à jour Principe méthode ECL->ECLIA 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Gaz du sang (pH, PCO2, PO2, SaO2)	sang total	Automate à cassettes 2 automates ABL90Flex Plus LRSY1 et LRSY2 Radiometer	LABO-FT162	ajout 22/10/2021 ACCREDITE PORTEE A
Site de La Roche-sur-Yon	Gentamicine	sérum/plasma	KIMS automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	GGT	sérum/plasma	IFCC Szasz automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Principe méthode Szaz-> IFCC Szasz 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Glucose	sérum/plasma	hexokinase automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Haptoglobine	sérum/plasma	Immunoturbidimétrie automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour du nombre d'automates 21/11/2023 Mise à jour Automate

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	hgH	sérum	ECLIA/sandwich automatisée 1 automate Cobas PRO e801-1 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Principe méthode ECL->ECLIA 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	IgA	sérum/plasma	Immunoturbidimétrie automatisée 1 automate Cobas PRO c503-2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour du nombre d'automates 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	IgG	sérum/plasma	Immunoturbidimétrie automatisée 1 automats Cobas PRO c503-2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour du nombre d'automates 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	IgM	sérum/plasma	Immunoturbidimétrie automatisée 1 automate Cobas PRO c503-2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour du nombre d'automates 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Lactate	Plasma	Colorimétrie (LOD/POD) automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Principe de la méthode Enzym./Color. (LOX/PAP) -> Colorimétrie (LOD/POD) 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Lactates	sang total	Ampérométrie Automate à cassettes 2 automates ABL90Flex Plus LRSY1 et LRSY2 Radiometer	LABO-FT162	Ajout 08/09/2022 ACCREDITE PORTEE A
Site de La Roche-sur-Yon	LDH	sérum/plasma	IFCC lactates vers pyruvate automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A Changement de technique 06/10/20 08/04/22 Mise à jour Principe de la méthode IFCC-> IFCC lactates vers pyruvate 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	LH	sérum/plasma	ECLIA/sandwich automatisée 1 automate Cobas PRO e801-2 Roche	LABO-FT229	ajout 01/06/2017 ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Principe de la méthode ECL -> ECLIA 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Lipase	sérum/plasma	Colorimétrique automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Lithium	sérum	Colorimétrique automatisée 1 automate Cobas PRO c503-1 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour du nombre d'automates 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Magnésium	sérum/plasma	Bleu de Xylidyle automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Myoglobine	sérum/plasma	ECLIA/sandwich automatisée 1 automate Cobas PRO e801-1 Roche	LABO-FT229	ajout 01/06/2017 ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour du nombre d'automates 21/11/2023 Mise à jour Automate 21/11/2023 Mise à jour Principe de la méthode Immunoturbidimétrie automatisée -> ECLIA
Site de La Roche-sur-Yon	Méthémoglobine	sang total	Spectrophotométrie d'absorption Automate à cassettes 2 automates ABL90Flex Plus LRSY1 et LRSY2 Radiometer	LABO-FT162	Ajout 08/09/2022 ACCREDITE PORTEE A
Site de La Roche-sur-Yon	NT-ProBNP	sérum/plasma	ECLIA / sandwich automatisée 2 automates Cobas PRO e801 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ajout 01/06/2017 ACCREDITE PORTEE A 04/03/20 Changement de réactif 17/03/22 Changement de référence sans changement de réactif 08/04/22 Mise à jour Principe de la méthode ECL -> ECLIA 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Peptide C	sérum/plasma	ECLIA/sandwich automatisée 1 automate Cobas PRO e801-1 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Principe de la méthode ECL -> ECLIA 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Phosphatases alcalines	sérum/plasma	IFCC automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Phosphore	sérum/plasma	Phospho-molybdate/UV automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Phénobarbital	sérum/plasma	KIMS automatisée 1 automate Cobas PRO c503-1 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour du nombre d'automates 21/11/2023 Mise à jour Automate

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Potassium	Plasma	Potentiométrie indirecte automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Potassium	sang total	Potentiométrie directe Automate à cassettes 2 automates ABL90Flex Plus LRSY1 et LRSY2 Radiometer	LABO-FT162	Ajout 08/09/2022 ACCREDITE PORTEE A
Site de La Roche-sur-Yon	Procalcitonine	sérum/plasma	ECLIA/sandwich automatisée 2 automates Cobas PRO e801 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A Changement réf réactif 27/03/2020 08/04/22 Mise à jour Principe de la méthode ECL -> ECLIA 16/05/2022 Changement de référence 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Prolactine	sérum/plasma	ECLIA / sandwich automatisée 1 automate Cobas PRO e801-2 Roche	LABO-FT229	ajout 01/06/2017 ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Principe de la méthode ECL -> ECLIA 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Protéines totales	sérum/plasma	colorimétrie Biuret automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Pré-albumine	Plasma	Immunoturbidimétrie automatisée 1 automate Cobas PRO c503-2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour du nombre d'automates 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	PSA	sérum/plasma	ECLIA/sandwich automatisée 1 automate Cobas PRO e801-2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A Changement réf réactif 29/04/2020 08/04/22 Mise à jour Principe de la méthode ECL -> ECLIA Mise à jour du nombre d'automates 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	PTH	sérum/plasma	ECLIA/sandwich automatisée 2 automates Cobas PRO e801 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Principe de la méthode ECL -> ECLIA 21/11/2023 Mise à jour Automate 27/06/24 Changement de réactif (réf réacti: 08928428190, réf calibrant 08928487190. Technique et automate inchangés
Site de La Roche-sur-Yon	Sodium	sérum/plasma	Potentiométrie indirecte automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Sodium	sang total	Potentiométrie directe Automate à cassettes 2 automates ABL90Flex Plus LRSY1 et LRSY2 Radiometer	LABO-FT162	Ajout 08/09/2022 ACCREDITE PORTEE A
Site de La Roche-sur-Yon	T3 libre	sérum/plasma	ECLIA / compétition automatisée 1 automate Cobas PRO e801-1 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A Changement réf réactif 21/10/2021 08/04/22 Mise à jour Principe de la méthode ECL / sandwich -> ECLIA / compétition 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	T4 libre	sérum/plasma	ECLIA / compétition automatisée 2 automates Cobas PRO e801 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ajout 01/06/2017 ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Principe de la méthode ECL / sandwich -> ECLIA / compétition Mise à jour du nombre d'automates Le 17/11/2022: Changement de référence 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Thryroglobuline	sérum/plasma	ECLIA / sandwich automatisée 1 automate Cobas PRO e801-1 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A Changement réf réactif 28/04/2021 08/04/22 Mise à jour Principe de la méthode ECL -> ECLIA 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Transferrine	sérum/plasma	Immunoturbidimétrie automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Triglycérides	sérum/plasma	colorimétrique enzymatique automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Principe de la méthode enzymatique-> colorimétrique enzymatique 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Troponine THS	Plasma	ECLIA / sandwich automatisée 2 automates Cobas PRO e801 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A Changement réf réactif 22/08/2019 Changement de référence le 27/05/2022 21/11/2023 Mise à jour Automate 16/06/25 Mise à jour du nom de l'examen Troponine THS suite à notre évaluation COFRAC

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	TSH	sérum/plasma	ECLIA / sandwich automatisée 2 automates Cobas PRO e801 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A Changement réf réactif 03/09/2019 08/04/22 Mise à jour du nombre d'automates 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Urée	sérum/plasma	uréase GLDH automatisée 2 automates Cobas PRO c503 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Vancomycine	sérum/plasma	KIMS automatisée 1 automate Cobas PRO c503-1 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A Changement de réactif au 26/07/17 08/04/22 Mise à jour du nombre d'automates 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Vitamine B12	sérum	ECLIA /compétition automatisée 1 automate Cobas PRO e801-1 Roche	LABO-FT229	ajout 01/06/2017 ACCREDITE PORTEE A 08/04/22 Mise à jour Principe de la méthode ECL / sandwich -> ECLIA /compétition 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Vitamine D	sérum/plasma	ECLIA/compétition automatisée 2 automates Cobas PRO e801 1 et 2 Roche	LABO-FT229	ACCREDITE PORTEE A Changement réactif 30/03/2022 08/04/22 Mise à jour Principe de la méthode ECL->ECLIA Mise à jour du nombre d'automates 21/11/2023 Mise à jour Automate

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Cryoglobulines	sérum	cryoprécipitation + immunofixation : technique en gel SEBIA avec 1 automate Assist + 1 automate Hydrasis	LABO-FT274	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021
Site de La Roche-sur-Yon	Electrophorèse de protides	sérum	Electrophorèse capillaire 1 automate capillarys 3 octa SEBIA	LABO-FT272	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021
Site de La Roche-sur-Yon	Immunofixation protéines sanguines	sérum	Immunofixation : technique en gel SEBIA avec 1 automate Assist + 1 automate Hydrasis	LABO-FT854	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHFLC	Sang dans les selles	selles	Technique immunochromatographique tangentielle (Biosynex)	LABO-FT474	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHLVO	Sang dans les selles	selles	Technique immunochromatographique tangentielle (Biosynex)	LABO-FT1430	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Cannabis urinaire	urines	Technique immunochromatographique en bandelettes unitaires (ABBOT SURESTEP)	LABO-FT553	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	CHD Vendée Montaigu	EBMD Montaigu Pôle Soins Critiques et Post-Urgence	Gaz du sang (pH, PCO2, PO2, SaO2)	sang total	Automate à cassettes, capteurs spécifiques, 1 automate ABL90Flex Plus Montaigu Radiometer	LABO-PR027	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021
Site de La Roche-sur-Yon	CHD Vendée site Luçon	EBMD Pôle Soins Critiques et Post-Urgence Service des urgences	Gaz du sang (pH, PCO2, PO2, SaO2)	sang total	Automate à cassettes, capteurs spécifiques, 1 automate ABL90Flex Plus Radiometer	LABO-PR027	PORTEE A Extension déposée le 20/01/2025

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHFLC	Formule microscope	Sang total	Microscope optique manuel	LABO-FT866	ACCREDITE PORTEE A Ajout 02/09/2022
Site CHFLC	Numération Formule Plaquettes EDTA	Sang total	impédance, cytométrie, fluorescence automatisée 1 automate Sysmex XN1000	LABO-FT1136	ACCREDITE PORTEE A 03/01/2019
Site CHFLC	Numération Globulaire Plaquettes EDTA	Sang total	Spectrophotométrie, impédancemétrie 1 automate Poch-100i Sysmex	LABO-FT1614	ACCREDITE PORTEE A Ajout 02/12/2025
Site CHFLC	Réticulocytes	Sang total	fluorescence automatisée 1 automate Sysmex XN1000	LABO-FT1136	ACCREDITE PORTEE A 03/01/2019

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHLVO	Formule microscope	Sang total	Microscope optique manuel	LABO-FT622 LABO-FT952	ACCREDITE PORTEE A Ajout le 07/03/2023
Site CHLVO	Numération Formule Plaquettes EDTA	Sang total	impédance, cytométrie, fluorescence automatisée 1 automate Sysmex XN1500 1 automate Sysmex XNL550	LABO-FT1441 LABO-FT1442	ACCREDITE PORTEE A Changement automate 08/07/2020
Site CHLVO	Réticulocytes	Sang total	fluorescence automatisée 1 automate Sysmex XN1500	LABO-FT1441	ACCREDITE PORTEE A Changement automate 08/07/2020

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Formule microscope	Sang total	Microscope optique manuel 1 Microscope automatisé (DI-60) 1 étaleur-colorateur SP50	LABO-FT035 LABO-FT047	ACCREDITE PORTEE A Changement automate 17/11/2020 08/04/22 Mise à jour Principe de la méthode avec 1 étaleur-colorateur SP50
Site de La Roche-sur-Yon	Numération Formule Plaquettes EDTA	Sang total	impédance, cytométrie, fluorescence automatisée 1 chaine Sysmex XN-9100 avec 2 XN-10	LABO-FT058	ACCREDITE PORTEE A Changement automate 17/11/2020
Site de La Roche-sur-Yon	Plaquettes sur tube TromboExact	Sang Total	cytométrie, fluorescence automatisée 1 chaine Sysmex XN-9100 avec 2 XN-10	LABO-FT033	Ajout le 06/02/2023
Site de La Roche-sur-Yon	Réticulocytes	Sang total	fluorescence automatisée 1 chaine Sysmex XN-9100 avec 2 XN-10	LABO-FT058	ACCREDITE PORTEE A Changement automate 17/11/2020

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Coloration de Perls	Moelle	Microscope	LABO-FT041	ACCREDITE PORTEE A ajout 22/10/2021
Site de La Roche-sur-Yon	Myélogramme	Moelle	Microscope	LABO-FT031	ACCREDITE PORTEE A Accréditation 03/01/2019

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM HB04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	CHD Vendée Montaigu	EBMD Pôle Soins Critiques et Post-Urgence Service des urgences	Numération globulaire Plaquettes EDTA Polynucléaires neutrophiles et Lymphocytes	sang total	Spectrophotométrie Impédancemétrie 1 automate Poch-100i	LABO-PR027	Portée A
Site de La Roche-sur-Yon	CHD Vendée site Luçon	EBMD Pôle Soins Critiques et Post-Urgence Service des urgences	Numération globulaire Plaquettes EDTA Polynucléaires neutrophiles et Lymphocytes	sang total	Spectrophotométrie Impédancemétrie 1 automate Poch-100i	LABO-PR027	Portée A

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Lymphocytes T,B,NK : sous-populations et caractérisation d'hémopathies chroniques	sang total	Technique automatisée 1 automate DXFlex Beckman Coulter	LABO-FT287	PORTEE B Extension déposée le 22/10/2021

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHFLC	D-Dimères	plasma	Technique immunoturbidimétrie/photométrie Technique automatisée 1 automate Stago STAmaxC	LABO-FT675	ajout 22/10/2021 ACCREDITE PORTEE A
Site CHFLC	Fibrinogène	plasma	chronométrie automatisée 1 automate Stago STAmaxC	LABO-FT675	ACCREDITE PORTEE A Changement automate 15/03/2019
Site CHFLC	TCA	plasma	chronométrie automatisée 1 automate Stago STAmaxC	LABO-FT675	ACCREDITE PORTEE A Changement automate 15/03/2019
Site CHFLC	TP	plasma	chronométrie automatisée 1 automate Stago STAmaxC	LABO-FT675	ACCREDITE PORTEE A Changement automate 15/03/2019

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHLVO	D-Dimères	plasma	chronométrie automatisée 1 automate STAc Max Stago	LABO-FT1296	PORTEE A Extension déposée le 13/02/2020 Modification colonne Principe de la méthode le 21/01/2022
Site CHLVO	Facteur V	plasma	chronométrie automatisée 1 automate STAc Max Stago	LABO-FT1296	PORTEE A Extension déposée le 13/02/2020 Modification colonne Principe de la méthode le 21/01/2022
Site CHLVO	Fibrinogène	plasma	chronométrie automatisée 1 automate STAc Max Stago	LABO-FT1296	PORTEE A Extension déposée le 13/02/2020 Modification colonne Principe de la méthode le 21/01/2022
Site CHLVO	TCA	plasma	chronométrie automatisée 1 automate STAc Max Stago	LABO-FT1296	PORTEE A Extension déposée le 13/02/2020 Modification colonne Principe de la méthode le 21/01/2022
Site CHLVO	TCK	plasma	chronométrie automatisée 1 automate STAc Max Stago	LABO-FT1296	PORTEE A Extension déposée le 13/02/2020 Modification colonne Principe de la méthode le 21/01/2022 Le 12/12/2022 Changement de réactif. Arrêt Cephascreen remplacé par le CKPrest
Site CHLVO	TP	plasma	chronométrie automatisée 1 automate STAc Max Stago	LABO-FT1296	PORTEE A Extension déposée le 13/02/2020 Modification colonne Principe de la méthode le 21/01/2022

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	D-Dimères	Plasma	Technique immunoturbidimétrie/photométrie Technique automatisée 2 automates Stago STA R-Max3 MPA et Hémato	LABO-FT191	ajout 22/10/2021 ACCREDITE PORTEE A
Site de La Roche-sur-Yon	Facteur II	Plasma	Technique chronométrique par viscosimétrie Technique automatisée 1 automate Stago STA R-Max3 Hémato	LABO-FT193	ajout 19/09/2022 ACCREDITE PORTEE A
Site de La Roche-sur-Yon	Facteur IX	Plasma	Technique chronométrique par viscosimétrie Technique automatisée 1 automate Stago STA R-Max3 Hémato	LABO-FT196	ajout 19/09/2022 ACCREDITE PORTEE A
Site de La Roche-sur-Yon	Facteur V	Plasma	Technique chronométrique par viscosimétrie Technique automatisée 1 automate Stago STA R-Max3 MPA	LABO-FT196	ajout 22/10/2021 ACCREDITE PORTEE A
Site de La Roche-sur-Yon	Facteur VII	Plasma	Technique chronométrique par viscosimétrie Technique automatisée 1 automate Stago STA R-Max3 Hémato	LABO-FT194	ajout 19/09/2022 ACCREDITE PORTEE A
Site de La Roche-sur-Yon	Facteur VIII	Plasma	Technique chronométrique par viscosimétrie Technique automatisée 1 automate Stago STA R-Max3 Hémato	LABO-FT196	ajout 19/09/2022 ACCREDITE PORTEE A

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Facteur X	Plasma	Technique chronométrique par viscosimétrie Technique automatisée 1 automate Stago STA R-Max3 Hémato	LABO-FT195	ajout 19/09/2022 ACCREDITE PORTEE A
Site de La Roche-sur-Yon	Facteur XI	Plasma	Technique chronométrique par viscosimétrie Technique automatisée 1 automate Stago STA R-Max3 Hémato	LABO-FT196	ajout 19/09/2022 ACCREDITE PORTEE A
Site de La Roche-sur-Yon	Fibrinogène	Plasma	chronométrie automatisée 2 automates Stago STA R-Max3 MPA et Hémato	LABO-FT190	ACCREDITE PORTEE A Changement automate 24/04/2019
Site de La Roche-sur-Yon	TCA	Plasma	chronométrie automatisée 2 automates Stago STA R-Max3 MPA et Hémato	LABO-FT188	ACCREDITE PORTEE A Changement automate 24/04/2019
Site de La Roche-sur-Yon	TCK	Plasma	chronométrie automatisée 2 automates Stago STA R-Max3 MPA et Hémato	LABO-FT189	ACCREDITE PORTEE A Changement automate 24/04/2019
Site de La Roche-sur-Yon	TP	Plasma	chronométrie automatisée 2 automates Stago STA R-Max3 MPA et Hémato	LABO-FT308	ACCREDITE PORTEE A Changement automate 24/04/2019

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Activité anti-Xa (HNF-HBPM)	plasma	Technique automatisée, chromogénie 2 automates Stago STAR-Max3 MPA et Hémato	LABO-FT166	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021 Modification colonne Principe de la méthode le 21/01/2022
Site de La Roche-sur-Yon	Anti-thrombine III	plasma	Technique automatisée, chromogénie 1 autoamte Stago STAR-Max3 Hémato	LABO-FT200	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021 Modification colonne Principe de la méthode le 21/01/2022
Site de La Roche-sur-Yon	Protéine C	plasma	Technique automatisée chronométrique par viscosité 1 automate Stago STAR-Max3 Hémato	LABO-FT199	PORTEE A Ajout le 19/09/22 à la demande d'extension déposée le 22/10/21
Site de La Roche-sur-Yon	Protéine S	plasma	Technique automatisée chronométrique par viscosité 1 automate Stago STAR-Max3 Hémato	LABO-FT199	PORTEE A Ajout le 19/09/22 à la demande d'extension déposée le 22/10/21
Site de La Roche-sur-Yon	Recherche d'ACC	plasma	Technique automatisée, chromogénie 1 automate Stago STAR-Max3 Hémato	LABO-FT198	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021 Modification colonne Principe de la méthode le 21/01/2022

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHFLC	Groupes sanguins	sang total	Technique immunologique d'hémmaglutination quanlitative. Technique automatisée 1 automate Ortho Vision	LABO-FT1319	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHLVO	Groupes sanguins	sang total	Technique immunologique d'hémmaglutination qualitative. Technique automatisée 1 automate Ortho Vision	LABO-FT656	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHFLC	RAI	plasma	agglutination et filtration sur gel automatisées 1 automate VISION Ortho	LABO-FT1319	ACCREDITE PORTEE A Changement automate 11/12/2018

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHLVO	RAI	plasma	agglutination et filtration sur gel automatisées 1 automate Ortho Vision	LABO-FT656	PORTEE A Extension déposée le 13/02/2020

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHFLC	Coombs direct	sang total	Technique immunologique d'hémmaglutination quanlitative. Technique automatisée 1 automate Otho Vision	LABO-FT1319	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHLVO	Coombs direct	sang total	Technique immunologique d'hémmaglutination qualitative. Technique automatisée 1 automate Otho Vision	LABO-FT656	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse *Examination / analysis*	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	Principe de la méthode *Principle of the method*	Référence de la méthode *Reference of the method*	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque *Remarks*
Site de La Roche-sur-Yon	Ac anti MPO/PR3	sérum	Technique automatisée (ELISA) 1 automate Quantalyser	LABO-FT159	PORTEE A Extension déposée le 03/10/2023
Site de La Roche-sur-Yon	ANCA	sérum	Préparateur automate Quantalyser Technique manuelle (IFI)	LABO-FT159	PORTEE A Extension déposée le 03/10/2023
Site de La Roche-sur-Yon	ANCA	sérum	Technique manuelle (dot)	LABO-FT1160	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM IC01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPAGE HLA)					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Lymphocytes T4, T8	sang total	Technique automatisée 1 automate DXFlex Beckman Coulter	LABO-FT291	PORTEE B Extension déposée le 22/10/2021 Modification colonne Principe de la méthode le 21/01/2022

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Ac anti CMV IgG	sérum/plasma	électrochimiluminescence/sandwich automatisée 1 automate LIAISON XL Diasorin	LABO-FT1568 LABO-FT705	ACCREDITE PORTEE A 07/04/22 AJOUT Le 30/09/22 nouvelle référence 09118543190 (sans interférence biotine) 21/11/2023 Mise à jour Automate 05/11/2026 Changement d'automate de réalisation
Site de La Roche-sur-Yon	Ac anti CMV IgM	sérum/plasma	électrochimiluminescence/microcapture automatisée 1 automate LIAISON XL Diasorin	LABO-FT1568 LABO-FT705	ACCREDITE PORTEE A 07/04/22 AJOUT 21/11/2023 Mise à jour Automate 05/11/2026 Changement d'automate de réalisation
Site de La Roche-sur-Yon	Ac anti HAV IgM	sérum/plasma	électrochimiluminescence/microcapture automatisée 1 automate Cobas PRO e801-2 Roche	LABO-FT229 LABO-FT594	ACCREDITE PORTEE A 07/04/22 AJOUT 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Ac anti HAV totaux	sérum/plasma	électrochimiluminescence/compétition automatisée 1 automate Cobas PRO e801-2 Roche	LABO-FT229 LABO-FT594	ACCREDITE PORTEE A 07/04/22 AJOUT 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Ac anti HBc totaux	sérum/plasma	électrochimiluminescence/compétition automatisée 1 automate Cobas PRO e801-2 Roche	LABO-FT229 LABO-FT594	ACCREDITE PORTEE A Changement de réactif au 30/03/2022 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Ac anti HBs	sérum/plasma	électrochimiluminescence/sandwich automatisée 1 automate Cobas PRO e801-2 Roche	LABO-FT229 LABO-FT594	ACCREDITE PORTEE A Changement de réf réactif au 05/10/20 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Ac anti Rubéole IgG	sérum/plasma	électrochimiluminescence/sandwich automatisée 1 automate Cobas PRO e801-2 Roche	LABO-FT229 LABO-FT594	ACCREDITE PORTEE A 07/04/22 AJOUT 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Ac anti syphilis totaux	sérum/plasma	électrochimiluminescence/sandwich automatisée 1 automate Cobas PRO e801-2 Roche	LABO-FT229 LABO-FT594	ACCREDITE PORTEE A 07/04/22 AJOUT 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Ac anti Toxoplasmose IgG	sérum/plasma	électrochimiluminescence/sandwich automatisée 1 automateCobas PRO e801-2 Roche	LABO-FT229 LABO-FT594	ACCREDITE PORTEE A 07/04/22 AJOUT 21/11/2023 Mise à jour Automate

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Ac anti Toxoplasmose IgM	sérum/plasma	électrochimiluminescence/microcapture automatisée 1 automate Cobas PRO e801-2 Roche	LABO-FT229 LABO-FT594	ACCREDITE PORTEE A 07/04/22 AJOUT 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Ac totaux anti-VHC	sérum/plasma	électrochimiluminescence/sandwich automatisée 1 automate Cobas PRO e801-2 Roche	LABO-FT229 LABO-FT594	ACCREDITE PORTEE A Le 07/07/22 nouvelle référence 08837031190 (levée interférence biotine) 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Ag HBs	sérum/plasma	électrochimiluminescence/sandwich automatisée 1 automate Cobas PRO e801-2 Roche	LABO-FT229 LABO-FT594	ACCREDITE PORTEE A Changement de réf réactif au 16/09/20 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Dépistage combiné Ac anti-VIH1/2 et Ag P24	sérum/plasma	électrochimiluminescence/sandwich automatisée 2 automates Cobas PRO e801 1 et 2 Roche	LABO-FT229 LABO-FT594	ACCREDITE PORTEE A Changement réf réactif 22/03/2021 21/11/2023 Changement de Référence réactif HIV -> HIV DUO 21/11/2023 Mise à jour Automate
Site de La Roche-sur-Yon	Western blot VIH	sérum	Technique immunochromatographique sur cassettes unitaires avec lecteur dédié 1 automate Geenius , Biorad	LABO-FT1393	ajout 22/10/2021 ACCREDITE PORTEE A

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHFLC	Antigénurie légionelle	urines	Technique immunochromatographique avec lecteur dédié 1 Lecteur Abott Digival	LABO-FT061	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHLVO	Antigénurie légionelle	urines	Technique immunochromatographique avec lecteur dédié 1 Lecteur Abott Digival	LABO-FT061	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Antigène Rotavirus et Adénovirus	selles	Technique immunochromatographique manuelle	LABO-FT1394	PORTEE A Ajout le 19/09/22 dans la demande d'extension du 22/10/21
Site de La Roche-sur-Yon	Antigénurie légionelle	urines	Technique immunochromatographique avec lecteur dédié 1 Lecteur Abott Digival	LABO-FT061	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021
Site de La Roche-sur-Yon	Antigénurie pneumocoque	urines	Technique immunochromatographique avec lecteur dédié 1 Lecteur Abott Digival	LABO-FT060	PORTEE A Ajout le 19/09/22 dans la demande d'extension du 22/10/21

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHFLC	Grippe A et B	Prélèvements naso-pharyngés	Technique automatisée Cepheid sur 1 automate GeneXpert	LABO-FT1381	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHLVO	Grippe A et B	Prélèvements naso-pharyngés	Technique automatisée Cepheid sur 1 automate GeneXpert	LABO-FT1338	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Charge virale VIH	plasma	Technique automatisée Roche sur 1 automate Cobas 5800 Roche	LABO-FT1686	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021 27/06/24: Changement automate le 16/04/24 avec mise à jour documentaire

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Cytologie urinaire	Urines	Examen microscopique manuel	LABO-FT605	ACCREDITE PORTEE A
Site de La Roche-sur-Yon	Cytologie urinaire	Urines	Cytologie en flux, capture d'images numériques 1 automate IQ200 Beckman	LABO-FT1104	Ajout 01/06/2017 ACCREDITE PORTEE A
Site de La Roche-sur-Yon	Examen morphologique direct pour recherche mycologique, microscopique avec ou sans préparation (état frais)	Echantillons biologiques à viser mycologique	Technique manuelle	LABO-FT600	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHFLC	Hémoculture (Incubation)	sang total	Technique automatisée 1 automate BactAlert 3D	LABO-FT1232	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHLVO	Hémoculture (Incubation)	sang total	Technique automatisée 1 automate BactAlert 3D	LABO-AN032	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Hémoculture (Incubation)	sang total	Technique automatisée 1 automate Virtuo Module A, B et B2	LABO-FT299	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Examen mycologique pour recherche de dermatophytes et autres champignons filamenteux	Souche fongique	Technique manuelle (examen microscopique après culture) et automatisée 1 automate SIRIUS ONE	LABO-FT600	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021 06/03/25 Changement automate spectromètre de masse Sirius One

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG10 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHFLC	Lecture automatisée des flacons hémoculture. Rendu des flacons négatifs uniquement	sang total	Technique automatisée 1 automate BactAlert 3D	LABO-FT1232	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG10 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHLVO	Lecture automatisée des flacons hémoculture. Rendu des flacons négatifs uniquement	sang total	Technique automatisée 1 automate BactAlert 3D	LABO-AN032	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Hémoculture (ensemencement)	sang total	Technique manuelle	LABO-FT475	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021
Site de La Roche-sur-Yon	Hémoculture (Examen morphologique direct microscopique après culture avec coloration)	Flacon hémoculture positif	1 colorateur Aérospray Gram série2 1 coloration manuelle	LABO-FT475 LABO-FT1126	Ajout 13/12/2023 ACCREDITE PORTEE A
Site de La Roche-sur-Yon	Hémoculture (identification)	Souche bactérienne et fongique (levures)	Technique automatisée 1 automate SIRIUS ONE 1 Vitek 2 XL	LABO-FT475	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021 06/03/25 Changement automate spectromètre de masse SIRIUS ONE

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Hémoculture (antibiogramme par diffusion et milieu liquide)	souche bactérienne	Technique automatisée 1 automate Sirscan Orion Technique automatisée 1 automate Vitek 2 XL	LABO-FT646	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Recherche de paludisme par frottis sanguin, goutte épaisse, recherche d'antigène par technique immunochromatographique	sang total	Technique manuelle	LABO-FT483	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021
Site de La Roche-sur-Yon	Recherche de paludisme par technique moléculaire (LAMP)	sang total	Technique automatisée Alethia	LABO-FT1557	PORTEE A Extension déposée le 06/02/2023

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG14 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	Quantiféron	plasma	Technique automatisée 1 automate Liaison XL Diasorin	LABO-FT251	PORTEE A Extension déposée le 22/10/2021, changement d'automate prévue en novembre 2021 Changement de référence le 18/01/24 Technique inchangée, méthode CLIA, DIASORIN 04/06/2026 : Changement de référence 311090 remplace la référence 311050 (pas de changement de technique)

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site CHFLC	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	LABO-FT069	MAJ LP BM PP01
Site CHFLC	PRÉLÈVEMENTS ORL et OPHTALMIQUE: nasopharyngés et oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	LABO-FT072	MAJ LP BM PP01
Site CHFLC	PEAU, PHANÈRES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANÉS	Prélèvement pour examens microbiologiques	LABO-FT072 LABO-FT1464	MAJ LP BM PP01
Site CHFLC	PRÉLÈVEMENTS GÉNITAUX : vaginal, urétral	Prélèvement pour examens microbiologiques	LABO-FT955 LABO-FT1132	MAJ LP BM PP01
Site CHFLC	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	LABO-AN744	MAJ LP BM PP01

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site de La Roche-sur-Yon	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	LABO-FT069	MAJ LP BM PP01
Site de La Roche-sur-Yon	SANG	Prélèvement capillaire	LABO-FT070	MAJ LP BM PP01
Site de La Roche-sur-Yon	PRÉLÈVEMENTS ORL: nasopharyngés et oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	LABO-FT072	MAJ LP BM PP01
Site de La Roche-sur-Yon	PEAU, PHANÈRES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANÉS	- Prélèvement pour examens microbiologiques	LABO-FT072 LABO-AN1180	MAJ LP BM PP01
Site de La Roche-sur-Yon	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Guide des analyses	MAJ LP BM PP01

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE