Portée détaillée v.2 de l'attestation N° 8-4067

Detailed scope v.2 of the attestation N° 8-4067
Date de publication / Publish date: 23/01/2024

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL UNISANTE +

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Laboratoire du CHIC Unisante +	ACE	Sérum	Immunodosage enzymatique « sandwich » - Automate: Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Acide lactique	Plasma hépariné	Enzymatique - Automate : Atellica 1 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Acide urique	Plasma hépariné	Enzymatique: uricase - Automates : Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Acide urique	Urines	Enzymatique: uricase - Automates : Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Acide valproïque	Plasma hépariné	Immunodosage par inhibition turbidimérique améliorée de paricules (PETINA) - Automate: Atellica 1 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	AFP	Sérum	Immunodosage enzymatique « sandwich » - Automate: Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	ALAT	Plasma hépariné	Spectrophotométrie : IFCC avec PLP - Automates: Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Albumine	Plasma hépariné	Colorimétrique du BCG - Automate: Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Alcool	Plasma hépariné	Enzymatique (GLDH) - Automates : Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Laboratoire du CHIC Unisante +	Ammoniac	Plasma hépariné	Enzymatique (GLDH) - Automates : Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Amylase	Plasma hépariné	Spectrophotométrie NP-G5/G6/G7 -Automate : Atellica 1 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	ASAT	Plasma hépariné	Spectrophotométrie : IFCC avec PLP - Automates: Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Bicarbonate	Plasma hépariné	Enzymatique: Enz/UV-Automates: Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Bilirubine direct	Plasma hépariné	Spectophotométrie Oxydation chimique - Automate: Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Bilirubine totale	Plasma hépariné	Spectrophotométrie- Oxydation chimique - Automates: Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	CA 15-3	Sérum	Immunodosage enzymatique « sandwich » - Automate: Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	CA 19-9	Sérum	Immunodosage enzymatique « sandwich » - Automate: Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	CA 125	Sérum	Immunodosage enzymatique « sandwich » - Automate: Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Calcium	Urines	Spectophotométrie:Ortho-Cresol-Phtaleine - Automates: Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Calcium	Plasma hépariné	Spectophotométrie:Ortho-Cresol-Phtaleine - Automates: Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Carbamazépine	Plasma hépariné	Immunodosage par inhibition turbidimérique améliorée de paricules (PETINA) - Automate: Atellica 1 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Carboxyhémoglobine	Sang total	Spectrophotométrie : ABL 90 (Radiometer)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Chlorure	Plasma hépariné	Elécrochimie: Potentiométrie indirecte - Automate: Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Chlorure	Urines	Elécrochimie: Potentiométrie indirecte - Automate: Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Cholestérol HDL	Plasma hépariné	Enzymatique : Elimination-catalase - Automate: Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Cholestérol LDL	Plasma hépariné	Enzymatique : Elimination-catalase - Automate: Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Laboratoire du CHIC Unisante +	Cholestérol total	Plasma hépariné	Enzymatique : Cholestérol estérase- Automate: Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Cortisol	Sérum	Immunodosage enzymatique «compétition» - Automate: Atellica 1 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	CRP	Plasma hépariné	Turdidémétrie (PETIA) - Automates: Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Créatinine	Plasma hépariné	Enzymatique à la créatinase - Automates: Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Créatinine	Urines	Enzymatique à la créatinase - Automates: Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Créatinine kinase	Plasma hépariné	Spectophotométrie : Enzymatique- Automates : Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Fer	Plasma hépariné	Spectrophotométrie: Ferozine - Automate: Atellica 1 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Ferritine	Plasma hépariné	Immunodosage "Sandwich" - Automate : Atellica 1 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Folates globulaires	Sérum	Immunodosage enzymatique «compétition» - Automate: Atellica 1 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Folates sériques	Sérum	Immunodosage enzymatique «compétition» - Automate: Atellica 1 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	GGT	Plasma hépariné	Spectophotométrie : CO-GNA -Automates : Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Glucose	Urines	Enzymatique à Hexokinase - Automates: Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Glucose	Plasma hépariné	Enzymatique à Hexokinase - Automates: Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	HbA1c	Plasma hépariné	Turdidimétrie - Automate: Atellica 1 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	HCG	Plasma hépariné	Immunodosage enzymatique « sandwich » - Automates : Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Immunoglobuline A	Plasma hépariné	Turbidémétrie - Automate: Atellica 1 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Immunoglobuline G	Plasma hépariné	Turbidémétrie - Automate: Atellica 1 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Laboratoire du CHIC Unisante +	Immunoglobuline M	Plasma hépariné	Turbidémétrie - Automate: Atellica 1 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	LDH	Plasma hépariné	(IFCC) Lactate Pyruvate - Automates : Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Lipase	Plasma hépariné	Immunodosage enzymatique « sandwich » - Automates : Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Magnésium	Plasma hépariné	Spectophotométrie: EGTA -Automate: Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Magnésium	Urines	Spectophotométrie: EGTA -Automate: Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Microalbuminémie	Urines	Immunoturbidimétrie - Automate: Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Myoglobine	Plasma hépariné	Immunodosage enzymatique « sandwich » - Automates: Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	PCO2	Sang total	Potentiométrie directe : ABL 90 (Radiometer)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Peptide C	Sérum	Immunodosage enzymatique «sandwich» - Automate: Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	PH	Sang total	Potentiométrie directe : ABL 90 (Radiometer)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Phosphatases alcalines	Plasma hépariné	Spectophotométrie: AMP - Automates: Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Phosphore	Plasma hépariné	Spectophotométrie: molybdate d'ammonium - Automate: Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Phosphore	Urines	Spectophotométrie: molybdate d'ammonium - Automate: Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	PO2	Sang total	Potentiométrie directe : ABL 90 (Radiometer)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Potassium	Urines	Elécrochimie: Potentiométrie indirecte - Automate Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Potassium	Plasma hépariné	Elécrochimie: Potentiométrie indirecte - Automate Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Pro BNP	Plasma hépariné	Immunodosage enzymatique « sandwich » - Automates: Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Laboratoire du CHIC Unisante +	Protéines	Plasma hépariné	Colorimétrie :Méthode au Biuret- Automates: Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Protéines	Urines	Colorimétrie :Méthode au Biuret- Automates: Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Préalbumine	Plasma hépariné	Immunoturbidimétrie - Automate: Atellica 1 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	PSA libre	Sérum	Immunodosage enzymatique « sandwich » - Automate: Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	PSA totale	Sérum	Immunodosage enzymatique « sandwich » - Automate: Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Sodium	Plasma hépariné	Elécrochimie: Potentiométrie indirecte - Automtes : Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Sodium	Urines	Elécrochimie: Potentiométrie indirecte - Automtes : Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Thyroxine libre (FT4)	Plasma hépariné	Immunodosage enzymatique « compétition » - Automate: Atellica 1 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Triglycérides	Plasma hépariné	Enzymatique (lipase) - Automate: Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Triiodothyronine libre (FT3)	Plasma hépariné	Immunodosage enzymatique « compétition » - Automate: Atellica 1 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Troponine I Hautement sensible	Plasma hépariné	Immunodosage enzymatique «sandwich» - Automates: Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	TSH	Plasma hépariné	Immunodosage enzymatique « compétition » - Automates : Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Urée	Plasma hépariné	Enzymatique:uréase- Automates: Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Urée	Plasma hépariné	Enzymatique:uréase- Automates: Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CHIC Unisante +	Recherche de drogues urinaires	Urines	Immunodosage chromatographique	A-ANA-MO023 : Utilisation simplifiée des tests manuels	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CHIC Unisante +	Laboratoire du CHIC Unisante +	CHIC UNISANTE+ Pôle Mère-enfant (matérnité)	Gaz de sang	Sang total	Potentiométrie directe : ABL 90 (Radiometer)	A-ANA-MO096 : Guide d'utilisation de l'automate à Gaz du sang ABL 90	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Laboratoire du CHIC Unisante +	CHIC UNISANTE+ Pôle Mère-enfant pneumologie)	Gaz de sang	Sang total	Potentiométrie directe : ABL 90 (Radiometer)	A-ANA-MO096 : Guide d'utilisation de l'automate à Gaz du sang ABL 90	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CHIC Unisante +	Formule sanguine manuelle	Sang total EDTA	Identification morphologique et numération par microscopie optique d'un frottis sanguin après coloration au May-Grunwald Giemsa.	A-ANA-MO057 : Coloration MGG.	Ajout le 11.12.2023
Laboratoire du CHIC Unisante +	Numération sanguine Formules automatisée	Sang total EDTA	Impédancemétrie, Cytométrie en flux, optique, fluorescence, photométrie, diffraction, cytolyse, calcul, Automates: BC6200 N°1 et BC 6200 N°2 (MENARINI)	A-ANA-EXT096 : Manuel opérateur simplifié BC 6200	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Réticulocytes	Sang total EDTA	Impédancemétrie, Cytométrie en flux, optique, fluorescence, photométrie, diffraction, cytolyse, calcul, Automates: BC6200 N°1 et BC 6200 N°2 (MENARINI)	A-ANA-EXT096 : Manuel opérateur simplifié BC 6200	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CHIC Unisante +	Vitesse de sédimentation	Sang total (EDTA)	Cinetique - Automate :Alifax	A-ANA-MO003V6 Guide d'utilisation de l'automate à VS	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CHIC Unisante +	Antithrombine 3	Plasma citraté	Chronométrie -Automates : STA C Max 1 et2 (Stago)	A-ANA-MO013V11 : Guide d'utilisation du STA Compact Max3	
Laboratoire du CHIC Unisante +	D-Dimère	Plasma citraté	Immunoturbidémétrie-Automate STA C Max 1 et 2 (Stago)	A-ANA-MO013V11 : Guide d'utilisation du STA Compact Max3	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Fibrinogène	Plasma citraté	Chronométrie -Automates : STA C Max 1 et2 (Stago)	A-ANA-MO013V11 : Guide d'utilisation du STA Compact Max3	
Laboratoire du CHIC Unisante +	TCA	Plasma citraté	Chronométrie -Automates : STA C Max 1 et2 (Stago)	A-ANA-MO013V11 : Guide d'utilisation du STA Compact Max3	
Laboratoire du CHIC Unisante +	TP/INR	Plasma citraté	Chronométrie -Automates : STA C Max 1 et 2 (Stago)	A-ANA-MO013V11 : Guide d'utilisation du STA Compact Max3	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CHIC Unisante +	Activité anti-Xa HBPM	Plasma citraté	Immunoturbidimétrie : STA Compact Max	A-ANA-MO013V11 : Guide d'utilisation du STA Compact Max3	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CHIC Unisante +	Groupage sanguin ABO,RH, KELL	Sang total EDTA	Hémagglutination avec lecture automatisée - Automate IH 500 (Bio-rad)	A-ANA-MO053 V3 : Guide d'utilisation de IH500	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CHIC Unisante +	Recherche anti-érythrocytaire (dépistage)	Sang total EDTA	Hémagglutination avec lecture automatisée - Automate : IH 500 (Bio6rad)	A-ANA-MO053 V3 : Guide d'utilisation de IH500	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Recherche anti-érythrocytaire manuelle (dépistage)	Sang total EDTA	Hémagglutination - Technique manuelle	A-ANA-MO055V7: RAI (technique manuelle)	

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CHIC Unisante +	Test direct à l'antiglobuline (Coombs direct)	Sang total EDTA	Hémagglutination avec lecture automatisée - Automate IH 500 (Biorad)	A-ANA-MO053 V3 : Guide d'utilisation de IH500	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Laboratoire du CHIC Unisante +	Hépatite A : Anticorps anti-HVA IgM	Sérum	Immunodosage de type sandwich- Automates : Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Hépatite B : Anticorps antHBc total	Sérum	Immunodosage de type sandwich- Automates : Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Hépatite B : Anticorps anti-HBc IgM	Sérum	Immunodosage de type sandwich- Automates : Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Hépatite B : Anticorps anti-HBs	Sérum	Immunodosage de type sandwich- Automates : Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Hépatite B : Antigène HBs	Sérum	Immunodosage de type sandwich- Automates : Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Hépatite C : Anticorps anti-VHC	Sérum	Immunodosage de type sandwich- Automates : Atellica 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Rubéole IgG	Sérum	Immunodosage de type sandwich - Automates : Atellica 1 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Rubéole IgG	Sérum		A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Rubéole IgM	Sérum	Immunodosage de type sandwich- Automate : Atellica 1 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Sérodiagnostic Ag P24, HIV1 et HIV2	Sérum	Immunodosage de type sandwich- Automates : Atellica 1 et 2 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Toxoplasmose IgG	Sérum	Immunodosage de type sandwich- Automate : Atellica 1 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Toxoplasmose IgM	Sérum	Immunodosage de type sandwich- Automate : Atellica 1 (Siemens)	A-ANA-MO113: Mode opératoire de l'Atellica	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Laboratoire du CHIC Unisante +	GDH de Clostridium difficile	Selles	immuno-enzymatique par sandwich	A-ANA-MO107 Guide d'utilisation simplifiée du lecteur pour tests manuels F200	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Mycoplasma pneumoniae IgM	Sérum	Immunochromatographie	A-ANA-MO023: Utilisation des tests manuels	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Recherche d'Ag Legionnella pneumophila serogroupe1	Urines	Immunochromatographie	A-ANA-MO107 Guide d'utilisation simplifiée du lecteur pour tests manuels F200	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Recherche d'Antigène de streptococcus pneumoniae	Urines	Immunochromatographie	A-ANA-MO107 Guide d'utilisation simplifiée du lecteur pour tests manuels F200	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Rota et adenovirus	Selles	Immunochromatographie	A-ANA-MO023: Utilisation des tests manuels	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Toxines de Clostridium difficile	Selles	Immunoenzymatique	A-ANA-MO107 Guide d'utilisation simplifiée du lecteur pour tests manuels F200	
Laboratoire du CHIC Unisante +	Virus respiratoire syncitial (VRS)	Prélevement naso-pharyngé	Immunofluorescence	A-ANA-MO107 Guide d'utilisation simplifiée du lecteur pour tests manuels F200	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CHIC Unisante +	Coloration de GRAM	Sang du flacon d'hémoculture positif	Coloration automatisée	A-ANA-MO86 V3 Mode opératoire du colorateur à Gram	Levée de la suspension provisoire d'accréditation le 15/01/2024
Laboratoire du CHIC Unisante +	Cytologie	Urines	Quantification manuelle des leucocytes et des Globules rouges au Microscope optique	A-ANAMO0032 :Diagnostic microbiologique des infections urinaires	Levée de la suspension provisoire d'accréditation le 15/01/2024
Laboratoire du CHIC Unisante +	Recherche et identification de germes	Hémoculture (culture bacterienne)	Identification automatisée (vitek 2)	A-ANA-MO077 Mise en marche et analyse Vitek	Levée de la suspension provisoire d'accréditation le 15/01/2024

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CHIC Unisante +	Hémoculture	Sang total	Lecture optique des flacons d'hémoculture - Automate VIRTUO (Biomérieux)	A-ANA-MO111 : VIRTUO	Levée de la suspension provisoire d'accréditation le 15/01/2024

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CHIC Unisante +	Ensemencement Préparation en vue de recherche et identification de germes	Urines et culture bactérienne	Mise en culture (ensemencement), dénombrement semi-quantitatif et Recherche et identification de germes	A-ANA-MO077 : VITEK	Levée de la suspension provisoire d'accréditation le 15/01/2024

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CHIC Unisante +	Etude sensibilité des antibiotiques	culture bactérienne	Lecture automatisée (vitek2)	A-ANA-MO077 VITEK	Levée de la suspension provisoire d'accréditation le 15/01/2024
Laboratoire du CHIC Unisante +	Etude sensibilité des antibiotiques	culture bactérienne	Méthode de diffusion en milieu gélosé	A-ANA- MO082 Antibiogramme en diffusion	Levée de la suspension provisoire d'accréditation le 15/01/2024

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CHIC Unisante +	Recherche du paludisme	Sang total EDTA	Microscopie (Frottis+ Goutte épaisse/) et immunochromatographique - Technique manuelle	A-ANA-MO099 V5 : Recherche du paludisme	