Portée détaillée v.18 de l'attestation N° 8-4090

Detailed scope v.18 of the attestation N° 8-4090
Date de publication / Publish date: 29/09/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	25 OH-Vitamine D	Sang	Immunodosage par compétition sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 043 Vérification de la méthode 25-OH VITAMINE D	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Acide urique	Sang	Colorimétrie-Réflectométrie sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 029 Vérification de la méthode ACIDE URIQUE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Alanine aminotransférase (TGP)	Sang	Dosage en cinétique-Réflectométrie sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 074 Vérification de la méthode ALANINE AMINOTRANSFERASE (TGP)	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Albumine	Sang	Colorimétrie-Réflectométrie sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 030 Vérification de la méthode ALBUMINE	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Aspartate aminotransférase (TGO)	Sang	Dosage en cinétique-Réflectométrie sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HB6 ENR 025 Maîtrise des risques : ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (TGO)	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Bicarbonates (gaz du sang)	Sang artériel	Formule de calcul	HD4 A MO 015 Utilisation de l'appareil à gazométrie EPOC Vérification des paramètres calculés de la méthode GAZOMETRIE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Bilirubine conjuguée	Sang	Formule de calcul	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 054 Vérification de la méthode BILIRUBINE CONJUGUEE (DIRECTE)	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Bilirubine non conjuguée	Sang	Colorimétrie-Réflectométrie sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 035 Vérification de la méthode BILIRUBINE NON CONJUGUE (INDIRECTE)	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Bilirubine totale	Sang	Colorimétrie-Réflectométrie sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 020 Vérification de la méthode BILIRUBINE TOTALE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Calcium	Sang	Colorimétrie-Réflectométrie sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 010 Vérification de la méthode : CALCIUM SANGUIN	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Calcium	Urine	Colorimétrie-Réflectométrie sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 033 Vérification de la méthode : CALCIUM URINAIRE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Calcium corrigé	Sang	Formule de calcul	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 068 Vérification de la méthode : CALCIUM CORRIGE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Calcium ionisé (gaz du sang)	Sang artériel	Potentiométrie sur système EPOC - SIEMENS	HD4 A MO 015 Utilisation de l'appareil à gazométrie EPOC HD10 ENR 071 Vérification des paramètres mesurés de la méthode GAZOMETRIE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Chlore	Sang	Potentiométrie directe sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 007 Vérification de la méthode CHLORE SANGUIN	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Cholestérol HDL	Sang	Colorimétrie-Réflectométrie sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 024 Vérification de la méthode CHOLESTEROL HDL	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Cholestérol LDL	Sang	Calcul selon la formule de Friedewald	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 051 Vérification de la méthode CHOLESTEROL LDL	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Cholestérol non-HDL	Sang	Formule de calcul	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 087 Vérification de la méthode : CALCUL DU CHOLESTEROL NON HDL	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Cholestérol total	Sang	Colorimétrie-Réflectométrie sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 023 Vérification de la méthode CHOLESTEROL TOTAL	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	CKD-EPI (Estimation du débit de filtration glomérulaire (DFG))	Sang	Formule équation du Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI)	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 047 Vérification de la méthode CKD-EPI (ESTIMATION DU DEBIT DE FILTRATION GLOMERULAIRE (DFG))	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Clairance de la créatinine mesurée	Urine	Formule de calcul	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 050 Vérification de la méthode CLAIRANCE DE LA CREATININE MESUREE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	CRP	Sang	(Dosage immuno-turbidimétrique sur Vitros XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 RÉF. TITRE VER. DIFFUSION PAPIER APPROBATION HD10 ENR 085 Vérification de la méthode : CRP	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Créatinine	Sang	Méthode enzymatique standardisée IDMS sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 008 Vérification de la méthode CREATININE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Créatinine	Urine	Méthode enzymatique standardisée IDMS sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 003 Vérification de la méthode CREATININURIE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Dioxyde de carbone, pression partielle (pCO2) (gaz du sang)	Sang artériel	Potentiométrie sur système EPOC - SIEMENS	HD4 A MO 015 Utilisation de l'appareil à gazométrie EPOC HD10 ENR 071 Vérification des paramètres mesurés de la méthode GAZOMETRIE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Dioxyde de carbone, pression partielle (pCO2) tenant compte de la température du patient (gaz du sang)	Sang artériel	Formule de calcul	HD4 A MO 015 Utilisation de l'appareil à gazométrie EPOC Vérification des paramètres calculés de la méthode GAZOMETRIE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Dioxyde de carbone total (gaz du sang)	Sang artériel	Formule de calcul	HD4 A MO 015 Utilisation de l'appareil à gazométrie EPOC Vérification des paramètres calculés de la méthode GAZOMETRIE	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Excès de base du liquide extracellulaire (gaz du sang)	Sang artériel	Formule de calcul	HD4 A MO 015 Utilisation de l'appareil à gazométrie EPOC Vérification des paramètres calculés de la méthode GAZOMETRIE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Fer	Sang	Dosage en cinétique-Réflectométrie sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 031 Vérification de la méthode FER	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Ferritine	Sang	Dosage immunométrique sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 032 Vérification de la méthode FERRITINE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	GGT	Sang	Dosage en cinétique-Réflectométrie sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 013 Vérification de la méthode GAMMA-GLUTAMYLTRANSFERASE (GGT)	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Glucose	Sang	Colorimétrie-Réflectométrie sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HB6 ENR 044 Maîtrise des risques : GLUCOSE SANGUIN	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Glucose	Urine	Colorimétrie-Réflectométrie sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 022 Vérification de la méthode GLUCOSE URINAIRE	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Glucose (gaz du sang)	Sang artériel	Ampérométrie sur système EPOC - SIEMENS	HD4 A MO 015 Utilisation de l'appareil à gazométrie EPOC HD10 ENR 071 Vérification des paramètres mesurés de la méthode GAZOMETRIE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Lactate (gaz du sang)	Sang artériel	Ampérométrie sur système EPOC - SIEMENS	HD4 A MO 015 Utilisation de l'appareil à gazométrie EPOC HD10 ENR 071 Vérification des paramètres mesurés de la méthode GAZOMETRIE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	LDH	Sang	Dosage en cinétique-Réflectométrie sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 062 Vérification de la méthode LACTATE DESHYDROGENASE (LDH)	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Lipase	Sang	Dosage en cinétique-Réflectométrie sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 041 Vérification de la méthode LIPASE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Microalbuminurie	Urine	Dosage immuno-turbidimétrique sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 006 Vérification de la méthode MICROALBUMINURIE	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	NT-proBNP	Sang	Dosage immunométrique sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 046 Vérification de la méthode NT-proBNP	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Oxygène, pression partielle (pO2) (gaz du sang)	Sang artériel	Ampérométrie sur système EPOC - SIEMENS	HD4 A MO 015 Utilisation de l'appareil à gazométrie EPOC HD10 ENR 071 Vérification des paramètres mesurés de la méthode GAZOMETRIE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Oxygène,pression partielle (pO2) tenant compte de la température du patient (gaz du sang)	Sang artériel	Formule de calcul	HD4 A MO 015 Utilisation de l'appareil à gazométrie EPOC Vérification des paramètres calculés de la méthode GAZOMETRIE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	pH (gaz du sang)	Sang artériel	Potentiométrie sur système EPOC - SIEMENS	HD4 A MO 015 Utilisation de l'appareil à gazométrie EPOC HD10 ENR 071 Vérification des paramètres mesurés de la méthode GAZOMETRIE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Phosphatases alcalines (PAL)	Sang	Dosage en cinétique-Réflectométrie sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 025 Vérification de la méthode PHOSPHATASES ALCALINES (PAL)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Phosphore	Sang	Colorimétrie-Réflectométrie sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 040 Vérification de la méthode PHOSPHORE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	pH tenant compte de la température du patient (gaz du sang)	Sang artériel	Formule de calcul	HD4 A MO 015 Utilisation de l'appareil à gazométrie EPOC Vérification des paramètres calculés de la méthode GAZOMETRIE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Potassium	Sang	Potentiométrie directe sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 012 Vérification de la méthode POTASSIUM	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Potassium	Urine	Potentiométrie directe sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HB6 ENR 054 Maîtrise des risques : POTASSIUM URINAIRE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Potassium (K+) (gaz du sang)	Sang artériel	Potentiométrie sur système EPOC - SIEMENS	HD4 A MO 015 Utilisation de l'appareil à gazométrie EPOC HD10 ENR 071 Vérification des paramètres mesurés de la méthode GAZOMETRIE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Protéines totales	Sang	Colorimétrie-Réflectométrie sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HB6 ENR 055 Maîtrise des risques : PROTEINES TOTALES	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Protéinurie	Urine	Colorimétrie-Réflectométrie sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 027 Vérification de la méthode PROTEINURIE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Préalbumine	Sang	Dosage immuno-turbidimétrique sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 045 Vérification de la méthode PREALBUMINE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	PSA Total	Sang	Dosage immunométrique sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 004 Vérification de la méthode PSA TOTAL	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Rapport cholestérol total/cholestérol HDL	Sang	Formule de calcul	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 069 Vérification de la méthode : CALCUL DU RAPPORT CHOLESTEROL TOTAL/CHOLESTEROL HDL	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Rapport microalbuminurie/créatininurie	Urine	Formule de calcul	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 063 Vérification de la méthode : CALCUL DU RAPPORT MICROALBUMINURIE/ CREATININURIE	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Rapport protéinurie/créatininurie	Urine	Formule de calcul	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 070 Vérification de la méthode : calcul du rapport protéinurie/créatininurie	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Réserve alcaline	Sang	Dosage enzymatique-Réflectométrie sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 015 Vérification de la méthode RESERVE ALCALINE (ECO2)	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Saturation en oxygène (gaz du sang)	Sang artériel	Formule de calcul	HD4 A MO 015 Utilisation de l'appareil à gazométrie EPOC Vérification des paramètres calculés de la méthode GAZOMETRIE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Sodium	Sang	Potentiométrie directe sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 018 Vérification de la méthode SODIUM (Na)	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Sodium	Urine	Potentiométrie directe sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 039 Vérification de la méthode SODIUM URINAIRE	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Sodium (Na+) (gaz du sang)	Sang artériel	Potentiométrie sur système EPOC - SIEMENS	HD4 A MO 015 Utilisation de l'appareil à gazométrie EPOC HD10 ENR 071 Vérification des paramètres mesurés de la méthode GAZOMETRIE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Thyroxine (T4 Libre)	Sang	Immunodosage par compétition sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 037 Vérification de la méthode THYROXINE LIBRE (FT4)	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Transferrine	Sang	Dosage immuno-turbidimétrique sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HB6 ENR 062 Maîtrise des risques : TRANSFERRINE	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Triglycérides	Sang	Colorimétrie-Réflectométrie sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 028 Vérification de la méthode TRIGLYCERIDES	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Triiodothyronine (T3 Libre)	Sang	Immunodosage par compétition sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 038 Vérification de la méthode TRIIODOTHYRONINE (T3L)	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Troponine I Hypersensible	Sang	Dosage immunométrique sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 001 Vérification de la méthode Troponine I Hypersensible (TNIH)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	TSH	Sang	Dosage immunométrique sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 016 Vérification de la méthode TSH	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Urée	Sang	Colorimétrie-Réflectométrie sur VITROS XT-7600	HD6 MO 002 VITROS XT 7600 HD10 ENR 017 Vérification de la méthode UREE	

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Electrophorèse des protéines sériques	Sang	Electrophorèse capillaire	HD4 A MO 018 Électrophorèse des protéines sériques sur MINICAP SEBIA HD10 ENR 067 Vérification de la méthode : ELECTROPHORESE DES PROTEINES SERIQUES	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Hémoglobine glyquée	Sang	Electrophorèse capillaire	HD4 A MO 019 Hémoglobine glyquée A1C par électrophorèse capillaire sur MINICAP SEBIA HD10 ENR 052 Vérification de la méthode HEMOGLOBINE GLYQUEE	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Recherche de sang	Selles	Test unitaire simple / Medix Biochemica	HD4 D MO 004 Recherche sang dans les selles HD10 ENR 044 Vérification de la méthode: RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	CCMH	Sang	Automatisé sur XN-L 550 Sysmex	HD10 ENR 078 Vérification de la méthode : Numération de la formule sanguine (NF) HD4 B INS 005 Règles d'expertise pour le XN-L 550 HD4 B INS 009 Alarmes et validation technique sur le XN-L 550	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Hématie	Sang	Automatisé sur XN-L 550 Sysmex	HD10 ENR 078 Vérification de la méthode : Numération de la formule sanguine (NF) HD4 B INS 005 Règles d'expertise pour le XN-L 550 HD4 B INS 009 Alarmes et validation technique sur le XN-L 550	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Hématocrite	Sang	Automatisé sur XN-L 550 Sysmex	HD10 ENR 078 Vérification de la méthode : Numération de la formule sanguine (NF) HD4 B INS 005 Règles d'expertise pour le XN-L 550 HD4 B INS 009 Alarmes et validation technique sur le XN-L 550	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Hémoglobine	Sang	Automatisé sur XN-L 550 Sysmex	HD10 ENR 078 Vérification de la méthode : Numération de la formule sanguine (NF) HD4 B INS 005 Règles d'expertise pour le XN-L 550 HD4 B INS 009 Alarmes et validation technique sur le XN-L 550	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	IDR	Sang	Automatisé sur XN-L 550 Sysmex	HD10 ENR 078 Vérification de la méthode : Numération de la formule sanguine (NF) HD4 B INS 005 Règles d'expertise pour le XN-L 550 HD4 B INS 009 Alarmes et validation technique sur le XN-L 550	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Leucocytes	Sang	Automatisé sur XN-L 550 Sysmex	HD10 ENR 078 Vérification de la méthode : Numération de la formule sanguine (NF) HD4 B INS 005 Règles d'expertise pour le XN-L 550 HD4 B INS 009 Alarmes et validation technique sur le XN-L 550	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Lymphocytes	Sang	Automatisé sur XN-L 550 Sysmex	HD10 ENR 078 Vérification de la méthode : Numération de la formule sanguine (NF) HD4 B INS 005 Règles d'expertise pour le XN-L 550 HD4 B INS 009 Alarmes et validation technique sur le XN-L 550	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Lymphocytes	Sang	Méthode manuelle/ Identification et numération après coloration par microscopie optique	HD10 ENR 078 Vérification de la méthode : Numération de la formule sanguine (NF) HD4 B INS 005 Règles d'expertise pour le XN-L 550 HD4 B INS 009 Alarmes et validation technique sur le XN-L 550	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Monocytes	Sang	Automatisé sur XN-L 550 Sysmex	HD10 ENR 078 Vérification de la méthode : Numération de la formule sanguine (NF) HD4 B INS 005 Règles d'expertise pour le XN-L 550 HD4 B INS 009 Alarmes et validation technique sur le XN-L 550	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Monocytes	Sang	Méthode manuelle/ Identification et numération après coloration par microscopie optique	HD10 ENR 078 Vérification de la méthode : Numération de la formule sanguine (NF) HD4 B INS 005 Règles d'expertise pour le XN-L 550 HD4 B INS 009 Alarmes et validation technique sur le XN-L 550	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Plaquettes	Sang	Automatisé sur XN-L 550 Sysmex	HD10 ENR 078 Vérification de la méthode : Numération de la formule sanguine (NF) HD4 B INS 005 Règles d'expertise pour le XN-L 550 HD4 B INS 009 Alarmes et validation technique sur le XN-L 550	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Polynucléaires Basophiles	Sang	Automatisé sur XN-L 550 Sysmex	HD10 ENR 078 Vérification de la méthode : Numération de la formule sanguine (NF) HD4 B INS 005 Règles d'expertise pour le XN-L 550 HD4 B INS 009 Alarmes et validation technique sur le XN-L 550	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Polynucléaires Basophiles	Sang	Méthode manuelle/ Identification et numération après coloration par microscopie optique	HD10 ENR 078 Vérification de la méthode : Numération de la formule sanguine (NF) HD4 B INS 005 Règles d'expertise pour le XN-L 550 HD4 B INS 009 Alarmes et validation technique sur le XN-L 550	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Polynucléaires Eosinophiles	Sang	Automatisé sur XN-L 550 Sysmex	HD10 ENR 078 Vérification de la méthode : Numération de la formule sanguine (NF) HD4 B INS 005 Règles d'expertise pour le XN-L 550 HD4 B INS 009 Alarmes et validation technique sur le XN-L 550	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Polynucléaires Eosinophiles	Sang	Méthode manuelle/ Identification et numération après coloration par microscopie optique	HD10 ENR 078 Vérification de la méthode : Numération de la formule sanguine (NF) HD4 B INS 005 Règles d'expertise pour le XN-L 550 HD4 B INS 009 Alarmes et validation technique sur le XN-L 550	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Polynucléaires Neutrophiles	Sang	Automatisé sur XN-L 550 Sysmex	HD10 ENR 078 Vérification de la méthode : Numération de la formule sanguine (NF) HD4 B INS 005 Règles d'expertise pour le XN-L 550 HD4 B INS 009 Alarmes et validation technique sur le XN-L 550	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Polynucléaires Neutrophiles	Sang	Méthode manuelle/ Identification et numération après coloration par microscopie optique	HD10 ENR 078 Vérification de la méthode : Numération de la formule sanguine (NF) HD4 B INS 005 Règles d'expertise pour le XN-L 550 HD4 B INS 009 Alarmes et validation technique sur le XN-L 550	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Recherche, identification et numération de cellules anormales	Sang	Méthode manuelle/ Identification et numération après coloration par microscopie optique	HD10 ENR 078 Vérification de la méthode : Numération de la formule sanguine (NF) HD4 B INS 005 Règles d'expertise pour le XN-L 550 HD4 B INS 009 Alarmes et validation technique sur le XN-L 550	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Réticulocytes	Sang	Automatisé sur XN-L 550 Sysmex	HD10 ENR 078 Vérification de la méthode : Numération de la formule sanguine (NF) HD4 B INS 005 Règles d'expertise pour le XN-L 550 HD4 B INS 009 Alarmes et validation technique sur le XN-L 550	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Réticulocytes	Sang	Méthode manuelle/ Identification et numération après coloration par microscopie optique	HD10 ENR 084 Vérification de la méthode : Numération des réticulocytes sur frottis colorés au bleu de crésyl brillant HD4 B INS 006 Réticulocytes	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	TCMH	Sang	Automatisé sur XN-L 550 Sysmex	HD10 ENR 078 Vérification de la méthode : Numération de la formule sanguine (NF) HD4 B INS 005 Règles d'expertise pour le XN-L 550 HD4 B INS 009 Alarmes et validation technique sur le XN-L 550	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Volume globulaire moyen (VGM)	Sang	Automatisé sur XN-L 550 Sysmex	HD10 ENR 078 Vérification de la méthode : Numération de la formule sanguine (NF) HD4 B INS 005 Règles d'expertise pour le XN-L 550 HD4 B INS 009 Alarmes et validation technique sur le XN-L 550	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Volume globulaire moyen (VGM)	Sang	Automatisé sur XN-L 550 Sysmex	HD10 ENR 078 Vérification de la méthode : Numération de la formule sanguine (NF) HD4 B INS 005 Règles d'expertise pour le XN-L 550 HD4 B INS 009 Alarmes et validation technique sur le XN-L 550	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	D-Dimères	Sang	Immuno-turbidimétrie sur automate STA Compact MAX - STAGO	HD4 C MO 016 STA COMPACT MAX HD10 ENR 073 Vérification de la méthode D-Dimères	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Fibrinogène	Sang	Chronométrie sur automate STA Compact MAX - STAGO	HD4 C MO 016 STA COMPACT MAX HD10 ENR 080 Vérification de la méthode : Fibrinogène	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	TCA	Sang	Chronométrie sur automate STA Compact MAX - STAGO	HD4 C MO 016 STA COMPACT MAX HD10 ENR 081 Vérification de la méthode TCA	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	TP-INR	Sang	Chronométrie sur automate STA Compact MAX - STAGO	HD10 ENR 079 Vérification de la méthode : TQ - TP - INR HD4 C MO 016 STA COMPACT MAX	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Activité anti XA	Sang	Méthode chromogénique sur automate STA Compact MAX - STAGO	HD4 C MO 016 STA COMPACT MAX HD10 ENR 064 Vérification de la méthode ACTIVITÉ ANTI-Xa	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Recherche d'antigène viraux : Grippe (Influenza A et B)	Prélèvement naso-pharyngé	Test unitaire simple en immunofluorescence à lecture automatisée sur analyseur	SOFIA 2 (QUIDEL) HD4 D MO 009 Recherche d'antigènes viraux : Grippe	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Recherche de l'antigène GDH et des toxines A et B de Clostridioides difficile	Selles	Test unitaire simple par méthode immuno-enzymatique	C. DIFF QUICK CHEK COMPLETE (Alere TECHLAB) HD4 D MO 005 Recherche de Clostridioides difficile dans les selles	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Recherche de l’antigène du VRS	Prélèvement naso-pharyngé	Test unitaire simple par méthode immunochromatographique	BinaxNOW RSV (Abbott) HD4 D MO 012 Recherche de l'antigène du VRS	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Recherche l'antigène viral du SARS-CoV2	Prélèvement naso-pharyngé	Test unitaire simple en immunofluorescence à lecture automatisée sur analyseur	SOFIA 2 (QUIDEL) HD4 D MO 011 Recherche d'antigène viraux : SARS-CoV2	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Coproculture	Selles	Examen macroscopique de l'échantillon primaire Examen direct à l'état frais au microscope optique Examen direct après coloration de Gram	Colorateur de gram AEROSPRAY® GRAM HD4 D INS 003 Coproculture HD3 MO 014 Colorateur de Gram	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	ECBU	Urine	Examen direct par dénombrement au microscope optique en cellule de comptage de type KOVA Slide	HD4 D INS 002 ECBU	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Examen microbiologique d'un prélèvement oculaire	Ecouvillonnage	Examen direct après coloration de Gram	Colorateur de gram AEROSPRAY® GRAM HD4 INS 003 Oeil HD3 MO 014 Colorateur de Gram	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Examen microbiologique des liquides de ponction	Pus	Examen direct après coloration de Gram	Colorateur de gram AEROSPRAY® GRAM HD4 INS 006 Prélèvement de pus en seringue HD3 MO 014 Colorateur de Gram	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Examen microbiologique des prélèvements cutanés superficiels	Ecouvillonnage	Examen direct après coloration de Gram	Colorateur de gram AEROSPRAY® GRAM HD4 D INS 010 Prélèvement superficiel HD3 MO 014 Colorateur de Gram	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Examen microbiologique des prélèvements de la sphère ORL	Ecouvillonnage	Examen direct après coloration de Gram	Colorateur de gram AEROSPRAY® GRAM HD4 D MO 006 ORL HD3 MO 014 Colorateur de Gram	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Examen Microbiologique des prélèvements génitaux	Ecouvillonnage	Examen direct à l'état frais au microscope optique Examen direct après coloration de Gram	Colorateur de gram AEROSPRAY® GRAM HD4 D INS 013 Prélèvement urétral HD4 D INS 004 Prélèvement vaginal HD3 MO 014 Colorateur de Gram	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Examen microbiologique des prélèvements respiratoires	Expectoration Aspiration bronchique ou trachéale Prélèvement distal protégé (PDP)	Examen direct après coloration de Gram Examen direct après coloration au MGG	Colorateur de gram AEROSPRAY® GRAM HD4 D INS 027 Expectorations HD3 MO 014 Colorateur de Gram HD4 B INS 011 Réalisation et coloration d'un frottis sanguin	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Hémoculture	Sang	Culture microbiologique de sang, détection par mise en évidence d'une activité métabolique et virage colorimétrique du sensor.	BACT/ALERT 3D (BIOMERIEUX) HD4 D MO 001 Hémoculture	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Coproculture	Selles	Mise en culture manuelle, incubation et lecture semi-quantitative. Identification automatisée en milieu liquide par colorimétrie. Identification directe de l'espèce C. albicans sur milieu chromogène.	VITEK 2 COMPACT BIOMERIEUX	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	ECBU	Urine	Mise en culture manuelle, incubation et lecture semi-quantitative. Identification automatisée en milieu liquide par colorimétrie. Identification directe d'Escherichia coli et de l'espèce C. albicans sur milieu chromogène.	VITEK 2 COMPACT BIOMERIEUX	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Examen microbiologique d'un cathéter	Cathéter	Mise en culture manuelle, incubation et lecture semi-quantitative. Identification automatisée en milieu liquide par colorimétrie.	VITEK 2 COMPACT BIOMERIEUX	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Examen microbiologique d'un prélèvement oculaire	Ecouvillonnage	Mise en culture manuelle, incubation et lecture semi-quantitative. Identification automatisée en milieu liquide par colorimétrie.	VITEK 2 COMPACT BIOMERIEUX	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Examen microbiologique des liquides de ponction	Pus	Mise en culture manuelle, incubation et lecture semi-quantitative. Identification automatisée en milieu liquide par colorimétrie. Identification directe de l'espèce C. albicans sur milieu chromogène.	VITEK 2 COMPACT BIOMERIEUX	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Examen microbiologique des prélèvements cutanés superficiels	Ecouvillonnage	Mise en culture manuelle, incubation et lecture semi-quantitative. Identification automatisée en milieu liquide par colorimétrie.	VITEK 2 COMPACT BIOMERIEUX	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Examen microbiologique des prélèvements de la sphère ORL	Ecouvillonnage	Mise en culture manuelle, incubation et lecture semi-quantitative. Identification automatisée en milieu liquide par colorimétrie. Identification directe de l'espèce C. albicans sur milieu chromogène.	VITEK 2 COMPACT BIOMERIEUX	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Examen microbiologique des prélèvements génitaux	Ecouvillonnage	Mise en culture manuelle, incubation et lecture semi-quantitative. Identification automatisée en milieu liquide par colorimétrie. Identification directe de l'espèce C. albicans sur milieu chromogène.	VITEK 2 COMPACT BIOMERIEUX	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Examen microbiologique des prélèvements respiratoires	Expectoration Aspiration bronchique ou trachéale Prélèvement distal protégé (PDP)	Mise en culture manuelle, incubation et lecture semi-quantitative. Identification automatisée en milieu liquide par colorimétrie. Identification directe de l'espèce C. albicans sur milieu chromogène.	VITEK 2 COMPACT BIOMERIEUX	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Hémoculture	Sang	Mise en culture manuelle, incubation et lecture semi-quantitative. Identification automatisée en milieu liquide par colorimétrie.	VITEK 2 COMPACT BIOMERIEUX	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Hémoculture	Sang	Mise en culture manuelle, incubation et lecture semi-quantitative. Identification automatisée en milieu liquide par colorimétrie. Identification directe d'Escherichia coli et de l'espèce C. albicans sur milieu chromogène.	VITEK 2 COMPACT BIOMERIEUX	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Recherche de portage de bactéries multi et hautement résistantes émergentes	Ecouvillonnage ano-rectal Ecouvillonnage nasal Selles	Mise en culture manuelle, incubation et lecture semi-quantitative. Identification automatisée en milieu liquide par colorimétrie.	VITEK 2 COMPACT BIOMERIEUX	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Coproculture	Selles	Antibiogramme automatisé (détermination des CMI par microdilution). Antibiogramme manuel par diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé. Antibiogramme manuel par microdilution en milieu liquide pour vancomycine, téicoplanine, daptomycine et dalbavancine.	VITEK 2 COMPACT (BIOMERIEUX) Expertise par SIRxpert (I2A) Lecture par le SIRscan LYNX (I2A) Expertise par SIRxpert (I2A)	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	ECBU	Urine	Antibiogramme automatisé (détermination des CMI par microdilution). Antibiogramme manuel par diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé. Antibiogramme manuel par microdilution en milieu liquide pour vancomycine, téicoplanine, daptomycine et dalbavancine.	VITEK 2 COMPACT (BIOMERIEUX) Expertise par SIRxpert (I2A) Lecture par le SIRscan LYNX (I2A) Expertise par SIRxpert (I2A)	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Examen microbiologique d'un cathéter	Cathéter	Antibiogramme automatisé (détermination des CMI par microdilution). Antibiogramme manuel par diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé. Antibiogramme manuel par microdilution en milieu liquide pour vancomycine, téicoplanine, daptomycine et dalbavancine.	VITEK 2 COMPACT (BIOMERIEUX) Expertise par SIRxpert (I2A) Lecture par le SIRscan LYNX (I2A) Expertise par SIRxpert (I2A)	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Examen microbiologique d'un prélèvement oculaire	Ecouvillonnage	Antibiogramme automatisé (détermination des CMI par microdilution). Antibiogramme manuel par diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé. Antibiogramme manuel par microdilution en milieu liquide pour vancomycine, téicoplanine, daptomycine et dalbavancine.	VITEK 2 COMPACT (BIOMERIEUX) Expertise par SIRxpert (I2A) Lecture par le SIRscan LYNX (I2A) Expertise par SIRxpert (I2A)	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Examen microbiologique des liquides de ponction	Pus	Antibiogramme automatisé (détermination des CMI par microdilution). Antibiogramme manuel par diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé. Antibiogramme manuel par microdilution en milieu liquide pour vancomycine, téicoplanine, daptomycine et dalbavancine.	VITEK 2 COMPACT (BIOMERIEUX) Expertise par SIRxpert (I2A) Lecture par le SIRscan LYNX (I2A) Expertise par SIRxpert (I2A)	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Examen microbiologique des prélèvements cutanés superficiels	Ecouvillonnage	Antibiogramme automatisé (détermination des CMI par microdilution). Antibiogramme manuel par diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé. Antibiogramme manuel par microdilution en milieu liquide pour vancomycine, téicoplanine, daptomycine et dalbavancine.	VITEK 2 COMPACT (BIOMERIEUX) Expertise par SIRxpert (I2A) Lecture par le SIRscan LYNX (I2A) Expertise par SIRxpert (I2A)	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Examen microbiologique des prélèvements de la sphère ORL	Ecouvillonnage	Antibiogramme automatisé (détermination des CMI par microdilution). Antibiogramme manuel par diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé. Antibiogramme manuel par microdilution en milieu liquide pour vancomycine, téicoplanine, daptomycine et dalbavancine.	VITEK 2 COMPACT (BIOMERIEUX) Expertise par SIRxpert (I2A) Lecture par le SIRscan LYNX (I2A) Expertise par SIRxpert (I2A)	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Examen Microbiologique des prélèvements génitaux	Ecouvillonnage	Antibiogramme automatisé (détermination des CMI par microdilution). Antibiogramme manuel par diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé. Antibiogramme manuel par microdilution en milieu liquide pour vancomycine, téicoplanine, daptomycine et dalbavancine.	VITEK 2 COMPACT (BIOMERIEUX) Expertise par SIRxpert (I2A) Lecture par le SIRscan LYNX (I2A) Expertise par SIRxpert (I2A)	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Examen microbiologique des prélèvements respiratoires	Expectoration Aspiration bronchique ou trachéale Prélèvement distal protégé (PDP)	Antibiogramme automatisé (détermination des CMI par microdilution). Antibiogramme manuel par diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé. Antibiogramme manuel par microdilution en milieu liquide pour vancomycine, téicoplanine, daptomycine et dalbavancine.	VITEK 2 COMPACT (BIOMERIEUX) Expertise par SIRxpert (I2A) Lecture par le SIRscan LYNX (I2A) Expertise par SIRxpert (I2A)	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Hémoculture	Sang	Antibiogramme automatisé (détermination des CMI par microdilution). Antibiogramme manuel par diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé. Antibiogramme manuel par microdilution en milieu liquide pour vancomycine, téicoplanine, daptomycine et dalbavancine.	VITEK 2 COMPACT (BIOMERIEUX) Expertise par SIRxpert (I2A) Lecture par le SIRscan LYNX (I2A) Expertise par SIRxpert (I2A)	
ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD	Recherche de portage de bactéries multi et hautement résistantes émergentes	Ecouvillonnage ano-rectal Ecouvillonnage nasal Selles	Antibiogramme automatisé (détermination des CMI par microdilution). Antibiogramme manuel par diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé. Antibiogramme manuel par microdilution en milieu liquide pour vancomycine, téicoplanine, daptomycine et dalbavancine.	VITEK 2 COMPACT (BIOMERIEUX) Expertise par SIRxpert (I2A) Lecture par le SIRscan LYNX (I2A) Expertise par SIRxpert (I2A)	