Portée détaillée v.9 de l'attestation N° 8-4188

Detailed scope v.9 of the attestation N° 8-4188
Date de publication / Publish date: 25/03/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

GCS POLE LOGISTIQUE SUD HAUTE-MARNAIS

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Chaumont	Bicarbonates (réserves alcalines) : Détermination de la concentration	plasma	1 automate ATELLICA ®CH930 analyser Enzymatique	Fiche technique fournisseur (11097521 CO2-Carbon Dioxide, Concentrated - Atellica CH)	
Site du C.H. de Chaumont	Creatinine : Détermination de la concentration	plasma	1 automate ATELLICA ®CH930 analyser Enzymatique	Fiche technique fournisseur (11537216 Enzymatic Creatinine_3 - Atellica CH)	Changement de réactif le 26/02/2024 (erreur sur la date 2024 et non 2025) : nouvelle référence du fournisseur
Site du C.H. de Chaumont	CRP (Protéine C Réactive) : Détermination de la concentration	plasma	1 automate ATELLICA ®CH930 analyser immunoturbidimétrie	Fiche technique fournisseur (11537223 C-Reactive Protein (CRP) - Atellica CH)	Changement de réactif le 15/01/2025 : nouvelle référence du fournisseur
Site du C.H. de Chaumont	Digoxine Détermination de la concentration	plasma	2 automates ATELLICA ®CH930 analyser chimiluminescence directe	Fiche technique fournisseur (10995558 Digoxin - Atellica IM	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Chaumont	Glucose : Détermination de la concentration	plasma	1 automate ATELLICA ®CH930 analyser Hexokinase	Fiche technique fournisseur (11097592 Glucose Hexokinase_3 - Atellica CH	
Site du C.H. de Chaumont	Ionogramme : Chlore (Détermination de la concentration)	plasma	1 automate ATELLICA ®CH930 analyser IntegratedMultisensor Technology (IMT) indirecte.	Fiche technique fournisseur (11099315 A-LYTE Integrated Multisensor - Atellica CH)	
Site du C.H. de Chaumont	Ionogramme : Potassium (Détermination de la concentration)	plasma	1 automate ATELLICA ®CH930 analyser IntegratedMultisensor Technology (IMT) indirecte.	Fiche technique fournisseur (11099315 A-LYTE Integrated Multisensor - Atellica CH)	
Site du C.H. de Chaumont	Ionogramme: Sodium (Détermination de la concentration)	plasma	1 automate ATELLICA ®CH930 analyser IntegratedMultisensor Technology (IMT) indirecte.	Fiche technique fournisseur (11099315 A-LYTE Integrated Multisensor - Atellica CH)	
Site du C.H. de Chaumont	Protides totaux : Détermination de la concentration	plasma	1 automate ATELLICA ®CH930 analyser Colorimétrique Biuret	Fiche technique fournisseur (11537228 Total Protein II (TP-2) - Atellica CH))	Changement de réactif le 26/02/2025 : nouvelle référence du fournisseur
Site du C.H. de Chaumont	Urée : Détermination de la concentration	plasma	1 automate ATELLICA ®CH930 analyser (Enzymatique uréase/GLDH)	Fiche technique fournisseur (11097593 Urea Nitrogen - Atellica CH)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Langres	Bicarbonates (réserves alcalines) : Détermination de la concentration	plasma	1 automate ATELLICA ®CH930 analyser Enzymatique	Fiche technique fournisseur (11097521 CO2-Carbon Dioxide, Concentrated - Atellica CH)	
Site du C.H. de Langres	Calcium total :Détermination de la concentration	plasma	1 automate ATELLICA ®CH930 analyser complexation photométrique	Fiche technique fournisseur (11097644 Calcium_2 (CA_2))	
Site du C.H. de Langres	Creatinine : Détermination de la concentration	plasma	1 automate ATELLICA ®CH930 analyser Enzymatique	Fiche technique fournisseur (11537216 Enzymatic Creatinine_3 - Atellica CH)	Changement de réactif le 26/02/2024 (erreur sur la date 2024 et non 2025) : nouvelle référence du fournisseur
Site du C.H. de Langres	CRP (Protéine C Réactive) : Détermination de la concentration	plasma	1 automate ATELLICA ®CH930 analyser immunoturbidimétrie	Fiche technique fournisseur (11537223 C-Reactive Protein (CRP) - Atellica CH)	Changement de réactif le 15/01/2025 : nouvelle référence du fournisseur
Site du C.H. de Langres	Ethanol : Détermination de la concentration	plasma	2 automates ATELLICA ®CH930 analyser (Enzymatique ADH)	Fiche technique fournisseur (11097501 Ethyl Alcohol - Atellica CH)	
Site du C.H. de Langres	Glucose : Détermination de la concentration	plasma	1 automate ATELLICA ®CH930 analyser Hexokinase	Fiche technique fournisseur (11097592 Glucose Hexokinase_3 - Atellica CH	
Site du C.H. de Langres	Ionogramme : Chlore (Détermination de la concentration)	plasma	1 automate ATELLICA ®CH930 analyser IntegratedMultisensor Technology (IMT) indirecte.	Fiche technique fournisseur (11099315 A-LYTE Integrated Multisensor - Atellica CH)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Langres	Ionogramme : Potassium (Détermination de la concentration)	plasma	1 automate ATELLICA ®CH930 analyser IntegratedMultisensor Technology (IMT) indirecte.	Fiche technique fournisseur (11099315 A-LYTE Integrated Multisensor - Atellica CH)	
Site du C.H. de Langres	Ionogramme: Sodium (Détermination de la concentration)	plasma	1 automate ATELLICA ®CH930 analyser IntegratedMultisensor Technology (IMT) indirecte.	Fiche technique fournisseur (11099315 A-LYTE Integrated Multisensor - Atellica CH)	
Site du C.H. de Langres	Protides totaux : Détermination de la concentration	plasma	1 automate ATELLICA ®CH930 analyser Colorimétrique Biuret	Fiche technique fournisseur (11537228 Total Protein II (TP-2) - Atellica CH)	Changement de réactif le 26/02/2025 : nouvelle référence du fournisseur
Site du C.H. de Langres	Urée : Détermination de la concentration	plasma	1 automate ATELLICA ®CH930 analyser (Enzymatique uréase/GLDH)	Fiche technique fournisseur (11097593 Urea Nitrogen - Atellica CH)	

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Langres	Electrophorèse des protéines sanguines : Identification et quantification	Sérum	Automate Capillarys 3 OCTA SEBIA électrophorèse capillaire en veine liquide	Fiche technique fournisseur	Changement d'automate : mise en production de l'automate Capillarys 3 OCTA le 16/03/2026 Nouvelle référence du réactif : 2503
Site du C.H. de Langres	Immuno-Electrophorèse des protéines sériques	Sérum	Automate Capillarys 3 OCTA technique immunotyping	Fiche technique fournisseur (CAPILLARYS 2)	Ajout le 16/02/2026 (examen complexes) Changement d'automate : mise en production de l'automate Capillarys 3 OCTA le 16/03/2026 Nouvelle référence du réactif : 2600

Changement d'automate --> mise en place d'un capillarys 3 OCTA, entrainant aussi un changement de réactif pour la réalisation des EPR et des IT.

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Chaumont	Recherche de sang dans les selles	Selles	Test immunochromatographique détection qualitative de l'hémoglobine humaine	Test unitaire manuel : One Site Rapid test BIOTECH	extension validée suite à l'audit COFRAC de mai 2024

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Langres	Recherche de toxiques urinaires : cannabis	Urines	Test immunochromatographique détection qualitative	Test unitaire manuel : SURE STEP (innovacom ABBOTT)	extension validée suite à l'audit COFRAC de mai 2024

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Chaumont	Formule sanguine manuelle	sang total	Coloration de frottis par la technique de MGG	Examen morphologique direct après coloration MGG des cellules par microscopie optique	Ajout le 16/02/2026 (examen complexe) Changement colorateur aérospray :Numéro de série : 7152242457 mis en production le 28/11/2024 en remplacement du 7152140356
Site du C.H. de Chaumont	Hémogramme - NFP (Numération Formule Plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés (ex : réticulocytes))	sang total	1 Automate SYSMEX XN-1000 Impédance/Cytométrie en flux/Fluorescence	Préconisations fournisseurs documents interne: GCSBM-EXT-0042 GCSBM-MO-0058	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Langres	Formule sanguine manuelle	sang total	Coloration de frottis par la technique de MGG	Examen morphologique direct après coloration MGG des cellules par microscopie optique	Ajout le 16/02/2026 (examen complexe)
Site du C.H. de Langres	Hémogramme - NFP (Numération Formule Plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés (ex : réticulocytes))	sang total	1 Automate SYSMEX XN-1000 Impédance/Cytométrie en flux/Fluorescence	Préconisations fournisseurs documents interne: GCSBM-EXT-0042 GCSBM-MO-0058	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Chaumont	D-Dimères : Détermination des paramètres	plasma	Automate STA MAX 3 (Stago) Immunoturbidimétrie	Fiche technique fournisseur (STA - Liatest D-Di Plus REF00662)	
Site du C.H. de Chaumont	Fibrinogène : Détermination de la concentration	plasma	Automate STA MAX 3 (Stago) Chronométrie	Fiche technique fournisseur (STA - Liquid Fib REF00673)	
Site du C.H. de Chaumont	Taux de prothrombine (TP) / INR : Détermination des paramètres	plasma	Automate STA MAX 3 (Stago) Chronométrie	Fiche technique fournisseur (STA - Neoptimal REF01164)	
Site du C.H. de Chaumont	Temps de Céphaline Activé (TCA) : Détermination des paramètres	plasma	Automate STA MAX 3 (Stago) Chronométrie	Fiche technique fournisseur (STA - Cephascreen 10 REF00310)	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Langres	D-Dimères : Détermination des paramètres	plasma	Automate STA MAX 3 (Stago) Immunoturbidimétrie	Fiche technique fournisseur (STA - Liatest D-Di Plus REF00662)	
Site du C.H. de Langres	Fibrinogène : Détermination de la concentration	plasma	Automate STA MAX 3 (Stago) Chronométrie	Fiche technique fournisseur (STA - Liquid Fib REF00673)	
Site du C.H. de Langres	Taux de prothrombine (TP) / INR : Détermination des paramètres	plasma	Automate STA MAX 3 (Stago) Chronométrie	Fiche technique fournisseur (STA - Neoptimal REF01164)	
Site du C.H. de Langres	Temps de Céphaline Activé (TCA) : Détermination des paramètres	plasma	Automate STA MAX 3 (Stago) Chronométrie	Fiche technique fournisseur (STA - Cephascreen 10 REF00310)	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Chaumont	Héparinémie	Plasma	Méthode : colorimétrique	Automate : STA MAX 3 STAGO	Extension validée suite à l'audit COFRAC de mai 2024

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Langres	Héparinémie	Plasma	Méthode : colorimétrique	Automate : STA MAX 3 STAGO	Extension validée suite à l'audit COFRAC de mai 2024

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Chaumont	Groupe Sanguin (ABO) + Phénotype (Rh, Kell) : Recherche et détermination d'antigènes érythrocytaires	plasma	Automatisée Hémagglutination ORTHO VISION de OrthoClinical Diagnostics Numéro de série J60003066	Préconisations fournisseurs	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Langres	Groupe Sanguin (ABO) + Phénotype (Rh, Kell) : Recherche et détermination d'antigènes érythrocytaires	plasma	Automatisée Hémagglutination ORTHO VISION de OrthoClinical Diagnostics Numéro de série J60004744	Préconisations fournisseurs	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Chaumont	Anticorps anti-érythrocytaires (AI/RAI) : Recherche	plasma	Automatisée Hémagglutination ORTHO VISION de OrthoClinical Diagnostics Numéro de série J60003066	Préconisations fournisseur documents interne GCSBM-EXT-0036 GCSBM-MO-0005	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Langres	Anticorps anti-érythrocytaires (AI/RAI) : Recherche	plasma	Automatisée Hémagglutination ORTHO VISION de OrthoClinical Diagnostics Numéro de série J60004744	Préconisations fournisseurs	

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Chaumont	Combs Direct	sang total	Méthode ; techniques qualitatives d'hémagglutination sur colonne	Automate : ORTHO VISION Ortho Clinical Diagnostics	Extension validée suite à l'audit COFRAC de mai 2024

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Chaumont	Anticorps anti-Hépatite C (HCV): Identification qualitative	Sérum	ATELLICA ®CH930 analyser immunodosage sandwich indirect à 2 lavages	Fiche technique fournisseur (10995456 Hepatitis C(OUS) - Atellica IM)	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Langres	Syphilis	Sérum	Méthode : sandwich indirecte à 2 lavages	Automate : ATELLICA IM SIEMENS	Extension validée suite à l'audit COFRAC de mai 2024

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Chaumont	Antigène Pneumocoque	Urines	Méthode : Alere BinaxNOW Streptococcus pneumoniae antigen ref 710-100	Automate : Alere READER	Extension validée suite à l'audit COFRAC de mai 2024

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Langres	Antigène Légionelle	Urines	Méthode : Immunochromatographie Alere BinaxNOW Legionella Urinary Antigen Card ref 852-100	Automate : Alere READER	Extension validée suite à l'audit COFRAC de mai 2024

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Chaumont	Recherche de VRS	Prélèvement naso-pharyngé	Méthode : amplification isotherme des acides nucléiques d'ID NOW (LAMP) Alere i VRS	Automate : ID NOX ABBOTT	Extension validée suite à l'audit COFRAC de mai 2024

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Langres	Recherche de COVID 19	Prélèvement rhino pharyngé profond	Méthode : amplification isotherme des acides nucléiques d'ID NOW (LAMP) ID NOW COVID-19	Automate : ID NOX ABBOTT	Extension validée suite à l'audit COFRAC de mai 2024 Changement de 2 automates IDNOW Numéro de série : 69A5691E le 24/02/2025 en remplacement du C28DD91C Numéro de série : DC20051F le 12/08/2025 en remplacement du BCA3401D

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Chaumont	Examen CytoBactériologique des Urines (ECBU)	Urines	Microscope Examen morphologique direct macro et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration) leucocyturie et hématurie	Lecture optique manuelle	Ne sera pas rendu sous accréditation les autres cellules, les cylindres et les cristaux.
Site du C.H. de Chaumont	Parasitologie des selles	Selles	Manuelle easy para complet BAILANGER easy para complet SERVIBIOL	Recherche et identification des parasites, lecture optique microscopie.	Extension validée suite à l'audit COFRAC de mai 2024

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Langres	Examen CytoBactériologique des Urines (ECBU)	Urines	Microscope Examen morphologique direct macro et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration) leucocyturie et hématurie	Lecture optique manuelle	Ne sera pas rendu sous accréditation les autres cellules, les cylindres et les cristaux. Extension validée suite à l'audit COFRAC de mai 2024
Site du C.H. de Langres	Hémoculture	sang total	Microscope Examen morphologique direct macro et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration)	Lecture optique manuelle	Extension validée suite à l'audit COFRAC de mai 2024

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Chaumont	Hémoculture introduction pour incubation dans l'automate et retrait de flacon	sang total	Méthode : fluorescence	Automate BACTEC FX Becton Dickinson : incubation des flacons hemoculture Numéro de série : FT8097	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Langres	Hémoculture	sang total	Méthode : fluorescence	Automate BACTEC FX Becton Dickinson : incubation des flacons hemoculture	Extension validée suite à l'audit COFRAC de mai 2024

BM MG10 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Langres	Hémoculture	Sang total	Mise en culture	Ensemencemment manuelle sur milieux de culture	Extension validée suite à l'audit COFRAC de mai 2024

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Chaumont	Examen CytoBactériologique des Urines (ECBU)	Urines	Automate Vitek2 compact : Identification des germes	Méthode : colorimétrie/enzymatique	Extension validée suite à l'audit COFRAC de mai 2024 Changement de l'automate VITEK 2 compact pour l'automate VITEK 2 60 avec mise en production le 28/07/2025
Site du C.H. de Chaumont	Examen CytoBactériologique des Urines (ECBU)	Urines	Manuelle : examen direct et mis en en culture	Méthode : Microscope Examen morphologique direct macro et microscopique, après culture avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration)	Extension validée suite à l'audit COFRAC de mai 2024 Changement colorateur aérospray Numéro de série : 7322251605 mis en production le 27/11/2025 en remplacement du 7322150292
Site du C.H. de Chaumont	Hémoculture	sang total	Manuelle : examen direct et mis en en culture	Méthode : Microscope Examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration)	Extension validée suite à l'audit COFRAC de mai 2024 Changement colorateur aérospray Numéro de série : 7322251605 mis en production le 27/11/2025 en remplacement du 7322150292
Site du C.H. de Chaumont	Hémoculture	sang total	Automate Vitek2 compact : Identification des germes	Méthode : colorimétrie/enzymatique	Extension validée suite à l'audit COFRAC de mai 2024 Changement de l'automate VITEK 2 compact pour l'automate VITEK 2 60 avec mise en production le 28/07/2025.

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Chaumont	Examen CytoBactériologique des Urines (ECBU)	Urines	Méthode : gradient de concentration	Antibiogramme manuel sur boite	Extension validée suite à l'audit COFRAC de mai 2024
Site du C.H. de Chaumont	Examen CytoBactériologique des Urines (ECBU)	Urines	Méthode : colorimétrie enzymatique	Antibiogramme automatique Automate ; Vitek2 compact	Extension validée suite à l'audit COFRAC de mai 2024 Changement de l'automate VITEK 2 compact pour l'automate VITEK 2 60 avec mise en production le 28/07/2025

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Chaumont	Diagnostic biologique du paludisme (recherche identification et numération)	sang total	Manuelle : examen morphologique microscopique direct après fixation et coloration sur frottis	Méthode : examen direct après coloration au MGG.	Extension validée suite à l'audit COFRAC de mai 2024 Précision : réalisation sur frottis. Changement automate de coloration aérospray : Numéro de série : 7152242457 mis en production le 28/11/2024 en remplacement du 7152140356
Site du C.H. de Chaumont	Diagnostic biologique du paludisme (recherche identification et numération)	sang total	Méthode : génotypique, extraction, détection d'acides nucléiques après amplification (LAMP)	Meridian illumigene Malaria Automatique ; ILLUMIPRO 10 MERIDIAN	Extension validée suite à l'audit COFRAC de mai 2024
Site du C.H. de Chaumont	Diagnostic biologique du paludisme (recherche identification et numération)	sang total	Méthode : test immunochromatographique sur membrane pour détecter l'antigène du plasmodium falciparum et un antigène pan-malarique.	BinaxNOW Malaria , Abbott (réf 660-000)	Ajout le 16/02/2026

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Langres	Diagnostic biologique du paludisme (recherche identification et numération)	sang total	Manuelle : examen morphologique microscopique direct après fixation et coloration sur frottis	Méthode : examen direct après coloration au MGG.	Extension validée suite à l'audit COFRAC de mai 2024 Précision : réalisation sur frottis.

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Chaumont	Salle de prélèvement du laboratoire	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	Manuel de prélèvement	Mise à jour ligne de portée BMPP01
Site du C.H. de Chaumont	Salle de prélèvement du laboratoire	Air expiré	Test respiratoire à l'urée : Helicobacter pylori	Manuel de prélèvement du laboratoire sous traitant	Mise à jour ligne de portée BMPP0
Site du C.H. de Chaumont	Salle de prélèvement du laboratoire	Peau, phanères	Prélèvements cutanés pour examens microbiologiques Prélèvements des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	Ajout 16/02/2026 (IDE présente sur site)
Site du C.H. de Chaumont	Salle de prélèvement du laboratoire	Prélèvements des muqueuses : nez, gorge, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus.	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen microbiologique	Manuel de prélèvement	Ajout 16/02/2026 (IDE présente sur site)
Site du C.H. de Chaumont	Salle de prélèvement du laboratoire	Sang :	Prélèvement artérielle percutanée : Gaz du sang	Manuel de prélèvement Instruction institutionnelle : MED-PMD-FTEC-001	Ajout le 16/02/2026 (IDE présente sur site)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site du C.H. de Langres	Salle de prélèvement du laboratoire	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	Manuel de prélèvement	Mise à jour ligne de portée BMPP01
Site du C.H. de Langres	Salle de prélèvement du laboratoire	Peau, phanères	Prélèvements cutanés pour examens microbiologiques Prélèvements des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	Mise à jour ligne de portée BMPP01
Site du C.H. de Langres	Salle de prélèvement du laboratoire	Prélèvements génitaux (prélèvement urétral anal)	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	Mise à jour ligne de portée BMPP01 16/02/2026 : précision nature : uniquement prélèvement urétral et anal chez l'homme.
Site du C.H. de Langres	Salle de prélèvement du laboratoire	Urines	Prélèvement par ponction sur poche urinaire	Manuel de prélèvement	Mise à jour ligne de portée BMPP01
Site du C.H. de Langres	Salle de prélèvement du laboratoire	Prélèvements ORL et conjonctive (nasopharyngés, oropharyngés)	Prélèvements aseptique pour examens microbiologique	Manuel de prélèvement	Mise à jour ligne de portée BMPP01 16/02/2026 : précision "conjonctive"
Site du C.H. de Langres	Salle de prélèvement du laboratoire	Air expiré	Test respiratoire à l'urée : Helicobacter pylori	Manuel de prélèvement du laboratoire sous traitant	Mise à jour ligne de portée BMPP01