



Portée détaillée v.3 de l'attestation N° 8-4207

Detailed scope v.3 of the attestation N° 8-4207

Date de publication / Publish date: 01/04/2025

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CABINET DE PATHOLOGIE MATHURIN MOREAU XPATH

AC HA01 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / HISTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Cabinet de Pathologie Mathurin Moreau XPATH	Examen histologique standard HES (hématoxyline, éosine, safran) - Observation morphologique de constituants tissulaires et cellulaires	Prélèvement(s) tissulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, plastie. Téguments, muqueuses buccales et génitales, ongle, cuir chevelu Pathologies tumorales ou inflammatoires Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Méthode de coloration standard HES Préparation du prélèvement : - Etude macroscopique, - Fixation, imprégnation et inclusion en paraffine du prélèvement (blocs), - Coupes et étalement (lames), - Coloration standard HES : Méthode automatisée : Tissue Tek Prisma (colorateur) + Tissue Tek film (monteuse de film) Méthode manuelle Identification morphologique par microscope optique	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) R_TH_MO01_Coloration standard HES	Méthode de coloration standard HES accréditée le 01/10/2024 - Changement d'une station d'enrobage le 28/06/2024 - Installation de sondes de température Vigitemp le 25/06/2024 - Changement de référence de formol le 04/07/2024 - Changement de référence d'érythrosine B le 14/10/2024 - Ajout de la méthode manuelle pour la coloration HES le 05/12/2024 - Installation d'une 3ème table de macroscopie le 27/03/2025