

Section Laboratoires

**ATTESTATION D'ACCREDITATION****ACCREDITATION CERTIFICATE****N° 1-1593 rév. 9**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :  
*The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :*

**EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT NORD**

N° SIREN : 529294035

Satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO/IEC 17025 : 2017**  
*Fulfils the requirements of the standard*

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités en :  
*and Cofrac rules of application for the activities of in :*

**ENVIRONNEMENT / AMIANTE***ENVIRONMENT / ASBESTOS*réalisées par / *performed by :***EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT NORD****PARC DU POMMIER****557 CHEMIN DE NOYELLES****62110 HENIN-BEAUMONT**

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe  
*and precisely described in the attached technical appendix*

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/IEC 17025 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management adapté (cf. communiqué conjoint ISO-ILAC-IAF en vigueur disponible sur le site internet du Cofrac [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr))

*Accreditation in accordance with the recognised international standard NF EN ISO/IEC 17025 demonstrates the technical competence of the laboratory for a defined scope and the proper operation in this laboratory of an appropriate management system (see current Joint ISO-ILAC-IAF Communiqué available on Cofrac web site [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).*

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.

*Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.*

Date de prise d'effet / *granting date* : **01/12/2020**Date de fin de validité / *expiry date* : **30/09/2025**

Pour le Directeur Général et par délégation  
*On behalf of the General Director*

Le Responsable du Pôle Bâtiment-Electricité,  
*Pole manager - Building-Electricity,*

**Kerno MOUTARD**

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.  
*This certificate is only valid if associated with the technical appendix.*

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).  
*The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).*

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 1-1593 Rév 8.  
*This certificate cancels and replaces the certificate N° 1-1593 [Rév 8](#).*

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.  
*The Cofrac's liability applies only to the french text.*

|  |
|--|
| Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS<br>Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21      Siret : 397 879 487 00031 <a href="http://www.cofrac.fr">www.cofrac.fr</a> |
|--|



Section Laboratoires

## **ANNEXE TECHNIQUE**

### **à l'attestation N° 1-1593 rév. 9**

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

**EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT NORD  
PARC DU POMMIER  
557 CHEMIN DE NOYELLES  
62110 HENIN-BEAUMONT**

Dans son unité technique :

**- Amiante et fibres - Région Nord**

Elle porte sur : voir pages suivantes

## Unité technique : Amiante et fibres - Région Nord

Accréditation en vigueur :

| <b># ENVIRONNEMENT / AMIANTE / Essais physiques</b>  |   |  |                         |
|--|---|--|-------------------------|
| <i>Mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26)</i> |   |  |                         |
| OBJET  | CARACTERISTIQUE                                       | PRINCIPE DE LA METHODE   | REFERENCE DE LA METHODE |
| Air intérieur  | Détermination de la concentration en fibres d'amiante | Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte)<br>Comptage par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) | NF X 43-050             |

*Portée flexible FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures*

| <b># ENVIRONNEMENT / AMIANTE / Essais physiques</b>   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <i>Mesurages des niveaux d'empoussièrement de fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28)</i> |   |  |  |
| OBJET   | CARACTERISTIQUE                                       | PRINCIPE DE LA METHODE   | REFERENCE DE LA METHODE                          |
| Air des lieux de travail  | Détermination de la concentration en fibres d'amiante | Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte)<br>Comptage par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) | NF X 43-050<br>NF X43-269 –<br>Annexe K (2017) * |

\* *Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.*

*Portée flexible FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures*

| <b># ENVIRONNEMENT / AMIANTE / Essais physiques</b>   |   |  |                         |
|---|---|--|-------------------------|
| <i>Essais concernant la recherche d'amiante dans l'air (HP ENV)</i>   |   |  |                         |
| Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans l'air ambiant  |   |  |                         |
| OBJET   | CARACTERISTIQUE                                       | PRINCIPE DE LA METHODE   | REFERENCE DE LA METHODE |
| Air ambiant<br>(Matériaux ou produits manufacturés contenant de l'amiante délibérément ajouté, et Matériaux ou produits contenant naturellement de l'amiante) | Détermination de la concentration en fibres d'amiante | Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte)<br>Comptage par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) | NF X 43-050             |

*Portée flexible FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures*

**# ENVIRONNEMENT / AMIANTE / Essais Physiques**

*Analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante*

Détection et identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés

*Arrêté du 1<sup>er</sup> octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses*

| OBJET   | CARACTERISTIQUE                | PRINCIPE DE LA METHODE  | REFERENCE DE LA METHODE  |
|---|--------------------------------|---|--|
| Matériaux et produits du bâtiment susceptibles de contenir de l'amiante ajouté intentionnellement : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plâtres</li> <li>- Cellulose</li> <li>- Ciment / Carbonates</li> <li>- Polymères</li> <li>- Hydrocarbonés</li> </ul> | Fibres classées<br>« amiante » | Préparation sans ou avec traitement par calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique<br><br>Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)<br><br>ET<br><br>Préparation par traitement par calcination et attaque chimique et mécanique<br><br>Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) | Méthode interne de préparation T-MOLP-WO24083 *<br><br>HSG 248 - Annexe 2<br><br>ET<br><br>Méthode interne de préparation T-PM-WO22725 *<br><br>NF X43-050<br>(parties utiles de la norme) |

\* *Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.*

*Portée flexible FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures.*

**# ENVIRONNEMENT / AMIANTE / Essais Physiques**

*Analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante*

Détection et identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés

**Arrêté du 1<sup>er</sup> octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses**

| OBJET   | CARACTERISTIQUE MESUREE OU RECHERCHEE | PRINCIPE DE LA METHODE   | REFERENCE DE LA METHODE   |
|---|---------------------------------------|--|---|
| Matériaux et produits manufacturés pouvant contenir naturellement de l'amiante (par exemple : enrobés, bétons, enduits, mortiers) | Fibres classées « amiante »           | Séparation éventuelle des différentes phases constituant le matériau ou produit manufacturé  | Méthode interne de préparation : T-PE-W063803 *                       |
|   |                                       | <u>Analyse des matériaux bruts</u>   |   |
|   |                                       | Préparation avec traitement par attaque chimique et mécanique  | Méthode interne de préparation : T-PM-WO84179 *                       |
|   |                                       | Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)   | HSG 248 - Annexe 2  |
|   |                                       | ET   | ET  |
|   |                                       | Préparation avec traitement par calcination et attaque chimique et mécanique   | Méthode interne de préparation : T-PM-WO22725 *                       |
|   |                                       | Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) | NF X43-050 (Parties utiles de la norme)<br>ET                         |
|   |                                       |  | IMA : Principes pétrographiques et de classification minéralogique ** |

\* *Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.*

*Portée flexible FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures.*

\*\* Bernard Leake et al., Nomenclature of amphiboles : report of the subcommittee of amphiboles of the international mineralogical association, commission on new minerals and mineral names, The Canadian Mineralogist, Vol. 35, pages 219-246, 1997

Bernard Leake et al., Nomenclature of amphiboles : Additions and revisions to the International Mineralogical Association's amphibole nomenclature, American Mineralogist, Volume 89, pages 883-887, 2004

Frank C. Hawthorne et al., Nomenclature of the amphibole supergroupe (IMA report), American Mineralogist, Volume 97, pages 2031-2048, 2012

Locock AJ, An excel spreadsheet to classify chemical analyses of amphiboles following the IMA 2012 recommendations, Computers and Geosciences, vol. 62 : pages 1-11, 2014

## # ENVIRONNEMENT / AMIANTE / Essais Physiques

### Analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

Détection et identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés

Arrêté du 1<sup>er</sup> octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

| OBJET   | CARACTERISTIQUE MESUREE OU RECHERCHEE | PRINCIPE DE LA METHODE   | REFERENCE DE LA METHODE                         |
|---|---------------------------------------|--|---|
| Matériaux et produits manufacturés pouvant contenir naturellement de l'amiante (par exemple : enrobés, bétons, enduits, mortiers) | Fibres classées « amiante »           | Séparation éventuelle des différentes phases constituant le matériau ou produit manufacturé  | Méthode interne de préparation : T-PE-W063803 * |
|   |                                       | <u>Analyse des matériaux pouvant contenir de l'amiante ajouté délibérément</u>   |   |
|   |                                       | Préparation avec traitement par attaque chimique et mécanique  | Méthode interne de préparation : T-PM-WO84179 * |
|   |                                       | Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)   | HSG 248 - Annexe 2                              |
|   |                                       | ET   | ET  |
|   |                                       | Préparation avec traitement par calcination et attaque chimique et mécanique   | Méthode interne de préparation : T-PM-WO22725 * |
|   |                                       | Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) | NF X43-050 (Parties utiles de la norme)         |

\* *Portée FIXE* : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

*Portée flexible FLEX1* : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures.

# *Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)*

Date de prise d'effet : **01/12/2020** Date de fin de validité : **30/09/2025**

Le Responsable d'accréditation  
The Accreditation Manager

**Florian NEVEU**

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 1-1593 Rév. 8.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)