Section Laboratoires

ATTESTATION D'ACCREDITATION

ACCREDITATION CERTIFICATE

N° 2-6546 rév. 5

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :
The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :

AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS
N° SIREN : 393341516

Satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO/IEC 17025 : 2017**
Fulfils the requirements of the standard

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en :
and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :

ACCELEROMETRIE, VITESSE ET DEPLACEMENT
ACCELEROMETRY, VELOCITY AND DISPLACEMENT

réalisées par / *performed by* :

AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS
2, ROND POINT PIERRE GUILLAUMAT
CS64356
31029 TOULOUSE CEDEX 4

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe, à l'exclusion des activités réalisées dans les pays listés dans le document GEN INF 16, dont la version en vigueur est disponible sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).
and precisely described in the attached technical appendix, excluding activities performed in the countries listed in the document GEN INF 16, the current version of which is available on our website (www.cofrac.fr).

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/IEC 17025 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management adapté (cf. communiqué conjoint ISO-ILAC-IAF en vigueur disponible sur le site internet du Cofrac *www.cofrac.fr)*

Accreditation in accordance with the recognised international standard NF EN ISO/IEC 17025 demonstrates the technical competence of the laboratory for a defined scope and the proper operation in this laboratory of an appropriate management system (see current Joint ISO-ILAC-IAF Communiqué available on Cofrac web site www.cofrac.fr) .

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.
Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.

Date de prise d'effet / *Valid from :* **03/04/2026**
Date de fin de validité / *Valid until :* **30/09/2028**

Pour le Directeur Général et par délégation
On behalf of the General Director

Le Responsable du Pôle Physique-Mécanique,
Pole manager - Physics-Mechanics,

Stéphane RICHARD

DocuSigned by:
Stéphane RICHARD
694908483BDE4E5...

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.
This certificate is only valid if associated with the technical appendix.

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).
The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr).

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 2-6546 Rév 4.
This certificate cancels and replaces the certificate N° 2-6546 Rév 4.

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.
The Cofrac's liability applies only to the french text.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031 www.cofrac.fr

Section Laboratoires

ANNEXE TECHNIQUE

à l'attestation N° 2-6546 rév. 5

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS
2, ROND POINT PIERRE GUILLAUMAT
CS64356
31029 TOULOUSE CEDEX 4

Dans son unité :

- Département Qualité - Unité Métrologie

Elle porte sur : voir pages suivantes

Portée FIXE : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation.

ACCELEROMETRIE, VITESSE ET DEPLACEMENT / Sensibilité capteur					
Objet	**Mesurande**	**Etendue de mesure**	**Incertitude élargie**	**Référence de la méthode**	**Remarques**
Accéléromètres	Sensibilité du capteur	$6 \leq A \leq 600$ $5 \leq F \leq 3000$	1,2 % × S	ISO 16063-21 (2003) + Cor. 1 (2009) + Amd. 1 (2016)	Accéléromètre de masse inférieure à 30 g : • vissé sur le capteur de référence ou par le biais d'une interface spécifique, ou • collé sur l'adaptateur lui-même vissé sur le capteur de référence. Méthode par comparaison à un accéléromètre étalon de référence. Excitation en sinus
Accéléromètres	Sensibilité du capteur	$6 \leq A \leq 600$ $5 \leq F \leq 3000$	2,5 % × S	ISO 16063-21 (2003) + Cor. 1 (2009) + Amd. 1 (2016)	Accéléromètre de masse inférieure à 30 g : • vissé sur le capteur de référence ou par le biais d'une interface spécifique, ou • collé sur l'adaptateur lui-même vissé sur le capteur de référence. Méthode par comparaison à un accéléromètre étalon de référence. Excitation aléatoire.

A : Amplitude de l'accélération en $m \cdot s^{-2}$
F : Fréquence en Hz
S : Sensibilité

Les incertitudes élargies correspondent aux aptitudes en matière de mesures et d'étalonnages (CMC) du laboratoire pour une probabilité de couverture de 95%. Les incertitudes sont données pour un accéléromètre piézoélectrique à électronique externe de masse inférieure ou égale à 60 g, fixé par goujon ou vis en acier.

[#] *Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur www.cofrac.fr.*

Date de prise d'effet : **03/04/2026** Date de fin de validité : **30/09/2028**

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 2-6546 Rév. 4.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031 www.cofrac.fr